



**LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 13/2014, DENOMINADA “ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA”, FONDO ACTIVIDADES ESPECIALES.**


Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en la presente Licitación, que para ofertar deben tomar en cuenta lo siguiente:

- **Sustituir en la parte IV “ANEXOS” en el anexo No. 1 “CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” para el renglón No.1 CROMATOGRAFO DE GASES, DESCRIPCION por el siguiente:**

Descripción	<p>Con capacidad de instalar un inyector y detector de ionización de llama (FID) con control electrónico de presión, que incluya adaptadores y conectores para columnas, panel de control en chasis que acepte conexión LAN , temperatura de trabajo desde al menos + 4 °C arriba de la temperatura ambiente hasta 350°C. Con puerto de inyección split/plitless, controles electrónicos de presión, presión de trabajo de al menos (0 a 100) psi. Con automuestreador automático con bandeja de al menos 25 viales de 2 mL. Sistema de purificación de gases con filtros y accesorios necesarios para su funcionamiento, cuatro cargas de gases HIDROGENO, AIRE Y NITRÓGENO para detector FID</p> <p>Accesorios a incluir para cada unidad:</p> <p>Con computadora que contenga el software instalado, necesario para el funcionamiento completo del equipo, con impresor blanco y negro y 4 toner de repuesto.</p> <p>El equipo deberá ser instalado por lo que debe considerarse la tubería necesaria y accesorios para su instalación, incluyendo los reguladores de cada uno de los cilindros de gas.</p>
-------------	--

Las demás condiciones y especificaciones técnicas de la Licitación Abierta se mantienen igual.

San Salvador, 08 de mayo de 2014.



**MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ  
MINISTRA DE SALUD.**