




**Aclaración No. 1**  
**Licitación Pública Internacional**  
**Nº FSSP-43-LPI-B-MINSAL DPNA 2**  
**“EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO”**

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la UACI, emite la Aclaración No. 1, al Documento de Licitación Pública Internacional Nº **FSSP-43-LPI-B-MINSAL DPNA 2**, referente a la **“EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO”**, por lo que se les solicita atender las Aclaraciones abajo indicadas para la elaboración de su oferta.

No.	CONSULTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES	RESPUESTA EMITIDA POR EL MINSAL
1	“Con relación a la Licitación Pública Internacional No. FSSP-43-LPI-B-MINSAL DPNA 2, relativa a la Adquisición de “Equipo e Instrumental Odontológico”, en la que establecen una fecha límite de entrega de 90 días, por este medio solicitamos amplíen el plazo de entrega tanto para el equipo como para el instrumental odontológico, pues debido a las cantidades solicitadas los fabricantes se toman un mínimo de 60 – 90 días para fabricar y preparar el despacho, a esto hay que sumarle el tiempo de tránsito; por lo que pedimos muy atentamente amplíen el plazo de entrega a 120 días”.	No se concede la prórroga.
2	Para el Lote 2, “Unidad Odontológica para consultorio odontológico”, solicitamos se permita ofertar un compresor con voltaje de alimentación de 110 o 220 VAC, dependiendo del voltaje de cada Institución. Esto debido a que la característica de un voltaje 110/220 VAC con selector para ambos voltajes puede favorecer a una marca específica evitando la libre competencia, objetivo principal de los procesos de Licitación.	Deberá ajustarse a la especificación requerida entendiéndose que el equipo pueda funcionar con ambos voltajes.

Las demás condiciones y especificaciones técnicas de los documentos, se mantienen igual.

San Salvador, 8 de Julio de 2014.

  
**LICDA. JUDITH ELIZABETH RAMIREZ FRANCO**  
Jefe UACI  
Ministerio de Salud



JERF/jam