



ACLARACION No. 1
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° SM2015-2-GM-CP-B-MINSAL/06 "ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL PARA LOS ALMACENES DE MEDICAMENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMÉRICA.

San Salvador, 28 de octubre de 2016.

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad al numeral 2.19 de la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron las bases del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS N° SM2015-2-GM-CP-B-MINSAL/06 "ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL PARA LOS ALMACENES DE MEDICAMENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMÉRICA.", que se ha realizado ACLARACION a la base, producto de consulta efectuada por los participantes que obtuvieron las bases, como se detalla a continuación:


No.	CONSULTAS	ACLARACION
1	<p>Sección 3. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS, ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL BIEN: Preguntas:</p> <p>Lectura Local: Nosotros tenemos varias opciones en cuanto a este tipo de instrumentos y necesito saber si lo necesitan con una pantalla de lectura local o display. Ya que tenemos otra opción de TermoHigrogafos con registrador de datos que no tiene pantalla. Pero que generan un reporte en PDF por medio de un puerto USB</p> <p>Registrador de datos: La opción que estamos por ofertar tiene además de la lectura local en pantalla una interfaz USB para la extracción de datos almacenados por medio de un software de descarga gratuita del fabricante. Para descargar la lectura efectuada en un periodo, ¿podemos ofertar este tipo de opción?</p>	<p>Sección 3. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS, ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL BIEN: Respuesta:</p> <p>Las especificaciones técnicas del bien expuestas en las bases son las requeridas, cualquier característica adicional es opcional.</p>

Esta aclaración formara parte integral de las bases, el resto del contenido se mantiene inalterado.



LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Mon Oct 31 08:03:09 CST 2016
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	