



ACLARACIÓN No. 1
Licitación Pública Nacional No. FSSPSV-411-LPN-B
“REACTIVOS, INSUMOS Y ESTÁNDARES DE LABORATORIO”
Con fuente de financiamiento: Banco Mundial Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 “Claridad de los Documentos de Licitación” de las Normas: Adquisición de Bienes y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa a todas las personas naturales y jurídicas que obtuvieron el Documento de Licitación Pública Nacional No. FSSPSV-411-LPN-B denominado: “REACTIVOS, INSUMOS Y ESTÁNDARES DE LABORATORIO”, que se ha realizado la Aclaración N° 1, como se detalla a continuación:

Consulta 1:

Permitir presentar los balances 2014 ,2015 y 2016, en el sentido que a esta fecha todas las empresas han depositado sus balances del ejercicio fiscal 2016 al CNR, de esta manera ampliar los posibles oferentes, con la ventaja que la evaluación de los índices de la capacidad financiera serían más actuales.

R/ Se mantiene lo establecido en los documentos de licitación.

Consulta 2:

Lote 6: tubo de grafito con plataforma y tapadera al final, para usar en horno de grafito de espectrofotómetro de absorción atómica, marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst 800, caja 20 tubos.
¿Aceptan tubo grafito con plataforma y tapadera al final, para usar en horno de grafito de espectrofotómetro de absorción atómica, marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst 800, paquete de 20 tubos formados por cajas de 5 tubos cada una?

R/ se aceptan recibir 4 cajas de 5 tubos, siempre y cuando el proveedor las coloque en una sola caja donde estén los 20 tubos, ya que lo que se necesita es contar con los 20 tubos para usar en el equipo.

Consulta 3:

Lote 23: lámpara de deuterio para espectrofotómetro ultra violeta, visible, marca Perkin Elmer, modelo Lambda 35.
Este lote es igual que los ítems para el lote 25. Todas las lámparas generan luz ultravioleta únicamente.
¿Requieren para los lotes 23 y 25 lámparas de deuterio para luz ultravioleta o requieren lámpara de tungsteno para luz visible para ser utilizado en espectrofotómetro Perkin Elmer ultravioleta visible lambda 35?


R/ Se mantiene lo establecido en los documentos de licitación. Se requiere lámpara de deuterio.

San Salvador, 05 de junio de 2017



Licda. Isela de Los Ángeles Mejía
Jefe UACI – MINSAL

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Tue Jun 06 10:16:12 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	