



## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 79/2017

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las quince horas del día trece del mes de julio del dos mil diecisiete.

### CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011), se promovió el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA N°FSSPSV-425-LPN-B denominada **“EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFTALMOLOGIA”**; con fuente de financiamiento: Banco Mundial con el Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV; en el cual se licitan lo siguiente: Lote N°1: ítem 1-Esterilizador oftalmológico, ítem N°2-Sillón para oftalmología con brazo para foróptero, lámpara de hendidura y queratómetro, ítem N°3-Sillón de altura ajustable para procedimientos

II. Que el aviso de convocatoria a participar en el proceso de Licitación Pública Nacional Simplificada N°FSSPSV-425-LPN-B denominada **“EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFTALMOLOGIA”** fue publicado el día doce de mayo de dos mil diecisiete, en el Sitio electrónico de compras públicas-COMPRASAL y en la página web del MINSAL.

III. Señalándose el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, para la Recepción y Apertura de ofertas, habiéndose recibido una (4) oferta: No.1) ELECTROLAB MEDIC, S.A de C.V, N°2) Miguel Angel Landaverde Osorio-PARAMEDICOS DE EL SALVADOR, N°3) ST MEDIC, S.A de C.V, N°4) HOSPITALAR, S.A de C V, lo cual se hace constar en el cuadro de Recepción y Apertura de ofertas, que forma parte del expediente de contratación.

IV. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue designada por la unidad solicitante por medio del memorándum 2017-6003-261 y de conformidad al Manual de Operaciones.

V. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación, Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial enero 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió en fecha once de julio de dos mil diecisiete, el Informe Final sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera: Lote N°1- ítems 1,2,3 a ST MEDIC, S.A de C.V, la oferta se ajusta a las condiciones y requisitos de los Documentos de Licitación y es la de precio evaluado más bajo entre las que cumplen. Se rechazan las ofertas de ELECTROLAB MEDIC, S.A de C.V, y Miguel Angel Landaverde Osorio-PARAMEDICOS DE EL SALVADOR, debido a que las especificaciones técnicas responden esencialmente a lo solicitado. La oferta que cumple pero su precio es más alto que el adjudicado es HOSPITALAR, S.A de C V.



VI. Que en el sistema de ejecución del plan de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en los numerales 2.59 *Adjudicación del contrato* de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011).

**RESUELVE:**

1) Adjudicar: Lote N°1 a **ST MEDIC, S.A de C.V**, por cumplir con todos los requisitos solicitados en el Documento de Licitación, según detalle siguiente:

ítem	Código MINSAL	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (incluye IVA)	Precio Total (incluye IVA)
1	60405038	<b>Esterilizador oftalmológico</b> Marca: SCICAN Modelo: STATIM 5000 G4 Origen: CANADA <u>Especificaciones Técnicas:</u> Tiempo de esterilización: 3.5 minutos sin envoltura. Tiempo de esterilización: 6 minutos con envoltura Tiempo de esterilización: 35 minutos para goma o plástico Volumen de la cámara de esterilización 5.1 litros Volumen del depósito 4 litros Tamaño del cassette externo 49.5x19.5x8cm Tamaño del cassette interno 38x18x7.5cm Puerto USB, RS232 y puerto Ethernet Pantalla táctil LCD Accesorios: -Cassette. -Filtro biológico <b>CARACTERÍSTICA ELECTRICAS</b> Voltaje de alimentación (+/-10%):	C/U	1	\$8,980.00	\$8,980.00



		100, 50/60 Hz. Con toma grado hospitalario. Incluye todas las protecciones eléctricas que el equipo requiere según especificaciones del fabricante. Tipo de seguridad eléctrica: según norma IEC o DIN Seguridad eléctrica de acuerdo con IEC 60601, 3rd ed. ANSI/AAMI ES1-1993 o equivalente plenamente demostrada. Protección eléctrica según Art. 517 del NEC (NFPA 70) o equivalente.				
2	60405140	<b>Sillón para oftalmología con brazo para foroftero, lámpara de hendidura y queratometro</b> Marca: MY VISION Modelo: MVOU-2014 Origen: INDIA <u>Especificaciones Técnicas:</u> Sillón reclinable y giratorio, con sistema eléctrico/neumático para subir y bajar, controlado desde consola principal y del sillón. Brazo con mesa, desplazable y giratorio con freno. Brazo para colocar el foroftero Lámpara de iluminación para el paciente Estructura para colocar el proyector Consola principal con teclado de membrana. Accesorios: - foroftero CARACTERÍSTICA ELECTRICAS Voltaje de alimentación 100-127V 50/60 Hertz. Con toma grado hospitalario. Incluye todas las protecciones eléctricas que el equipo requiere según especificaciones del fabricante. Tipo de seguridad eléctrica: según norma IEC o DIN Seguridad eléctrica de acuerdo con IEC 60601, 3rd ed. ANSI/AAMI ES1-1993 o equivalente plenamente demostrada. Protección eléctrica según Art. 517 del NEC (NFPA 70) o equivalente	C/U	1	\$13,266.00	\$13,266.00
3	62704627	<b>Sillón de altura ajustable para procedimientos</b> Marca: RELIANCE Modelo: 558 Origen: U.S.A	C/U	1	\$3,750.00	\$3,750.00



		<u>Especificaciones Técnicas:</u> Sistema hidráulico para subir y bajar silla ( por medio de pedal) Sistema con bloqueo de piso diseñado para prevenir el movimiento de la silla. Todo el metal expuesto es de aluminio anodizado y acero inoxidable, a excepción de la base que es de esmalte epoxy negro. Dos brazos ajustables verticalmente, se fijan en su lugar, para apoyo de antebrazo				
<b>TOTAL</b>						<b>\$25,996.00</b>

El monto total adjudicado es por la cantidad de Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Seis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, (\$25, 996.00)

a-Plazo de entrega: 60 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

b-Se encomienda a la UACI elabora la Orden de Compra respectiva, la cual será cargada a FONDOS EXTERNOS, Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV. COMPONENTE 1. CATEGORIA DE INVERSION 1.2.3 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, Cifrados presupuestarios: 2017-3200-3-08-01-22-3-61101 y 2017-3200-3-08-01-22-3-61103.


Elaborar las Órdenes de Compra una vez la Resolución esté en firme.

**NOTIFÍQUESE:**



**DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE**  
**MINISTRA DE SALUD**

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Aug 14 14:52:39 CST 2017
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	<b>Numero de Serie</b>	15851056948735932808
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	