

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 24 de noviembre de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a numeral 9. Aclaraciones y Consultas, del Documento de Comparación de Ofertas; informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documentos, mediante la Comparación de Precios No. ISM3-30-CP-B-MINSAL, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO PARA HOSPITAL NACIONAL QUE ATIENDE MUNICIPIO BENEFICIADO POR ISM, que se ha emitido la Enmienda N°1 al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detallan a continuación:

COMO DICE:

SECCION 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem 2 - EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA

Descripción	• Unidad de Control Integrada – Interfaz de usuario en castellano mediante teclado tipo QWERTY. – Con tres puertos activos funcionando. – Con al menos tres puertos USB 2.0. – Salida LAN 10/100/1000 BaseT. – Una salida de video HDMI. – Unidad quemadora de CD/DVD – Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0, con al menos los servicio DICOM PRINT y DICOM STORAGE. – Capacidad de disco duro de al menos 500 GB.
Características Mecánicas	• Sistema de ecografía portátil, tipo laptop, compacto. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria.

COMO DEBE DECIR:

SECCION 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem 2 - EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA

Descripción	• Unidad de Control Integrada – Interfaz de usuario en castellano mediante teclado tipo QWERTY. – Con tres puertos activos funcionando. – Con al menos dos puertos USB 2.0. – Salida LAN 10/100/1000 BaseT. – Una salida de video HDMI. – Unidad quemadora de CD/DVD – Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0, con al menos los servicio DICOM PRINT y DICOM STORAGE. – Capacidad de disco duro de al menos 500 GB.
Características Mecánicas	• Sistema de ecografía estacionario. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria.

Esta enmienda formará parte integral del documento de Solicitud de Ofertas; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Jefa de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión - Ad honorem
MINISTERIO DE SALUD

FM/jf