

ACLARACION No. 1
COMPARACIÓN DE PRECIOS
No. PRIDESII-204-CP-B-MINSAL
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE
CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL
LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA”

San Salvador, 25 de mayo de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad a la numeral 9. Aclaraciones y Consultas, del Documento de Comparación de Precios, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Comparación de Precios del proceso, que se ha realizado ACLARACIÓN al Documento, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:


No.	CONSULTA	ACLARACION
1	<p>Ítem 4 – Microscopio Profesional de Luz Transmitida</p> <p>¿Aceptarían microscopio con iluminación LED, que representa un mayor ahorro a la institución y es lo más moderno en iluminación? En caso de aceptar iluminación LED la necesidad de lámparas de repuesto disminuye al menos a un 90%, ya que las lámparas LED tienen mayor vida útil.</p>	<p>La especificación técnica no limita a un único tipo de iluminación, por lo tanto, el oferente puede ofertar la iluminación LED, de igual manera se debe ofertar los repuestos solicitados que requiera esta clase de iluminación.</p>
2	<p>Ítem 4 – Microscopio Profesional de Luz Transmitida</p> <p>¿Evaluación de objetivos con mejores especificaciones a las solicitudes y que están siendo usadas por la Red de Salud Nacional?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano HI 4x/0.10 NA, 18.0 mm - Plano HI 10x/0.25 NA, 12.0 mm - Plano HI 40x/0.65 NA, 0.36 mm - Plano HI 100x/1.25 NA, 0.10 mm 	<p>Los oferentes deben ofertar de conformidad a las Especificaciones Técnicas descritas para este ítem.</p> <p>Las ofertas se evaluarán de conformidad a lo expresado en el numeral 15. Evaluación y comparación de las ofertas, del documento de Comparación de Precios.</p>

No.	CONSULTA	ACLARACION
3	<p>Ítem 4 – Microscopio Profesional de Luz Transmitida ¿Aceptaría Recorrido de platina 26 mm x 76 mm?</p>	<p>De conformidad a lo estipulado en la Especificación Técnica para este ítem, se requiere que el recorrido no sea menor de 15 mm, en ese sentido, lo que esté arriba de este valor cumple con lo establecido.</p>
4	<p>Ítem 4 – Microscopio Profesional de Luz Transmitida Confirmar que requieren Tubo Trinocular para los 22 Microscopios solicitados, debido a que, si no van a comprar cámara para los 22 microscopios, es un costo adicional y riesgo de contaminación de óptica. Favor confirmar que el tubo es trinocular o binocular.</p>	<p>Se confirma que se requiere tubo trinocular para los 22 microscopios solicitados en la Sección 3. Especificaciones Técnicas, ítem 4.</p>
5	<p>ÍTEM 5 – Microscopio Binocular, de Doble Cabezal ¿Aceptaría objetivos con mejores especificaciones a las solicitudes y que están siendo usadas por la Red de Salud Nacional?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano HI 4x/0.10 NA, 18.0 mm - Plano HI 10x/0.25 NA, 12.0 mm - Plano HI 40x/0.65 NA, 0.36 mm - Plano HI 100x/1.25 NA, 0.10 mm 	<p>Los oferentes deben ofertar de conformidad las Especificaciones Técnicas descritas para este ítem. Las ofertas se evaluarán de conformidad a lo expresado en el numeral 15. Evaluación y comparación de las ofertas, del documento de Comparación de Precios.</p>
6	<p>ÍTEM 5 – Microscopio Binocular, de Doble Cabezal Por favor confirmar que el microscopio de doble cabezal lo requieren Binocular o trinocular ya que el nombre del Microscopio dice “Binocular” y en la descripción dice “Tubo Trinocular”, atentamente solicitamos confirmar cuál requieren</p>	<p>El microscopio requerido es Trinocular, tal como se detalla en la Sección 3. Especificaciones Técnicas, ítem 5.</p>
7	<p>ÍTEM 5 – Microscopio Binocular, de Doble Cabezal ¿Aceptarían microscopio con iluminación LED, que representa un mayor ahorro a la institución y es lo más moderno en iluminación? En caso de aceptar</p>	<p>La especificación técnica no limita a un único tipo de iluminación, por lo tanto, el oferente puede ofertar la iluminación LED, de igual manera se debe ofertar los repuestos solicitados que requiera esta clase de iluminación.</p>

No.	CONSULTA	ACLARACION			
	iluminación LED la necesidad de lámparas de repuesto disminuye al menos a un 90%, ya que las lámparas LED tienen mayor vida útil.				
8	<p>Con relación al proceso de compra de la referencia en los ítems 3, 4 y 5, en las condiciones de instalación, se establece que se deberá incluir la instalación eléctrica con todos los materiales para conectar el equipo desde el subtablero más cercano, por lo que deberá efectuar visita al lugar donde se realizará la instalación.</p> <p>En concordancia con lo anterior, amablemente solicitamos se nos proporcione la distribución de los equipos, señalando lugares, cantidades asignadas a cada lugar y contactos para poder coordinar y realizar las visitas requeridas.</p>	La distribución es la siguiente:			
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	LUGAR DE INSTALACIÓN	
3	BALANZA PARA LABORATORIO, CAPACIDAD EN GRAMOS, DIGITAL DE TRES DIGITOS, CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE, PANTALLA LCD	1		Laboratorio Nacional de Salud Pública, ubicado sobre avenida Franklin D. Roosevelt.	
4	MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA	12		Laboratorio Nacional de Salud Pública, ubicado sobre avenida Franklin D. Roosevelt.	
		2		UCSF Cara Sucia, Ahuachapán asignadas al referente de la región Occidental	
		2		UCSF San Matías, La Libertad asignados a la referente de la región Central	
		2		UCSF. Tonacatepeque, San Salvador asignados a la referente de la región Metropolitana.	
		2		Hospital Santa Gertrudis, San Vicente asignado a la referente de la región Paracentral	
		2		Región Oriental, San Miguel asignada a la referente de la región Oriental.	
5	MICROSCOPIO BINOCULAR, DE DOBLE CABEZAL	1		Laboratorio Nacional de Salud Pública, ubicado sobre avenida Franklin D. Roosevelt.	

No.	CONSULTA	ACLARACION			
		Se programan las siguientes visitas			
		Unidad de Salud	Contacto	Fecha y Hora	Punto de reunión
		UCSF San Matías, La Libertad	Diana Vanessa Maldonado de Miranda Tel. Fijo: 2345 4003 Celular: 7926 1810	Fecha: 28 de mayo de 2021 Hora: 10:00 a.m	UCSF San Matías, La Libertad
		UCSF Tonacatepeque, San Salvador	Delmi Guadalupe Linares de Brito Tel. fijo: 2322 0045 Celular: 7660 1611	Fecha: 31 de mayo de 2021 Hora: 10:00 a.m	UCSF Tonacatepeque, San Salvador
		Región Oriental de Salud, San Miguel	Hilda Marina Tenas Caledonio de Castro Tel. Fijo: 2684 3835 Celular: 7924 9177	Fecha: 01 de junio de 2021 Hora: 10:00 a.m.	Región Oriental de Salud, San Miguel
		Laboratorio Nacional de Salud Pública, ubicado en Alameda Franklin Delano Roosevelt, San Salvador, segundo nivel	Licda. Lidia Argueta celular 71600743	Fecha: 02 de junio de 2021 Hora: 10:00 a.m.	Laboratorio Nacional de Salud Pública
		En cuanto al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente y la UCSF Cara Sucia, Ahuachapán, se remiten los planos constructivos, debido a que se encuentran en remodelación.			

Esta aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL

