



MINISTERIO  
DE SALUD

**ACLARACION No. 2  
COMPARACIÓN DE PRECIOS  
No. PRIDESII-228-CP-B-MINSAL  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOCLAVE PARA HOSPITAL NACIONAL DE  
ZACATECOLUCA"**

San Salvador, 15 de marzo de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Comparación de Precios del Proceso N° PRIDESII-228-CP-B-MINSAL, que se ha realizado ACLARACIÓN al Documento, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACION
1	Según visita técnica realizada, en el área de CEYE se encuentra un equipo que será sustituido  confirmar si el desmontaje y traslado del equipo existente se realizara por parte de mantenimiento local o debemos considerar estos costos en nuestra oferta	La empresa contratista será la responsable de desmontar el equipo esterilizador actual no funcional y trasladarlo a los talleres del departamento de mantenimiento del hospital  Y adicionalmente Ver enmienda N° 2 numeral 16

Esta aclaración formará parte íntegra del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.



  
**DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS  
COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL**