



MINISTERIO  
DE SALUD

**ACLARACIÓN No. 1**  
**COMPARACIÓN DE PRECIOS No. PRIDESII-320-CP-B-MINSAL denominado**  
**"ADQUISICIÓN DE LAVADORA TERMODESINFECTADORA PARA HOSPITAL NACIONAL**  
**DE SONSONATE"**

San Salvador, 23 de marzo de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Comparación de Precios del Proceso N° PRIDESII-320-CP-B-MINSAL, que se ha realizado **ACLARACIÓN** a dicho documento, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACION
1	Para la descripción técnica: Capacidad total de la cámara entre 500-600 litros aproximadamente, para 15 cestas DIN (aproximadamente 480x250x50) se solicita saber lo siguiente: ¿Es necesario que el equipo a ofertar cumpla con el rango mínimo de 500 a 600 litros de capacidad? Ya que existen equipos que la cantidad de 15 bandejas DIN de 480x250x50 se pueden obtener con 365 litros de capacidad.	Se quiere que la lavadora ofertada tenga una cámara con un rango de capacidad entre 500 - 600 litros.
2	Se solicita saber que tablero y/o subestación eléctrica del hospital se utilizará para realizar las respectivas conexiones del equipo.	Debido al consumo de energía del equipo se deberá de alimentar eléctricamente desde los tableros principales de sala de máquinas, la distancia tendrá que medirse el día de visita técnica y según ruta de acometida eléctrica.
3	Se solicita saber dónde será la ubicación de la caseta para los equipos periféricos y si esta contará con una conexión para la tubería de agua donde se conectará el sistema suavizador y de osmosis.	La ubicación será contigua a caseta existente de periféricos de autoclave, la conexión a tubería de agua potable está a una distancia aproximada de 4 mts.
4	Se solicita saber si hay un equipo existente que será remplazado por el nuevo y si este será desmontado y trasladado por la empresa o por el hospital. Si será desmontado por la empresa adjudicada, indicarnos hasta dónde será trasladado.	No se tiene equipo a desmontar.
5	En el apartado de DRENAJE se menciona lo siguiente: Se deberá interconectar la salida del agua de la lavadora con el tanque de enfriamiento existente. Se solicita saber si el tanque de enfriamiento puede soportar un caudal de 45 litros/hora.	No se cuenta con tanque de enfriamiento instalado, solo se cuenta con una tubería de hierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro para el drenaje de aguas, aclarando que esta tubería SI soporta un caudal de 45 litros/hora.



MINISTERIO  
DE SALUD

Esta aclaración formará parte íntegra del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.



**DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS**  
**COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL**