ACLARACIÓN No. 1

COMPARACIÓN DE PRECIOS
PRIDESII-417-CP-B-MINSAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES DE SALUD DE LA REGIÓN ORIENTAL

San Salvador, 03 de noviembre de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 9. "Aclaraciones y Consultas" Sección II. Documentos de Selección - Comparación de Precios, informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ACLARACION 1, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
1.	Ítem 1 Rotador Serológico: ¿Aceptarían rotador con velocidad mínima de 50 rpm?	Se aclara que se mantiene la especificación técnica solicitada.
2.	En referencia al punto 7. Dimensiones de la plataforma, se puede ofertar rotador con dimensiones de la plataforma 31 cm X 28.4 cm?	Se modifica la especificación detallada en el punto 7 Ver ENMIENDA 1 respuesta 1
3.	Debido a que el Rotador es un equipo de laboratorio no designado para diagnóstico, no posee certificación FDA o su equivalente, ¿aceptarían rotador sin dicho certificado?	Se aclara que no se aceptan rotadores sin certificado de comercialización, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.
4.	En referencia al punto 16. Tomacorriente polarizado grado hospitalario, ¿se puede ofertar con tomacorriente polarizado? ya que es un equipo para laboratorio de uso general el tomacorriente no es grado hospitalario.	Se aclara que no se aceptan ofertas de equipos que sólo cuenten con tomacorriente polarizado, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.
5.	Ítem 2 Centrífuga de mesa Brindar la capacidad de los adaptadores para tubos de menor diámetro que se solicitan en el punto 1.	Se aclara que los adaptadores solicitados son para tubos de 13x75 mm (5 ml aproximadamente) Ver ENMIENDA 1 respuesta 2

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
6.	¿Aceptarían centrifuga con rotor de velocidad máxima de 4400 rpm?	Se aclara que no se aceptarán centrífugas con rotor de velocidad máxima de 4400 rpm, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.
7.	¿Requieren un rotor de ángulo fijo o basculante?	Se aclara que el rotor solicitado es de ángulo fijo. Ver ENMIENDA 1 respuesta 2
8.	En referencia al punto 12. Tomacorriente polarizado grado hospitalario, ¿se puede ofertar con tomacorriente polarizado? ya que es un equipo para laboratorio de uso general el tomacorriente no es grado hospitalario.	Se aclara que no se aceptan ofertas de equipos que sólo cuenten con tomacorriente polarizado, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.
9.	Según lo solicitado en el punto 13. Cubierta de cabezal de la centrifuga en acero o acrílico, ¿pueden aceptar centrifuga con cabezal de plástico PC-ABS?	Se aclara que no se acepta centrífuga con cabezal de plástico ABS, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.
10.	Ítem 3 Microscopio Binocular En referencia al punto 10. qué tipo de filtros son los requeridos.	Se aclara que se solicitan los filtros verde (libre de rojo) y azul Ver ENMIENDA 1 respuesta 3
11.	Según punto 17. ¿Confirmar si requieren el accesorio para contraste de fases?	Se aclara que no se solicita el accesorio para contraste de fase.
12.	¿Debido a que el microscopio es un equipo de laboratorio no designado para diagnóstico, no posee certificación FDA o su equivalente, aceptarían microscopio sin dicho certificado?	Se aclara que no se aceptan microscopios sin certificado de comercialización, por lo que se mantiene la especificación técnica solicitada.

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PRIDES II PRESTAMO BID 3608/OC-ES EL SALVADOR, C.A.

DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA UGP/PRIDES II