ENMIENDA N° 1

San Salvador, 16 de noviembre de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al *numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a numeral 9. Comunicaciones, del Documento de Comparación de Precios;* informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documento de Comparación de Precios No. PRIDESII-426-CP-B-MINSAL, para la adquisición de ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL, "CISTOSCOPIO, ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO, Y ASPIRADOR QUIRÚRGICO", que se ha emitido la Enmienda N°1 al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detalla a continuación:

COMO DICE:
SECCION 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 2 - ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO e ÍTEM 3 – ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Características Mecánicas	• La unidad debe ser auto soportada, portátil de sobremesa. • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Fabricado de material resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección hospitalaria. • Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura.	

COMO DEBE DECIR:
SECCION 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 2 - ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO e ÍTEM 3 – ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Características Mecánicas	• La unidad debe ser auto soportada, portátil de sobremesa. Se requiere que los Aspiradores se entreguen con carrito portátil para movilizarlo en su propio pedestal • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Fabricado de material resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección hospitalaria. • Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura.	

COMO DICE:
SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS Y LISTA DE BIENES
ÍTEM 2 - ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO e ÍTEM 3 – ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Características Mecánicas	• La unidad debe ser auto soportada, portátil de sobremesa. • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Fabricado de material resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección hospitalaria. • Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura.	

COMO DEBE DECIR:

SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS Y LISTA DE BIENES

ÍTEM 2 - ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO e ÍTEM 3 – ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Características Mecánicas	• La unidad debe ser auto soportada, portátil de sobremesa. Se requiere que los Aspiradores se entreguen con carrito portátil para movilizarlo en su propio pedestal • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Fabricado de material resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección hospitalaria. • Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura.	

Esta enmienda formará parte integral del documento de Solicitud de Ofertas; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II
PRESTAMO BID
3608/OC-ES
SAN SALVADOR, C.A.

Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa – PRIDES II

FM/jf