

ENMIENDA N° 2

San Salvador, 26 de febrero de 2024

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Cotización N° RECOVID-207-RFQ-GO, denominado: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICOS, (MANIFOLD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE OXIGENO), EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL" y conforme a lo establecido en el párrafo tercero del numeral 4. INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES, del documento de Solicitud de Cotización, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, se informan los cambios que se detallan a continuación:

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	Plano de conexiones no incluido	Plano de rutas de conexiones de alarma maestra, alimentación eléctrica y fuente de oxígeno médico de la emergencia del Hospital Nacional Zacamil, para mayor comprensión de las respuestas en el documento ACLARACIÓN N° 1
2	14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5. SERVICIOS CONEXOS 5.1. DE LOS PLANOS 5.1.9 no incluido	14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5. SERVICIOS CONEXOS 5.1. DE LOS PLANOS 5.1.9 La alimentación eléctrica del manifold, será tomada del tablero de emergencia más cercano, ver plano adjunto en ENMIENDA 2.
3	ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4. SERVICIOS CONEXOS 4.1. DE LOS PLANOS 4.1.9 no incluido	ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4. SERVICIOS CONEXOS 4.1. DE LOS PLANOS 4.1.9 La alimentación eléctrica del manifold, será tomada del tablero de emergencia más cercano, ver plano adjunto en ENMIENDA 2.
4	14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 4.4. EQUIPOS A INSTALAR 4.4.14 no incluido	14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 4.4. EQUIPOS A INSTALAR 4.4.14 La alarma maestra (existente) a la cual se conectará el manifold de oxígeno médico será la que se encuentra en cirugía ambulatoria, ver plano adjunto en ENMIENDA 2.
5	ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANIFOLD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO 4. EQUIPOS A INSTALAR 4.14. no incluido	ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANIFOLD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO 4. EQUIPOS A INSTALAR 4.14. La alarma maestra (existente) a la cual se conectará el manifold de oxígeno médico será la que se encuentra en cirugía ambulatoria, ver plano adjunto en ENMIENDA 2.

Esta ENMIENDA formará parte íntegra de la Solicitud de Cotización N° RECOVID-207-RFQ-GO, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
 JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AD. HONOREM

