

## ENMIENDA n.º 1

San Salvador, 14 de mayo de 2024.

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programas y Proyectos de Inversión, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documento de Solicitud de Cotización SDC n.º **RECOVID-210-RFQ-GO**, denominada: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUIRÚRGICO PARA HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL (MESA QUIRÚRGICA Y LÁMPARA CIELÍTICA)"**, que se ha realizado modificaciones, producto de consultas efectuadas por participantes que han obtenido el documento, tal como se detalla a continuación:

n.º	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	<p><b>MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR.</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.</p> <p>18. Columna, base, bastidor o estructura de la superficie, rieles laterales para la fijación de accesorios, postes y accesorios, fabricados en acero inoxidable 304, con sistema de bloqueo (frenos) en al menos 2 ruedas.</p>	<p><b>MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR.</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.</p> <p>18. Columna, base, bastidor o estructura de la superficie, rieles laterales para la fijación de accesorios, postes y accesorios, fabricados en acero inoxidable 304, con sistema de bloqueo (<b>frenos eléctricos</b>) en al menos 2 ruedas.</p>
2	<p><b>LAMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR TIPO LED.</b></p> <p>DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>7. Intensidad luminosa homogénea máxima de 140,000 a 160,000 luxes para un satélite y para el otro de 130,000 a 140,000 luxes a una distancia de 1 metro de la fuente.</p>	<p><b>LAMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR TIPO LED.</b></p> <p>DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>7. Intensidad luminosa homogénea máxima de 140,000 a 160,000 luxes para un satélite y para el otro de 130,000 a 140,000 luxes <b>o mayor</b> a una distancia de 1 metro de la fuente</p>

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Solicitud de Cotización, el resto del contenido se mantiene inalterado.

  
**Dra. Patricia Figueroa de Quinteros.**  
 Jefe de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-Honorem.

