

ENMIENDA N° 3

San Salvador, 2 de febrero de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programas y Proyectos de Inversión, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documento de Solicitud de Cotización SDC No. RECOVID-86-RFQ-GO, denominado: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER", que se ha realizado modificación al Documento de Solicitud de Cotización, producto de consultas efectuadas por participantes que han obtenido el documento, tal como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	<p>6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Prueba documental: Se considera para el lote ofertado contratos de suministro de bienes iguales al requerido en este proceso de SDC.</p>	<p>6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Prueba documental: Se considera para el lote ofertado contratos de suministro de bienes similares al requerido en este proceso de SDC.</p>
	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>1. GANTRY 1.3 Inclinación del gantry de aproximadamente -30 grados a +30 grados o mayor.</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>1. GANTRY 1.3 Inclinación física del gantry de aproximadamente -30 grados a +30 grados o mayor.</p>
2	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>2. MESA DE PACIENTE 2.3 "Con exactitud de ± 0.25 mm"</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>2. MESA DE PACIENTE 2.3 "Con exactitud de ± 1 mm"</p>
3	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>7. CONSOLA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO. 7.14.9. Sistema de sincronización y disparo por respiración, que permita la adquisición y almacenamiento de la señal respiratoria del paciente durante la adquisición espiral.</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>7. CONSOLA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO. SE ELIMINA ÉSTE REQUERIMIENTO</p>
4	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>9. UNA (1) CÁMARA DE IMPRESIÓN SECA</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>9. UNA (1) CÁMARA DE IMPRESIÓN SECA</p>

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	9.1. En formato 14"X17" para impresión en blanco y negro y escala de grises.	9.1. Se requiere una bandeja en formato 14"X17" para impresión en blanco y negro y escala de grises.
5	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>11. UN (1) INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DUAL, RODABLE. 11.5. 10,000 CC de medio de contraste no iónico de concentración de 370 mg/ml o mayor.</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>11. UN (1) INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DUAL, RODABLE. 11.5. 10,000 CC de medio de contraste no iónico de concentración de 300 mg/ml o mayor.</p>
6	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>33. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA. 33.2. Servicio Técnico: El licitante adjudicado, deberá contar con departamento de servicio técnico 24/7 en El Salvador, de preferencia en el área de biomédica y personal entrenado en fábrica para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados, para lo cual el licitante deberá entregar los atestados del personal de servicio técnico donde se evidencie la experiencia y el entrenamiento recibido con por lo menos dos años de parte del fabricante de los equipos. El MINSAL se reserva el derecho de realizar visita de campo para verificar la condiciones de taller y de las herramientas.</p>	<p>Numeral 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 1: (Código MINSAL: 60501500) EQUIPO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.</p> <p>33. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA. 33.2. Servicio Técnico: El licitante adjudicado, deberá contar con departamento de servicio técnico 24/7 en El Salvador, de preferencia en el área de biomédica y personal entrenado en fábrica para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados, para lo cual el licitante deberá entregar los atestados del personal de servicio técnico donde se evidencie la experiencia y el entrenamiento recibido por parte del fabricante de los equipos. El MINSAL se reserva el derecho de realizar visita de campo para verificar la condiciones de taller y de las herramientas.</p>
7	<p>DETALLE: SERVICIOS CONEXOS. OBRAS DE ADECUACIÓN, PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA TODOS LOS EQUIPOS. TABLA DE REFERENCIA DE OBRAS A REALIZAR (SIN LIMITARSE A ELLAS) Partida 9.0 OTROS</p> <p>9.02 Suministro e instalación de equipo de A.A. tipo central, de precisión, según condiciones del fabricante para sala de diagnóstico.</p>	<p>DETALLE: SERVICIOS CONEXOS. OBRAS DE ADECUACIÓN, PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA TODOS LOS EQUIPOS. TABLA DE REFERENCIA DE OBRAS A REALIZAR (SIN LIMITARSE A ELLAS) Partida 9.0 OTROS</p> <p>9.02 Suministro e instalación de equipo de A.A. Mini Split, de precisión, según condiciones del fabricante para sala de diagnóstico.</p>

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
8	ANEXO No. 12. PLANOS	ANEXO No. 12. PLANOS a) Detalle de losas b) Notas Técnicas c) Planta Estructural, Nivel 1, Edificio A d) Planta Estructural, Nivel 2, Edificio A

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Solicitud de Cotización, el resto del contenido se mantiene inalterado.



Dra. Patricia Figueroa de Quinteros

Jefe de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-Honorem

