EL SALVADOR

PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES

ACLARACIÓN No. 1

COMPARACIÓN DE PRECIOS RES-COVID-102-CP-B-MINSAL

"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA HOSPITAL PRIORIZADO"

San Salvador, 23 de enero de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 9. "Aclaraciones y Consultas" Sección II. Documentos de Selección - Comparación de Precios, informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ACLARACION 1, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
1,	Aclarar si es factible ofertar SOBRE LAS CAJAS DE ACERO INOXIDABLE, con algunos componentes parciales a todos los detallados en las especificaciones técnicas de los ítems referentes a las cajas de Acero Inoxidables ya detalladas.	Se aclara que no es aceptado ofertar componentes parciales, la evaluación únicamente se realizará por ítems completos.
2.	En la Sección 03: "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDICIONES MECANICAS numeral No.3 "Todo el instrumental y material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 300 plenamente demostrable". Consulta: Esta especificación técnica aplica para el ítem 6 MOTOR NEUMATICO DE AIRE COMPRIMIDO Y SUS ACCESORIOS o solo es aplicable para el instrumental, ya que los motores se fabrican de distintas piezas y materiales.	Se aclara que la especificación referida sólo es aplicable al instrumental, sin embargo, de acuerdo a lo que se detalla en la especificación técnica del mismo ÍTEM 6, "9. Fabricado en acero inoxidable acabado pulido y/o titanio" por tanto, se requiere que el chasis del equipo, adaptadores, puntas y/o sierras estén fabricados de acero inoxidable y/o titanio.

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.

DRA. PATRICIA FIGUEROA DE CUINTEROS Jefe de la Unidad de Gestión de Programas y Provectos de Inversión AD-HONOREM