

**ACLARACION N° 1**

COMPARACIÓN DE PRECIOS

N° RES-COVID-46-CP-B-MINSAL

"EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA APOYAR A LA VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-"

San Salvador, 2 de febrero de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 9 "Aclaraciones y Consultas" Sección II. Documentos de Selección - Comparación de Precios, informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ACLARACION 1, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACIÓN
1	En el cuadro de Especificaciones Técnicas para la Cámara Refrigerante Vertical solicitada en el proceso de la referencia, y en específico el punto Condiciones de Recepción e Instalación; se menciona que "Deberá incluir la instalación eléctrica con todos sus materiales y accesorios para conectar el equipo desde el sub-tablero más cercano, por lo que deberá efectuar visita al lugar donde se instalará el equipo." Solicitamos por favor se nos defina el día y la persona de contacto en el laboratorio solicitante para realizar dicha visita para poder considerar en nuestra oferta cualquier costo por instalaciones eléctricas, por lo que necesitamos hacer dicha visita antes de presentar la cotización.	Se aclara que la programación de la vista técnica solicitada se programa de la siguiente manera:  Fecha: jueves 03 de febrero Hora: 10:00 am. (acompañaran técnicos especialistas de mantenimiento del MINSAL) Persona contacto: Licda. Raquel Peñate (Coordinadora del área de inmunohematología del Laboratorio de Vigilancia en salud Pública segundo nivel). Teléfono de contacto: 2205-1627
2	¿Aceptan evaluar una cámara refrigerante vertical con interior de acero galvanizado recubierto con zinc para una larga durabilidad y resistente a las soluciones químicas usadas rutinariamente para su limpieza?	Se aclara que no es aceptable que el equipo venga recubierto de ZINC; tiene que ser entregado de acero galvanizado completo, tal como se solicita en especificaciones técnicas.

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.

  
Dra. Patricia Figueroa de Quinteros

Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-honorem

