

ACLARACIÓN N° 1

San Salvador, 16 de diciembre de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programas y Proyectos de Inversión, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que han obtenido el Documento de Comparación de Precios No. **RES-COVID-68-CP-B-MINSAL-BIS**, denominado: **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS" (SEGUNDO PROCESO)**, que se ha realizado aclaración al Documento de Comparación de Precios, producto de consultas efectuadas por participantes que han obtenido dicho documento, tal como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	RESPUESTA
1	<p>Para el código 10100035 CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÁNICO, TAMAÑO ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, SEGÚN MARCA Y MODELO. En el cual solicitan marca ZOLL, modelo EMV+</p> <p>Se solicita se modifique o se amplíe el detalle del código "Circuito para ventilador mecánico, tamaño adulto, empaque individual NO ESTÉRIL descartable". Ya que ningún circuito de esta marca es estéril, y con el fin de no generar problemas o atrasos por una posible adjudicación, se solicita se considere el cambio a la descripción del código.</p>	<p>Se mantienen las Especificaciones Técnicas solicitadas para el código 10100035. CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÁNICO, TAMAÑO ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, SEGÚN MARCA Y MODELO.</p>

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

