

ACLARACION No. 1
COMPARACIÓN DE PRECIOS N°:RES-COVID-94-CP-B-MINSAL
“EQUIPO DE ULTRACONGELACIÓN PARA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA: VIROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA”

San Salvador, 17 de enero de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el documento de Comparación de Precios del Proceso N° RES-COVID-94-CP-B-MINSAL, que se ha realizado ACLARACIÓN al documento, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACION
1	Punto 1.7 de las Especificaciones SISTEMA ROBUSTO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE AL MENOS 10 CM. por favor aclarar si aceptan modelos con: Paneles de aislamiento al vacío con soplado de agua de alta densidad y espuma de poliuretano, respetuoso con el medio ambiente, compatible con SNAP; el fabricante Thermo Scientific confirmará que el aislamiento que ellos utilizan es el adecuado para este tipo de equipo.	Sí, se aceptan modelos con paneles de aislamiento al vacío con soplado de agua de alta densidad y espuma de poliuretano, siempre que cumplan con las normativas relacionadas a este tipo de equipos.

Esta aclaración formará parte íntegra del documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.



DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AD-HONOREM