

Enmienda No. 1

SOLICITUD DE OFERTA ABIERTA INTERNACIONAL No. CSJ-37-RFB-GO

“EQUIPO MEDICO PARA LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ EN PROCEDIMIENTOS CARDIACOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO) Y BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE ULTIMA GENERACIÓN)”

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos (UCPCSJ), informa a todas las personas que han obtenido el documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional N° CSJ-37-RFB-GO denominado “EQUIPO MEDICO PARA LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ EN PROCEDIMIENTOS CARDIACOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO) Y BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE ULTIMA GENERACIÓN)”, que de conformidad con lo establecido en la parte 1 del documento, numeral 8 “Enmienda del Documento de Licitación”, página 14 del referido documento, ha emitido la **Enmienda No. 1** a los documentos del referido proceso, la cual debe ser tomada en cuenta en la elaboración de sus ofertas, de acuerdo a lo siguiente:

1. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, 1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas, página 86 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, el cual debe leerse así:

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
				Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la propondrá el Licitante]
[Indique la descripción de los Bienes].	[Indique la cantidad de los artículos por suministrar].	[Indique la unidad física de medida de la cantidad].	[Indique el lugar de entrega].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].



Ítem 1: SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO).	1	C/U	Complejo de Almacenes del Plantel El Paraíso	120 días	150 días	
Ítem 1: BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	2	C/U	Complejo de Almacenes del Plantel El Paraíso	120 días	150 días	

2. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 1: SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA (ECMO), numeral 2.3.1.1, página 93 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

2.3.1.1 Control configurable por velocidad (RPM) o por flujo (LPM). Ambas consolas deben tener la capacidad de ajuste y medición de flujos en un intervalo de 0.1 a 9.9 LPM o un intervalo superior en ambos límites.

3. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 1: SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA (ECMO), numerales 15 y 16, página 97 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

15. Para personal usuario: 5 jornadas en las instalaciones del Hospital y entrenamiento en el extranjero y/o fabrica para 5 recursos.

16. Para personal de mantenimiento: 3 jornadas en las instalaciones del Hospital y entrenamiento en fabrica para 2 recursos.

La capacitación incluye entrenamiento sobre el equipo propiamente dicho a usuarios y personal de biomédica del Hospital Nacional Benjamín Bloom, la cual puede realizarse en el hospital.

Además, se solicita capacitación para entrenamiento del equipo multidisciplinario (5 personas) que llevará el programa ECMO, el cual se solicita sea de por lo menos 15 días en un hospital con experiencia en ECMO y donde se pueda realizar un taller teórico-práctico, con capacitación de pacientes que se encuentren en terapia ECMO, para aprender de su funcionamiento en tiempo real.

4. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 2: BOMBAS DE CIRCULACION EXTRACORPOREA, numeral 2.3.1.5, página 98 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

2.3.1.5 Diámetro de la pista del cabezal: Bomba 1 (150 mm) y bomba 2 (85 mm). Se acepta que ambas bombas sean de cabezal de 150 mm siempre y cuando acepten tuberías desde 1/4 hasta tuberías de 1/2.

5. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 2: BOMBAS DE CIRCULACION EXTRACORPOREA, numeral 3.1.1, página 98 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

3.1.1. Pantalla de al menos 15" en diagonal, a color, tipo táctil con resolución mínima de 1280 x 760 pixeles

6. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 2: BOMBAS DE CIRCULACION EXTRACORPOREA, numeral 8, página 100 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

8. Tres (3) sensores tamaño pediátrico y dos (2) tamaño adulto para el módulo de temperatura. También se acepta que los sensores sean adulto pediátrico manteniendo la cantidad de 5.

7. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ITEM No: 2: BOMBAS DE CIRCULACION EXTRACORPOREA, numeral 16.1, página 101 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así

16.1. Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas, se requiere que sean en español. La documentación técnica también puede ser entregada en inglés.

8. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, Tabla 2. Detalle de tiempo de entrega, garantía y servicios conexos, página 107 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

Tabla 2. Detalle de tiempo de entrega, garantía y servicios conexos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	TIEMPO DE ENTREGA, GARANTIA Y SERVICIOS CONEXOS				
			Tiempo de entrega (días)	Garantía (años)	Capacitación (SI/NO)	Mantenimiento (SI/NO/No. Visitas durante la garantía por equipo)	Instalación (SI/NO)
EQUIPO MÉDICO							
1	SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO)	1	150	3	SI	SI/9	SI
2	BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA	2	150	3	SI	SI/9	SI

9. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, primer párrafo del romano IV. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA, página 108 del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

Posterior a la distribución del Contrato, el suministrante deberá entregar los equipos según lo requerido en las especificaciones técnicas en el Complejo de Almacenes del Plantel El Paraíso e Instalado en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en un plazo no mayor a 150 días calendario.

10. Se modifica la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 3. Especificaciones técnicas, ANEXO 2, página 109, del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

ANEXO2

No.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CODIFICACIÓN DE CATALOGO ONU	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS	U/M	CANT.			ENTREGA A 150 Días
1	60303017	42294701	SISTEMA DE SOPORTE CARDIOPULMONAR PARA OXIGENADOR POR MEMBRANA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO)	C/U	1			De acuerdo a la descripción 1: Cantidad :1
2	60303019	42294701	BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	C/U	2			De acuerdo a la descripción 2: Cantidad: 2

11. Se modifica la Sección X. Formularios del Contrato, segundo párrafo del MODELO DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, página 169, del documento de Solicitud de Oferta Abierta Internacional, la cual debe leerse así:

MODELO DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[El Ofertante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

SDO No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de adquisiciones con el Comprador por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

- a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
- b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Ofertante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Ofertante]


Fechada el _____ día de _____ de 20_____ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Empresa (si corresponde)

Esta Enmienda formara parte integral del Documento de Solicitud de Ofertas, el resto del contenido del referido Documento se mantiene inalterado y vigente para efectos de la presentación de Ofertas.

Se ruega tomar nota y acusar recibo de la presente Enmienda, al correo electrónico adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv

San Salvador, 13 de septiembre de 2022



Lic. María José Domínguez

**Coordinadora de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos
UCPCSJ**