

REPÚBLICA DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS

Proyecto CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N° 9065-SV

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SOLICITUD DE OFERTA ABIERTA INTERNACIONAL No. CSJ-39-RFB-GO

**EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y
PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA
ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA, INCLUYENDO AQUELLOS
CON FACTORES DE RIESGO**

SEÑOR OFERENTE:

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR SU OFERTA

Solicitud de Ofertas Bienes

(Proceso de Licitación de sobre único)

Adquisición de
EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y
PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA
NEONATAL Y PEDIÁTRICA, INCLUYENDO
AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO

SDO n.º: *CSJ-39-RFB-GO*

Proyecto: *CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS*

Comprador: *Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora del Proyecto
Creciendo Saludables Juntos.*

País: *EL SALVADOR, C.A.*

Emitido el día: *01 de marzo de 2023*

Índice general

PARTE 1. Procedimientos de la Licitación	4
Sección I. Instrucciones a los Licitantes	5
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	42
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.....	57
Sección IV. Formularios de la Oferta	64
Sección V. Países Elegibles	90
Sección VI. Fraude y Corrupción	91
PARTE 2. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.....	94
Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos	95
PARTE 3. Contrato	144
Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato	145
Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato.....	173
Sección X. Formularios del Contrato.....	185

PARTE 1. Procedimientos de la Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice

<u>A. Disposiciones Generales</u>	5
1. <u>Alcance de la Licitación</u>	5
2. <u>Fuente de Financiamiento</u>	5
3. <u>Fraude y Corrupción</u>	6
4. <u>Licitantes Elegibles</u>	6
5. <u>Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos</u>	10
<u>B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas</u>	10
6. <u>Secciones del Documento de Licitación</u>	10
7. <u>Aclaración del Documento de Licitación</u>	11
8. <u>Enmienda del Documento de Licitación</u>	12
<u>C. Preparación de las Ofertas</u>	12
9. <u>Costo de la Oferta</u>	12
10. <u>Idioma de la Oferta</u>	12
11. <u>Documentos que componen la Oferta</u>	12
12. <u>Carta de la Oferta y Lista de Precios</u>	14
13. <u>Ofertas Alternativas</u>	14
14. <u>Precios de la Oferta y Descuentos</u>	14
15. <u>Monedas de la Oferta y de Pago</u>	17
16. <u>Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos</u>	17
17. <u>Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante</u>	18
18. <u>Período de Validez de las Ofertas</u>	19
19. <u>Garantía de Mantenimiento de Oferta</u>	19
20. <u>Formato y Firma de la Oferta</u>	22
<u>D. Presentación y Apertura de las Ofertas</u>	23
21. <u>Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas</u>	23
22. <u>Plazo para Presentar las Ofertas</u>	24
23. <u>Ofertas Tardías</u>	24
24. <u>Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas</u>	24
25. <u>Apertura de las Ofertas</u>	25

<u>E. Evaluación y Comparación de las Ofertas</u>	27
26. <u>Confidencialidad</u>	27
27. <u>Aclaración de las Ofertas</u>	27
28. <u>Desviaciones, Reservas y Omisiones</u>	27
29. <u>Determinación del Cumplimiento de las Ofertas</u>	28
30. <u>Falta de Conformidad, Errores y Omisiones</u>	29
31. <u>Corrección de Errores Aritméticos</u>	29
32. <u>Conversión a una Sola Moneda</u>	30
33. <u>Margen de Preferencia</u>	30
34. <u>Evaluación de las Ofertas</u>	30
35. <u>Comparación de las Ofertas</u>	32
36. <u>Ofertas Excesivamente Bajas</u>	32
37. <u>Calificación del Licitante</u>	33
38. <u>Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas</u>	33
39. <u>Plazo Suspensivo</u>	34
40. <u>Notificación de Intención de Adjudicar</u>	34
<u>F. Adjudicación del Contrato</u>	35
41. <u>Criterios de Adjudicación</u>	35
42. <u>Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación</u>	35
43. <u>Notificación de Adjudicación del Contrato</u>	35
44. <u>Explicaciones del Comprador</u>	36
45. <u>Firma del Contrato</u>	37
46. <u>Garantía de Cumplimiento</u>	38
47. <u>Quejas Relacionadas con Adquisiciones</u>	38

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones Generales

1. **Alcance de la Licitación**
 - 1.1 En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas (SDO), especificado **en los Datos de la Licitación (DDL)**, el Comprador, que se indica **en los DDL**, emite este Documento de Licitación para la adquisición de los Bienes y, si corresponde, de cualesquiera Servicios Conexos que puedan ser necesarios, conforme a lo especificado en la Sección VII, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. El nombre, la identificación y la cantidad de lotes (contratos) de esta SDO **se especifican en los DDL**.
 - 1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación:
 - (a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, fax, incluso, si así **se especifica en los DDL**, aquella enviada o recibida a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Comprador) con prueba de recibo.
 - (b) Si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa.
 - (c) Por “día” se entiende día calendario, salvo que se especifique lo contrario mediante la expresión “días hábiles”. Son días hábiles todos los días laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario.
2. **Fuente de Financiamiento**
 - 2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”) **indicado en los DDL** ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o de la Asociación Internacional de Fomento (IDA) (en adelante denominados el “Banco Mundial” o el “Banco”) por el monto **mencionado en los DDL**, para el proyecto especificado **en los DDL**. El Prestatario destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este Documento de Licitación.
 - 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que los haya aprobado de

conformidad con los términos y las condiciones establecidos en el Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento) prohíbe el retiro de fondos de la cuenta de Préstamo para pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades, o para cualquier importación de bienes, si dicho pago o importación ha sido prohibido por decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna otra parte más que el Prestatario podrá derivar derecho alguno del Préstamo (u otro tipo de financiamiento) o reclamar los fondos.

3. Fraude y Corrupción

- 3.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en la Sección VI.
- 3.2 En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y personal— inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores designados por el Banco.

4. Licitantes Elegibles

- 4.1 Un Licitante puede ser una firma que sea una entidad privada, una empresa o ente estatal de acuerdo con la Instrucción a los Licitantes (IAL) 4.6, o una combinación de ellas, bajo la forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), a través de un convenio existente o con la presentación de una carta de intención que manifieste su voluntad de celebrar el convenio que formalice la conformación de dicha APCA. En el caso de una APCA, todos sus miembros serán solidariamente responsables por la ejecución de la totalidad del Contrato, de acuerdo con sus términos. La APCA deberá designar un Representante, que deberá estar facultado para llevar a cabo todos los procedimientos y gestiones en nombre de cualquiera y todos los miembros de la APCA durante el proceso de la licitación y, en el caso de que la APCA fuera adjudicataria, durante la ejecución del Contrato. Salvo

que se especifique **en los DDP**, no existe límite en el número de miembros de una APCA.

4.2 Ningún Licitante podrá tener conflictos de interés. Cualquier Licitante que se determine que tiene conflictos de interés será descalificado. A los fines de este proceso de Licitación, se considerará que un Licitante tiene conflictos de interés si:

- (a) Controla de manera directa o indirecta a otro Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por otro Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una entidad en común;
- (b) recibe o ha recibido subsidios directos o indirectos de otro Licitante;
- (c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante;
- (d) tiene una relación con otro Licitante, directamente o a través de terceros en común, que lo coloca en una posición de influir en la oferta de otro Licitante, o de influir en las decisiones del Comprador en relación con este proceso de Licitación;
- (e) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes y servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta;
- (f) cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone para ser contratada) por el Comprador o por el Prestatario para la ejecución del Contrato;
- (g) proveerá bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría que resulten o estén directamente relacionados con servicios de consultoría para la preparación o implementación del proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que fue provisto o fuera provisto por cualquier filial que directa o indirectamente controle, sea controlada por esa firma o esté bajo su control común, o
- (h) posee una estrecha relación comercial o familiar con un algún profesional del Prestatario (o de la agencia de implementación del proyecto, o del receptor de una parte del préstamo) que (i) esté directa o indirectamente relacionado con la

preparación del Documento de Licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato, o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato, a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de Licitación y la ejecución del Contrato.

- 4.3 Una firma que sea Licitante (ya sea en forma individual o como miembro de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”) no podrá participar en más de una oferta, salvo en el caso de las ofertas alternativas permitidas. Esto incluye su participación en calidad de subcontratista. Tal participación redundará en la descalificación de todas las ofertas en las que haya estado involucrada la firma en cuestión. Por su parte, una firma que no sea Licitante ni tampoco parte de una APCA podrá participar en calidad de subcontratista en más de una Oferta.
- 4.4 Un Licitante podrá tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a las restricciones establecidas en la IAL 4.8. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país cuando esté constituido o inscripto en ese país y opere de conformidad con sus leyes, de lo cual deberán dar cuenta sus estatutos (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o sus documentos de registro, en caso de corresponder. Estos criterios también se aplicarán para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores propuestos por cualquiera de las partes del Contrato, incluyendo los servicios conexos.
- 4.5 Un Licitante que haya sido sancionado conforme a las Directrices del Banco Contra el Fraude y la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, tal como se describe en el párrafo 2.2 (d) de la Sección VI, no podrá ser precalificado para la adjudicación de contratos financiados por el Banco, presentar ofertas a tales efectos ni recibir la adjudicación de dichos contratos, así como tampoco recibir cualquier beneficio, financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco durante el período determinado por este. La lista de firmas inhabilitadas se encuentra

disponible en la dirección electrónica que se indica en los DDL.

- 4.6 Los Licitantes que sean empresas o entes estatales del País del Comprador solamente podrán ser elegibles para competir y recibir la adjudicación de uno o más Contratos si pueden establecer, de forma aceptable para el Banco, que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales, y (iii) no se encuentran bajo la supervisión del Comprador.
- 4.7 Un Licitante no debe estar suspendido por el Comprador para presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o de la Propuesta.
 - (a) Las empresas y las personas podrán ser declaradas inelegibles si así se indica en la Sección V. “Países Elegibles”, y (a) si las leyes o reglamentaciones del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con el país de dichas empresas y personas, siempre y cuando se demuestre, de manera satisfactoria para el Banco, que la exclusión no impedirá la competencia efectiva con respecto al suministro de bienes o la contratación de obras o servicios requeridos, o (b) si, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes o la contratación de obras o servicios de ese país, o el pago a personas o entidades en ese país.
- 4.8 Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia documental satisfactoria de su elegibilidad, cuando el Comprador la solicite de manera razonable.
- 4.9 Una firma a la cual el Prestatario haya impuesto una sanción de inhabilitación que impida que se le adjudique un contrato será elegible para participar en esta adquisición, salvo que el Banco corrobore, a pedido del Prestatario, que la inhabilitación:
 - (a) está relacionada con un caso de fraude o corrupción; y
 - (b) se llevó a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso.

5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos

- 5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier país, de acuerdo con la Sección V, “Países Elegibles”.
- 5.2 A los fines de estas IAL, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinarias, equipos y plantas industriales; el término “servicios conexos” incluye servicios tales como seguros, instalaciones, capacitación y mantenimiento inicial.
- 5.3 Por el término “origen” se entiende el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o, tras su procesamiento, manufactura o ensamblaje, dan como resultado otro artículo reconocido en el ámbito comercial que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes.

B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas

6. Secciones del Documento de Licitación

- 6.1 El Documento de Licitación está compuesto por las partes 1, 2, y 3, que incluyen todas las secciones que a continuación se indican y deben leerse junto con cualquier enmienda emitida en virtud de la IAL 8.

PARTE 1. Procedimientos de Licitación

- Sección I. Instrucciones a los Licitantes
- Sección II. Datos de la Licitación
- Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
- Sección IV. Formularios de la Oferta
- Sección V. Países Elegibles
- Sección VI. Fraude y Corrupción

PARTE 2. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

- Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

PARTE 3. Contrato

- Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato
- Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato
- Sección X. Formularios del Contrato

6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas (SDO) emitido por el Comprador no forma parte de este Documento de Licitación.

6.3 Salvo que se hubieran obtenido directamente del Comprador, este no se responsabiliza por la integridad del documento, las respuestas a las solicitudes de aclaración, las actas de las reuniones previas a la presentación de Ofertas, si las hubiere, o las enmiendas a los documentos de licitación de acuerdo con la IAL 8. En caso de contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Comprador.

6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, los formularios, los términos y las especificaciones del Documento de Licitación y presentar toda la información o documentación de la Oferta requerida en dicho documento.

7. Aclaración del Documento de Licitación

7.1 Todo Licitante que requiera alguna aclaración sobre el Documento de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra **en los DDL**. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas dentro del período especificado **en los DDL**. El Comprador enviará copia de las respuestas a todos los Licitantes que hubiesen adquirido el Documento de Licitación de acuerdo con la IAL 6.3, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. Si así estuviera especificado **en los DDL**, el Comprador también deberá publicar prontamente su respuesta en la página web identificada **en los DDL**. Si como resultado de las aclaraciones surgieran cambios a elementos esenciales del Documento de Licitación, el Comprador podrá enmendar dicho documento siguiendo el procedimiento indicado en las IAL 8 y 22.2.

- 8. Enmienda del Documento de Licitación**
- 8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de una enmienda.
- 8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral del Documento de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador, de acuerdo con la IAL 6.3. El Comprador deberá también publicar prontamente la enmienda en su página web de acuerdo con la IAL 7.1.
- 8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la IAL 22.2.

C. Preparación de las Ofertas

- 9. Costo de la Oferta**
- 9.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y el Comprador no será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del desarrollo o del resultado del proceso de Licitación.
- 10. Idioma de la Oferta**
- 10.1 La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la Oferta que intercambien el Licitante y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado **en los DDL**. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica **en los DDL**, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta.
- 11. Documentos que componen la Oferta**
- 11.1 La Oferta deberá contener los siguientes documentos:
- (a) **Carta de la Oferta**, preparada de acuerdo con la IAL 12;
 - (b) **Listas de Precios** completas, de acuerdo con las IAL 12 y 14;
 - (c) **Garantía de Mantenimiento de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta**, de conformidad con la IAL 19.1;

- (d) **Oferta Alternativa**, si estas fueran permitidas, de acuerdo con la IAL 13;
- (e) **Autorización** escrita que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la IAL 20.3;
- (f) **Calificaciones:** Prueba documental, de conformidad con la IAL 17, que establezca que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada;
- (g) **Elegibilidad del Licitante:** Prueba documental, de conformidad con la IAL 17, que establezca que el Licitante es elegible para presentar una oferta;
- (h) **Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos:** Prueba documental, de conformidad con la IAL 16, que demuestre la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Licitante;
- (i) **Cumplimiento de las disposiciones:** Prueba documental, de conformidad con las IAL 16 y 30, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos cumplen con las disposiciones del Documento de Licitación;
- (j) Cualquier otro documento requerido **en los DDL**.

11.2 Además de los requisitos estipulados en la IAL 11.1, las ofertas presentadas por una APCA deberán incluir una copia del Convenio de APCA celebrado por todos sus miembros. Alternativamente, se deberá presentar conjuntamente con la Oferta una carta de intención de suscribir un Convenio de APCA, firmada por todos sus miembros, en el caso de que la Oferta sea adjudicada, acompañada de una copia del Convenio propuesto.

11.3 El Licitante deberá suministrar información en la Carta de la Oferta sobre comisiones y gratificaciones, si hubiera, pagadas o por pagarse a agentes u a otra parte relacionada con esta Oferta.

12. Carta de la Oferta y Lista de Precios

12.1. El Licitante presentará la Carta de la Oferta y las Listas de Precios utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Estos formularios deberán ser debidamente llenados sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos, excepto según lo dispuesto en la IAL 20.3. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.

13. Ofertas Alternativas

13.1. A menos que se indique lo contrario **en los DDL**, no se considerarán Ofertas Alternativas.

14. Precios de la Oferta y Descuentos

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en las Listas de Precios.

14.3 El precio cotizado en la Carta de la Oferta de acuerdo con la IAL 12.1 deberá ser el precio total de la Oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

14.4 El Licitante cotizará cualquier descuento e indicará su método de aplicación en la Carta de la Oferta, de acuerdo con la IAL 12.1.

14.5 Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria **en los DDL**. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la IAL 29. Sin embargo, si, de acuerdo con lo indicado **en los DDL**, los precios cotizados por el Licitante pueden estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero.

14.6 Si así se indica en la IAL 1.1, el Llamado a Licitación se hará por Ofertas para lotes individuales (contratos) o para combinación de lotes (grupo de contratos). A menos que se indique lo contrario **en los DDL**, los precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos aplicables para cada grupo de contratos o,

alternativamente, para Contratos individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de conformidad con la IAL 14.4, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.

14.7 Las expresiones “EXW”, “CIP” y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según lo especificado **en los DDL**.

14.8 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada lista de precios incluida en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las Ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador de contratar en cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Licitante podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, “Países Elegibles”. Asimismo, el Licitante podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, “Países Elegibles”. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera:

- (a) Para Bienes fabricados en el País del Comprador:
 - (i) el precio de los Bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los Bienes;
 - (ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Licitante;
 - (iii) el precio de transporte interno, seguros y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al destino final (emplazamiento del Proyecto) especificado **en los DDL**.

- (b) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados:
 - (i) el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica **en los DDL**;
 - (ii) el precio de transporte interno, seguros y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido a su destino final (emplazamiento del Proyecto) indicado **en los DDL**.
- (c) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador, e importados previamente:
 - (i) el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación más cualquier margen (o descuento), más cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados;
 - (ii) los derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con prueba documental) o pagaderos sobre los Bienes previamente importados;
 - (iii) el precio de los Bienes obtenido de la diferencia entre (i) y (ii);
 - (iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el País del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante;
 - (v) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (emplazamiento del Proyecto) indicado **en los DDL**.
- (d) Para los Servicios Conexos distintos del transporte interno y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final, cuando dichos Servicios Conexos estén especificados en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, el precio de cada artículo que comprende los

Servicios Conexos (incluido cualquier impuesto aplicable).

15. Monedas de la Oferta y de Pago

15.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán las mismas. El Licitante deberá cotizar en la moneda del País del Comprador la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los gastos incurridos en la moneda del País del Comprador, salvo que se estipule lo contrario **en los DDL**.

15.2 El Licitante podrá expresar el Precio de su Oferta en cualquier moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del País del Comprador.

16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos

16.1 Para establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos de conformidad con la IAL 5, los Licitantes deberán completar las declaraciones del país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección IV, "Formularios de la Oferta".

16.2 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con el Documento de Licitación, los Licitantes deberán proporcionar, como parte de su Oferta, prueba documental que acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VII, "Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos".

16.3 La prueba documental podrá consistir en material bibliográfico, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo que demuestre conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas, y, de ser procedente, una declaración de desviaciones y excepciones a las disposiciones de la Sección VII, "Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos".

16.4 Los Licitantes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento adecuado y continuo de los Bienes durante el período **indicado en los DDL**, a partir

del momento en que el Comprador comience a utilizar dichos Bienes.

16.5 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipos, así como las referencias a marcas o a números de catálogos que haya incluido el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, son de carácter meramente descriptivo, y no restrictivo. Los Licitantes podrán ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en la Sección VII, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”.

**17. Documentos
que Establecen
la Elegibilidad y
las Calificaciones
del Licitante**

17.1 Para establecer su elegibilidad de conformidad con la IAL 4, los Licitantes deberán completar la Carta de la Oferta, incluida en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.

17.2 La prueba documental de las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer, a completa satisfacción del Comprador, que:

(a) si se requiere **en los DDL**, el Licitante que no fabrica ni produce los Bienes que propone proveer deberá presentar una autorización del fabricante utilizando el formulario incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el País del Comprador;

(b) si se requiere **en los DDL**, en el caso de un Licitante que no esté establecido comercialmente en el País del Comprador, el Licitante está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un agente en el País del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos del Proveedor estipuladas en las condiciones del Contrato y/o las especificaciones técnicas;

(c) el Licitante cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

18. Período de Validez de las Ofertas

18.1. Las ofertas serán válidas por el período de Validez de la Oferta especificado **en los DDL**. El período de validez de la Oferta comienza a partir de fecha fijada como fecha límite para la presentación de la Oferta (según lo dispuesto por el Comprador de acuerdo con la IAL 22.1). Una Oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento.

18.2. En circunstancias excepcionales, y antes de que venza el período de Validez de la Oferta, el Comprador podrá solicitar a los Licitantes que extiendan el período de la validez de sus Ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo con la IAL 19, también esta deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un Licitante puede rechazar tal solicitud sin que ello implique la pérdida de su Garantía de Mantenimiento de Oferta. Al Licitante que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la IAL 18.3.

18.3. Si la adjudicación se retrasase por un período mayor a 56 (cincuenta y seis) días a partir del vencimiento del plazo de validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato será determinado de la siguiente forma:

- (a) en el caso de contratos con precio fijo, el precio del Contrato será el precio de la Oferta ajustado según el factor especificado **en los DDL**;
- (b) en el caso de contratos con precio ajustable, no se harán ajustes;
- (c) en todos los casos, la evaluación de la Oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta la corrección aplicable que corresponda según los casos indicados arriba.

19. Garantía de Mantenimiento de Oferta

19.1. El Licitante deberá presentar, como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta o una Declaración de Mantenimiento de Oferta, según lo especificado **en los DDL**, en formulario original, y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por el monto y en la moneda especificados **en los DDL**.

19.2. Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se utilizará el formulario incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.

19.3. Si, según lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta, esta deberá ser una garantía a primer requerimiento emitida por una institución de prestigio de un país elegible y deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a opción del Licitante:

- (a) una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros, fianzas o avales);
- (b) una carta de crédito irrevocable;
- (c) un cheque de gerencia o cheque certificado;
- (d) otra garantía especificada **en los DDL**,

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria localizada fuera del país del Comprador, la institución financiera no bancaria deberá tener una institución financiera corresponsal ubicada en el país del Comprador para hacer efectiva la garantía, salvo que el Comprador haya acordado por escrito, antes de la presentación de la Oferta, que la existencia de dicha institución financiera corresponsal no es obligatoria. En el caso de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse utilizando el Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador antes de la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite de validez original de la Oferta o de cualquier período de prórroga solicitado de conformidad con lo establecido en la IAL 18.2.

19.4. Si se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la IAL 19.1, todas las Ofertas que no estén acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta que se ajuste sustancialmente a los requisitos pertinentes serán rechazadas por el Comprador por incumplimiento.

- 19.5. Si en la IAL 19.1 se establece la obligación de presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta, las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Licitante seleccionado firme el Contrato y provea la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la IAL 46.
- 19.6. La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Licitante seleccionado será devuelta tan pronto como sea posible una vez que el Licitante seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento.
- 19.7. La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá hacerse efectiva o la Declaración de Mantenimiento de Oferta podrá ejecutarse si:
- (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga indicada por el Licitante;
 - (b) el Licitante seleccionado:
 - (i) no suscribe el Contrato de conformidad con lo dispuesto en la IAL 45, o
 - (ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en la IAL 46.
- 19.8. La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta de una APCA se emitirán en nombre de la Asociación que presenta la Oferta. Si la APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta se emitirán en nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención mencionada en las IAL 4.1 y 11.2.
- 19.9. Si **en los DDL** no se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta según se estipula en la IAL 19.1, y si

- (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
- (b) el Licitante seleccionado: (i) no suscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAL 45 o (ii) no proporciona una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la IAL 46,

el Prestatario podrá, si así se dispone **en los DDL**, declarar al Licitante inelegible para ser adjudicatario de un contrato otorgado por el Comprador por el período que se especifique **en los DDL**.

20. Formato y Firma de la Oferta

- 20.1 El Licitante preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la IAL 13, deberán estar claramente marcadas como “ALTERNATIVA”. Además, el Licitante deberá presentar el número de copias de la Oferta **que se indica en los DDL** y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
- 20.2 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la información incluida en sus Ofertas que revista carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera.
- 20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán mecanografiarse o escribirse con tinta indeleble, y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita de acuerdo con lo especificado **en los DDL** y se adjuntará a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta bajo la firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.
- 20.4 En el caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta y en representación legalmente vinculante para actuar en nombre de todos

los miembros, formalizado por un poder firmado por sus representantes legales.

20.5 Los textos entre líneas, borraduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentación y Apertura de las Ofertas

21. Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas

21.1. El Licitante deberá presentar la Oferta en un único sobre sellado (proceso de Licitación con mecanismo de sobre único), en cuyo interior deberá colocar los siguientes sobres sellados:

- (a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá todos los documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAL 11;
- (b) un sobre identificado como “COPIAS”, que contendrá las copias de la Oferta que se hubieran solicitado;
- (c) si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la IAL 13 y, si corresponde:
 - i un sobre identificado como “ORIGINAL: OFERTA ALTERNATIVA”, donde se colocará la Oferta alternativa,
 - ii un sobre identificado como “COPIAS: OFERTA ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado.

21.2. Los sobres interiores y exteriores deberán:

- (a) llevar el nombre y la dirección del Licitante;
- (b) estar dirigidos al Comprador de acuerdo con lo indicado en la IAL 22.1;
- (c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicada en la IAL 1.1; y
- (d) llevar la advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas.

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para Presentar las Ofertas

22.1. El Comprador deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, en la fecha y hora que se especifican **en los DDL**. Cuando así se especifique **en los DDL**, los Licitantes tendrán la opción de enviar sus Ofertas de forma electrónica. Los Licitantes que opten por esta modalidad, deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de Ofertas establecidos **en los DDL**.

22.2. El Comprador podrá, a su discreción, extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la IAL 8. En este caso, todos los derechos y las obligaciones del Comprador y de los Licitantes previamente sujetos al plazo original para presentar las ofertas quedarán sujetos al plazo prorrogado.

23. Ofertas Tardías

23.1. El Comprador no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al término del plazo para la presentación de Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAL 22. Toda Oferta que reciba el Comprador después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas

24.1. Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado; que deberá incluir una copia de la autorización (poder) de acuerdo con lo estipulado en la IAL 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:

- (a) preparadas y presentadas de conformidad con las IAL 20 y 21 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) y, además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y

(b) recibidas por el Comprador antes de que venza el plazo establecido para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la IAL 22.

24.2. Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la IAL 24.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes.

24.3. Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para la presentación de Ofertas y el vencimiento del período de Validez de la Oferta indicado por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier prórroga de ese período.

25. Apertura de las Ofertas

25.1. Salvo en los casos especificados en las IAL 23 y 24.2, el Comprador, en el acto de apertura de las Ofertas, abrirá públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar especificados **en los DDL**, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que desee asistir. Los procedimientos específicos para la apertura de Ofertas presentadas en forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se realizarán conforme a lo dispuesto **en los DDL**.

25.2. Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Licitante. Si el sobre del retiro no contiene una copia del “poder” que confirme que el firmante es una persona autorizada por el Licitante para firmar en representación de él, se procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.3. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución, a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas

25.4. A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “MODIFICACIÓN” con la

Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

- 25.5. Luego se abrirán de a uno los demás sobres y se leerá en voz alta la siguiente información: el nombre del Licitante y si se ha presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier otro detalle que el Comprador juzgue pertinente.
- 25.6. En la evaluación solo se considerarán las Ofertas, las Ofertas Alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta. La Carta de la Oferta y las Listas de Precios deberán ser inicialados por los representantes del Comprador que asistan al acto de apertura de Ofertas, tal como se especifica **en los DDL**.
- 25.7. El Comprador no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en la IAL 23.1).
- 25.8. El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo:
 - (a) el nombre del Licitante y si hubo retiro, sustitución o modificación;
 - (b) el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento;
 - (c) cualquier Oferta Alternativa;
 - (d) la existencia o no de Garantía de Mantenimiento de Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de Oferta, de haberse requerido.
- 25.9. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Licitantes en el acta no invalidará el contenido ni los efectos de esta. Se entregará una copia del acta a todos los Licitantes.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas

- 26. Confidencialidad**
- 26.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso de Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación del contrato hasta que la información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL 40.
- 26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Comprador en las decisiones relacionadas con la evaluación de las Ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.
- 26.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitación, deberá hacerlo por escrito.
- 27. Aclaración de las Ofertas**
- 27.1 Para facilitar el examen, la evaluación, comparación de las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por un Licitante cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración del Comprador y la respuesta deberán constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador hubiera descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAL 31.
- 27.2 Si un Licitante no provee las aclaraciones a su Oferta antes de la fecha y hora indicada por el Comprador en su solicitud de aclaraciones de la Oferta, su Oferta puede ser rechazada.
- 28. Desviaciones, Reservas y Omisiones**
- 28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplicarán las siguientes definiciones:
- (a) “desviación” es cualquier variación respecto de los requisitos especificados en el Documento de Licitación;

- (b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación;
- (c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o de la documentación requeridas en el Documento de Licitación.

29. Determinación del Cumplimiento de las Ofertas

- 29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAL 11.
- 29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación es aquella que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
 - (a) en caso de ser aceptada:
 - (i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato;
 - (ii) limitaría de modo sustancial, incongruente con el Documento de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o
 - (b) en caso de ser rectificadas, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.
- 29.3 El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de acuerdo con las IAL 16 y 17, en particular, para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la Sección VII, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, sin ninguna desviación, reserva ni omisión significativa.
- 29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, será rechazada por el Comprador y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

30. Falta de Conformidad, Errores y Omisiones

- 30.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier falta de conformidad.
- 30.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Licitación, el Comprador podrá solicitar al Licitante que, dentro de un plazo razonable, presente la información o la documentación necesarias para corregir las discrepancias u omisiones no significativas relacionadas con requisitos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Licitante no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.
- 30.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Licitación, el Comprador corregirá las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el Precio de la Oferta únicamente a los efectos de la comparación, para reflejar el precio de una partida o un componente que falte o en el que se observen discrepancias, un ítem o un componente que falte o en el que se observen discrepancias, agregando el precio promedio del ítem o componente cotizado por los Licitantes que cumplieron sustancialmente. Si el precio del ítem o componente no se puede derivar del precio de otras Ofertas que cumplen sustancialmente, el Comprador deberá utilizar su mejor estimación.

31. Corrección de Errores Aritméticos

- 31.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Licitación, el Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:
- (a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Comprador, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.
 - (b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales

prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse.

- (c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes.

31.2 Se pedirá a los Licitantes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta será rechazada.

32. Conversión a una Sola Moneda

32.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de la Oferta serán convertidas a una sola moneda, tal como se especifica **en los DDL**.

33. Margen de Preferencia

33.1 Salvo que se indique lo contrario **en los DDL**, no se aplicará ningún margen de preferencia.

34. Evaluación de las Ofertas

34.1 El Comprador empleará los criterios y las metodologías enumerados en estas IAL y en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación". No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y metodologías, el Comprador determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será la oferta presentada por un Licitante que reúna los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que:

- (a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y
- (b) tiene el costo evaluado más bajo.

34.2 Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente:

- (a) la evaluación se hará por artículos o lotes (contratos) de la manera especificada **en los DDL**; el Precio de la Oferta se cotizará conforme a lo establecido en la IAL 14;
- (b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a lo establecido en la IAL 31.1;

- (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, conforme a lo establecido en la IAL 14.4;
- (d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con la cláusula IAL 32;
- (e) el ajuste de precios por falta de conformidad cuantificables, conforme a lo establecido en la IAL 30.3; y
- (f) los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

34.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato.

34.4 Si este Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

34.5 Al evaluar una Oferta, el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta:

- (a) en el caso de Bienes producidos en el País del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el Licitante resulta adjudicatario del Contrato;
- (b) en el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, previamente importados o que se importarán, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Licitante resulta adjudicatario del Contrato;

- (c) cualquier disposición relativa al ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, en el caso de que figure en la Oferta.

34.6 La evaluación de una Oferta puede requerir que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado de conformidad con la IAL 14. Estos factores podrán estar relacionados con las características, el rendimiento, los términos y las condiciones de compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” de los DDL. Se aplicarán los criterios y las metodologías especificados en la IAL 34.2 (f).

35. Comparación de las Ofertas

35.1 El Comprador comparará, conforme a lo establecido en la IAL 34.2, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento de Licitación, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. La comparación se hará sobre la base de precios CIP (lugar de destino final) en el caso de los bienes importados y precios EXW más el costo de transporte interno y seguro hasta el lugar de destino en el caso de los bienes fabricados dentro del País del Comprador, junto con los precios de cualquier instalación, capacitación, comisiones y otros servicios requeridos. En la evaluación de precios no deberán tenerse en cuenta los impuestos de aduanas y otros impuestos recaudados sobre bienes importados cotizados CIP ni impuestos a las ventas o similares en relación con la venta o distribución de bienes.

36. Ofertas Excesivamente Bajas

36.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

36.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente baja, el Comprador pedirá al Licitante que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de

riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el Documento de Licitación.

36.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante no demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Comprador rechazará la Oferta.

37. Calificación del Licitante

37.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

37.2 La determinación se basará en el examen de las pruebas documentales presentadas por el Licitante para respaldar sus calificaciones, de conformidad con la IAL 17. No se tendrán en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz, las filiales y los subcontratistas (excepto los Subcontratistas Especializados permitidos por el Documento de Licitación) del Licitante, ni de ninguna otra empresa distinta de este.

37.3 Antes de la adjudicación del Contrato, el Comprador verificará que el Licitante seleccionado (incluyendo cada uno de los miembros de la APCA o JV) no esté descalificado por el Banco como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de EAS /ASx, El Comprador hará la misma verificación para cada uno de los subcontratistas propuestos por el Licitante seleccionado. Si alguno de los subcontratistas propuestos no cumple con el requisito, el Comprador exigirá que el Licitante proponga un subcontratista sustituto.

37.4 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

- 38. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas**
- 38.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Comprador devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de Oferta que hubiera recibido.
- 39. Plazo Suspensivo**
- 39.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo de Suspensión será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 44. El Plazo Suspensivo comenzará el día posterior a la fecha en que el Comprador haya transmitido a cada Licitante la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo.
- 40. Notificación de Intención de Adjudicar**
- 40.1 El Comprador transmitirá a todos los Licitantes la Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
- (a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la Oferta seleccionada;
 - (b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
 - (c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas;
 - (d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el apartado © de este párrafo ya revele la razón;
 - (e) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y
 - (f) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicación del Contrato

41. Criterios de Adjudicación

41.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAL 38, el Comprador adjudicará el Contrato al Licitante que ofrezca la Oferta más Conveniente, es decir, aquella que ha sido presentada por un Licitante que cumple con los criterios de calificación y que, además:

- (a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y
- (b) tiene el costo evaluado más bajo.

42. Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VII, "Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos", siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los **DDL**, ni altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y del Documento de Licitación.

43. Notificación de Adjudicación del Contrato

43.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo, según se especifica en la IAL 39.1 de los DDL, o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Licitante seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto que pagará al Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el "Precio del Contrato").

43.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Comprador publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

- (a) el nombre y la dirección del Comprador;
- (b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado;

- (c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;
- (d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;
- (e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y
- (f) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 45.1.

43.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del Comprador o en el boletín oficial. El Comprador también deberá incluir dicha notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones Unidas *Development Business*.

43.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante.

44. Explicaciones del Comprador

44.1 Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la IAL 40.1, los Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Comprador. El Comprador deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido.

44.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una

explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Licitantes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo.

- 44.3 Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo.
- 44.4 Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán darse por escrito o verbalmente. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Licitante.

45. Firma del Contrato

- 45.1 El Comprador enviará al Licitante seleccionado la Carta de Aceptación, incluido el Convenio, y, si se especifica **en los DDL**, una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud.
- 45.2 El Licitante seleccionado tendrá un plazo de veintiocho (28) días después de la fecha de recibo del formulario del Convenio de Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador.
- 45.3 No obstante, lo establecido en la IAL 45.2 precedente, en caso de que la firma del Convenio de Contrato se vea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al País del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su Oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Convenio de Contrato no se ha visto

impedida por la falta de diligencia de parte del Licitante en el cumplimiento de las formalidades tales como las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los términos del Contrato.

46. Garantía de Cumplimiento

- 46.1 Dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la fecha en que reciba la Carta de Aceptación enviada por el Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con la cláusula 18 de las CGC, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección X, "Formularios del Contrato", u otro formulario aceptable para el Comprador. Si el Licitante seleccionado presenta la Garantía de Cumplimiento del Contrato en forma de fianza, deberá cerciorarse de que esta haya sido emitida por una empresa de fianzas o seguros que resulte aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal domiciliada en el País del Comprador, salvo que este haya acordado por escrito que la existencia de dicha institución financiera corresponsal no es obligatoria.
- 46.2 El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Convenio constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la segunda Oferta más Conveniente.

47. Quejas Relacionadas con Adquisiciones

- 47.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en los **DDL**.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones de las IAL.

Referencia en las IAL	A. Disposiciones generales																																							
IAL 1.1	<p>El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CSJ-39-RFB-GO</p> <p>El Comprador es: Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos.</p> <p>El nombre de la SDO es: EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO</p> <p>El número y la identificación de los Lotes (contratos) que componen esta SDO son:</p> <table border="1" data-bbox="542 1188 1416 1591"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal</td><td>26</td></tr> <tr><td>2</td><td>Equipo digital para tamizaje auditivo</td><td>29</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Centrífuga para banco de sangre</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cámara extractora de gases</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ventilador de uso neonatal hibrido</td><td>112</td></tr> <tr><td>7</td><td>Incubadora de transporte con ventilador</td><td>18</td></tr> <tr><td>8</td><td>Incubadora fija infantil híbrida</td><td>80</td></tr> <tr><td>9</td><td>Incubadora fija</td><td>116</td></tr> <tr><td>10</td><td>Cuna térmica</td><td>29</td></tr> <tr><td>11</td><td>Equipo de ultrasonografía portátil</td><td>22</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ecocardiógrafo</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	26	2	Equipo digital para tamizaje auditivo	29	3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	1	4	Centrífuga para banco de sangre	1	5	Cámara extractora de gases	1	6	Ventilador de uso neonatal hibrido	112	7	Incubadora de transporte con ventilador	18	8	Incubadora fija infantil híbrida	80	9	Incubadora fija	116	10	Cuna térmica	29	11	Equipo de ultrasonografía portátil	22	12	Ecocardiógrafo	2
LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																						
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	26																																						
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	29																																						
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	1																																						
4	Centrífuga para banco de sangre	1																																						
5	Cámara extractora de gases	1																																						
6	Ventilador de uso neonatal hibrido	112																																						
7	Incubadora de transporte con ventilador	18																																						
8	Incubadora fija infantil híbrida	80																																						
9	Incubadora fija	116																																						
10	Cuna térmica	29																																						
11	Equipo de ultrasonografía portátil	22																																						
12	Ecocardiógrafo	2																																						
IAL 1.2 (a)	<p>Sistema electrónico de adquisiciones</p> <p>El Comprador usará el siguiente sistema electrónico de adquisiciones para gestionar este proceso de Licitación</p> <p>Nombre del sistema: COMPRASAL</p>																																							

	<p>Enlace: https://www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/</p> <p><u>El sistema electrónico de adquisiciones se utilizará únicamente para gestionar los siguientes aspectos del proceso de adquisición:</u> <i>publicación del Aviso de convocatoria, del documento de licitación, y de las aclaraciones y/o enmiendas al documento.</i></p>
IAL 2.1	<p>El nombre del Prestatario es: La República de El Salvador. Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: <i>Doscientos Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$250,000,000.00), a ser ejecutado por el Ministerio de Salud.</i></p> <p>El nombre del Proyecto es: <i>PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR.</i></p>
IAL 4.1	El número máximo de miembros de la APCA será: <i>permiten dos (2) o más miembros.</i>
IAL 4.5	La lista de firmas y personas inhabilitadas para participar en proyectos del Banco Mundial se puede consultar en el sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr .
B. Contenido del Documento de Licitación	
IAL 7.1	<p>Para <u>aclaraciones del proceso de Licitación</u> solamente, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: <i>Licda. María José Domínguez, Coordinadora de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos UCPCSJ</i></p> <p>Dirección: MINSAL: Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, Block G”, número 1-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.</p> <p>Ciudad: <i>San Salvador.</i></p> <p>País: <i>El Salvador.</i></p> <p>Teléfono: (503) 7839-6640</p> <p>Dirección de correo electrónico: adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv</p> <p>Las consultas podrán ser enviadas por correo electrónico por la persona responsable o podrá ser entregadas físicamente en la dirección arriba señalada.</p> <p>Todo oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre la Solicitud de Ofertas deberá realizarla por escrito a la dirección del comprador por lo menos veintiún (21) días calendario antes de la fecha límite para la</p>

	<p>presentación de ofertas. Es decir, se recibirán consultas hasta el día <u>31 de marzo de 2023.</u></p> <p>Página web: (http://www.comprasal.gob.sv y www.salud.gob.sv y www.devbusiness.com)</p>
C. Preparación de las Ofertas	
IAL 10.1	<p>El idioma en que se presentará la Oferta es el <i>español</i>.</p> <p>Todo intercambio de correspondencia se hará en el idioma <i>español</i>.</p> <p>El idioma para la traducción de la documentación de apoyo y material impreso es el <i>español</i>.</p> <p><u>Se permitirá presentar información técnica en otro idioma, siempre y cuando venga acompañada de la correspondiente traducción al idioma español.</u></p>
IAL 11.1 (j)	<p>Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta</p> <p><u>A. Documentos adicionales a presentar con la oferta:</u> NO APLICA.</p>
IAL 13.1	<i>No se</i> considerarán ofertas alternativas.
IAL 14.5	Los precios cotizados por el Licitante <i>no estarán</i> sujetos a ajustes durante la vigencia del contrato.
IAL 14.6	<p>Los precios cotizados para cada lote (contrato) corresponderán al menos al 100 % de los ítems especificados para cada lote (contrato).</p> <p>Los precios cotizados para cada ítem de un lote corresponderán al menos al 100 % de las cantidades especificadas para este ítem de un lote.</p>
IAL 14.7	La edición de Incoterms es 2020
IAL 14.8 (b) (i) y (c) (v)	Lugar de destino: Según Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. 6. Cuadro de Distribución del Documento de Licitación.
IAL 14.8 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v)	Destino final (emplazamiento del Proyecto): Se indican en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución del Documento de Licitación.
IAL 15.1	El Licitante <i>está</i> obligado a cotizar en la moneda del País del Comprador la porción del precio de la Oferta que corresponde a gastos en que se incurra en esa moneda.

IAL 16.4	<p>El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es:</p> <table border="1" data-bbox="495 300 1369 751"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 300 609 384">Lote</th> <th data-bbox="609 300 1177 384">Descripción</th> <th data-bbox="1177 300 1369 384">Tiempo estimado de funcionamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 384 609 426">1</td> <td data-bbox="609 384 1177 426">Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal</td> <td data-bbox="1177 384 1369 426">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 426 609 468">2</td> <td data-bbox="609 426 1177 468">Equipo digital para tamizaje auditivo</td> <td data-bbox="1177 426 1369 468">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 468 609 510">3</td> <td data-bbox="609 468 1177 510">Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2</td> <td data-bbox="1177 468 1369 510">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 510 609 552">4</td> <td data-bbox="609 510 1177 552">Centrífuga para banco de sangre</td> <td data-bbox="1177 510 1369 552">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 552 609 594">5</td> <td data-bbox="609 552 1177 594">Cámara extractora de gases</td> <td data-bbox="1177 552 1369 594">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 594 609 636">6</td> <td data-bbox="609 594 1177 636">Ventilador de uso neonatal híbrido</td> <td data-bbox="1177 594 1369 636">8 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 636 609 678">7</td> <td data-bbox="609 636 1177 678">Incubadora de transporte con ventilador</td> <td data-bbox="1177 636 1369 678">8 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 678 609 720">8</td> <td data-bbox="609 678 1177 720">Incubadora fija infantil híbrida</td> <td data-bbox="1177 678 1369 720">8 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 720 609 762">9</td> <td data-bbox="609 720 1177 762">Incubadora fija</td> <td data-bbox="1177 720 1369 762">8 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 762 609 804">10</td> <td data-bbox="609 762 1177 804">Cuna térmica</td> <td data-bbox="1177 762 1369 804">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 804 609 846">11</td> <td data-bbox="609 804 1177 846">Equipo de ultrasonografía portátil</td> <td data-bbox="1177 804 1369 846">5 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 846 609 856">12</td> <td data-bbox="609 846 1177 856">Ecocardiógrafo</td> <td data-bbox="1177 846 1369 856">5 años</td> </tr> </tbody> </table> <p>El licitante deberá presentar Carta Compromiso de la existencia de repuestos y accesorios posterior a la venta.</p>	Lote	Descripción	Tiempo estimado de funcionamiento	1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	5 años	2	Equipo digital para tamizaje auditivo	5 años	3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	5 años	4	Centrífuga para banco de sangre	5 años	5	Cámara extractora de gases	5 años	6	Ventilador de uso neonatal híbrido	8 años	7	Incubadora de transporte con ventilador	8 años	8	Incubadora fija infantil híbrida	8 años	9	Incubadora fija	8 años	10	Cuna térmica	5 años	11	Equipo de ultrasonografía portátil	5 años	12	Ecocardiógrafo	5 años
Lote	Descripción	Tiempo estimado de funcionamiento																																						
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	5 años																																						
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	5 años																																						
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	5 años																																						
4	Centrífuga para banco de sangre	5 años																																						
5	Cámara extractora de gases	5 años																																						
6	Ventilador de uso neonatal híbrido	8 años																																						
7	Incubadora de transporte con ventilador	8 años																																						
8	Incubadora fija infantil híbrida	8 años																																						
9	Incubadora fija	8 años																																						
10	Cuna térmica	5 años																																						
11	Equipo de ultrasonografía portátil	5 años																																						
12	Ecocardiógrafo	5 años																																						
IAL 17.2 (a)	“Se requiere” la autorización del fabricante.																																							
IAL 17.2 (b)	<p>“Se requieren” servicios posteriores a la venta.</p> <p>Para los lotes 6, 7, 8, 9 y 10, los cuales son equipos para soporte vital, el licitante deberá contar localmente con un departamento de servicio técnico, con personal capacitado e idóneo, con la capacidad de atender llamadas de servicio, al menos 24 horas posteriores a la solicitud de servicio vía telefónica, escrita o por correo electrónico del administrador del contrato.</p>																																							
IAL 18.1	El plazo de validez de la Oferta será de [la fecha específica se definirá al publicar el documento de licitación, y corresponderá a aproximadamente 140 días calendarios a partir de la fecha de presentación de ofertas].																																							
IAL 18.3 (a)	El precio de la Oferta se ajustará por medio del Índice de Precios al Producto (IPP) que permite evaluar los procesos inflacionarios en El Salvador. El factor será determinado de conformidad al dato publicado por el Banco Central de Reserva de El Salvador para las ofertas en moneda nacional y el factor anual acumulado para las porciones en moneda extranjera, será determinado de conformidad al dato publicado por entidades correspondientes de cada país.																																							
IAL 19.1	“Se requiere” una Declaración de Mantenimiento de Oferta, utilizando el formulario incluido en la Sección IV Formulario de la Oferta.																																							

IAL 19.3 (d)	Otro tipo de garantías aceptables: No aplica , se requiere la presentación de Declaración de Mantenimiento de Oferta.
IAL 19.9	Si el Licitante incurre en algunas de las acciones mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo de 2 años.
IAL 20.1	Además de la oferta original, el número de copias es: una (1) copia física.
IAL 20.3	<p>La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante comprenderá:</p> <p><u>Documentación Legal</u></p> <p>En caso de Licitantes nacionales, copia de la documentación siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma. b. Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere). c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso. d. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio. e. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado. f. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. g. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. h. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA. <p>Para personas naturales la documentación siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado. b. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión

	<p>de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.</p> <p>d. Tarjeta del IVA del Licitante</p> <p>Persona jurídica extranjera domiciliada en el salvador deberán presentar la documentación siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">Documentación completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.Testimonio de Escritura Pública de Poder inscrita en el Registro de Comercio.Tarjeta de IVA del ofertante.DUI, Pasaporte, o carné de residente vigentes a la fecha de recepción y apertura de oferta del apoderado de la sociedad oferente. <p>En caso de Licitantes extranjeros, deberán presentar la documentación siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante.Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (en caso de que las hubiere).Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. <p><u>Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar lo requerido para personas jurídicas nacionales o extranjeras según aplique y lo detallado a continuación:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Si se trata de una Asociación en participación o Consorcio, ya constituido legalmente, deberá presentar fotocopia del documento donde conste dicha Asociación en participación o Consorcio suscrito por todos sus miembros.En el caso que la Asociación en participación o Consorcio se constituya sólo para el suministro en mención, bastará para efectos de evaluación, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran, junto con la oferta una carta de intención donde conste que suscribirán un acuerdo de APCA, si la oferta es aceptada; estando obligados en caso de adjudicación, a presentar la escritura de constitución de Asociación en participación o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones
--	---

	<p>en nombre de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de pagos.</p> <p>c) En caso de que el adjudicado sea una asociación, deberá presentar un Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados.</p>
D. Presentación y apertura de las Ofertas	
IAL 22.1	<p>Para fines de presentación de la Oferta, la dirección del Comprador es: Atención: <i>Licda. María José Domínguez.</i></p> <p>Dirección: UCPCSJ: Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, Block “G”, número 1-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Ciudad: San Salvador. País: El Salvador.</p> <p>La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: <u>02 de mayo de 2023</u> Hora: <i>10.00 hrs., hora oficial de la República de El Salvador (UTC-06:00).</i></p> <p>Los Licitantes “no tendrán” la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.</p>
IAL 25.1	<p>La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:</p> <p>Dirección: UCPCSJ: Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, Block “G”, número 1-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Ciudad: San Salvador. País: El Salvador. Fecha: <u>02 de mayo de 2023</u> Hora: <i>10:00 hrs., hora oficial de la República de El Salvador (UTC-06:00).</i></p>
IAL 25.6	<p>La Carta de la Oferta y la Lista de Precios deberán ser firmadas con las iniciales de 2 representantes del Comprador que asistan a la Apertura de Ofertas.</p> <p>En el acto de apertura de ofertas, la carta oferta y lista de precios deberán ser inicializados por los Representantes del comprador.</p>
E. Evaluación y comparación de las Ofertas	
IAL 32.1	<p>La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los</p>

	<p>precios de las Ofertas expresados en diversas monedas es: <i>Dólar de los Estados Unidos de América.</i></p> <p>La fuente del tipo de cambio será: <i>Banco Central de Reserva de El Salvador</i></p> <p>La fecha del tipo de cambio será: [la fecha específica se definirá al publicar el documento de licitación y corresponderá a aproximadamente <i>quince (15) días calendarios antes de la fecha presentación de ofertas</i>].</p>																											
IAL 33.1	<i>No se aplicará</i> un margen de preferencia nacional.																											
IAL 34.2 (a)	<p>La evaluación se hará por lote completo.</p> <p>Nota:</p> <p>Las Ofertas serán evaluadas por lotes y el Contrato comprenderá los lotes adjudicados al Oferente seleccionado.</p>																											
IAL 34.6	<p>Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”:</p> <p>(a) Desviación en el Cronograma de Entregas: <i>No aplica</i></p> <p>(b) Desviación en el plan de pagos: <i>No aplica</i></p> <p>(c) Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: <i>No aplica</i></p> <p>(d) Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: <i>No Aplica.</i></p> <p>(e) Costos durante la vida útil: Los costos en que se incurra durante la vida útil de los bienes o los equipos <i>No aplica.</i></p> <p>(f) El rendimiento y la productividad de los equipos ofrecidos: <i>No aplica.</i></p>																											
F. Adjudicación del Contrato																												
IAL 42	<p>Las cantidades podrán aumentarse, como máximo 15%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad a incrementar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Equipo digital para tamizaje auditivo</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Centrífuga para banco de sangre</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Cámara extractora de gases</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ventilador de uso neonatal hibrido</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Incubadora de transporte con ventilador</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Incubadora fija infantil híbrida</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Lote	Descripción	Cantidad a incrementar	1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	3	2	Equipo digital para tamizaje auditivo	4	3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	N/A	4	Centrífuga para banco de sangre	N/A	5	Cámara extractora de gases	N/A	6	Ventilador de uso neonatal hibrido	16	7	Incubadora de transporte con ventilador	2	8	Incubadora fija infantil híbrida	12
Lote	Descripción	Cantidad a incrementar																										
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	3																										
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	4																										
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	N/A																										
4	Centrífuga para banco de sangre	N/A																										
5	Cámara extractora de gases	N/A																										
6	Ventilador de uso neonatal hibrido	16																										
7	Incubadora de transporte con ventilador	2																										
8	Incubadora fija infantil híbrida	12																										

	9	Incubadora fija	17
	10	Cuna térmica	4
	11	Equipo de ultrasonografía portátil	3
	12	Ecocardiógrafo	N/A

	Las cantidades podrán reducirse, como máximo 15%		
	Lote	Descripción	Cantidad a reducir
	1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	3
	2	Equipo digital para tamizaje auditivo	4
	3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	N/A
	4	Centrífuga para banco de sangre	N/A
	5	Cámara extractora de gases	N/A
	6	Ventilador de uso neonatal híbrido	16
	7	Incubadora de transporte con ventilador	2
	8	Incubadora fija infantil híbrida	12
	9	Incubadora fija	17
	10	Cuna térmica	4
	11	Equipo de ultrasonografía portátil	3
	12	Ecocardiógrafo	N/A
IAL 43	<p>NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada.</p> <p>DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL OFERTANTE GANADOR OFERENTE NACIONAL y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solvencia vigente de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII) 2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS. 3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S). 4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del adjudicado. <p>Los licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP'S, ISSS e IPSFA, siempre tendrán que presentar las constancias, ya que dichas instituciones tienen sus respectivos formatos para estos casos.</p> <p>En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UCPCSJ del MINSAL, a fin de constatar la autenticidad de las mismas.</p>		

IAL 45.1	El Licitante seleccionado “ <i>si debe</i> ” suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva.
IAL 47	<p>Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)”. Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, que son correo electrónico o fax), a:</p> <p>A la atención de: <i>Licda. María José Domínguez.</i></p> <p>Título / posición: <i>Coordinadora de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos (UCPCSJ).</i></p> <p>Comprador: <i>Ministerio de Salud.</i></p> <p>Dirección de correo electrónico: adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv</p> <p>En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del proceso:</p> <ol style="list-style-type: none">1. los términos del Documento de Licitación; y2. la decisión del Comprador de adjudicar el Contrato.

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Índice

1. Margen de preferencia (IAL 33)	52
2. Evaluación (IAL 34)	53
3. Calificación (IAL 37)	53

1. Margen de preferencia (IAL 33) NO APLICA.

Si los Datos de la Licitación (DDL) así lo indican, y con el propósito de comparar las Ofertas, el Comprador otorgará un margen de preferencia a los bienes fabricados en el País del Comprador, de acuerdo con los procedimientos descritos en los siguientes párrafos.

Las Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos se clasificarán en uno de los tres grupos siguientes:

- (a) **Grupo A:** las Ofertas de bienes fabricados en el País del Comprador, cuando:
 - (i) la mano de obra, las materias primas y los componentes provenientes del país del Comprador representen más del 30 % (treinta por ciento) del precio EXW, y
 - (ii) el establecimiento donde se fabricarán o ensamblarán se ha dedicado a la fabricación o ensamblaje de esos bienes por lo menos a partir de la fecha de la presentación de la Oferta.
- (b) **Grupo B:** todas las demás Ofertas de Bienes fabricados en el país del Comprador.
- (c) **Grupo C:** las Ofertas de Bienes de origen extranjero que ya se han importado o que han de importarse.

Con el propósito de facilitar esta clasificación al Comprador, el Licitante completará la versión correspondiente de las Listas de Precios incluidas en el Documento de Licitación, entendiéndose que, si presenta una versión incorrecta de la Lista de Precios, su Oferta no será rechazada, sino que el Comprador simplemente la reclasificará y colocará en el grupo apropiado.

El Comprador revisará primero las Ofertas para confirmar que corresponden al grupo en el que los Licitantes las clasificaron al momento de preparar sus Formularios de la Oferta y Listas de Precios, o para corregir dicha clasificación, si fuera necesario.

Posteriormente, se compararán las Ofertas de cada grupo para determinar cuál tiene el costo más bajo dentro del grupo y se compararán entre sí las que tengan el costo más bajo de cada grupo. Si de ello resulta que una Oferta del grupo A o del grupo B es la más baja, dicha Oferta será seleccionada para la adjudicación.

Si de la comparación precedente resulta que una Oferta del grupo C tiene el costo más bajo, todas las Ofertas del grupo C se compararán nuevamente con la Oferta con el costo evaluado más bajo del grupo A. Únicamente a los fines de la comparación, se sumará a los costos evaluados de los bienes de cada oferta del grupo C un monto equivalente al 15 % (quince por ciento) del precio CIP de la Oferta para bienes ya importados o que habrán de importarse. Ambos precios deberán incluir los descuentos incondicionales y la corrección de errores aritméticos. Si la Oferta del grupo A es la más baja, se la seleccionará para la adjudicación. En caso contrario, se seleccionará la Oferta con el costo evaluado más bajo del grupo C.

Oferta más Conveniente

El Comprador utilizará los criterios y las metodologías enumerados en las secciones 2 y 3 a continuación para determinar la Oferta más Conveniente. La Oferta más Conveniente es aquella que cumple con los criterios de calificación y que:

- (a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y
- (b) tiene el costo evaluado más bajo.

2. Evaluación (IAL 34)

2.1. Criterios de evaluación (IAL 34.6) no se aceptarán desviaciones.

Al evaluar el costo de una Oferta, el Comprador podrá considerar, además del precio cotizado de conformidad con la IAL 14.8, uno o más de los siguientes factores estipulados en la IAL 34.2 (f) y en los DDL que remiten a la IAL 34.6, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.

- (a) Calendario de entregas se realizará conforme a lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 6. Cuadro de Distribución. No se otorgará crédito por entregas más tempranas y se considerará que las Ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final no cumplen con lo solicitado.
- (b) Desviación en el calendario de pagos: *NO APLICA*
- (c) Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: *NO APLICA*
- (d) Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: *NO APLICA*
- (e) Costos durante la vida útil: *NO APLICA*
- (f) Rendimiento y productividad de los equipos ofrecidos *NO APLICA*
- (g) Criterios específicos adicionales. *NO APLICA*

2.2. Contratos múltiples (IAL 34.4)

Si, de acuerdo con la IAL 1.1, se invita a la presentación de Ofertas para lotes individuales o para cualquier combinación de lotes, el contrato se adjudicará a los Licitantes que presenten la/s Oferta/s que cumplan sustancialmente con los requisitos y que ofrezcan el costo evaluado más bajo al Comprador para lotes combinados, después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes, con sujeción al cumplimiento por parte de los Licitantes seleccionados de los criterios de calificación requeridos (en esta sección III, cláusula 37, “Requisitos de calificación”), para un lote o una combinación de lotes, según sea el caso.

Al determinar el Licitante o los Licitantes que ofrecen al Comprador el costo total evaluado más bajo para lotes combinados, el Comprador aplicará los siguientes pasos en orden secuencial:

- (a) evaluación de lotes individuales para determinar las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos y los correspondientes costos evaluados;
- (b) para cada lote, clasificación de las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos, comenzando por el costo evaluado más bajo para el lote en cuestión;
- (c) aplicación a los costos evaluados enumerados en el inciso b) de todo descuento/reducción de precio aplicable ofrecido por uno o más Licitantes para la adjudicación de contratos múltiples en función de los descuentos y la metodología para su aplicación que ofrece el Licitante correspondiente;
- (d) determinación de la adjudicación del contrato a partir de la combinación de lotes que ofrezcan al Comprador el costo total evaluado más bajo.

2.3. Ofertas Alternativas (IAL 13.1) NO APLICA

Una oferta Alternativa, si estuviera permitida de acuerdo con la IAL 13.1, se evaluará de la siguiente manera:

[Indique una de las siguientes].

“Un Licitante podrá presentar una Oferta Alternativa solamente con una Oferta para el requerimiento original. El Comprador solo considerará las Ofertas Alternativas presentadas por el Licitante cuya Oferta para el caso base haya sido evaluada como la Oferta más conveniente”.

O

“Un Licitante podrá presentar una Oferta Alternativa con o sin una Oferta para el requerimiento original. El Comprador considerará las Ofertas presentadas como alternativas de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de la sección VII, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. Todas las Ofertas recibidas para el requerimiento original, así como las Ofertas alternativas que cumplen los requerimientos especificados, se evaluarán por sus propios méritos de acuerdo con los mismos procedimientos, especificados en la IAL 34”.

3. Calificación (IAL 37)

3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente los requisitos la que presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAL 34, y, si corresponde, de evaluar cualquier Oferta Excesivamente Baja (de acuerdo con la IAL 36), el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de acuerdo con la IAL 37, empleando únicamente los

requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán utilizarse para evaluar las calificaciones del Licitante.

(a) Capacidad financiera:

El Licitante deberá presentar estados financieros auditados, o si no lo exige la ley del país del licitante, otros estados financieros aceptables para el Comprador, durante los últimos **tres años** antes de fecha límite de presentación de ofertas, que demuestren la solidez actual de la situación financiera del Licitante. Para una APCA, este requisito deberá ser cumplido por cada uno de los miembros.

(b) Experiencia específica:

El licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos hasta cinco (5) contratos diferentes de bienes que hayan sido firmados en los últimos diez (10) años, antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada una con un valor al menos:

No. Lote	Descripción	Cantidad
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	5 unidades
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	5 unidades
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	5 unidades
4	Centrífuga para banco de sangre	5 unidades
5	Cámara extractora de gases	5 unidades
6	Ventilador de uso neonatal híbrido	22 unidades
7	Incubadora de transporte con ventilador	3 unidades
8	Incubadora fija infantil híbrida	16 unidades
9	Incubadora fija	23 unidades
10	Cuna térmica	5 unidades
11	Equipo de ultrasonografía portátil	4 unidades
12	Ecocardiógrafo	3 unidades

Que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los bienes y servicios relacionados bajo el contrato. Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.

(c)) Evidencia documental:

El Licitante deberá entregar prueba documental que demuestre que los Bienes que ofrece cumplen con los siguientes requisitos funcionales: Descritos en la Sección VII Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, así como deberá incluirse en su oferta la siguiente documentación adicional:

- Para todos los lotes, el licitante deberá presentar carta compromiso, debidamente firmada por el Representante Legal, en la cual manifieste que cuenta con Departamento de Servicio Técnico Biomédico, con personal entrenado por el fabricante. Para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados y cumplir con el programa de capacitación solicitado, con una experiencia de al menos 2 años en el mantenimiento de los bienes, no se aceptará personal con una experiencia menor a la solicitada.
- Se requiere el siguiente personal calificado:
 - Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12: al menos 1 técnico certificado
 - Lote 6: Al menos 2 técnicos certificadosEl personal técnico presentado deberá ser el mismo que realice las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, durante el periodo de la garantía y estar en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas
- Para el **Lote: 1** se requiere calibración y análisis de los equipos ofertados, con certificado vigente, por lo que el licitante deberá presentar carta compromiso, debidamente firmada por el Representante Legal, en la cual manifieste que se compromete a realizarlo cada año durante el tiempo de vigencia de la garantía.
- El licitante deberá presentar carta compromiso, donde manifieste que se compromete a realizar las capacitaciones de los equipos, deberá presentar Programa de Capacitación al administrador de Contrato, a más tardar 2 días posteriores de la entrega de los equipos, las cuales se realizarán conforme lo establecido en la Sección IV. Formularios de la Oferta. 2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento.
- El licitante deberá presentar carta compromiso, donde manifieste que se compromete a realizar el mantenimiento de los equipos, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el administrador de contrato, las cuales serán conforme lo establecido en la Sección IV. Formularios de la Oferta. 2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento.
- Compromiso en la cual especifique que, durante el periodo de garantía, los equipos no podrán estar sin funcionamiento continuo por un periodo no mayor a 45 días calendario por falta de repuestos, de lo contrario se solicitará el reemplazo por un equipo completamente nuevo de un modelo similar o más reciente al suministrado.
- Los equipos entregados deberán ser completamente nuevos, no deberán haberse utilizado en demostraciones o eventos similares.
- La fecha de fabricación de los equipos no deberá ser mayor a un año.

(d) Experiencia de fabricación y Capacidad Técnica:

Para los ítems bajo el Contrato que el Licitante es un fabricante, el Licitante deberá proporcionar prueba documental para demostrar que:

- (i) ha fabricado productos de naturaleza y complejidad similares durante al menos 10 años antes de la fecha límite de presentación de ofertas; y
- (ii) su capacidad de producción anual de bienes de naturaleza y complejidad similar para cada uno de los últimos 10 años antes de la fecha límite de presentación de ofertas, es al menos 8 veces las cantidades especificadas en el contrato.

(e) Autorización del Fabricante: Un Licitante que no fabrique un ítem para el cual se exige una autorización del fabricante de acuerdo con la IAL 17.2 (a) de los DDL, el Licitante deberá proporcionar evidencia de estar debidamente autorizado por un fabricante (Formulario de Autorización del Fabricante, Sección IV, Formularios de Licitación), que cumpla con los criterios en (d) (i) y (ii) anteriores, para suministrar los Bienes;

(f) Un licitante que no fabrica ítems para los cuales no se exige una autorización del fabricante de acuerdo con la IAL 17.2 (a) de los DDL, el Licitante deberá presentar documentación sobre su condición de proveedor a la satisfacción del Comprador (por ejemplo, como distribuidor / distribuidor autorizado de tales ítems).

Al momento de la Adjudicación del Contrato, el Licitante (incluyendo cada subcontratista propuesto por el Licitante) no estará sujeto a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones de EAS/ASx.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Carta de la Oferta	59
Formulario de Información sobre el Licitante	62
Formulario de información sobre los miembros de la APCA.....	64
Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados....	67
Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados*	68
Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador.....	69
Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos	70
Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta.....	76
Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Fianza)	81
Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta.....	83
Autorización del Fabricante.....	85

Carta de la Oferta

Fecha de presentación de esta Oferta: *[Indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SDO n.º: *[Indique el número del proceso de la SDO].*

Solicitud de Oferta n.º: *[Indique identificación].*

Alternativa n.º: *[Indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa].*

Para: *[Indique el nombre del Comprador].*

- (a) **Sin reservas:** Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.
- (b) **Elegibilidad:** Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con la IAL 4.
- (c) **Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta:** No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta en el País del Comprador de acuerdo con la IAL 4.7.
- (d) **Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx):** *[seleccione la opción apropiada de (i) a (iii) a continuación y elimine las demás. En caso de los miembros de una APCA y/o subcontratistas, indicar la situación de descalificación por parte del Banco de cada miembro de la APCA y/o subcontratista.]*

Nosotros, incluyendo todos nuestros subcontratistas:

- (i) *[no hemos sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx.]*
- (ii) *[estamos sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx]*
- (iii) *[habíamos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a nuestro favor.]*
- (e) **Conformidad:** Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el Documento de Licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: *[proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos].*
- (f) **Precio de la Oferta:** El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:
 - (a) precio total de cada lote *[inserte el precio total de cada lote en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]*, y (b) precio total de

todos los lotes (suma de todos los lotes) *[inserte el precio total de todos los lotes en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]*.

- (g) **Descuentos:** Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
- (i) Los descuentos ofrecidos son: *[especifique cada descuento ofrecido]*.
 - (ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: *[detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos]*.
- (h) **Validez de la Oferta:** Nuestra Oferta se mantendrá válida por el período establecido en la IAL 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la IAL 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
- (i) **Garantía de Cumplimiento:** Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Documento de Licitación.
- (j) **Una Oferta por Licitante:** No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, sin considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 13.
- (k) **Suspensión e inhabilitación:** Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o persona, que esté sujeta a una suspensión o inhabilitación temporal impuesta por el Grupo Banco Mundial ni a una inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilitación, suscrito por el Banco Mundial y otros bancos de fomento. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes o regulaciones oficiales del País del Comprador ni en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- (l) **Empresa o ente de propiedad estatal:** *[Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra]. [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.6].*
- (m) **Comisiones, gratificaciones, honorarios:** Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: *[proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia]*.

Nombre del receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).

- (n) **Contrato vinculante:** Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.
- (o) **Comprador no obligado a aceptar:** Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que reciban.
- (p) **Fraude y Corrupción:** Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante*: *[proporcione el nombre completo del Licitante].*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante:** *[proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta].*

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: *[indique el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Firma de la persona nombrada anteriormente: *[indique la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores].*

Fecha de la firma: **El día** *[indique la fecha de la firma]* **del mes** *[indique mes]* **del año** *[indique año].*

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

Formulario de Información sobre el Licitante

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos].

Fecha: *[indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SDO n.º: *[Indique el número del proceso de la SDO].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre del Licitante: <i>[indique el nombre jurídico del Licitante].</i>
2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: <i>[indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA].</i>
3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse: <i>[indique el país donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse].</i>
4. Año de registro del Licitante: <i>[indique el año de registro del Licitante].</i>
5. Dirección del Licitante en el país donde está registrado: <i>[indique el domicilio legal del Licitante en el país donde está registrado].</i>
6. Información del representante autorizado del Licitante: Nombre: <i>[indique el nombre del representante autorizado].</i> Dirección: <i>[indique la dirección del representante autorizado].</i> Números de teléfono y fax: <i>[indique los números de teléfono y fax del representante autorizado].</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado].</i>
7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: <i>[marque las casillas que correspondan]</i> <input type="checkbox"/> Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAL 4.4. <input type="checkbox"/> Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la IAL 4.1. <input type="checkbox"/> Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentación que acredite:

- su autonomía jurídica y financiera,
- su operación conforme al Derecho comercial,
- que el Licitante no se encuentra bajo la supervisión del Comprador.

8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. *Si se requiere bajo DDL IAL 45.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].*

Formulario de información sobre los miembros de la APCA

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante y por cada uno de los miembros de la APCA].

Fecha: *[indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SDO n.º: *[indique el número del proceso de Licitación].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].*

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre del Licitante <i>[indique el nombre jurídico del Licitante].</i>
2. Nombre jurídico del miembro de la APCA <i>[indique el nombre jurídico del miembro de la APCA].</i>
3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA <i>[indique el nombre del país de registro del miembro de la APCA].</i>
4. Año de registro del miembro de la APCA: <i>[indique el año de registro del miembro de la APCA].</i>
5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: <i>[domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado].</i>
6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: <i>[indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Dirección: <i>[indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Números de teléfono y fax: <i>[indique los números de teléfono y fax del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA].</i>
7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: <i>[marque las casillas que correspondan].</i> <input type="checkbox"/> Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAL 4.3 <input type="checkbox"/> Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAL 4.6
8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. <i>Si se requiere bajo DDL IAL 45.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].</i>

Declaración de Desempeño sobre Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx)

[El siguiente cuadro debe ser completado por el Licitante y cada miembro de la APCA o JV y cada subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: *[indicar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar día, mes, año]*

SDO No. y Título: *[insertar la referencia de la SDO]*

Página *[insertar número de página]* de *[insertar número total]* páginas

Declaración EAS y/o ASx

Nosotros:

- (a) no hemos sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx.
- (b) no estamos sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx
- (c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx pero fuimos excluidos de las empresas descalificadas Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a nuestro favor.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificación.]

Formularios de Listas de Precios

*[El Licitante completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la **Lista de Precios** deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos].*

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados

(Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán)								Fecha: _____
Monedas de acuerdo con la IAL 15								SDO n.º: _____
								Alternativa n.º: _____
								Página n.º _____ de _____
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.º de artículo	Descripción de los bienes	País de origen	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario CIP [indique lugar de destino convenido] de acuerdo con la IAL 14.8 (b) (i)	Precio CIP por artículo (Col. 5 x 6)	Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL	Precio total por artículo (Col. 7 + 8)
<i>[Indique el número del artículo].</i>	<i>[Indique el nombre de los bienes].</i>	<i>[Indique el país de origen de los bienes].</i>	<i>[Indique la Fecha de Entrega ofertada].</i>	<i>[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].</i>	<i>[Indique el precio CIP por unidad].</i>	<i>[Indique el precio total CIP por artículo].</i>	<i>[Indique el precio correspondiente por artículo].</i>	<i>[Indique el precio total del artículo].</i>
Precio Total								

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo del Licitante]* Firma del Licitante: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique la fecha]*

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados*

(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados)

Monedas de acuerdo con la IAL 15

Fecha: _____

SDO n.º: _____

Alternativa n.º: _____

Página n.º _____ de _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N.º de artículo	Descripción de los bienes	País de origen	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario, incluyendo derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (i)	Derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (ii) (respaldado con documentos)	Precio unitario neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (iii) (Col. 6 – Col.7)	Precio por artículo neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación, de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (i) (Col. 5×8)	Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (v)	Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAL 14.8 (c) (iv)	Precio Total por artículo (Col. 9 + 10)
<i>[Indique el número del artículo].</i>	<i>[Indique el nombre de los bienes].</i>	<i>[Indique el país de origen de los bienes].</i>	<i>[Indique la Fecha de Entrega ofertada].</i>	<i>[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].</i>	<i>[Indique el precio unitario por unidad].</i>	<i>[Indique los derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad].</i>	<i>[Indique precio unitario CIP neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación].</i>	<i>[Indique precios CIP por artículo neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación].</i>	<i>[Indique precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador].</i>	<i>[Indique los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el Contrato es adjudicado].</i>	<i>[Indique el precio total por artículo].</i>
										Precio total de la Oferta	

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo del Licitante]* Firma del Licitante: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique fecha]*

* *[Para Bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos bienes declarados en la aduana y debe incluir cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales, excepto impuestos y obligaciones de importación, que el Comprador haya pagado o deba pagar. Como aclaración, se solicitará a los Licitantes que coticen el precio incluyendo las tasas de importación y, adicionalmente, proveer las tasas de importación y el precio neto de obligaciones de importación, el cual será la diferencia entre esos valores].*

Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador

País del Comprador _____		(Ofertas de los Grupos A y B) Monedas de acuerdo con la IAL 15				Fecha: _____ SDO n.º: _____ Alternativa n.º: _____ Página n.º _____ de _____			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N.º de artículo	Descripción de los bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario EXW de cada artículo	Precio total EXW por cada artículo (col. 4x5)	Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los Bienes al destino final	Costo de la mano de obra local, la materia prima y los componentes de origen en el País del Comprador (% de la col. 5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAL 14.8 (a) (ii)	Precio total por artículo (col. 6 + 7)
<i>[Indique el número del artículo].</i>	<i>[Indique el nombre de los Bienes].</i>	<i>[Indique la Fecha de Entrega ofertada].</i>	<i>[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].</i>	<i>[Indique precio unitario EXW].</i>	<i>[Indique precio total EXW por cada artículo].</i>	<i>[Indique el precio correspondiente por artículo].</i>	<i>[Indique el costo de la mano de obra local, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como % del precio EXW de cada artículo].</i>	<i>[Indique impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado].</i>	<i>[Indique precio total por artículo].</i>
								Precio Total	

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo del Licitante]* Firma del Licitante: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique fecha]*

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

Monedas de acuerdo con la IAL 15						Fecha: _____
						SDO n.º: _____
						Alternativa n.º: _____
						Página n.º _____ de _____
1	2	3	4	5	6	7
Servicio N.º	Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final)	País de origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Cantidad y unidad física	Precio unitario	Precio total por servicio (Col. 5 x 6 o un estimado)
<i>[Indique número del servicio].</i>	<i>[Indique el nombre de los servicios].</i>	<i>[Indique el país de origen de los servicios].</i>	<i>[Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio].</i>	<i>[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].</i>	<i>[Indique el precio unitario por artículo].</i>	<i>[Indique precio total por artículo].</i>
	Lote 1: Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal					
1	Capacitación		4 HORAS para Operadores y 2 HORAS para personal de Mantenimiento	1 jornada de Capacitación para Operadores y personal de Mantenimiento		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato.		
	Lote 2: Equipo digital para tamizaje auditivo.					
1	Capacitación		4 HORAS para Operadores y 2 HORAS para personal de Mantenimiento	1 jornada de Capacitación para Operadores y personal de Mantenimiento		

2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 3: Cabina de Seguridad Biológica Clase II Tipo A2					
1	Capacitación		8 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento	1 jornada de Capacitación para Operadores y personal de Mantenimiento		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 4: Centrifuga Para Banco De Sangre					
1	Capacitación		4 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento	1 jornada de Capacitación para Operadores y personal de Mantenimiento		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral	4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		

			6. Cuadro de Distribución			
	Lote 5: Cámara Extractora de Gases					
1	Capacitación		4 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento	1 jornada de Capacitación para Operadores y personal de Mantenimiento		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 6: Ventilador de uso Neonatal Híbrido					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		

	Lote 7: Incubadora de Transporte con Ventilador					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 8: Incubadora Fija Infantil Híbrida					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan		

			Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 9: Incubadora Fija					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 10: Cuna Térmica					
	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el		

			Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 11: Equipo de Ultrasonografía portátil					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas		
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato		
	Lote 12: Ecocardiógrafo					
1	Capacitación		16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento	Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno.		

				Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas			
2	Mantenimiento		Conforme lo establecido en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 6. Cuadro de Distribución	12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato			
						Precio total de la Oferta	

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo del Licitante]* Firma del Licitante: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique fecha]*

Presentar copia de las Certificaciones, aprobaciones y normas vigentes de todos los equipos:

Lote	Descripción	Estándares y Normativas requeridas
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. ✓ Aprobada su comercialización por FDA de los Estados Unidos de América. ✓ Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente.
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485. ✓ Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente. ✓ Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América.
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada según cualquiera de las siguientes normas: EN12469:2000 o NSF/ANSI 49. ✓ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 vigente. ✓ Cumplimiento de la norma ISO 14644-1:2016 en relación a la clasificación de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas. ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente. ✓ Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América.
4	Centrífuga para banco de sangre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 o equivalente. ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente.

Lote	Descripción	Estándares y Normativas requeridas
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América.
5	Cámara extractora de gases	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 vigente. ✓ SEFA 1-2010, ASHRAE 110 o ANSI—Norma Z9.5 ✓ NFPA 45 o equivalente. ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente. ✓ Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América.
6	Ventilador de uso neonatal híbrido	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Normativa de seguridad básica para ventiladores en cuidados intensivos IEC 80601-2-12. ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485, presentar certificado vigente. ✓ Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. ✓ Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente
7	Incubadora de transporte con ventilador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 (Presentar certificado vigente). ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-20 o equivalente. ✓ Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón).
8	Incubadora fija infantil híbrida	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-19 o equivalente. ✓ Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón).
9	Incubadora fija	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 ✓ Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-19 o equivalente. ✓ Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón).
10	Cuna térmica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. ✓ Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón). ✓ Norma de seguridad eléctrica tipo BF según IEC 60601-2-21:2009 o equivalente, como cumplimiento de los requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las cunas de calor radiante para recién nacidos.
11	Equipo de ultrasonografía portátil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar de comunicación e imagen DICOM 3.0 ✓ ISO13485 ✓ IEC60601-2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de monitoreo y diagnóstico médico por ultrasonido.

Lote	Descripción	Estándares y Normativas requeridas
		✓ Deberá estar avalado su comercialización por FDA (Estados Unidos), JIS o PMDA (Japón) o el mercado CE (Comunidad Europea).
12	Ecocardiógrafo	✓ Deberá cumplir con los siguientes estándares: ✓ Estándar de comunicación e imagen DICOM 3.0. ✓ ISO13485 vigente. ✓ IEC60601-2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de monitoreo y diagnóstico médico por ultrasonido. ✓ Deberá estar avalado su comercialización por FDA (Estados Unidos), JIS o PMDA (Japón) o el mercado CE (Comunidad Europea).

Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (No aplica)

(Garantía bancaria)

[El banco completará este formulario de garantía bancaria según las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: *[Indique el nombre y la dirección del Comprador].*

SDO n.º: *[Indique número de referencia del Comprador para el llamado a licitación].*

Alternativa n.º: *[Indique el número de identificación si esta es una oferta alternativa].*

Fecha: *[Indique la fecha].*

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N.º: *[Indique el número de referencia de la Garantía].*

Garante: *[Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].*

Se nos ha informado que _____ *[indique el nombre del Licitante; en el caso de que se trate de una APCA, será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto]* (en adelante, el “Solicitante”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta el *[indique la fecha de presentación de la Oferta]* (en adelante, la “Oferta”) para la celebración de *[indique el nombre del Contrato]* en virtud de la Solicitud de Ofertas n.º _____ (“la SDO”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una garantía de mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma que no exceda un monto total de _____ (_____) al recibo de la demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en el que se indique que el Solicitante:

- (a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido en la Carta de la Oferta del Solicitante (el “período de validez de la Oferta”), o cualquier prórroga provista por el Solicitante, o
- (b) después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante el período de validez de la Oferta o cualquier extensión provista por el Solicitante, (i) no

ha firmado el Convenio de Contrato, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL del Documento de Licitación del Beneficiario.

Esta Garantía vencerá: (a) en el caso del Solicitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio de Contrato firmado por el Solicitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con dicho convenio, o (b) en el caso de no ser el Solicitante seleccionado, cuando: (i) recibamos una copia de la notificación del Beneficiario al Solicitante en la que se le comuniquen los resultados del proceso de Licitación, o (ii) transcurran 28 días una vez finalizado el período de validez de la Oferta, lo que ocurra primero.

Consecuentemente, cualquier demanda de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en la oficina antes mencionada a más tardar en esa fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI.

[Firma(s)]

Nota: Los textos en cursiva se incluyen al solo efecto de preparar el presente formulario y deben ser eliminados en el texto final.

Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Fianza) (No aplica)

[El Garante completará este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas].

FIANZA N.º _____

POR ESTA FIANZA [*nombre del Licitante*], obrando en calidad de Mandante (en adelante, el “Mandante”), y [*nombre, denominación legal y dirección del Garante*], **autorizado para operar en** [*nombre del País del Comprador*], y quien obre como Garante (en adelante, el “Garante”) por este instrumento se obligan y se comprometen firmemente con [*nombre del Comprador*] como Demandante (en adelante, el “Comprador”) por el monto de [*monto de la fianza*]¹ [*indique la suma en letras*], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado o presentará al Comprador una Oferta escrita con fecha del ____ de _____, del 20__, para la provisión de [*indique el nombre y/o la descripción de los bienes*] (en adelante, la “Oferta”),

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que, si el Mandante:

- (a) ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la Carta de la Oferta del Mandante (“el período de validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo que haya provisto, o,
- (b) luego de que el Comprador lo ha notificado de la aceptación de su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo que haya provisto, (i) no ha suscripto el Convenio del Contrato o (ii) no ha presentado la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del Documento de Licitación del Comprador,

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador, como máximo, la suma antes mencionada al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Comprador deba sustentar su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, especificando cuál de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta 28 días después del vencimiento del período de validez de la

¹ El monto de la Fianza debe expresarse en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre convertibilidad.

Oferta tal como se establece en la Carta de la Oferta o cualquier prórroga proporcionada por el Mandante.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto la suscripción del presente en sus respectivos nombres el día ____ del mes de _____ del año 20__.

Mandante: _____
Sello corporativo (si lo hubiera)

Garante: _____

(Firma)
(Aclaración y cargo)

(Firma)
(Aclaración y cargo)

Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

Oferta n.º: *[número del proceso de la SDO].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación si se trata de una oferta por una alternativa].*

Para: *[indique el nombre completo del Comprador].*

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de **2 años**, especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

- (a) si retiramos nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, o
- (b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la fecha de expiración de la validez de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Nombre del Licitante*: _____

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**: _____

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: _____

Firma de la persona nombrada anteriormente: _____

Fecha de la firma: El día _____ del mes _____ del año _____.

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].

Autorización del Fabricante

[El Licitante solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Licitante lo deberá incluir en su Oferta, si así se establece en los DDL].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDO n.º: *[Indique el número del proceso de la SDO].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación si se trata de una oferta por una alternativa].*

Para: *[indique el nombre completo del Comprador].*

POR CUANTO

Nosotros *[indique nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]*, autorizamos mediante el presente a *[indique el nombre completo del Licitante]* a presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la IAL 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nosotros confirmamos que no hemos incurrido o empleado trabajo forzoso o personas sujetas a trata de personas o trabajo infantil de conformidad con la Cláusula 14 de las Condiciones Generales del Contrato.

Firma: *[indique firma de los representantes autorizados del Fabricante].*

Nombre: *[indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante].*

Cargo: *[indique el cargo].*

Fechado el día _____ de _____ del año _____ *[fecha de la firma].*

Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría en adquisiciones financiadas por el Banco

Con referencia a las cláusulas 4.8 y 5.1 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL), para información de los Licitantes, las firmas, los bienes y los servicios de los siguientes países están excluidos actualmente de participar en este Proceso de Licitación:

En virtud de las cláusulas 4.8 (a) y 5.1: *ninguno*.

En virtud de las cláusulas 4.8 (b) y 5.1: *ninguno*.

Sección VI. Fraude y Corrupción

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
 - ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
 - iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
 - iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
 - v. Por “práctica obstructiva” se entiende:
 - (a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

- (b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco²; (ii) ser nominada³ como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.
- e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores,

² A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

³ Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar⁴ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

⁴ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

PARTE 2. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

INDICE

<u>1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas</u>	85
<u>2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento</u>	86
<u>3. Especificaciones técnicas</u>	87
<u>4. Planos o diseños</u>	90
<u>5. Inspecciones y pruebas</u>	91

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Licitante]
[Indique el n.º del artículo].	[Indique la descripción de los Bienes].	[Indique la cantidad de los artículos por suministrar].	[Indique la unidad física de medida de la cantidad].	[Indique el lugar de entrega].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal (1 entrega)	26	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	45 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
2	Equipo digital para tamizaje auditivo (1 entrega)	29	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	45 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
3	"Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2" (1 entrega)	1	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios	30 días calendario contados a partir	45 días calendario contados a partir	

				Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	de la fecha de distribución del contrato	de la fecha de distribución del contrato	
4	Centrífuga para banco de sangre (1 entrega)	1	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	45 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
5	Cámara extractora de gases (1 entrega)	1	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	45 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
6	Ventilador de uso neonatal híbrido (3 entregas)	50	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		32			60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		20			90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	120 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
7	Incubadora de transporte con ventilador (2 entregas)	13	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral	30 días calendario contados a partir de la fecha de	45 días calendario contados a partir de la fecha de	

				6. Cuadro de Distribución	distribución del contrato	distribución del contrato	
		10			60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
8	Incubadora fija infantil híbrida (3 entregas)	30	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		25			60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		25			90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	120 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
9	Incubadora fija (3 entregas)	50	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		40			60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	

		35			90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	120 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
10	Cuna térmica (2 entregas)	20	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
		9			60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
11	Equipo de ultrasonografía portátil (1 entrega)	22	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	45 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	
12	Ecocardiógrafo (1 entrega)	2	C/U	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	30 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato	

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

[El Comprador deberá completar este cuadro. Las fechas de finalización deberán ser realistas y congruentes con las fechas requeridas de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)].

Servicio	Descripción del servicio	Cantidad ¹	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fechas finales de cumplimiento de los servicios
[Indique el n.º del servicio].	[Indique descripción de los servicios conexos].	[Indique la cantidad de rubros de servicios que se prestarán].	[Indique la unidad física de medida de los rubros de servicios].	[Indique el nombre del lugar].	[Indique las fechas de cumplimiento requeridas].
	Lote 1: Oxímetro de pulso para tamizaje cardiaco de uso neonatal	26	Entrega	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, el plan de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)
1	Capacitación (4 HORAS para Operadores y 2 HORAS para personal de Mantenimiento)	1	Jornadas de capacitación		
2	Mantenimiento (4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 2: Equipo digital para tamizaje auditivo.	29	Entrega		
1	Capacitación (4 HORAS para Operadores y 2 HORAS para personal de Mantenimiento)	1	Jornadas de capacitación		
2	Mantenimiento (4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 3: Cabina de Seguridad Biológica Clase II Tipo A2	1	Entrega e instalación		

1	Capacitación (8 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento)	1	Jornadas de Capacitación	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, el plan de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)
2	Mantenimiento (4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 4: Centrifuga Para Banco De Sangre	1	Entrega		
1	Capacitación (4 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento)	1	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 5: Cámara Extractora de Gases	1	Entrega e instalación		
1	Capacitación (4 HORAS para Operadores y 4 HORAS para personal de Mantenimiento)	1	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (4 rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 6: Ventilador de uso Neonatal Híbrido	112	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de	4	Servicios de mantenimiento		

	visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)			Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, el plan de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)
	Lote 7: Incubadora de Transporte con Ventilador	18	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 8: Incubadora Fija Infantil Híbrida	80	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 9: Incubadora Fija	116	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 10: Cuna Térmica	29	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		

2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución	El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, el plan de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)
	Lote 11: Equipo de Ultrasonografía portátil	22	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		
	Lote 12: Ecocardiógrafo	2	Entrega e instalación		
1	Capacitación (16 HORAS para Médicos y 8 HORAS para personal de Mantenimiento)	6	Jornadas de Capacitación		
2	Mantenimiento (12 rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato)	4	Servicios de mantenimiento		

El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá

- La operación, limpieza y manejo del equipo, dirigida al personal operador.
- Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento.
- Se realizarán en el establecimiento donde se reciban los equipos.
- Las Jornadas de personal médico serán divididas en 4 Jornadas de 4 Horas; las 2 últimas jornadas se programarán 15 días posteriores a las 2 primeras jornadas, para el personal diurno y nocturno. Las Jornadas de personal de mantenimiento serán divididas en 2 Jornadas de 4 Horas

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
001	60302705	42181801	OXÍMETRO DE PULSO PARA TAMIZAJE CARDÍACO DE USO NEONATAL	26
Equipo	Equipo de uso diagnóstico para el tamizaje cardíaco neonatal y la determinación de la saturación de oxígeno en la sangre de forma inmediata en pacientes neonatos.			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD o tecnología mejorada de alta resolución con presentación numérica y curva de los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"> – Saturación parcial de oxígeno. – Pulso cardíaco. – Perfusión. • Controlado por microprocesador. • Tolerante al movimiento del paciente, con reporte de la saturación de oxígeno funcional. • Rangos mínimos de medición: <ul style="list-style-type: none"> – Saturación de oxígeno de 20% a 100% – Frecuencia cardíaca de 25 a 240 bpm. – Perfusión en un rango de 0.05-20%. – Precisión de 2% de la media de raíz cuadrada. • Con sistema de alarmas visual y audible para saturación y pulso, alarma de sensores, batería baja y fallo de red eléctrica. <ul style="list-style-type: none"> – Cable intermedio de preferentemente 250 cm de largo como mínimo. 			
Características Eléctricas	<ul style="list-style-type: none"> • Por medio de baterías recargables con un funcionamiento de al menos 8 horas. (Incluir cargador de baterías recargables y un juego de baterías) y con adaptador o cargador a CA para un voltaje de 120 VAC monofásico, a una frecuencia de 60 Hz. • Cable de alimentación eléctrica con tomacorriente macho polarizado de longitud deseable aproximadamente de 1.5 m. 			
Características Mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • De cabecera, con capacidad de desmontaje rápido para utilizar como oxímetro portátil. • Fabricado de material resistente a golpes y a los líquidos de desinfección hospitalaria. 			
Accesorios incluidos por equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Cable intermedio. • Cargador de batería o adaptador de carga. • Un juego de baterías • 20 sensores descartables adhesivos de saturación de oxígeno, para tamizaje cardíaco de pacientes neonatales. • Soporte para montaje en pared 			
Estándares y Normativas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. • Aprobada su comercialización por FDA de los Estados Unidos de América. • Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente. 			
Condiciones de Recepción	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
002	60302357	42182405	EQUIPO DIGITAL PARA TAMIZAJE AUDITIVO	29
Equipo		Equipo de medición para tamizaje de las emisiones oto-acústicas (OAE) en recién nacidos.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD o tecnología mejorada. • Con teclado o sistema equivalente para ingreso de información en idioma español. • Capacidad de realizar al menos las siguientes pruebas: <ul style="list-style-type: none"> – Oto emisiones Acústicas Transitorias (TEOAE) – Respuesta Auditiva de Tronco Cerebral (ABR). • Rango con al menos las siguientes frecuencias: (1, 2, 3, 4) KHz. • Con capacidad de transferencia de datos y software de análisis para ordenador. • Elección entre estímulos a múltiples niveles. • Punta de sonda o micro sonda optimizada para oídos pequeños (Pacientes Neonatales) • Con indicador visual y audible de batería baja. • Deberá incluir ordenador portátil, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> – Pantalla de 15 pulgadas. – Procesador de décima generación. – Memoria RAM de 8 GB – Disco duro de 1 TB – Teclado en español con ratón inalámbrico. – Al menos 4 puertos USB 2.0 – Sistema operativo instalado al menos Windows 10. • Incluye software de manejo y transferencia de datos del probador al ordenador, con capacidad de imprimir y visualizar archivos en formato PDF con licencia autorizada. • Tanto las licencias del sistema operativo como las del probador deben ser perpetuas, y de este último se deben incluir todas las actualizaciones que se desarrollen, durante el período de la garantía sin costo alguno para el MINSAL. 		
Características Eléctricas		<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de trabajo: VDC por medio de baterías recargables de larga duración, para realizar al menos 200 pruebas. • Con cargador o adaptador independiente con funcionamiento a 120 VAC, 60 Hertzios. • Tipo de seguridad eléctrica: BF o equivalente. 		
Características Mecánicas		<ul style="list-style-type: none"> • De uso portátil. • Resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. 		
Accesorios incluidos por equipo		<ul style="list-style-type: none"> • Cargador de batería o adaptador de carga. • Un juego de baterías • 200 olivas o puntas descartables de aplicación neonatal. • Base para colocar el probador. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
002	60302357	42182405	EQUIPO DIGITAL PARA TAMIZAJE AUDITIVO	29
		<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa o estuche de almacenamiento. • Sonda de OAE. • Cables USB. • Deberá incluir un UPS para el equipo y el ordenador, de acuerdo a la capacidad de ambos dispositivos. 		
Estándares y Normativas		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485. • Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente. • Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (mercado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. 		
Condiciones de Recepción		<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado, a entera satisfacción del Administrador de Contrato. • Se deberá realizar las pruebas de funcionamiento mínimas para comprobar el funcionamiento del equipo según recomendaciones del fabricante. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
003	60402207	41103507	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2	1
Equipo		Cabina de seguridad biológica Clase II tipo A2, para trabajos que se requieren bioseguridad en niveles 1, 2 ó 3, para trabajar con muestras orgánicas y cultivos		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 4 pies de ancho. • Sistema de seguridad contra escape de aire contaminado • Con capacidad para la regulación del aire (30/70 - recirculación de aire filtrado del 70% y renovación del 30%) • Con flujo vertical de aire estéril de protección al usuario, muestra y al medio ambiente. • Lámpara de luz led, y luz ultravioleta. • Con dos tomacorrientes simples o dobles con sus cubiertas protectoras • Nivel de ruido menor de 70 dB. • Con medidor localizado en el campo de visión del usuario para permitir el monitoreo constante de los parámetros de operación como: mensajes de estado, velocidad de flujo, vida del filtro, entre otros. • Todos los ductos en contacto con contaminación biológica deben estar presurizados negativamente. • Sistema de alarma audible/visual ubicado en el campo de visión del usuario que se activa cuando hay insuficiente emisión del volumen de aire o cuando la ventana está por sobre la altura de trabajo. • Con ventana de vidrio de seguridad, templado y transparente de ¼ de pulgada con una inclinación para disminuir los reflejos y ofrecer una visión más cercana y confortable, que incluya contrapeso para mayor equilibrio y durabilidad. • Con ventana de vidrio controlado electrónicamente y ángulo de inclinación regulado • Filtro HEPA o ULPA con una eficiencia de no menos 99.97%, retiene partículas de no más de 0.3 micrómetros. 		
Características Eléctricas		<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: (120 +/- 10%) VAC • Frecuencia: 60 Hertz • Motor de ¾ Hp o mayor. 		
Características Mecánicas		<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones externas aproximadas con la base en un rango entre: <ul style="list-style-type: none"> – Altura: (170 – 200) cm – Ancho: (120 – 140) cm – Profundo: (75 – 90) cm • Superficie de trabajo de acero inoxidable 304 o similar moldeada en una sola pieza. • Interior de acero inoxidable y exterior de acero recubierto con resina epóxica. • Incluye base metálica de fábrica integrada al cuerpo del equipo, ajustable en altura. 		
Accesorios incluidos por equipo		<ul style="list-style-type: none"> • 1 filtro HEPA o ULPA adicional similar con el que viene instalado en el equipo. 		
Estándares y Normativas		<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada según cualquiera de las siguientes normas: EN12469:2000 ó NSF/ANSI 49. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
003	60402207	41103507	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 vigente. • Cumplimiento de la norma ISO 14644-1:2016 en relación a la clasificación de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas. • Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente. • Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (mercado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. 	
Condiciones de Recepción			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato y el delegado técnico de la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. 	
Condiciones de Instalación			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá apegarse a las condiciones existentes donde será instalado el equipo, en caso de requerir alguna preinstalación adicional, ésta deberá ser incluida en la oferta, para lo cual realizará visita al lugar donde se colocará el equipo. 	
VISITA AL LUGAR, para instalación de los equipos:			<p>El licitante que desee realizar una visita técnica, con el objetivo de validar los espacios físicos, red eléctrica, de datos y todo accesorio necesario que permita el buen funcionamiento de los equipos, para la correcta determinación del monto de la oferta, la cual deberá corresponder a todos los trabajos, tal y como se describen en estos términos. Los asistentes deben cumplir con las disposiciones de prevención, establecidas para visitantes, proveedores y usuarios del Ministerio Salud, el cual consiste en pasar por el filtro sanitario establecido, usar de manera obligatoria y correcta una mascarilla, realizar higiene de manos en las áreas donde serán atendidos y mantener las normas de distanciamiento social, respetando las distancias marcadas en las áreas respectivas.</p> <p>La visita al lugar se hará en coordinación con la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL, quienes atenderán la asistencia de los participantes, para lo cual deberán enviar por escrito, el nombre del participante y de la(s) persona(s) que asistirá(n), al correo electrónico: gloria.arias@salud.gob.sv. El costo del traslado al lugar de visita correrá por cuenta del Licitante.</p>	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
004	60402411	41103903	CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE	1
Equipo	Centrífuga para para uso en banco de sangre hospitalario.			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones controladas por microprocesador. • Motor de inducción (sin carbones). • Pantalla digital, que indica los parámetros de velocidad y tiempo. • Velocidad máxima del rotor en un rango no mayor de (3500 - 4500) revoluciones por minuto. • Fuerza centrífuga relativa (FCR) máxima, no mayor de 3500 x g • Temporizador ajustable, para un rango mínimo de tiempo entre: (0 a 99) minutos, con incrementos de 5 segundos o menos. • Capacidad de 24 tubos en un rango entre (12 -13) mm de diámetro x 75 mm de largo y un volumen de trabajo de 5 ml. • Capacidad de almacenar al menos 10 programas de aceleración y freno. • Sistema de protección anti apertura de la tapadera cuando está en funcionamiento. • Nivel de ruido menor o igual a 65 dbA. 			
Características Eléctricas	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación:120 VAC ± 10%. • Frecuencia: 60 Hz. 			
Características Mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • Para montaje sobre mesa. • Cámara de centrifugación en acero inoxidable, con rotor de fácil remoción que permita una fácil limpieza. • Carcasa metálica, acabado con pintura electrostática o equivalente de alta calidad y duración. • Con soportes de hule, y todos sus accesorios completos para su funcionamiento. 			
Accesorios incluidos por equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Rotor porta tubos de 24 posiciones fabricado en acero inoxidable o fibra de carbono, tapa de hule, empaque y todos sus accesorios completos. • 48 tubos de (12 -13) mm de diámetro x 75 mm de largo y un volumen mínimo de trabajo de 5 ml, compatibles con la centrífuga ofertada. 			
Estándares y Normativas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 o equivalente. • Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente. • Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. 			
Condiciones de Recepción	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
005	60402250	41103502	CÁMARA EXTRACTORA DE GASES	1
Equipo	Equipo utilizado para la preparación de muestras y sustancias químicas como metanol y ácido acético, con ductos de extracción			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Panel de control frontal con interruptores de encendido y apagado para extractor e iluminación. Motor extractor no menor de 248.5 watts (1/3 Hp) y ductería externa del equipo hasta el exterior. Ventana frontal de vidrio templado, de al menos 4.8 mm (3/16”), empotrado en marco de aluminio. con elevación vertical. Con deflector de aire frontal curvo y ajustable. Con sistema de ahorro energético. Con sistema de drenaje en pared lateral interior derecha. Con iluminación interior a prueba de vapor Llave de servicio cromada, para conexión de aire, agua, gas o vacío, dependiendo de las necesidades de trabajo. Dos tomas corrientes eléctricos dobles, instalados a un costado de la campana. 			
Características Eléctricas	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de alimentación: 120 VAC \pm 10%. Frecuencia: 60 Hz. 			
Características Mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> Superficie de trabajo de 1.2 m, fabricada en resina epóxica o material equivalente, forma cóncava para retener los derrames y borde frontal redondeado para dirigir el flujo de aire al interior de la cámara. Interior y exterior fabricado de acero con revestimiento de pintura electrostática. Resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. 			
Accesorios incluidos por equipo	<ul style="list-style-type: none"> Monitor de flujo de aire, con alarmas indicadoras de falla en el suministro de aire. Base metálica de soporte altura ajustable y patas fijas. 			
Estándares y Normativas	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 vigente. Deberá cumplir con al menos las siguientes normativas y regulaciones: <ul style="list-style-type: none"> SEFA 1-2010, ASHRAE 110 o ANSI—Norma Z9.5 NFPA 45 o equivalente. Norma de seguridad eléctrica según IEC 61010-1 o equivalente. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. 			
Condiciones de Recepción	<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 			
Condiciones de Instalación	<ul style="list-style-type: none"> Deberá apegarse a las condiciones existentes donde será instalado el equipo, en caso de requerir alguna preinstalación adicional, ésta deberá ser incluida en la oferta, para lo cual realizará visita al lugar donde se colocará el equipo. 			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
005	60402250	41103502	CÁMARA EXTRACTORA DE GASES	1
VISITA AL LUGAR, para instalación de los equipos:		<p>El licitante que desee realizar una visita técnica, con el objetivo de validar los espacios físicos, red eléctrica, de datos y todo accesorio necesario que permita el buen funcionamiento de los equipos, para la correcta determinación del monto de la oferta, la cual deberá corresponder a todos los trabajos, tal y como se describen en estos términos. Los asistentes deben cumplir con las disposiciones de prevención, establecidas para visitantes, proveedores y usuarios del Ministerio Salud, el cual consiste en pasar por el filtro sanitario establecido, usar de manera obligatoria y correcta una mascarilla, realizar higiene de manos en las áreas donde serán atendidos y mantener las normas de distanciamiento social, respetando las distancias marcadas en las áreas respectivas.</p> <p>La visita al lugar se hará en coordinación con la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL, quienes atenderán la asistencia de los participantes, para lo cual deberán enviar por escrito, el nombre del participante y de la(s) persona(s) que asistirá(n), al correo electrónico: gloria.arias@salud.gob.sv. El costo del traslado al lugar de visita correrá por cuenta del Licitante.</p>		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
006	60303853	42272206	VENTILADOR DE USO NEONATAL HÍBRIDO	112
Equipo		Ventilador mecánico de última generación tipo híbrido es decir que provea adicionalmente ventilación de alta frecuencia oscilatoria, controlado por microprocesador para apoyo de pacientes neonatales prematuros y de término en estado crítico, con compromiso de la función respiratoria, con pesos entre 500 gramos a 6000 gramos.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • PANTALLA: <ul style="list-style-type: none"> – Pantalla Plana Color con interface sensible al tacto no menor de 15 pulgadas de longitud diagonal. • CONTROL DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> – Mediante panel de fácil navegación, operación sólo mediante pantalla táctil. • SIN TURBINA NI COMPRESOR • FRECUENCIA <ul style="list-style-type: none"> – Entre 1 a 80 rpm como rango mínimo, en modalidad convencional y de 6 hasta 20 hertzios en modalidad de alta frecuencia oscilatoria. • VOLUMEN TIDAL <ul style="list-style-type: none"> – Entre 2 a 1000 ml. como rango mínimo. • TIEMPO DE INSPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none"> – Entre 0,1 a 8 segundos, o mayor. • PEEP <ul style="list-style-type: none"> – 0 a 45 cmH20 aproximado. • FLUJO <ul style="list-style-type: none"> – 1-50 l/min, o mayor. • DISPARO POR FLUJO <ul style="list-style-type: none"> – -5 a 10 l/min o más amplio. • FRECUENCIA INSPIRADA DE OXÍGENO <ul style="list-style-type: none"> – (FiO2): (21 -100) %. • SOPORTE PRESIÓN <ul style="list-style-type: none"> – 2 a 60 cmH20. rango mínimo • PAUSA <ul style="list-style-type: none"> – Con pausa inspiratoria de 0.10 a 2 segundos, como mínimo • ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS <ul style="list-style-type: none"> – Tendencias hasta 24 horas, como mínimo. • VISUALIZACIÓN CURVAS BUCLES, TENDENCIAS <ul style="list-style-type: none"> – Herramienta de visualización grafica de la compliancia estática, dinámica y resistencia inspiratoria del paciente y que permita visualización de respiraciones espontáneas del paciente. – Despliegue simultaneo de 5 gráficas, en función de volumen, flujo, presión, pletismografía y CO2. – Visualización simultánea de al menos 9 parámetros. – Función de cursor y congelación de las curvas de las gráficas, pausa inspiratoria y espiratoria. • MODOS VENTILATORIOS <ul style="list-style-type: none"> – Ventilación por alta frecuencia oscilatoria. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
006	60303853	42272206	VENTILADOR DE USO NEONATAL HÍBRIDO	112
			<ul style="list-style-type: none"> - Ventilación mandatoria asistida controlada a través del CPAP. - Modo ventilatorio Volumen asistido controlado y presión asistida controlada. - Ventilación mandatoria intermitente sincronizada por volumen y presión. - Ventilación Espontanea. - Ventilación no invasiva. - Terapia con cánula de alto flujo. - Presión de soporte en volumen y presión controlados. - Ventilación por presión bifásica (BIPAP- APRV). - Ventilación de Respaldo en todos los modos. - Ventilación por presión de soporte con volumen corriente asegurado (PSV+VT). - APRV. • TIPOS DE CICLADO <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado por volumen. - Ciclado por presión. • COMPENSACIÓN TUBO <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad de compensación de tubo endotraqueal. • COMPENSACIÓN DE FUGAS <ul style="list-style-type: none"> - Permite ventilación invasiva y no invasiva con compensación de fugas, sin necesidad de modificar parámetros de volumen o presión. - Debe ser capaz de medir el porcentaje de fuga y alarmar en caso de fugas importantes. • MEDICIÓN DE CO2 <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de medición de capnografía volumétrica. • NEBULIZADOR <ul style="list-style-type: none"> - Nebulizador Sincronizado en fase inspiratoria • NEUMOTACÓGRAFO O SENSOR DE FLUJO <ul style="list-style-type: none"> - Sensor de flujo integrado. • HUMIDIFICADOR <ul style="list-style-type: none"> - Con sistema de humidificación de última generación tipo o equivalente a Fisher and Paykel • CAPACIDAD DE MONITORIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de ajuste de acuerdo al peso del paciente. - Monitoreo de la presión en las vías aéreas: Pico, Plateau (meseta), media, base (PEEP). - Monitoreo del pico de flujo inspiratorio y espiratorio. - Monitoreo del volumen corriente inspirado y espirado, del volumen compresible y del volumen minuto espontáneo. - Monitoreo del tiempo inspiratorio, espiratorio y la relación I:E del tiempo TI/TTOT - Monitoreo de mecánica ventilatoria: AutoPEEP, compliancia estática y dinámica, trabajo inspiratorio (WOBimp), oclusión de la presión de vías 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
006	60303853	42272206	VENTILADOR DE USO NEONATAL HÍBRIDO	112
		<p>aéreas, resistencia inspiratoria y espiratoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo de la concentración de oxígeno suministrado FiO2, además de SpO2, frecuencia cardiaca, SpO2/FiO2, EtCO2, CO2 inspirado. • ALARMAS <ul style="list-style-type: none"> - Alarmas con indicadores visuales y audibles, en base a una prioridad, pueden ser de diferente color en la alarma visual y diferente frecuencia en la alarma auditiva. - Presión inspiratoria máxima y mínima. - Volumen corriente inspirado máximo y mínimo. - Frecuencia respiratoria máxima y mínima. - Baja carga de batería. - Baja presión de gases (Aire - O2). - Alarma de APNEA con tiempo regulable. - FIO2 máximo y mínimo. 		
Características Eléctricas		<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 120 VAC ±10% • Frecuencia: 60 Hz • Tomacorriente macho polarizado grado hospitalario 		
Características Mecánicas		<ul style="list-style-type: none"> • Unidad resistente y compacta. • Para uso hospitalario • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalario. 		
Accesorios incluidos por equipo		<ul style="list-style-type: none"> • 20 circuitos de pacientes neonatales para ventilación invasiva con doble línea de calefacción y cámara humidificadora de auto llenado para ventilador de alta frecuencia. • 30 sistemas para ventilación no invasiva neonatal descartables libre de látex, (que incluye circuito, tubo nasal, cánula de alto flujo, gorro, máscara), de los siguientes tamaños: 5 tamaño XS, 5 tamaño S, 5 tamaño M, 5 tamaño L, 5 tamaño XL, 5 tamaño XXL. • 2 sensores de flujo integrados reutilizables adicionales al que viene con el equipo. (En caso de requerir sensor o accesorio de flujo adicional, incluir 5 unidades reusables) • Base humidificadora de última generación. • 5 sensores de temperatura neonatal. • Sensor de capnografía. • 5 cables conectores en Y, de doble salida, que va desde base humidificadora hasta circuito. • Carro de fábrica para transporte del equipo. • 2 pulmones de prueba neonatales de material resistente por equipo. • 2 mangueras de gases médicos (una de aire comprimido y oxígeno) de tipo DIAMOND. (de la totalidad de mangueras se requerirán sólo para el HNNBB 12 mangueras de aire comprimido y oxígeno con conector tipo DISS). • 20 filtros bacterianos. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
006	60303853	42272206	VENTILADOR DE USO NEONATAL HÍBRIDO	112
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 válvulas o casetes espiratorios, con calentador y humidificador con campanas de repuesto 			
Estándares y Normativas	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa de seguridad básica para ventiladores en cuidados intensivos IEC 80601-2-12. • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485, presentar certificado vigente. • Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. • Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente 			
Condiciones de Recepción	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato 			
Condiciones de Instalación	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo debe quedar ensamblado y funcionando correctamente con todos sus accesorios conectados en el lugar donde será utilizado, a entera satisfacción del administrador de contrato. 			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
007	60303440	42192204	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	18
Equipo		Incubadora de transporte con soporte de ventilación, para proveer un ambiente cerrado y servocontrolado térmicamente minimizando la pérdida de calor de los pacientes recién nacidos prematuros, con bajo peso, con dificultad para mantener la temperatura corporal o con infecciones a través del paso controlado de aire caliente.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Módulo de Control de Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> – Controlado por microprocesador para todas las funciones, pantallas e indicadores. – Pantalla LCD o tecnología mejorada, que muestre las lecturas de temperatura de control del aire y del paciente y alarmas de paciente y sistema. – Indicadores digitales de temperatura tanto del aire como de piel del paciente. – Indicador del estado de la batería. – Lectura del control de temperatura en grados Celsius y Fahrenheit. – Con regulador de presión y caudalímetro. – Rango mínimo de control de temperatura del aire: 22°C- 38°C. – Rango mínimo de control de temperatura de piel del paciente: 34°C - 37 °C – Las mediciones y ajustes de temperatura no deberán tener una variación mayor a 1°C. – Deseable con capacidad de poder sacar placas radiográficas • Modos de funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> – Servo-controlado. • Estructura de soporte <ul style="list-style-type: none"> – La unidad debe ser auto soportada, con sistema de transporte de al menos 4 rodos conductivos (diámetro no menor a 12.5 cm.) y dispositivo de frenos en al menos dos de ellas. – Barra porta suero. – Bandeja para colocar accesorios o equipos. – Soporte para dos cilindros de oxígeno de emergencia. – Mecanismo eléctrico, neumático o mecánico de elevación y descenso. – Acabado de acero inoxidable u otro material de calidad equivalente, pintura al horno, ninguna parte del equipo debe tener bordes con filo. – Capacidad de poder fijarse al sistema de fijación de ambulancias. • La cámara (Hood) de la incubadora deberá ser transparente, de doble pared, resistente a los químicos de limpieza, que no se opaque fácilmente. • Al menos dos compuertas para brazos, y al menos cuatro orificios para tubos IV y tubos de respiradores. Con mecanismo de seguridad para prevenir una abertura completa y cierre accidental. • Con lámpara de observación • Colchón forrado con superficie lavable, traslúcido, tamaño de acuerdo a las dimensiones de la incubadora con un espesor no menor de 3 cm. • Microfiltro de entrada aire con una eficiencia del 99%, como mínimo. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
007	60303440	42192204	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	18
			<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de eliminar partículas de 0.5 micrones de tamaño • Alarmas <ul style="list-style-type: none"> – Alarma visual y audible para indicar falla en el sistema que puede causar resultados erróneos o inseguros, con silenciador. – Las alarmas audibles y visuales deben ser fácilmente identificables y distinguibles. • Tipo de alarmas incluidas: <ul style="list-style-type: none"> – Alarma de falla de prueba del sistema. – Alarma por alta temperatura del aire. – Alarma de falla de por temperatura alta en el calentador. – Alarma de falla de sensores. – Alarma de falla de circulación de aire interno. – Alarma de falta de suministro eléctrico. – Alarma por bajo nivel de voltaje de batería. • Humidificador con almohadillas con una capacidad entre (65% - 70%). • Preferiblemente con Sensor de oxígeno ambiental • Regulación de la concentración de oxígeno en un rango entre (21% - 60%) como mínimo. • La concentración de CO2 en la cámara del paciente no será mayor al 0.5%. • Ventilador de transporte <ul style="list-style-type: none"> – Para uso neonatal. – Flujo continuo y ciclado por tiempo – Modos de ventilación mínimos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ventilación con Presión Positiva Intermitente (IPPV). ▪ Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV). • CPAP traqueal y nasal. 	
Características Eléctricas			<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: (120 ± 10%) VCA. • Capacidad de poder conectarse a una alimentación eléctrica en ambulancia • Fuente de 12 VDC por medio de baterías recargables, con un respaldo de al menos dos horas. • Frecuencia: 60 Hertz, tomacorriente macho polarizado. • Protección eléctrica de equipo clase I, tipo BF según norma IEC 60601 -1 	
Características Mecánicas			<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de referencia con la estructura de soporte: <ul style="list-style-type: none"> – Altura ajustable con el ventilador: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mínima: (80 - 85) cm. ▪ Máxima: (110 - 115) cm. – Ancho: (55 - 60) cm. – Largo: (100 - 165) cm. • Ruido de funcionamiento dentro de la cámara del paciente no mayor a 60 dbA. • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Resistente a la corrosión y a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
007	60303440	42192204	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	18
Accesorios incluidos por equipo	<ul style="list-style-type: none"> • 20 sensores de temperatura. • 2 sensores de flujo de aire. • 1 Atril. • 1 colchón adicional. • 2 cilindros de oxígeno con regulador, flujómetro y humidificador. • 1 Aspirador incorporado. • 1 Compresor de aire para el ventilador. • 2 circuitos neonatales reusables de silicón. • 100 circuitos neonatales descartables. • 100 válvulas neonatales espiratorias. • 1 batería adicional con su adaptador de energía (2 en total). • 30 filtros antibacteria 			
Estándares y Normativas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 (Presentar certificado vigente). • Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-20 ó equivalente. • Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón). 			
Condiciones de Recepción	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato u orden de compra. 			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
008	60303403	42191802	INCUBADORA FIJA INFANTIL HÍBRIDA	80
Equipo		Equipo con la capacidad de brindar tanto calor corporal en un medio cerrado (Modo Incubadora) como en un medio abierto (Modo Cuna Térmica), para proveer un ambiente servo-controlado térmicamente, minimizando la pérdida de calor de los pacientes recién nacidos prematuros o con bajo peso, con dificultad para mantener la temperatura corporal.		
Descripción		<p>Modo incubadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de Control de Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> – Modos de funcionamiento: Servocontrolado. – Controlado por microprocesador para todas las funciones, pantallas e indicadores. – Pantalla LCD o tecnología mejorada, que muestre las lecturas de temperatura de control del aire y del paciente y alarmas de paciente y sistema. – Indicadores digitales de temperatura tanto del aire como de piel del paciente. – Indicador del estado de la batería. – Lectura del control de temperatura en grados Celsius como mínimo. – Rango mínimo de control de temperatura del aire: 22°C- 38°C. – Rango mínimo de control de temperatura de piel del paciente: 34°C - 37 °C – Las mediciones y ajustes de temperatura no deberán tener una variación mayor a 1°C. • Estructura de soporte <ul style="list-style-type: none"> – La unidad debe ser auto soportada, con sistema de transporte de al menos 4 rodos conductivos (diámetro no menor a 12.5 cm.) y dispositivo de frenos en al menos dos de ellas. – Barra porta suero. – Bandeja para colocar accesorios o equipos. – Soporte para dos cilindros de oxígeno de emergencia. – Mecanismo eléctrico, neumático o mecánico de elevación y descenso. • La cámara (Hood) de la incubadora deberá ser transparente, de doble pared, resistente a los químicos de limpieza, que no se opaque fácilmente. • Con movimiento de inclinación de al menos $\pm 12^\circ$ para posiciones Trendelemburg y Trendelemburg Inversa. • Al menos cinco compuertas para brazos, y al menos dos compuertas para tubos I.V. y tubos de respiradores, con mecanismo de seguridad para prevenir una abertura completa y cierre accidental. • Con lámpara para fototerapia integrada. • Con lámpara de observación tipo LED en la parte superior de la incubadora para iluminar el centro del colchón. • Bascula integrada con rango de medición de peso de al menos entre 400 gramos hasta 7 kilogramos, con una resolución de 1 gramo y una exactitud de 5 g. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
008	60303403	42191802	INCUBADORA FIJA INFANTIL HÍBRIDA	80
			<ul style="list-style-type: none"> • Colchón forrado con superficie lavable, traslúcido, tamaño de acuerdo a las dimensiones de la incubadora con un espesor no menor de 2 cm. • Microfiltro de entrada aire con una eficiencia del 99%, como mínimo. • Capacidad de eliminar partículas de 0.5 micrones de tamaño • Alarmas <ul style="list-style-type: none"> – Alarma visual y audible para indicar falla en el sistema que puede causar resultados erróneos o inseguros, con silenciador. – Las alarmas audibles y visuales deben ser fácilmente identificables y distinguibles. • Tipo de alarmas incluidas: <ul style="list-style-type: none"> – Alarma de falla de prueba del sistema. – Alarma por alta temperatura del aire. – Alarma de falla de por temperatura alta en el calentador. – Alarma de falla de sensores. – Alarma de falla de circulación de aire interno. – Alarma de falta de suministro eléctrico. – Alarma por bajo nivel de voltaje de batería. • Humidificador con almohadillas con un intervalo de control de 30% al 95%, aproximadamente, con incrementos del 1%. • Concentración de oxígeno en un rango de control entre (21% - 60%) como mínimo. • La concentración de CO2 en la cámara del paciente no será mayor al 0.5%. <p>Modo cuna térmica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Control: <ul style="list-style-type: none"> – Control de temperatura en modos manual o servo o ambas. – Rango mínimo de temperatura entre (35 a 37) °C ± 1º C con incrementos de 0.1 °C. – Presentador digital que muestre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ La medición de la temperatura del paciente. ▪ La temperatura de control. ▪ Los mensajes de alarma. • Alarmas de tipo visual y audible que indiquen al menos los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> – Falla por falta de suministro eléctrico. Falla en el sensor o sonda de temperatura de piel, con sistema de desconexión del calentador y alarma continua, cuando se detecta falta de uso del sensor de piel. – Elevación o disminución de la temperatura del paciente, fuera de los valores establecidos. – Falla en el calentador. – Con silenciador temporal de alarmas. • Unidad calefactora, ubicada en la parte superior del centro de la cama, consistente en: <ul style="list-style-type: none"> – Calentador radiante. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
008	60303403	42191802	INCUBADORA FIJA INFANTIL HÍBRIDA	80
			<ul style="list-style-type: none"> – Indicador luminoso de alarma. • Con mezclador de oxígeno integrado o independiente. • Cama: <ul style="list-style-type: none"> – Limitada en su perímetro por cuatro paneles transparentes. • Bandeja o porta chasis para realizar estudios de rayos X. • Con Sensor de oxígeno 	
Características Eléctricas			<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: (120 ± 10%) VCA. • Frecuencia: 60 Hertz. • Tomacorriente macho polarizado. • Protección eléctrica de equipo clase I, tipo BF según norma IEC 60601 -1 • UPS de grado hospitalario de potencia acorde a la carga del equipo: <ul style="list-style-type: none"> – Con al menos 3 toma corrientes protegidos – Con alarma sonora e indicadores LEDs en panel frontal incorporados. – Reemplazo de baterías sin herramientas. • Tiempo de respaldo de energía de 15 minutos mínimo. 	
Características Mecánicas			<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de referencia: <ul style="list-style-type: none"> – Altura ajustable, con la cubierta cerrada con un rango mínimo entre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mínima: (150 - 185) cm. ▪ Máxima: (210- 250) cm. – Ancho: (95 - 120) cm. – Largo: (65 - 85) cm. • Ruido de funcionamiento dentro de la cámara del paciente no mayor a 55 dbA. • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • De fácil desmontaje para su limpieza rutinaria. • Resistente a la corrosión y a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	
Accesorios incluidos por equipo			<ul style="list-style-type: none"> • 20 sensores para temperatura de piel. • 2 sensores de flujo de aire. • 1 Atril. • 1 Colchón adicional. • 1 Manguera de oxígeno para empotrar con una longitud de al menos dos metros. 	
Estándares y Normativas			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. • Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-19 o equivalente. • Aprobado para su comercialización por CE, (mercado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón). 	
Condiciones de Recepción			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
009	60303400	42191802	INCUBADORA FIJA	116
Equipo		Incubadora estacionaria, para proveer un ambiente cerrado y servo-controlado térmicamente minimizando la pérdida de calor de los pacientes recién nacidos prematuros, con bajo peso, con dificultad para mantener la temperatura corporal o con infecciones a través del paso controlado de aire caliente.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Módulo de Control de Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> – Modos de funcionamiento: Servocontrolado. – Controlado por microprocesador para todas las funciones, pantallas e indicadores. – Pantalla LCD o tecnología mejorada, que muestre las lecturas de temperatura de control del aire y del paciente y alarmas de paciente y sistema. – Indicadores digitales de temperatura tanto del aire como de piel del paciente. – Indicador del estado de la batería. – Lectura del control de temperatura en grados Celsius como mínimo. – Rango mínimo de control de temperatura del aire: 22°C - 37°C. – Rango mínimo de control de temperatura de piel del paciente: 34°C - 37 °C – Las mediciones y ajustes de temperatura no deberán tener una variación mayor a 1°C. • Estructura de soporte <ul style="list-style-type: none"> – La unidad debe ser auto soportada, con sistema de transporte de al menos 4 rodos conductivos (diámetro no menor a 12.5 cm.) y dispositivo de frenos en al menos dos de ellas. – Barra porta suero. – Bandeja para colocar accesorios o equipos. – Soporte para dos cilindros de oxígeno de emergencia. – Mecanismo eléctrico, neumático o mecánico de elevación y descenso. • La cámara (Hood) de la incubadora deberá ser transparente, de doble pared, resistente a los químicos de limpieza, que no se opaque fácilmente. • La plataforma de colchón para el paciente deberá poseer un mecanismo que permita las posiciones Trendelenburg y Trendelenburg Inversa, con un ángulo de inclinación de al menos 12º. • Al menos cinco compuertas para brazos, y al menos dos compuertas para tubos I.V. y tubos de respiradores, con mecanismo de seguridad para prevenir una abertura completa y cierre accidental. • Con lámpara para fototerapia integrada. • Con lámpara de observación en la parte superior de la incubadora para iluminar el centro del colchón. • Bascula integrada con rango de medición de peso de al menos entre 400 gramos hasta 7 kilogramos, con una resolución de 1 gramo y una exactitud de 5 g. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
009	60303400	42191802	INCUBADORA FIJA	116
			<ul style="list-style-type: none"> • Colchón forrado con superficie lavable, traslúcido, tamaño de acuerdo a las dimensiones de la incubadora con un espesor no menor de 3 cm. • Microfiltro de entrada aire con una eficiencia del 99%, como mínimo. • Capacidad de eliminar partículas de 0.5 micrones de tamaño como mínimo. • Alarmas <ul style="list-style-type: none"> – Alarma visual y audible para indicar falla en el sistema que puede causar resultados erróneos o inseguros, con silenciador. – Las alarmas audibles y visuales deben ser fácilmente identificables y distinguibles. • Tipo de alarmas incluidas: <ul style="list-style-type: none"> – Alarma de falla de prueba del sistema. – Alarma por alta temperatura del aire. – Alarma de falla de por temperatura alta en el calentador. – Alarma de falla de sensores. – Alarma de falla de circulación de aire interno. – Alarma de falta de suministro eléctrico. – Alarma por bajo nivel de voltaje de batería. • Humidificador con almohadillas con un intervalo de control de 30% al 90%, aproximadamente, con incrementos del 1%. • Concentración de oxígeno en un rango de control entre (21% - 60%) como mínimo. • La concentración de CO2 en la cámara del paciente no será mayor al 0.5%. 	
Características Eléctricas			<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: (120 ± 10%) VCA. • Frecuencia: 60 Hertz. • Tomacorriente macho polarizado. • Protección eléctrica de equipo clase I, tipo BF según norma IEC 60601 -1 • UPS de grado hospitalario de potencia acorde a la carga del equipo: <ul style="list-style-type: none"> – Con al menos 3 toma corrientes protegidos – Con alarma sonora e indicadores LEDs en panel frontal incorporados. – Reemplazo de baterías sin herramientas. • Tiempo de respaldo de energía de 15 minutos mínimo. 	
Características Mecánicas			<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de referencia sin accesorios: <ul style="list-style-type: none"> – Altura ajustable: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mínima: (125 - 135) cm. ▪ Máxima: (140 - 155) cm. – Ancho: (95 - 110) cm. – Largo: (70 - 85) cm. • Ruido de funcionamiento dentro de la cámara del paciente no mayor a 55 dbA. • La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. • Resistente a la corrosión y a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
009	60303400	42191802	INCUBADORA FIJA	116
Accesorios incluidos por equipo		<ul style="list-style-type: none"> • 20 sensores para temperatura de piel. • 2 sensores de flujo de aire. • 1 Atril. • 1 Colchón adicional. • 1 Manguera de oxígeno para empotrar con una longitud de al menos dos metros. 		
Estándares y Normativas		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 • Norma de seguridad eléctrica según IEC 60601-2-19 o equivalente. • Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón). 		
Condiciones de Recepción		<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato u orden de compra. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
010	60303040	42191802	CUNA TÉRMICA	29
Equipo		Equipo para proporcionar terapia de calor al recién nacido en un medio abierto.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Control: <ul style="list-style-type: none"> – Sistema basado en microprocesador o microcontrolador, que administre la temperatura, con sistema de prueba automática de funcionamiento (auto test) al ser energizado. – Control de temperatura en modos manual o servo o ambas. – Rango mínimo de temperatura entre (35 a 37) °C ± 1º C con incrementos de 0.1 °C. • Con báscula incorporada. • Presentador digital que muestre: <ul style="list-style-type: none"> – La medición de la temperatura del paciente. – La temperatura de control. – Los mensajes de alarma. • Alarmas de tipo visual y audible que indiquen al menos los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> – Falla por falta de suministro eléctrico. – Falla en el sensor o sonda de temperatura de piel, con sistema de desconexión del calentador y alarma continua después de 15 minutos, cuando se detecta falta de uso del sensor de piel. – Elevación o disminución de la temperatura del paciente, fuera de los valores establecidos. – Falla en el calentador. – Con silenciador temporal de alarmas. • Unidad calefactora, ubicada en la parte superior del centro de la cama, consistente en: <ul style="list-style-type: none"> – Calentador radiante. – Lámpara de observación tipo LED. – Indicador luminoso de alarma. • Cama: <ul style="list-style-type: none"> – Con movimiento de inclinación de al menos ± 12º para posiciones Trendelemburg y Trendelemburg Inversa. – Limitada en su perímetro por cuatro paneles transparentes abatibles con pasa cables en al menos un panel. – Bandeja o porta chasis para realizar estudios de rayos X. • Sistema de fototerapia integrado. 		
Características Eléctricas		<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 120 ± 10% VCA. • Frecuencia: 60 Hertz. • Fases: 1. • Tomacorriente macho polarizado. 		
Características Mecánicas		<ul style="list-style-type: none"> • Altura de las paredes laterales, medidas desde la base del colchón, de al menos 15 cm. • Cuna ajustable en altura eléctricamente. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
010	60303040	42191802	CUNA TÉRMICA	29
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipo rodable, con rodos de al menos 12 cm de diámetro y sistema de freno en al menos dos de ellos. • Auto soportada en su gabinete con al menos dos gavetas para almacenar accesorios y material. • Estructura metálica o polímero resistente, para uso hospitalario, resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	
Accesorios incluidos por equipo			<ul style="list-style-type: none"> • 1 regulador para oxígeno para acoplar al suministro de este gas, compatible con la fuente de oxígeno del hospital, el cual se brindará al oferente que resulte adjudicado. • Mezclador de oxígeno ya sea incorporado o externo compatible con el equipo. • 1 cilindro de oxígeno tipo E con soporte, con regulador y manómetro. • 3 sensores de temperatura de piel reusable, con sus parches para fijación. • 1 colchón con cubierta lavable e impermeable, tipo anti escaras, con su funda. • 1 UPS de acuerdo con la capacidad del equipo con un respaldo de al menos 30 minutos. 	
Estándares y Normativas			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. • Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA (Japón). • Norma de seguridad eléctrica tipo BF según IEC 60601-2-21:2009 o equivalente, como cumplimiento de los requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las cunas de calor radiante para recién nacidos. 	
Condiciones de Recepción			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
011	60303260	42201712	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL	22
Equipo		Equipo diagnóstico de adquisición de imágenes por ultrasonografía, para diferentes aplicaciones clínicas, tipo laptop. Con capacidad de toma de ultrasonografía transfontanelar, tórax, cadera y abdominal.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones Clínicas <ul style="list-style-type: none"> – Abdominal – Pediátrico – Tórax – Cadera – Transfontanelar – Partes pequeñas – Musculo-esquelético – Urgencias médicas • Modos de trabajo <ul style="list-style-type: none"> – 2D o B. – Imágenes Armónicas Tisulares (THI). – Doppler de Potencia (Power Doppler). – Doppler Color basado en la velocidad de flujo (Color Flow Doppler). – Doppler espectral de onda pulsada. – Duplex y Triplex. – M. • Monitor <ul style="list-style-type: none"> – LCD, Táctil, Color, de 15 pulgadas de longitud diagonal, como mínimo – Resolución mínima de 1280 x 800 pixeles. – Con ajuste de brillo. – Menú con software iterativo. • Unidad de Control Integrada <ul style="list-style-type: none"> – Interfaz de usuario en castellano mediante pantalla táctil con o sin teclado. (en caso de esto último deberá ser de tipo QWERTY). – Con tres puertos activos funcionando, el operador puede seleccionar de forma instantánea cualquiera de los tres transductores solicitados). – Los porta transductores deberán poder removerse para su limpieza. – Con al menos cuatro puertos USB 2.0. – Salida LAN 10/100/1000 BaseT. – Una entrada de video/audio HDMI. – Una salida de video HDMI. – Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0 – Con al menos los siguientes servicios DICOM: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DICOM SEND. ▪ DICOM PRINT. ▪ DICOM STORAGE. ▪ DICOM WORKLIST 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
011	60303260	42201712	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL	22
			<ul style="list-style-type: none"> – Capacidad de almacenamiento de al menos 25,000 imágenes. – Capacidad de disco duro tipo SSD interno de al menos 150 GB. • Software y procesamiento de imagen <ul style="list-style-type: none"> – Rango dinámico del sistema no menor de 300 dB. – Procesamiento de datos crudos. – Manejo de base de datos de paciente, para reportes. – Con sistema de reducción de artefactos de imagen. – Generación de reportes DICOM. – Programas pediátricos de cálculos vasculares, renales, urológicos, musculoesquelético, partes pequeñas. – Selección automática de programas. – Con software en castellano incorporado para cada uno de los transductores solicitados. – Ajuste de curva de ganancia mediante controles deslizables. – Con selección de al menos cuatro puntos focales. – Cálculos automáticos de imágenes Doppler en tiempo real. – Zoom de alta definición para lectura y escritura. – Formación de imagen por armónicos. – Formación de imagen panorámica. – Reproducción de CINE – Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. • Transductores requeridos: <ul style="list-style-type: none"> – Multielemento en arreglo de fase con un rango de frecuencias entre 2 MHz o menor a 3.5 MHz o mayor, para estudios abdominales. – Multielemento en arreglo de fase con un rango de frecuencias entre 3 MHz o menor a 8 MHz o mayor, para estudios transfontanelares. – Lineal o micro-convexo con un rango de frecuencias entre 5 MHz o menor a 11 MHz o mayor, para estudios de tórax, cadera, partes pequeñas, músculo-esquelético. 	
Características Eléctricas			<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Tomacorriente macho grado hospitalario. 	
Características Mecánicas			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía portátil, tipo laptop, compacto. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	
Accesorios incluidos por equipo			<ul style="list-style-type: none"> • Impresora térmica blanco y negro, grado médico controlada desde unidad de control. • 10 rollos o paquetes de papel blanco y negro para impresor. • 38 tubos de 100 ml o su equivalente de gel para ultrasonido. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
011	60303260	42201712	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL	22
			<ul style="list-style-type: none"> • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) con un respaldo mínimo de 15 minutos, para conectar y proteger el equipo y sus periféricos (impresores, fuentes, etc.). • Forro o cubierta plástica para proteger el equipo cuando no está en uso. • Carro rodable de fábrica, no integrado al equipo, para colocar transductores y equipos periféricos, con 4 rodos antiestáticos de al menos 12.5 cm de diámetro, con freno en al menos dos de ellos. 	
Estándares y Normativas			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá cumplir con los siguientes estándares: • Estándar de comunicación e imagen DICOM 3.0 • ISO13485 • IEC60601-2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de monitoreo y diagnóstico médico por ultrasonido. • Deberá estar avalado su comercialización por FDA (Estados Unidos), JIS o PMDA (Japón) o el mercado CE (Comunidad Europea). 	
Condiciones de Recepción			<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá entregar a entera satisfacción del jefe del Servicio y del Administrador de Contrato con todos sus accesorios. 	
Condiciones de Instalación			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá entregarse instalado y funcionando a entera satisfacción del administrador de contrato. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
012	60302180	42201701	ECOCARDIÓGRAFO	2
Equipo		Equipo de adquisición de imágenes por ultrasonido, para aplicaciones cardíacas con fines diagnósticos de uso pediátrico – neonatal.		
Descripción		<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones Clínicas <ul style="list-style-type: none"> – Cardíaco pediátrico y neonatal – Abdominal pediátrico. – Tórax – Pelvis – Renal – Cabeza neonatal – Musculo-esquelético • Modos de trabajo <ul style="list-style-type: none"> – B – M. – 2D – 3D en tiempo real. – Imágenes Armónicas Tisulares (THI). – Doppler de Potencia (Power Doppler). – Doppler Color basado en la velocidad de flujo (Color Flow Doppler). – Doppler espectral de onda pulsada. – Doppler espectral de onda continua. • Monitor <ul style="list-style-type: none"> – Tecnología LCD, LED, TFT, color, de 20 pulgadas de longitud diagonal, como mínimo. – Montado sobre brazo articulado. – Plegable para transporte o exámenes portátiles. – Sistema de al menos 256 tonos de grises y 16 millones de colores. – Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. – Con ajuste de brillo. – Menú con software iterativo. • Unidad de Control Integrada <ul style="list-style-type: none"> – Interfaz de usuario en castellano mediante teclado USB tipo QWERTY y mouse óptico. – Sistema operativo Windows 10. – Con antivirus de fábrica. – Memoria RAM de 16 GB. – Capacidad de disco duro interno de al menos 2 TB. – Con tres puertos activos funcionando, el operador puede seleccionar de forma instantánea cualquiera de los transductores solicitados. – Los porta transductores deberán poder removerse para su limpieza. – Con al menos cuatro puertos USB 2.0. 		

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
012	60302180	42201701	ECOCARDIÓGRAFO	2
			<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de almacenamiento en USB y DVD y a través de puerto USB y grabador de DVD. - Puerto de ECG. - Salida LAN 10/100/1000 BaseT. - Capacidad de conectarse de forma inalámbrica a red LAN. - Una entrada de video/audio HDMI. - Una salida de video HDMI. - Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0 - Con al menos los siguientes servicios DICOM: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DICOM SEND. ▪ DICOM PRINT. ▪ DICOM STORAGE. ▪ DICOM STORAGE COMMITMENT ▪ DICOM WORKLIST ▪ DICOM MPPS ▪ DICOM MEDIA • Software y procesamiento de imagen <ul style="list-style-type: none"> - Rango dinámico del sistema no menor de 150 dB. - Procesamiento de datos crudos. - Manejo de base de datos de paciente, para reportes. - Generación de reportes DICOM. - Con sistema de reducción de artefactos de imagen. - Con programas de formación y medición de imágenes para aplicaciones clínicas de cardiología, vascular pediátrica y neonatal. - Software para captura de imágenes dinámicas del tejido cardíaco en movimiento para cuantificar la función ventricular izquierda. - Capacidad de análisis para aplicaciones en arteria carótida y sistema vascular periférico. - Presentación de ECG y respiración. - Selección automática de programas. - Con software en castellano incorporado para cada uno de los transductores solicitados. - Ajuste de curva de ganancia mediante controles deslizables. - Cálculos automáticos de imágenes Doppler en tiempo real. - Sistema de magnificación en tiempo real (pan/zoom) de alta definición para lectura y escritura y con congelamiento de imagen. - Formación de imagen por armónicos. - Reproducción de cine con una memoria de al menos 1GB. - Capturas de cine de al menos 250 cuadros de longitud. - Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
012	60302180	42201701	ECOCARDIÓGRAFO	2
			<ul style="list-style-type: none"> • Transductores requeridos: <ul style="list-style-type: none"> – Sectorial en matriz de arreglo de fase con un rango de frecuencias entre 4 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor, para ecocardiografía transtorácica pediátrica y neonatal, pelvis, renal, abdomen pediátrico y cabeza neonatal. – Sectorial en matriz de arreglo de fase con un rango de frecuencias entre 2 MHz o menor a 3.0 MHz o mayor, para ecocardiografía transtorácica pediátrica y neonatal en 3D. – Lineal con un rango de frecuencias entre 4 MHz o menor a 12 MHz o mayor, para estudios vascular periférico, cadera pediátrica, partes pequeñas y músculo-esquelético. 	
Características Eléctricas			<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Tomacorriente macho grado hospitalario. 	
Características Mecánicas			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía portátil, tipo laptop, compacto. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. 	
Accesorios incluidos por equipo			<ul style="list-style-type: none"> • Impresora térmica blanco y negro, grado médico, controlada desde unidad de control. • Impresora láser a color externa, compatible con el equipo ofertado, la cual deberá quedar instalada y configurada, con todos sus discos de instalación o configuración, con cartucho de tóner instalado, para imprimir en hojas de papel bond tamaño carta. • 1 grabador de DVD interno o externo. • 2 cartuchos de tóner para el impresor láser a color adicionales. (deberá entregar 3 en total). • 10 rollos o paquetes de papel blanco y negro para impresor blanco y negro. • 2 resmas de papel bond tamaño carta. • 38 tubos de 100 ml o su equivalente de gel para ultrasonido. • 1 caja de 50 DVDs. • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) con un respaldo mínimo de 15 minutos, para conectar y proteger el equipo y sus periféricos (impresores, fuentes, etc.). • Forro o cubierta plástica para proteger el equipo cuando no está en uso. • Carro rodable de fábrica, no integrado al equipo, para colocar transductores y equipos periféricos, con 4 rodos antiestáticos de al menos 12.5 cm de diámetro, con freno en al menos dos de ellos. 	
Estándares y Normativas			<ul style="list-style-type: none"> • Deberá cumplir con los siguientes estándares: • Estándar de comunicación e imagen DICOM 3.0. • ISO13485 vigente. • IEC60601-2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de monitoreo y diagnóstico médico por ultrasonido. • Deberá estar avalado su comercialización por FDA (Estados Unidos), JIS o PMDA (Japón) o el mercado CE (Comunidad Europea). 	

LOTE	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
012	60302180	42201701	ECOCARDIÓGRAFO	2
Condiciones de Recepción		<ul style="list-style-type: none">• Se deberá entregar a entera satisfacción del jefe del Servicio y del Administrador de Contrato con todos sus accesorios.		
Condiciones de Instalación		<ul style="list-style-type: none">• Deberá entregarse instalado y funcionando a entera satisfacción del administrador de contrato.		

4. Planos o diseños

No aplica

5. Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán desarrolladas como se indican a continuación, siendo desarrolladas por los Administradores de Contrato.

- a) Inspección ordinaria conforme a documentación:
 1. Cantidad de artículos, conforme a lista de bienes y plan de entregas.
 2. Marca y modelo de los artículos conforme a la oferta.
 3. Origen de los bienes.
 4. Provisión de accesorios, insumos y manuales conforme a especificaciones técnicas.
 5. Provisión de certificado de garantía contra desperfectos de fábrica
 6. Inspección visual, para observar desperfectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes).
 7. El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, entre otras cosas, la manipulación descuidada, la exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y el almacenamiento en espacios abiertos.
- b) Inspecciones y pruebas de funcionamiento. Todos los equipos serán probados en presencia del Administrador de Contrato y la Jefatura de Mantenimiento de cada Hospital o Unidad de Salud Especializada, realizando las comprobaciones de funcionamiento tomando como base el documento de aceptación del fabricante.
- c) En caso de que, durante alguna de las pruebas antes mencionadas, los bienes no cumplan con el funcionamiento requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas ofertadas y evaluadas, no se entregará Acta de recepción, hasta superar las observaciones encontradas por el Administrador de Contrato.
- d) La Unidad solicitante desasignará Administradores de Contrato quiénes serán responsables de dar seguimiento a la ejecución del contrato, hacer cumplir las obligaciones contractuales de éste, así como emitir acta de recepción de entrega de los equipos. Los administradores enviarán a la **Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL**, copia de las actas de recepción y los informes finales de recepción de los equipos, y cualquier otra información dentro del proceso de seguimiento y ejecución del contrato, para que la UGEB la consolide la información y la remita a la Unidad de Adquisiciones y Financieras según corresponda, para que se gestionen los trámites según la necesidad de estas entidades (pagos, autorización de prórrogas, reclamos, etc.), remitiendo siempre como anexo la documentación emitida por los administradores de contrato respectivos. De la misma manera serán canalizados todas las llamadas y reclamos por garantía de los equipos adquiridos, es decir serán canalizados a través de la UGEB, para su trámite correspondiente, en caso las empresas adjudicadas no cumplan con lo establecido en los contratos respectivos, pero las solicitudes de garantía, serán realizadas directamente por los administradores de contrato, así como la elaboración de los reportes de conformidad o no conformidad de estas solicitudes.

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGÚN SINAB	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL	Lugares de Distribución																																
				Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	Hospital Nacional de la Mujer	Hospital Nacional de Soyapango	Hospital Nacional Saldaría	Hospital Nacional de Santa Ana	Hospital Nacional de Ahuachapán	Hospital Nacional de Sonsonate	Hospital Nacional de Chalatenango	Hospital Nacional de Santa Tecla	Hospital Nacional de San Vicente	Hospital Nacional de Zacatecoluca	Hospital de San Miguel	Hospital Nacional de Usulután	Hospital Nacional de Zacamil	Hospital Nacional de San Bartolo	Hospital Nacional de Cojutepeque	Hospital Nacional de la Unión	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	Hospital Nacional de Sensuntepeque	Hospital Nacional de Chalchuapa	Hospital de Metapán	Hospital de San Francisco Gotera	--Hospital de Santa Rosa de Lima	Hospital de Nueva Concepción	Hospital de Santiago de María	Hospital de Jiquilisco	Hospital de Suchitoto	Hospital Nacional Ilobasco	UCSF-E Verapaz SV			
LOTE 6 VENTILADOR DE USO NEONATAL HÍBRIDO																																				
6	60303853	Ventilador de uso neonatal híbrido	112	30	50	--	--	10	--	--	--	8	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
LOTE 7 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR																																				
7	60303440	Incubadora de transporte con ventilador	18	2	2	--	--	1	1	1	1	2	--	1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	--	1	--	--			
LOTE 8 INCUBADORA FIJA INFANTIL HÍBRIDA																																				
8	60303403	Incubadora fija infantil híbrida	80	--	50	--	--	10	--	--	--	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
LOTE 9 INCUBADORA FIJA																																				
9	60303400	Incubadora fija	116	--	61	--	--	10	--	--	--	25	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
LOTE 10 CUNA TÉRMICA																																				
10	60303040	Cuna térmica	29	2	1	--	--	6	1	1	1	4	--	1	7	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	1	--	1	--	--		
LOTE 11 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL																																				
11	60303260	Equipo de ultrasonografía portátil	22	1	2	1	--	1	1	1	1	1	2	--	1	1	1	--	1	1	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	1		
LOTE 12 ECOCARDIOGRAFO																																				
12	60302180	Ecocardiógrafo	2	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
total				41	168	3	2	41	5	5	5	52	4	4	56	3	3	4	3	3	2	2	5	3	3	5	3	4	2	1	3	1	1			

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
Nombre / Dirección del Hospital	Dirección de Contacto Directores / Jefes de Mantenimiento
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Francisco Menéndez", Ahuachapán Dirección: Calle Zacamil, Cantón Ashapuco, Ahuachapán	Dra. Claudia Hortensia Dueñas de Sayes
	Correo electrónico: claudia.duenas@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2443-0046 Conmutador, 2443-1570, Fax 2413-2975
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Jorge Arturo Torrento Chicas Correo electrónico: jorge.torrento@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate Dirección: Calle Alberto Masferrer Poniente #3-1 Sonsonate	Director: Dra. Xiomara Lissette Miranda Peña
	Correo electrónico: xiomara.miranda@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) Conmutador 2429-2201, Fax 2429-2249
	Jefe de Mantenimiento: Téc. Elías de Jesús Rivas Hernández Correo electrónico: elias.rivas@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE CHALCHUAPA Dirección: Final Av. 2 de abril Norte. Chalchuapa	Director: Dr. Mario Kelvin Hidalgo Romero
	Correo electrónico: mario.hidalgo@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2444-0217, 2444-0085 Conmutador
	Jefe de Mantenimiento: Téc. Herlindo Antonio Soto Barillas Correo electrónico: herlindo.soto@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "San Juan de Dios", Santa Ana Dirección: Final 13 Av. Sur No.1, Santa Ana	Director: Dra. Carmen Dinora Zuleta Viana
	Correo electrónico: carmen.zuleta@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2435-9500 Conmutador, 2435-9529 Telefax
	Jefe de Mantenimiento: José Adalberto Guzmán Argueta Teléfono: 2435-9500, ext. 8775
	Correo electrónico: jadalberto.guzman@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango Dirección: Bo. San Antonio, Chalatenango	Director: Dr. Eric Adalberto Campos Solorzano
	Correo electrónico: eric.campos@salud.gob.sv
	Teléfono: Conmutador (503) 2393-9010, Fax 2393-2014
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Manuel Enrique Vásquez Cartagena Correo electrónico: manuel.cartagena@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NUEVA CONCEPCIÓN Dirección: 9ª. C. Ote. Bo. Rosario, Nueva Concepción, Chalatenango	Directora: Dr. Rolando Maximiliano Ramírez Hernández
	Correo electrónico: rolando.ramirez@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2335-7007, 2306-7180 Conmutador ;2335-7020 Fax
	Jefe de Mantenimiento: Lic. Carlos Augusto Contreras Hernández

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
	Correo electrónico: augusto.contreras@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "San Rafael", La Libertad Dirección: 4ª. C Ote No. 9-2 Sta. Tecla	Director: Dra. Ana Margarita de la O Melara
	Correo electrónico: margarita.melara@salud.gob.sv
	Teléfono: Conmutador (503) 2525-5800, Fax 2229-9646
	Jefe de Mantenimiento: José de Jesús Lara Martínez
	Correo electrónico: jose.lara@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Juan José Fernández", Zacamil Dirección: Urb. José Simeón Cañas, Col. Zacamil, San Salvador.	Director: Dr. Herson Manuel Ávalos Méndez
	Correo electrónico: herson.avalos@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) Conmutador 2559-0000, Fax 2272-0464
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Carmona Interiano Miguel Antonio
	Correo electrónico: miguel.carmona@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER Dirección: Final 25 Avenida Sur y Calle Francisco Menéndez. Bo Santa Anita. San Salvador	Director: Dr. Rene Mauricio Arévalo Mata
	Correo electrónico: rene.arevalo@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2206-6200 Conmutador, 2206-6239 Directo
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Francisco Alejandro Henríquez
	Correo electrónico: francisco.henriquez@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRÍA "Dr. José Molina Martínez" Dirección: Calle La Fuente, Cantón Venecia, Soyapango, San Salvador.	Director: Dr. Rigoberto Antonio González Gallegos
	Correo electrónico: rigoberto.gonzalez@salud.gob.sv
	Teléfono: PBX (503) 2291-0050, Fax 2291-0056
	Jefe de Mantenimiento: Nelson Pineda Rodríguez
	Correo electrónico: nelson.pineda@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR "Dr. José Antonio Saldaña" Dirección: Km. 8 ½, Carretera a Los Planes de Renderos, San Salvador.	Director: Dr. José Enrique Rodríguez Rivera
	Correo electrónico: jose.rodriguez@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2280-8210. 2280-8215
	Jefe de Mantenimiento: Téc. Fabio Marcelo Flores Cabrera
	Correo electrónico: fabio.flores@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Enf. Angélica Vidal de Najarro", SAN BARTOLO Dirección: Final C. Francisco Menéndez, contiguo Zona Franca San Bartolo	Director: Dr. Roberto Antonio Valles Martínez
	Correo electrónico: roberto.valles@salud.gob.sv
	Teléfono: (503) 2295-1357, 2295-0691 Conmutador, 2295-1675 fax
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Edwin Giovanni Amaya Flores
	Correo electrónico: edwin.amaya@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE COJUTEPEQUE Dirección: Kilómetro 33 Carretera	Director: Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
	Correo electrónico: nora.artiga@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2349- 2100 o al 2349-2101

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
Panamericana Barrio El Calvario, Cojutepeque.	Jefe de Mantenimiento: Fredis Antonio Vaquiz Velásquez
	Correo electrónico: fredys.vaquiz@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Santa Gertrudis", San Vicente Dirección: 2ª. Av. Sur No. 23, San Vicente.	Director: Dr. Reynaldo Antonio Reina Meléndez
	Correo electrónico: reynaldo.reina@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2393-0116, 2393-0267
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Saul Alcides Alvarez Pérez
	Correo electrónico: saul.alvarez@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Santa Teresa", Zacatecoluca Dirección: Final Av. Juan Manuel Rodríguez, Calle al Volcán, Zacatecoluca.	Director: Dr. William Antonio Fernández Rodríguez
	Correo electrónico: william.fernandez@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2334-0190, 2334-0289
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Ernesto González Choto
	Correo electrónico: ernesto.gonzalez@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE SENSUNTEPEQUE Dirección: 10ª. Av. Sur No. 1, Sta. Bárbara, Sensuntepeque.	Director: Dr. Macario Antonio Molina Galdámez
	Correo electrónico: macario.molina@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2382-0844, 2382-1359, 2382-3335
	Jefe de Mantenimiento: Wendy Rocío Romero Cruz
	Correo electrónico: wrocio.romero@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE SUCHITOTO, Cuscatlán Dirección: Av. José María Pérez Fernández, Bo. El Calvario, Suchitoto	Director: Dr. Luis Alexander Hurtado Hernández
	Correo electrónico: lalexander.hernandez@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2335-1062, 2335-1060
	Jefe de Mantenimiento: William Geovanny Maravilla Cisneros
	Correo electrónico: william.maravilla@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "San Pedro", Usulután Dirección: Final Calle Federico Penado, salida a San Salvador, Usulután.	Director: Dr. Rafael Jeovanny Guevara Vanegas
	Correo electrónico: rafael.guevara@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2633-8800
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Luis Edilma Zelaya Rodríguez
	Correo electrónico: luis.zelaya@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE JIQUILISCO Dirección: 1ª. Av. Sur, Calle a Puerto Avalos, Cantón Roquinete, Jiquilisco.	Director: Dr. William Ernesto Vidaurre Moreno
	Correo electrónico: william.vidaurre@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2663-8068
	Jefe de Mantenimiento: Téc. Liliana Elizabeth González de Osegueda
	Correo electrónico: liliana.gonzales@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María Dirección: 3ª. Calle Pte. No. 15, Barrio Concepción, Santiago de María.	Director: Dr. Carlos José Aguirre Montoya
	Correo electrónico: carlos.aguirre@salud.gob.sv
	Teléfono: 503 2663-0018
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Dimas Humberto

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
	Laínez Reyes Correo electrónico: dimas.lainez@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "San Juan de Dios", San Miguel Dirección: Final 11 C. Pte. Y 23 Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel.	Director: Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera Correo electrónico: carlos.montesino@salud.gob.sv Teléfono: 503 2665-6100, 2661-1424 Jefe de Mantenimiento: Ing. Wilman Beneke Lovo Yanes
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios Dirección: 6ª. Av. Norte, Bo. Roma, Ciudad Barrios.	Directora: Dr. Samuel Eliezer Álvarez Melara Correo electrónico: samuel.alvarez@salud.gob.sv Teléfono: 503 2684-1500 Jefe de Mantenimiento: Ing. José Evelio Romero Correo electrónico: jose.romero@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE LA UNIÓN Dirección: 1ª. C. Ote y 9ª Av. Norte. No. 8, Barrio Concepción, La Unión.	Director: Dr. Carlos Alberto López Mojica Correo electrónico: carlos.lopez@salud.gob.sv Teléfono: 503 2604-4170 Jefe de Mantenimiento: Téc. Roberto Martín Paz García Correo electrónico: robertom.paz@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE SANTA ROSA DE LIMA Dirección: Calle Ruta Militar, salida a San Miguel, Santa Rosa de Lima.	Director: Dr. Marcelino Humberto Mejía Canales Correo electrónico: marcelino.mejiacanales@salud.gob.sv Teléfono: 503 2665-6000; Móvil: 7547-9115 Jefe de Mantenimiento: Téc. Carlos Gardenio Campos Aguilar Correo electrónico: carlos.camposaguilar@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE NIÑOS "Benjamín Bloom" Dirección: Final 25 Avenida Norte, San Salvador.	Director: Dr. Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez Correo electrónico: angel.alvarado@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2225-4114, 2225-4029, Conmutador 2225-4873 Jefe de Mantenimiento: Ing. Oscar Edgardo Granados Araujo Correo electrónico: oscar.granados@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NUEVA GUADALUPE Dirección: Bo. San Luís, Final Av. Principal, Nueva Guadalupe.	Directora: Dra. Ruth Elizabeth Tenorio Zelaya Correo electrónico: ruth.tenorio@salud.gob.sv Teléfono: 503 2647-2200 Jefe de Mantenimiento: Ing. Hugo Napoleón Carballo Suárez Correo electrónico: hugo.carballo@salud.gob.sv
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Arturo Morales", Metapán Dirección: Carretera Internacional, Km.112, Metapán	Directora: Dr. Edgar Manrique Martínez Mirón Correo electrónico: edgarm.martinez@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2484-4402-05 FAX, 2402-0935 Jefe de Mantenimiento: Ing. Oscar Alfredo Cabrera Mira

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
	Correo electrónico: oscar.cabrera@salud.gob.sv Teléfono: 2484-4430
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera Dirección: Final Av. Thomson Norte, Barrio La Cruz, Gotera.	Directora: Dr. Arturo José Elías Bermúdez
	Correo electrónico: arturo.elias@salud.gob.sv Teléfono: 503 2645-7100
	Jefe de Mantenimiento: Téc. Walther Franklin Serrano Ortega
	Correo electrónico: walther.serrano@salud.gob.sv
REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA Dirección: Final Calle Nueva Número Uno, No.3881, Block No.46, Colonia Escalón. Punto de referencia: frente al parqueo Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. San Salvador, El Salvador, C.A.	Director: Dr. Dagoberto Antonio Molina Hernández
	Correo: dagoberto.molina@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2594-8002
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Fernando Rodríguez Hernández
	Correo: fernando.rodriguez@salud.gob.sv
	Administrador de contrato: Douglas Ernesto Cordova Delgado
	Correo electrónico: douglas.cordova@salud.gob.sv
REGIÓN DE SALUD CENTRAL Dirección: Final Calle S.S. contiguo a la U.S. "Dr. Adalberto Aguilar R." Col. Quezaltepec, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.	Director: Dr. Daniel Osmin Soriano Pocasangre
	Correo: daniel.soriano@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2511-8202
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Jorge Alberto Saravia Urbina
	Correo: jorge.saravia@salud.gob.sv
	Administrador de contrato: Miguel Ángel Medrano López
	Correo electrónico: miguel.medrano@salud.gob.sv
REGIÓN DE SALUD PARACENTRAL Dirección: 2a. Av. Sur y 6a. Calle Oriente # 24, Bo. Sn. Francisco, frente a Hospital Santa Gertrudis, San Vicente, El Salvador, C.A.	Director: Dr. Roberto Carlos Renderos Pineda
	Correo: roberto.renderos@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2393-0186
	Jefe de Mantenimiento: Ing. María Teresa Ortiz Pereira
	Correo: maria.pereira@salud.gob.sv
	Administrador de contrato: Walter Rafael Tamayo Jacinto
	Correo electrónico: walter.tamayo@salud.gob.sv
REGIÓN DE SALUD ORIENTAL Dirección: Carretera Panamericana Salida a San Salvador, San Miguel, El Salvador, C.A.	Directora: Dra. Cid Veronica Castro Benitez
	Correo: cid.castro@salud.gob.sv Teléfono: (503) 2684-3812
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Patricia Elizabeth Melgar Mauricio
	Correo: patricia.melgarm@salud.gob.sv
	Administrador de contrato: Virginia Osiris Perez Flores
	Correo electrónico: virginia.perez@salud.gob.sv
REGIÓN DE SALUD OCCIDENTAL Dirección: Final 25 Calle Oriente y Calle By	Director: Dr. Kevin Jeff Morán García
	Correo: kevin.moran@salud.gob.sv

CONTACTOS Y DIRECCIONES DE HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD	
Pass, Santa Ana, El Salvador, C.A.	Teléfono: (503) 2445-6103
	Jefe de Mantenimiento: Ing. Carlos Ernesto Hernandez Bonilla
	Correo: ernesto.hbonilla@salud.gob.sv
	Administrador de contrato: Edgar Neftalí Calderón Cardona
	Correo electrónico: edgar.calderon@salud.gob.sv

PARTE 3. Contrato

Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato

Índice

1. Definiciones.....	143
2. Documentos del Contrato.....	144
3. Fraude y Corrupción	144
4. Interpretación.....	144
5. Idioma	146
6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación	146
7. Elegibilidad.....	146
8. Notificaciones.....	146
9. Ley aplicable.....	147
10. Solución de controversias	147
11. Inspecciones y auditorías a cargo del Banco	148
12. Alcance de los suministros.....	148
13. Entrega y documentos	148
14. Responsabilidades del Proveedor	148
15. Precio del Contrato	150
16. Condiciones de Pago	150
17. Impuestos y derechos.....	150
18. Garantía de Cumplimiento	151
19. Derechos de Autor.....	151
20. Confidencialidad de la información	151

21. Subcontratación	152
22. Especificaciones y normas	153
23. Embalaje y documentos.....	153
24. Seguros	154
25. Transporte y servicios conexos	154
26. Inspecciones y pruebas	155
27. Liquidación por daños y perjuicios.....	156
28. Garantía de los Bienes	156
29. Patentes y exención de responsabilidad	157
30. Limitación de responsabilidad.....	158
31. Cambio en las leyes y regulaciones.....	159
32. Fuerza Mayor	159
33. Órdenes de cambio y enmiendas al Contrato.....	159
34. Prórroga de los plazos	161
35. Rescisión.....	162
36. Cesión	163
37. Restricciones a la exportación.....	163

Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato

- 1. Definiciones**
- 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:
- (a) Por “Banco” se entiende el Banco Mundial y se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o a la Asociación Internacional de Fomento (IDA).
 - (b) Por “Contrato” se entiende el Convenio de Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.
 - (c) Por “Documentos del Contrato” se entiende los documentos enumerados en el Convenio de Contrato, incluyendo cualquier enmienda.
 - (d) Por “Precio del Contrato” se entiende el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.
 - (e) Por “día” se entiende día calendario.
 - (f) Por “cumplimiento” se entiende la prestación de los Servicios Conexos por parte del Proveedor de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.
 - (g) Por “CGC” se entiende las Condiciones Generales del Contrato.
 - (h) Por “Bienes” se entiende todos los productos, materia prima, maquinaria y equipos, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.
 - (i) El “País del Comprador” es el país especificado en las **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**.
 - (j) Por “Comprador” se entiende la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según **se indica en las CEC**.
 - (k) Por “Servicios Conexos” se entiende los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento

inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

- (l) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del Contrato.
- (m) Por “Subcontratista” se entiende cualquier persona física, entidad privada o pública, o una combinación de estas, a las cuales el Proveedor ha subcontratado para que suministren parte de los Bienes o presten parte de los Servicios Conexos.
- (n) Por “Proveedor” se entiende la persona física o entidad privada o pública, o una combinación de estas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio de Contrato.
- (o) Por “emplazamiento del Proyecto”, donde corresponde, se entiende el lugar citado en las CEC.

2. Documentos del Contrato

2.1 Con sujeción al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio de Contrato deberá leerse de manera integral.

3. Fraude y Corrupción

3.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo estipulado en el apéndice de las CGC.

3.2 El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario.

4. Interpretación

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2 Incoterms

- (a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los

prescritos en los Incoterms, **conforme se especifica en las CEC**, a menos que sea incongruente con alguna disposición del Contrato.

- (b) El uso de los términos EXW, CIP, FCA, CFR y otros similares se regirá por las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las **CEC** y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad del acuerdo

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida, a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.5 Limitación de dispensas

- (a) Con sujeción a lo indicado en la subcláusula 4.5 (b) siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.
- (b) Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición,

invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato.

- 5. Idioma**
- 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las CEC. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte del Contrato pueden estar en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de las partes pertinentes al idioma especificado, en cuyo caso dicha traducción prevalecerá para a los efectos de la interpretación del Contrato.
- 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos que implique traducir al idioma principal los documentos que proporcione, así como de todos los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dicha traducción.
- 6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación**
- 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), un consorcio o una asociación, todas las partes que lo conforman serán solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con facultades para obligar jurídicamente a la APCA, el consorcio o la asociación. La composición o constitución de la APCA no podrá modificarse sin el previo consentimiento del Comprador.
- 7. Elegibilidad**
- 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener la nacionalidad de un país elegible. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país si es un ciudadano o está constituido o inscripto en él y opera de conformidad con sus normas y leyes.
- 7.2 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse en el marco del Contrato con financiamiento del Banco deberán tener su origen en países elegibles. Por “origen” se entiende, a los fines de esta cláusula, el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o donde, como resultado de la manufactura, el procesamiento o el ensamblaje, se genera otro artículo reconocido comercialmente que difiere en gran medida de las características básicas de sus componentes.
- 8. Notificaciones**
- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán cursarse por escrito a la dirección indicada

en las **CEC**. El término “por escrito” se refiere a toda comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

8.2 Las notificaciones serán efectivas en la fecha de entrega y en la fecha de la notificación, la que sea posterior.

9. Ley aplicable

9.1 El Contrato se regirá por las leyes del País del Comprador, y se interpretará conforme a dichas leyes, a menos que en las **CEC** se indique otra cosa.

9.2 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor deberá cumplir con las prohibiciones relativas a la importación de bienes y servicios del País del Comprador cuando:

(a) como consecuencia de las leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohibiera las relaciones comerciales con dicho país;

(b) por un acto realizado en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba cualquier importación de bienes de aquel país, o pagos a cualquier país, persona o entidad de aquel país.

10. Solución de controversias

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente, mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en relación con el Contrato.

10.2 Si, transcurridos 28 (veintiocho) días, las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, el Comprador o el Proveedor podrá notificar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación, y no podrá iniciarse un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto, a menos que se haya cursado dicha notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje podrá comenzar antes o después de la entrega de los Bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos **estipulado en las CEC**.

10.3 Sin perjuicio de las referencias al arbitraje que figuran en este documento,

- (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus respectivas obligaciones derivadas del Contrato, a menos que acuerden otra cosa;
 - (b) el Comprador pagará al Proveedor el dinero que le adeude.
- 11. Inspecciones y auditorías a cargo del Banco**
- 11.1 El Proveedor deberá mantener, y realizar todos los esfuerzos razonables para que sus Subcontratistas mantengan, cuentas exactas y sistematizadas, así como registros contables relativos a los Bienes de forma tal que permitan identificar los tiempos de cambios pertinentes y los costos.
 - 11.2 De conformidad con el párrafo 2.2 (e). del apéndice de las Condiciones Generales, el Proveedor permitirá, y procurará que sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y personal permitan, que el Banco o las personas designadas por el Banco inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros documentos relacionados con los procesos de calificación, selección y/o la ejecución del Contrato, y dispongan que dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio de auditores designados por el Banco. El Proveedor y sus Subcontratistas y subconsultores deberán prestar atención a lo estipulado en la cláusula 3.1, que establece, *inter alia*, que las acciones encaminadas a impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías e inspecciones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco).
- 12. Alcance de los suministros**
- 12.1 Los Bienes y Servicios Conexos se suministrarán según lo estipulado en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.
- 13. Entrega y documentos**
- 13.1 Con sujeción a lo dispuesto en la subcláusula 33.1 de las CGC, la entrega de los Bienes y la Finalización de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Cronograma de Entregas y de Cumplimiento indicado en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.
- 14. Responsabilidades del Proveedor**
- 14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el alcance de suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Cronograma de Entregas y de Finalización, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC.

- 14.2 El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no empleará ni contratará trabajo forzoso o personas sujetas a trata, como se describe en las Subcláusulas 14.3 y 14.4 de las CGC.
- 14.3 El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se exige a un individuo bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo en régimen de servidumbre o acuerdos laborales similares.
- 14.4 La trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra, con fines de explotación.
- 14.5 El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no empleará ni contratará a un niño menor de 14 años a menos que la ley nacional especifique una edad superior (la edad mínima).
- 14.6 14.6 El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear ni contratar a un niño entre la edad mínima y la edad de 18 años de una manera que pueda ser peligrosa, o que interfiera con la educación del niño, o que sea dañina para el niño. salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
- 14.7 14.7 El trabajo considerado peligroso para los niños es aquel que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se lleva a cabo, puede poner en peligro la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Tales actividades laborales prohibidas para los niños incluyen el trabajo:
- (a) con exposición a abuso físico, psicológico o sexual;
 - (b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en alturas o en espacios reducidos;
 - (c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosos, o que impliquen manipulación o transporte de cargas pesadas;
 - (d) en entornos insalubres que expongan a los niños a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruidos o vibraciones perjudiciales para la salud; o
 - (e) en condiciones difíciles, como el trabajo durante muchas horas, durante la noche o en confinamiento en las instalaciones del contratante.

- 14.8 El Proveedor cumplirá y exigirá a sus Subcontratistas, si los hubiere, que cumplan con todas las reglamentaciones, leyes, directrices y cualquier otro requisito de salud y seguridad que se establezca en las Especificaciones Técnicas.
- 14.9 El Proveedor deberá cumplir con las obligaciones adicionales que se especifican en las **CEC**.
- 15. Precio del Contrato**
- 15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su Oferta, salvo que se trate de un ajuste de precios autorizado en las **CEC**.
- 16. Condiciones de Pago**
- 16.1 El Precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las **CEC**.
- 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá formularse por escrito e ir acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos prestados, y de los documentos presentados de conformidad con la cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.
- 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero en ningún caso podrá hacerlo una vez transcurridos 60 (sesenta) días de la fecha en que el Proveedor haya presentado una factura o una solicitud de pago, y el Comprador la haya aceptado.
- 16.4 Las monedas en las que se pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su Oferta.
- 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes o dentro del plazo establecido en las **CEC**, el Comprador le pagará intereses sobre los montos de los pagos en mora a la tasa establecida en las **CEC**, por el período de la demora y hasta que se haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier sentencia judicial o laudo arbitral.
- 17. Impuestos y derechos**
- 17.1 En el caso de bienes fabricados fuera del País del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares impuestos fuera de dicho país.
- 17.2 En el caso de bienes fabricados en el País del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos

similares que se abonen hasta la entrega de los Bienes contratados al Comprador.

17.3 El Comprador arbitrará todos los medios necesarios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesión o privilegio legal que pudiese serle aplicable en el País del Comprador.

18. Garantía de Cumplimiento

18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.

18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que pudiera ocasionarle el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

18.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, en caso de ser requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Comprador, y deberá presentarse en uno de los formatos estipulados por el Comprador en las CEC o en otro formato que este considere aceptable.

18.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimiento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar 28 (veintiocho) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

19. Derechos de Autor

19.1 Los derechos de autor respecto de todos los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información proporcionados por el Proveedor al Comprador seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por un tercero, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

20. Confidencialidad de la información

20.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener bajo estricta confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en relación con el Contrato antes, durante o después de su ejecución. Sin perjuicio de ello, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los

documentos, datos e información recibidos del Comprador a fin de que estos puedan llevar a cabo su trabajo en el marco del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al que debe asumir el Proveedor en virtud de la cláusula 20 de las CGC.

20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibidos del Proveedor para ningún fin que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibidos del Comprador para ningún otro fin que el de la ejecución del Contrato.

20.3 No obstante, la obligación de las partes derivada de las subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC no se aplicará a información que:

- (a) el Comprador o el Proveedor deba compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- (b) actualmente o en el futuro pase a ser de dominio público sin culpa de la parte en cuestión;
- (c) pueda comprobarse que estaba en poder de dicha parte al momento de ser divulgada y que no fue obtenida previamente, de manera ni indirecta, de la otra parte, o
- (d) que un tercero que no tenía obligación de confidencialidad puso a disposición de esa parte.

20.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 20 de las CGC no modificarán de modo alguno ningún compromiso de confidencialidad asumido por cualquiera de las partes de este instrumento antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o a cualquier parte de ellos.

20.5 Las disposiciones de la cláusula 20 de las CGC seguirán siendo válidas luego del cumplimiento o la extinción del Contrato, sea cual fuere el motivo.

21. Subcontratación

21.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito acerca de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, siempre que no los hubiera especificado en su Oferta. La Notificación del Proveedor para agregar cualquier subcontratista que no haya sido designado en el Contrato deberá estar acompañada de la declaración del Subcontratista de conformidad con el Apéndice 2 de las CGC - Declaración de Desempeño en materia de

Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx). Dicha notificación, en la Oferta original u Ofertas posteriores, no eximirá al Proveedor de las obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

22. Especificaciones y normas

22.1 Especificaciones técnicas y planos

- (a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados en el marco de este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, y, cuando no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.
- (b) El Proveedor tendrá derecho a deslindar su responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación de estos, proporcionado o diseñado por el Comprador o en nombre de él, notificando a este último de dicho deslinde.
- (c) Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a los cuales este deberá ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio estará regido por la cláusula 33 de las CGC.

23. Embalaje y documentos

23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, entre otras cosas, la manipulación descuidada, la exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y el almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipos para la carga y descarga de materiales pesados en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquier otra instrucción dispuesta por el Comprador.

24. Seguros

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados en el marco del Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

25. Transporte y servicios conexos

25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados.

25.2 Podrá exigirse al Proveedor que suministre alguno o la totalidad de los siguientes servicios, además de los servicios adicionales, si los hubiere, especificados en las CEC:

- (a) funcionamiento o supervisión *in situ* del ensamblaje o puesta en marcha de los Bienes suministrados;
- (b) provisión de herramientas de ensamblaje o mantenimiento de los Bienes suministrados;
- (c) provisión de un manual detallado de operaciones y de mantenimiento apropiado para cada una de las unidades de los Bienes suministrados;
- (d) funcionamiento o supervisión o mantenimiento o reparación de los Bienes suministrados, por un período de tiempo acordado entre las partes, entendiéndose que este servicio no exime al Proveedor de ninguna de las garantías de funcionamiento derivadas de este Contrato; y
- (e) capacitación del personal del Comprador, en la planta del Proveedor o en el sitio de entrega, en relación con el ensamblaje, el inicio, la operación, el mantenimiento o la reparación de los Bienes suministrados.

25.3 Los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos, si no estuvieran incluidos en el Precio Contractual de los Bienes, serán acordados por las partes con antelación y no excederán

las tarifas que el Proveedor normalmente cobre a otras partes por servicios similares.

26. Inspecciones y pruebas

- 26.1 El Proveedor realizará, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador, todas las pruebas o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las **CEC**.
- 26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de su Subcontratista, en el lugar de entrega o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el País del Comprador establecido en las **CEC**. De conformidad con la subcláusula 26.3 de las **CGC**, cuando dichas inspecciones o pruebas se realicen en establecimientos del Proveedor o de sus Subcontratistas, se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluido el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.
- 26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas o inspecciones mencionadas en la subcláusula 26.2 de las **CGC**, siempre y cuando asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluidos, entre otros, gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
- 26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá del tercer o del fabricante que corresponda el permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
- 26.5 El Comprador podrá exigir al Proveedor que realice algunas pruebas o inspecciones que no estén contempladas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y el funcionamiento de los Bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos y gastos adicionales razonables que sufrague el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones se sumarán al Precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas o inspecciones impidieran el avance de la fabricación o el cumplimiento de otras obligaciones del Proveedor derivadas del Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las fechas de entrega y de finalización y a las otras obligaciones afectadas.
- 26.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas o inspecciones.

- 26.7 El Comprador podrá rechazar cualquiera de los Bienes o cualquier componente de estos que no pase las pruebas o inspecciones o que no se ajuste a las especificaciones. El Proveedor deberá rectificar o reemplazar dichos Bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones, sin costo alguno para el Comprador. Asimismo, deberá repetir las pruebas o inspecciones, sin costo alguno para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la subcláusula 26.4 de las CGC.
- 26.8 El Proveedor está de acuerdo en que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes con arreglo a la subcláusula 26.6 de las CGC lo eximirán de las garantías u otras obligaciones derivadas del Contrato.
- 27. Liquidación por daños y perjuicios**
- 27.1 Con excepción de lo dispuesto en la cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, el Comprador, sin perjuicio de los demás recursos de que disponga en virtud del Contrato, podrá deducir del Precio del Contrato, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los Servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en dichas CEC. Una vez alcanzado el máximo establecido, el Comprador podrá dar por rescindido el Contrato de conformidad con la cláusula 35 de las CGC.
- 28. Garantía de los Bienes**
- 28.1 El Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, no tienen uso previo y corresponden al modelo más reciente o actual, y que incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
- 28.2 De conformidad con la subcláusula 22.1 (b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de sus actos y omisiones, o derivados del diseño, los materiales o la manufactura, durante el uso normal en las condiciones que imperen en el país de destino final.
- 28.3 Salvo que en las CEC se indique otra cosa, la garantía seguirá vigente durante 12 (doce) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos, según el caso, hayan sido

entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en las **CEC**, o 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de carga en el país de origen, si dicho período concluye primero.

- 28.4 El Comprador notificará al Proveedor consignando la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor una oportunidad razonable para inspeccionar tales defectos.
- 28.5 Al recibir dicha notificación, el Proveedor deberá reparar o reemplazar, dentro del plazo establecido en las **CEC**, los Bienes defectuosos o sus partes, sin costo alguno para el Comprador.
- 28.6 Si el Proveedor, tras haber sido notificado, no corrige los defectos dentro del plazo establecido en las **CEC**, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda tener contra el Proveedor en el marco del Contrato.

29. Patentes y exención de responsabilidad

- 29.1 El Proveedor eximirá al Comprador, siempre que este cumpla con lo establecido en la subcláusula 29.2 de las **CGC**, así como a sus empleados y funcionarios, de toda responsabilidad derivada de litigios, acciones legales o procedimientos administrativos, reclamos, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que deba sufragar como resultado de la transgresión o la supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:
- (a) la instalación de los Bienes por el Proveedor o el uso de los Bienes en el país donde se encuentra emplazado el proyecto; y
 - (b) la venta, en cualquier país, de los productos generados por los Bienes.

Dicha exención de responsabilidad no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o que no pudieran inferirse razonablemente de este. Tampoco abarcará ninguna transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto generado en asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

- 29.2 Si se entablara un proceso o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la subcláusula 29.1 de las CGC, este notificará sin demora al Proveedor y este último, por su propia cuenta y en nombre del Comprador, llevará adelante dicho proceso o reclamo, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo respecto de dicho proceso o reclamo.
- 29.3 Si dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores a la fecha en que recibió dicha comunicación el Proveedor no notifica al Comprador de su intención de llevar adelante dicho proceso o reclamo, el Comprador tendrá derecho a iniciar dichas acciones en su propio nombre.
- 29.4 El Comprador se compromete a prestar al Proveedor, cuando este se lo solicite, toda la asistencia posible para que pueda llevar adelante dicho proceso o reclamo, y el Proveedor le reembolsará todos los gastos razonables que hubiera realizado al hacerlo.
- 29.5 El Comprador eximirá de toda responsabilidad al Proveedor, así como a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogados, que pudieran afectarlo como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de derechos de patentes, modelo de utilidad, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato que pudiera derivarse de cualquier diseño, dato, plano, especificación, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a su nombre.

30. Limitación de responsabilidad

- 30.1 Excepto en casos de negligencia grave o conducta dolosa,
- (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, extracontractual o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de uso, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses; esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato; y
 - (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, extracontractual o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato; tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de

la reparación o reemplazo de equipos defectuosos ni afecta la obligación del Proveedor de eximir de responsabilidad al Comprador por transgresiones de derechos de patentes.

31. Cambio en las leyes y regulaciones

31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de 28 días antes de la fecha de presentación de Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, se derogase o se modificase en el lugar del País del Comprador donde está ubicado el Emplazamiento del Proyecto (incluyendo cualquier cambio en la interpretación o aplicación por parte de las autoridades competentes) que afecte posteriormente la Fecha de Entrega o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega o Precio del Contrato se incrementarán o reducirán según corresponda, en la medida en que el Proveedor se haya visto afectado por estos cambios en el cumplimiento de obligaciones derivadas del Contrato. Sin perjuicio de ello, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni se acreditará si ya se ha tenido en cuenta en las disposiciones de ajuste de precio cuando corresponda, de conformidad con la cláusula 15 de las CGC.

32. Fuerza Mayor

32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

32.2 A los fines de esta cláusula, por “Fuerza Mayor” se entiende un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir, entre otros, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena y embargos de cargamentos.

32.3 Si se produce un hecho de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará al Comprador, por escrito y sin demora, de dicha situación y de su causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor seguirá cumpliendo con las obligaciones que le impone el Contrato en la medida en que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

33. Órdenes de cambio

33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, ordenar al Proveedor, mediante notificación conforme a lo dispuesto en la

**y enmiendas
al Contrato**

cláusula 8 de las CGC, que realice cambios dentro del alcance general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

- (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato hayan de fabricarse específicamente para el Comprador;
- (b) la forma de embarque o de embalaje;
- (c) el lugar de entrega; y
- (d) los Servicios Conexos que deba brindar el Proveedor.

33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las disposiciones del Contrato, se realizará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Cronograma de Entregas y de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se modificará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste conforme a lo establecido en esta cláusula dentro de los 28 (veintiocho) días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios, pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes y no excederán los precios que el Proveedor cobra habitualmente a terceros por servicios similares.

33.4 **Ingeniería de valor:** El Proveedor podrá preparar una propuesta de ingeniería de valor en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, y correrá con los gastos realizados en tal preparación. La propuesta de ingeniería de valor deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

- (a) los cambios propuestos y una descripción de la diferencia respecto de los requisitos contractuales existentes;
- (b) un análisis exhaustivo de costos/beneficios de los cambios propuestos, incluidas una descripción y una estimación de los costos (entre ellos, los correspondientes al ciclo de vida útil) que el Comprador pueda sufragar durante la implementación de la propuesta de ingeniería de valor; y
- (c) una descripción de los efectos del cambio en el rendimiento y la funcionalidad.

El Comprador podrá aceptar la propuesta de ingeniería de valor si en esta se demuestran beneficios que permitan:

- (a) acelerar el período de entrega;
- (b) reducir el Precio del Contrato o los costos del ciclo de vida útil para el Comprador;
- (c) mejorar la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los Bienes; o
- (d) aportar cualquier otro beneficio al Comprador, sin poner en riesgo las funciones necesarias de las Instalaciones.

Si el Comprador aprueba la propuesta de ingeniería de valor y su implementación genera:

- (a) una reducción en el Precio del Contrato; el monto que se ha de pagar al Proveedor será equivalente al porcentaje indicado **en las CEC** de la reducción del Precio del Contrato; o
- (b) un aumento en el Precio del Contrato, pero conlleva una reducción de los costos de la vida útil debido a cualquiera de los beneficios descritos en los incisos (a) a (d) anteriores, el monto que se ha de pagar al Proveedor será equivalente al aumento total en el Precio del Contrato.

33.5 Con sujeción a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante enmienda por escrito firmada por ambas partes.

34. Prórroga de los plazos

34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o la finalización de los Servicios Conexos de conformidad con la cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará de inmediato y por escrito al Comprador sobre la demora, la posible duración y la causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y, a su discreción, podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En tal caso, ambas Partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

34.2 Excepto en caso de Fuerza Mayor, como se dispone en la cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones de Entrega y Finalización expondrá al

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la subcláusula 34.1 de las CGC.

35. Rescisión

35.1 Rescisión por incumplimiento

- (a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos previstos para casos de incumplimiento del Contrato, podrá rescindir el Contrato en su totalidad o en parte enviando una notificación de incumplimiento por escrito al Proveedor:
 - (i) si el Proveedor no entrega alguno o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador conforme a lo establecido en la cláusula 34 de las CGC;
 - (ii) si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación derivada del Contrato; o
 - (iii) si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de Licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en el párrafo 2.2 (a) del Apéndice 1 de las CGC.
- (b) En caso de que el Comprador rescinda el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 35.1 (a) de las CGC, podrá adquirir, en los términos y condiciones que considere apropiados, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o no prestados, y el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá cumpliendo las obligaciones derivadas de la parte del Contrato que no se hubiese rescindido.

35.2 Resolución por insolvencia.

- (a) El Comprador podrá resolver el Contrato notificando de ello por escrito al Proveedor si este se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la resolución no conllevará indemnización alguna para el Proveedor, siempre que no perjudique ni afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

35.3 Resolución por conveniencia.

- (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá resolver el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento, por razones de conveniencia. La comunicación de resolución deberá indicar que esta se debe a la conveniencia del Comprador, el alcance de la extinción de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de entrada en vigencia de dicha resolución.
- (b) Los Bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los 28 (veintiocho) días siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de resolución del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes, el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:
 - (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o
 - (ii) que se cancele el resto y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que se hubiesen completados parcialmente y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

36. Cesión

36.1 El Comprador y Proveedor se abstendrán de ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, salvo que cuenten con el consentimiento previo por escrito de la otra parte.

37. Restricciones a la exportación

37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al País del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios que se proveerán, que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impida que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, liberará al Proveedor de la obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Proveedor pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido puntualmente con todas las formalidades, tales como la solicitud de permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los

términos del Contrato. El Contrato se rescindirá sobre esta base para conveniencia del Comprador conforme a lo estipulado en la subcláusula 35.3.

APÉNDICE 1

Fraude y Corrupción

(El texto de este anexo no deberá modificarse)

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
 - ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
 - iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
 - iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
 - v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
 - (a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la

amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

- (b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
 - c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
 - d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco⁵; (ii) ser nominada⁶ como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.

⁵ A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

⁶ Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

- e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar⁷ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

⁷ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

APÉNDICE 2

Declaración de Desempeño en materia de Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx) de los Subcontratistas

[La siguiente Tabla debe ser completada por cada Subcontratista propuesto por el Proveedor que no haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Subcontratista: *[indicar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar día, mes, año]*

No. y nombre del Contrato : *[insertar la referencia número y nombre]*
Página *[insertar número de página]* de *[insertar número total]* páginas

Declaración EAS y /o ASx
<p>Nosotros:</p> <p><input type="checkbox"/> (d) no hemos sido objeto de descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS / ASx.</p> <p><input type="checkbox"/> (e) no estamos sujetos a descalificación por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS / ASx</p> <p><input type="checkbox"/> (f) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASx, pero fuimos excluidos de las empresas descalificadas. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificación a nuestro favor.</p>
<p><i>[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificación.]</i></p>

Nombre del Subcontratista _____

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista _____

Cargo de la Persona que firma a nombre del Subcontratista _____

Firma de la persona designada arriba _____

Fecha de la firma _____ día de _____, _____

Firma del representante autorizado del Proveedor:

Firma: _____

Fecha de la firma _____ día de _____, _____

Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y, en caso de conflicto, prevalecerán sobre ellas.

CGC 1.1 (i)	El País del Comprador es: <i>El Salvador</i>
CGC 1.1 (j)	El comprador es: <i>Ministerio de Salud</i>
CGC 1.1 (o)	El destino final del emplazamiento del Proyecto es: Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución.
CGC 1.1 (p)	<p>El término EAS/ASx se usa en el Contrato con el siguiente significado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Explotación y Abuso Sexual" "(EAS)" significa lo siguiente: La "Explotación Sexual" se define como cualquier abuso o intento de abuso a una posición vulnerable, abuso de poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o político mediante la explotación sexual de otra persona. <p>El "Abuso Sexual" se define como la amenaza o la intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas;</p> <p>"Acoso Sexual" "ASx" se define como avances sexuales indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta física o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del Proveedor con otros miembros del personal del Proveedor, subcontratistas o del personal del Comprador.</p>
CGC 4.2 (a)	El significado de los términos comerciales será el establecido en los Incoterms. Si el significado de cualquier término comercial y los derechos y obligaciones correspondientes a las partes no corresponde al establecido en los Incoterms, deberá corresponder al establecido en: <i>No Aplica</i>
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: 2020
CGC 5.1	El idioma será: <i>Español</i>
CGC 8.1	<p>Para notificaciones, la dirección del Comprador será:</p> <p>Atención: Licda. María José Domínguez, Coordinadora de la UCPCSJ</p> <p>Dirección: Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, Block "G", número 1-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.</p>

	<p>Ciudad: San Salvador.</p> <p>País: El Salvador.</p> <p>Teléfono: (503) 7839-6640</p> <p>Dirección de correo electrónico: adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv</p> <p><u>del Proveedor</u></p> <p>Atención: <i>[el nombre completo de la persona, si corresponde]</i></p> <p>Dirección postal: <i>[nombre de la calle y número]</i></p> <p>Piso/Oficina <i>[el piso y número de oficina, si corresponde]</i></p> <p>Ciudad: <i>[el nombre de la ciudad o población]</i></p> <p>País: <i>[el nombre del país]</i></p> <p>Teléfono: <i>[número del teléfono incluyendo los códigos del país y de la ciudad]</i></p> <p>Fax: <i>[número del facsímil incluyendo los códigos del país y de la ciudad]</i></p> <p>Dirección electrónica: <i>[dirección de correo electrónico]</i></p>
CEC 9.1	El derecho aplicable será el de: <i>la República de El Salvador.</i>
CGC 10.2	<p>Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.2 de las CGC, serán los siguientes:</p> <p>(a) Contrato con un Proveedor extranjero:</p> <p>CGC 10.2 (a): Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con este Contrato, o con su incumplimiento, nulidad o extinción, deberá resolverse mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI <i>Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL, por sus siglas en inglés).</i></p> <p>(b) Contratos con Proveedores ciudadanos del País del Comprador:</p> <p>En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y el Proveedor que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento de El Salvador.</p>
CGC 12	Para el caso de equipos que requieren instalación, el responsable del seguimiento del Contrato, deberá coordinar las entregas con el Guarda

	Almacén, a fin de que éste pueda trasladarse al destino final de los equipos (cuando aplique)
CGC 13.1	<p>Detalle de los documentos de embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor:</p> <p>En El Caso de los bienes importados:</p> <p>Para Transporte Aéreo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura <p>Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de empaque • Certificado de calidad • Guía aérea <p>En la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario. • Copia Certificado de garantía del fabricante o Distribuidor. • Copia del Certificado de origen de todos los bienes. <p>Para Transporte Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura <p>Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de empaque • Certificado de calidad • Bill of Lading (B/L) <p>Dos (2) copias del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación “flete pagado” y dos (2) copias del conocimiento de embarque no negociable, en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia Certificado de Garantía del fabricante o Distribuidor; • Copia del Certificado de origen de todos los bienes.

	<ul style="list-style-type: none">• Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario. <p>Para Transporte Terrestre</p> <ul style="list-style-type: none">• Factura <p>Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;</p> <ul style="list-style-type: none">• Lista de empaque• Certificado de calidad• Carta Porte <p>En la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV Copia Certificado de garantía del fabricante o Distribuidor;</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia del Certificado de origen de todos los bienes. (Cuando aplique)• Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario. <p>Para bienes que ya se encuentren internados en la República de El Salvador:</p> <p>Al momento o antes de la entrega de los bienes, el Proveedor notificará por escrito al Comprador y le proporcionará los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa.(ii) Dos (2) copias de la orden de entrega, carta de porte por carretera, o del documento de transporte multimodal en que se describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No. 9065-SV.(iii) Dos (2) copias de la lista de embalaje, con indicación del contenido de cada paquete;(iv) copia del Certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como beneficiario;(v) Copia del Certificado de garantía del fabricante o distribuidor;(vi) Copia del Certificado de inspección emitido por la entidad inspectora autorizada e informe de inspección de la fábrica del Proveedor (en el caso que se requiera una inspección); y(vii) Copia del Certificado de origen de los bienes.
--	---

	<p>El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos que surjan en consecuencia correrán por cuenta del Proveedor.</p>
<p>CGC 15.1</p>	<p>Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables.</p>
<p>CGC 16.1</p>	<p>Ejemplo de cláusula:</p> <p>CGC 16.1: La forma y las condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>Pago de Bienes importados:</p> <p>El pago de los Bienes y Servicios suministrados desde el País del Comprador se efectuará en _ <i>[indique la moneda]</i>, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Anticipo: El 10 % (diez por ciento) del Precio del Contrato se pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta que los Bienes hayan sido entregados en la forma establecida en el Documento de Licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. ii) Al embarcar los bienes: El 80 % (ochenta por ciento) del precio de los Bienes embarcados se pagará mediante una carta de crédito irrevocable, confirmada, abierta a favor del Proveedor en un banco de su país, contra presentación de los documentos especificados en la cláusula 13 de las CGC. iii) Al recibir los bienes: El 10 % (diez por ciento) del Precio del Contrato de los Bienes recibidos se pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes de recibidos los Bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el Comprador. <p>El pago de la parte en moneda nacional se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado del Comprador que indique que los Bienes han sido recibidos y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos.</p> <p>Para el pago de los bienes y servicios conexos, el Proveedor presentará a la Tesorería del Proyecto de la Unidad Financiera Institucional, factura o recibo según aplique a nombre MINSAL/Contrato de Préstamo BIRF 9065-SV CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante por medio de su delegado, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipula el</p>

contrato, las que aplique, extendidas por la ACP y copia del Contrato. En recibo o documento, en el apartado de la descripción de los bienes, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato suscrita con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar.

Pago de Bienes y Servicios suministrados desde el País del Comprador:

El pago de los Bienes y Servicios suministrados desde el País del Comprador se efectuará en *[indique la moneda]*, de la siguiente manera:

- i) **Anticipo:** El 10 % (diez por ciento) del Precio del Contrato se pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la presentación de un recibo y de una garantía bancaria por un monto equivalente, en la forma establecida en el Documento de Licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable.
- ii) **Contra entrega:** El 80 % (ochenta por ciento) del Precio del Contrato se pagará en el momento de la recepción de los Bienes, contra presentación de los documentos especificados en la cláusula 13 de las CGC.
- iii) **Al recibir los bienes:** El 10 % (diez por ciento) restante del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador.

Para el pago de los bienes y servicios conexos, el Proveedor presentará a la Tesorería del Proyecto de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final duplicado cliente a nombre MINSAL/Contrato de Préstamo BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante por medio de su delegado, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipula el contrato, las que aplique, extendidas por la ACP y copia del Contrato. En recibo o documento, en el apartado de la descripción de los bienes, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato suscrita con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar.

FINANCIAMIENTO. El financiamiento para esta adquisición procede de los fondos Externos, Contrato de Préstamo BIRF No. 9065-SV, Categoría de Inversión 1. **Componente 1.** Promoción de la acumulación de capital humano en los niños entre 0 a 7 años de edad y su madre durante las fases de preconcepción y gestación. Subcomponente 1.2 a) Promoción de intervenciones de (DIT) para niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad a través del (vi) fortalecimiento de la prestación de servicios pediátrico en todos los niveles de atención y, (vii) desarrollo de la detección temprana de

	riesgos y rezagos en los niños. Proyecto 7496. Cifrado Presupuestario 2022-3200-3-12-01-22-3-61103 (\$13,932,002.00). Componente 2. Modernización, tecnificación y fortalecimiento del MINSAL para la provisión pública de salud materno infantil, del (iv) que implica la prestación de los servicios de salud y (ix) adquisición de equipos y suministros médicos y de laboratorio. Proyecto 7496 Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-12-02-22-3-61103 (\$1,215,000.00)
CGC 16.5	Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor una vez vencido los 30 días establecidos en el Contrato, contará con 30 días adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situación el contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso
CGC 18.1	Se requerirá una Garantía de Cumplimiento. Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguientes a la distribución del contrato, el oferente deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo de la Sección IX. Formularios de Contrato por una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto Creciendo Saludables Juntos del Ministerio de Salud, ubicada en Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, Block “G”, número 1-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
CGC 18.3	La Garantía de Cumplimiento, podrá presentarse en cualquiera de las formas siguientes: una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento pagadera a la vista. Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, esta deberá estar denominada en <i>[indique “una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador” o “las monedas de pago del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del Contrato”]</i> .
CGC 18.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los servicios o bienes.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los bienes serán como se indica a continuación: Proyecto: “Creciendo Saludables Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador”

	<p style="text-align: center;">Nombre “EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO”</p> <p style="text-align: center;">Licitación Abierta Internacional No. CSJ-39-RFB-GO</p> <p style="text-align: center;">Número de Lote _____</p> <p>El proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. Se aplicará en todo momento los estándares para el manejo de carga internacional.</p>
CGC 24.1	<p>La cobertura de seguro será según se establece en los <i>Incoterms 2020</i>.</p> <p>El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a considerar la cobertura de seguro los bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, la compra es por categoría DDP de los Incoterms</p>
CGC 25.1	<p>La responsabilidad por el transporte de los Bienes se ajustará a lo establecido en los Incoterms.</p> <p>El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, la compra es por categoría DDP de los Incoterms.</p>
CGC 25.2	<p>Los servicios conexos que se suministrarán son: Según lo establecido en la Sección IV. Formularios de Oferta. numeral 2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento.</p> <p>El plazo de entrega de los equipos será de conformidad a lo establecido en la Sección IV. Formularios de la Oferta. Numeral 1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas.</p>
CGC 26.1	<p>Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación y serán realizadas por el comprador:</p> <p>a) Inspección ordinaria conforme a documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cantidad de artículos, conforme a lista de bienes y plan de entregas. 2. Marca y modelo de los artículos conforme a la oferta. 3. Origen de los bienes. 4. Provisión de accesorios, insumos y manuales conforme a especificaciones técnicas. 5. Provisión de certificado de garantía contra desperfectos de fábrica 6. Inspección visual, para observar desperfectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes).

	<p>7. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, entre otras cosas, la manipulación descuidada, la exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y el almacenamiento en espacios abiertos.</p> <p>b) Inspecciones y pruebas de funcionamiento. Todos los equipos serán probados en presencia del Administrador de Contrato y la Jefatura de Mantenimiento de cada Hospital, realizando las comprobaciones de funcionamiento tomando como base el documento de aceptación del fabricante.</p> <p>c) En caso de que, durante alguna de las pruebas antes mencionadas, los bienes no cumplan con el funcionamiento requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas ofertadas y evaluadas, no se entregará acta de recepción, hasta superar las observaciones encontradas por el Administrador de Contrato.</p> <p>Una vez practicadas estas inspecciones, el personal designado para la recepción de los bienes por parte del MINSAL emitirá el acta de recepción definitiva de los bienes.</p> <p>Si alguno de los aspectos precedentes no se hallare conformes, el personal designado por el MINSAL asentará en el acta de No Recepción los motivos por los cuales no se reciben los bienes e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del plazo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato.</p>															
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: <i>los lugares donde se entregará e instalará el equipo, Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución.</i>															
CGC 27.1	Para el caso de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de los bienes, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% por cada semana de atraso, dicha penalidad será aplicable sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar o por los que se entregaron fuera del plazo contractual. El valor acumulado por dicha multa no podrá exceder del 10% del monto total del contrato. Si hay una justificación debidamente soportada y aceptable para El Contratante, se excluirá la multa.															
CGC 28.3	<p>Se entregará una Garantía contra desperfectos de fabricación para los bienes de todos los lotes, en la que además deberá cubrir sus accesorios y equipos periféricos para los lotes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El período de validez de la Garantía contra desperfectos de fabricación será según el siguiente detalle:</p> <table border="1" data-bbox="540 1686 1393 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="540 1686 630 1745">Lote</th> <th data-bbox="630 1686 1230 1745">Descripción</th> <th data-bbox="1230 1686 1393 1745">Vigencia de la Garantía</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="540 1745 630 1776">1</td> <td data-bbox="630 1745 1230 1776">Oxímetro de pulso para tamizaje cardíaco de uso neonatal</td> <td data-bbox="1230 1745 1393 1776">2 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="540 1776 630 1801">2</td> <td data-bbox="630 1776 1230 1801">Equipo digital para tamizaje auditivo</td> <td data-bbox="1230 1776 1393 1801">2 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="540 1801 630 1860">3</td> <td data-bbox="630 1801 1230 1860">Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2</td> <td data-bbox="1230 1801 1393 1860">2 años</td> </tr> <tr> <td data-bbox="540 1860 630 1883">4</td> <td data-bbox="630 1860 1230 1883">Centrífuga para banco de sangre</td> <td data-bbox="1230 1860 1393 1883">2 años</td> </tr> </tbody> </table>	Lote	Descripción	Vigencia de la Garantía	1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardíaco de uso neonatal	2 años	2	Equipo digital para tamizaje auditivo	2 años	3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	2 años	4	Centrífuga para banco de sangre	2 años
Lote	Descripción	Vigencia de la Garantía														
1	Oxímetro de pulso para tamizaje cardíaco de uso neonatal	2 años														
2	Equipo digital para tamizaje auditivo	2 años														
3	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2	2 años														
4	Centrífuga para banco de sangre	2 años														

	5	Cámara extractora de gases	2 años
	6	Ventilador de uso neonatal híbrido	3 años
	7	Incubadora de transporte con ventilador	3 años
	8	Incubadora fija infantil híbrida	3 años
	9	Incubadora fija	3 años
	10	Cuna térmica	3 años
	11	Equipo de ultrasonografía portátil	3 años
	12	Ecocardiógrafo	3 años
<p>Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será:</p> <p><i>En los lugares donde se instalará el equipo, Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Numeral 6. Cuadro de Distribución.</i></p> <p>De conformidad a la CGC 16.1 Forma de Pago, romano (iv) Anticipo, se requerirá presentación de una garantía bancaria o fianza por el Cien por ciento (100%) del valor del mismo y válida por un plazo de Doce (12) meses, contados a partir de la distribución del contrato. Deberá ser presentada en la UCPCSJ del MINSAL, dentro de los veintiocho días calendario siguientes a la distribución del contrato.</p> <p>De conformidad a la CGC 16.1 Forma de Pago, romano (ii), al recibir los bienes, se requerirá una Garantía de Buena Calidad de los Bienes, la cual servirá para garantizar la calidad de los mismos. Deberá ser presentada en la UCPCSJ del MINSAL, dentro de los quince días calendario siguientes a la emisión del acta de recepción de los bienes, su vigencia será de Veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de emisión del acta y su monto por una cantidad equivalente al 10% del monto total contratado.</p>			
CGC 28.5, CGC 28.6	El plazo para reparar o reemplazar los Bienes será: quince (15) días , para reparación y cuarenta y cinco (45) días para el reemplazo.		
CGC 33	<p>Si en la ejecución del presente Contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por EL Titular del MINSAL o su delegado; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes.</p> <p>La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, dicha solicitud debe efectuarse quince (15) días antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos en adelante UCPCSJ, ubicada en Colonia Lomas de San Francisco, Calle 6, block “G” número 1-A, Antiguo Cuscatlán, , Email: adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse diez (10) días calendario antes de expirar el plazo de la entrega contratada.</p>		

CGC 33.4	Si el Comprador aprueba la propuesta de ingeniería de valor, el monto que se ha de pagar al Proveedor será del 50 % de la reducción en el Precio del Contrato.
-----------------	--

Adjunto: Fórmula para ajuste de precios NO APLICA

Si, de conformidad con la cláusula 15.1 de las CGC, los precios son ajustables, el ajuste de precios se calculará empleando el siguiente método.

- 15.1 Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder reflejar las variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano de obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_1 = P_0 \left[a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0} \right] - P_0$$

$$a + b + c = 1$$

Donde:

- P_1 = ajuste pagadero al Proveedor
 P_0 = Precio del Contrato (precio básico)
 a = elemento fijo que representa utilidades y gastos generales incluidos en el Precio del Contrato, que comúnmente se establece entre el 5 % (cinco por ciento) y el 15 % (quince por ciento)
 b = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la mano de obra
 c = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los materiales
 L_0, L_1 = índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que corresponda según el país de origen de los bienes, en la fecha base y en la fecha del ajuste, respectivamente
 M_0, M_1 = *índices de materiales correspondientes a las principales materias primas en la fecha base y en la fecha de ajuste, respectivamente, en el país de origen

El Licitante deberá indicar en su Oferta la fuente de los índices, la fuente del tipo de cambio (si corresponde) y los índices de fecha base.

Los coeficientes a , b , y c , según los establece el Comprador, son los siguientes:

$a = [Indique el valor del coeficiente].$

$b = [Indique el valor del coeficiente].$

$c = [Indique el valor del coeficiente].$

Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la presentación de Ofertas.

Fecha del ajuste = $[indique el número de semanas]$ semanas antes de la fecha de embarque (representa el punto medio del período de fabricación)

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las partes bajo las siguientes condiciones:

- (a) No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. No obstante, el Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los Bienes y Servicios objeto del reajuste.
- (b) Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P_0 está expresado es diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes incorrectos al precio del Contrato. El factor de corrección será: Z_0 / Z_1 , donde:

Z_0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato P_0 a la fecha base

Z_1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a una unidad de la moneda del Precio del Contrato P_0 a la fecha del ajuste

- (c) No se efectuará ningún reajuste de precio a la porción del Precio del Contrato pagado al Proveedor como anticipo.

Sección X. Formularios del Contrato

Esta Sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Los formularios para la Garantía de Cumplimiento y para la Garantía por Pago de Anticipo, cuando sean requeridas, deberán ser completados solamente por el Licitante seleccionado luego de la adjudicación del Contrato.

Índice de Formularios

Carta de Aceptación	205
Convenio de Contrato	206
Garantía de Cumplimiento.....	209
Garantía Bancaria/Fianza por Pago de Anticipo.....	213
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva.....	217

Notificación de Intención de Adjudicación

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de Información del Licitante]

A la atención del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: *[insértese el nombre del Representante Autorizado]*

Dirección: *[indicar la dirección del Representante Autorizado]*

Números de teléfono / fax: *[insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado]*

Dirección de correo electrónico: *[insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]*

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Postores. La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: *[correo electrónico / fax]* el *[fecha]* (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Comprador: *[insertar el nombre del Comprador]*

Proyecto: *[insertar nombre del proyecto]*

Título del contrato: *[indicar el nombre del Contrato]*

País: *[insertar el país donde se emite la SDO]*

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: *[indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación]*

SDO No: *[insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]*

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

- (a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o
- (b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1. El adjudicatario

Nombre:	<i>[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]</i>
Dirección:	<i>[ingresar la dirección del Licitante seleccionado]</i>
Precio del contrato:	<i>[ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado]</i>

2. Otros Licitantes *[INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]*

Nombre del Licitante	Precio de la Oferta	Precio Evaluado (si aplica)
<i>[ingrese el nombre]</i>	<i>[ingrese el precio de la Oferta]</i>	<i>[ingrese el precio evaluado]</i>
<i>[ingrese el nombre]</i>	<i>[ingrese el precio de la Oferta]</i>	<i>[ingrese el precio evaluado]</i>
<i>[ingrese el nombre]</i>	<i>[ingrese el precio de la Oferta]</i>	<i>[ingrese el precio evaluado]</i>
<i>[ingrese el nombre]</i>	<i>[ingrese el precio de la Oferta]</i>	<i>[ingrese el precio evaluado]</i>
<i>[ingrese el nombre]</i>	<i>[ingrese el precio de la Oferta]</i>	<i>[ingrese el precio evaluado]</i>

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Cómo solicitar una sesión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el *[insertar fecha y hora local]*.

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así:

Atención: *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*

Título / posición: *[insertar título / posición]*

Agencia: *[indicar el nombre del Comprador]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico]*

Número de fax: *[indicar número de fax] suprimir si no se utiliza*

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido.

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del Contrato.

5. Cómo presentar una queja

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, *[insertar fecha y hora local]*.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así:

Atención: *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*

Título / posición: *[insertar título / posición]*

Agencia: *[insertar el nombre del Comprador]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico]*

Número de fax: *[insertar número de fax] borrar si no se utiliza*

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

Para más información:

Para obtener más información, consulte [Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF \(Regulaciones de Adquisiciones\)](#) (Anexo III). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial [“Cómo hacer una queja relacionada con la adquisición”](#) proporciona una explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.
2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
4. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones de Adquisiciones (como se describe en el Anexo III).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Comprador

Firma: _____

Nombre: _____

Título / cargo: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Carta de Aceptación

[utilice papel con membrete del Comprador]

[Fecha]

Para: [nombre y dirección del Proveedor]

Asunto: **Notificación de la Adjudicación del Contrato n.º:**

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de fecha [indique fecha] para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, según se indica en las CEC], por el Precio del Contrato aceptado de [indique el precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Licitantes.

Se le solicita que presente (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días, de acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía de Cumplimiento; y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL ITB 45.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Sección X, Formularios del Contrato.

Firma de la persona autorizada: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la Agencia: _____

Convenio de Contrato

[El Licitante seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

ESTE CONVENIO DE CONTRATO se celebra

el día *[indique número]* de *[indique mes]* de *[indique año]*

ENTRE

- (1) *[Indique nombre completo del Comprador], [indique la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, agencia del Ministerio de ... del Gobierno de {indique el nombre del País del Comprador}, o sociedad constituida al amparo de las leyes de {indique el nombre del País del Comprador}], con sede principal en [indique la dirección del Comprador] (en adelante, el “Comprador”), y*
- (2) *[Indique el nombre del Proveedor], sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el nombre del país del Proveedor] con sede principal en [indique la dirección del Proveedor] (en adelante, el “Proveedor”).*

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, *[indique una breve descripción de los Bienes y Servicios]*, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.
 - (a) la Carta de Aceptación;
 - (b) la Carta de la Oferta;
 - (c) las enmiendas n.º _____ (si las hubiera);
 - (d) las Condiciones Especiales del Contrato;

- (e) las Condiciones Generales del Contrato;
 - (f) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);
 - (g) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios);
 - (h) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.
3. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.
4. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio, de conformidad con el derecho vigente de *[indique el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato]* en el día, mes y año antes indicados.

En representación del Comprador

Firma: *[firma]*
en calidad de *[indique el cargo u otra designación apropiada]*

En representación del Proveedor

Firma: *[firmas de los representantes autorizados del Proveedor]*
en calidad de *[indique el cargo u otra designación apropiada]*

Garantía de Cumplimiento

Opción 1: (Garantía bancaria)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: *[Indique el nombre y la dirección del Comprador].*

Fecha: *[Indique la fecha de la emisión].*

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: *[Indique número de referencia de la Garantía].*

Garante: *[Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA]* (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.º *[indique número de referencia del Contrato]*, de fecha *[indique fecha]*, con el Beneficiario, para el suministro de *[indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]* (en adelante, el “Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda *[indique la(s) suma(s) en cifras y en letras]* (_____)¹. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantía vencerá a más tardar el día *[indique el número]* de *[indique el mes]* de *[indique el año]*², y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

[firma(s)]

Nota: El texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye al solo efecto de preparar el presente formulario y deberá eliminarse en la versión definitiva.

¹ *El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario.*

² *Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la cláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos será presentada antes del vencimiento de la Garantía”.*

Opción 2: Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza, *[indique el nombre del obligado principal]*, como Mandante (en adelante, el “Proveedor”), y *[indique el nombre del Garante]*, como Garante (en adelante, el “Garante”), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante *[indique el nombre del Comprador]* como Obligante (en lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de *[indique el monto en letras y números]*, cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha _____ de _____ de 20 ____, para *[nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]*, de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

- (1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.
- (2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una

situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.

- (3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurridos veintiocho días (28) después de la fecha de finalización del cumplimiento del Proveedor de sus obligaciones bajo el contrato, incluyendo las obligaciones relacionadas con la garantía.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _____ días del mes de _____ de 20_____.

[firma(s)]

Garantía Bancaria/Fianza por Pago de Anticipo

Garantía de demanda

[Membrete del Garante/ Afianzadora o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: *[Indique el nombre y la dirección del Comprador].*

Fecha: *[Indique la fecha de la emisión].*

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO N.º: *[Indique número de referencia de la Garantía].*

Garante: *[Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA]* (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.º *[indique número de referencia del Contrato]*, de fecha *[indique fecha]* con el Beneficiario, para el suministro de *[indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]* (en adelante, el “Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un anticipo por la suma de *[indique el monto en cifras]* (____) *[indique el monto en palabras]* contra una garantía por pago de anticipo.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda *[indique la(s) suma(s) en cifras y en letras]* (____)¹ al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

- (a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o

¹ *El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.*

- (b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número *[indique número]* que el Solicitante mantiene en *[indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante]*.

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de reembolsos de pagos anticipados que realice el Solicitante conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del monto aceptado del Contrato, o bien el día _____ de _____, 20__ (lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

[firma(s)]

Nota: El texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye al solo efecto de preparar el presente formulario y deberá eliminarse en la versión final.

MODELO DE GARANTÍA DE BUENA OBRA (No aplica)

(NOMBRE Y GENERALES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA). Actuando en nombre y representación de (NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA), del domicilio de _____ que en adelante se llamará _____ OTORGA: Que se constituye fiador de (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de _____ (EN LETRAS) _____ a fin de garantizar al Ministerio de Salud, la buena calidad de la obra que_(NOMBRE DEL CONTRATISTA) _____ Ha entregado bajo el contrato numero__ Celebrado el día _____ de _____ de dos mil_____.

Entre_(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad de _____ de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra (TITULAR DEL RAMO DE SALUD), actuando en nombre del Ministerio de Salud, en su calidad de Ministra de Salud.

Dicho contrato se refiere al: “NOMBRE, No. DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NÚMERO DE CONTRATO” _____. Esta Fianza estará vigente por el plazo de ----- - contados a partir de la fecha en que la obra _____ objeto del contrato en mención sean recibidos en su totalidad y a entera satisfacción por el MINSAL, de acuerdo al acta de recepción final que para tal efecto levante el MINSAL. La presente fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga el Ministro de Salud.

(NOMBRE INSTITUCION FIADORA)

Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato o a los documentos contractuales incorporados al mismo, afectaran en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos contractuales. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial del Ministro de Salud

(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)

Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de _____ como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embarguen, la persona que designe el Ministerio de Salud, revelado a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en _____, a los ___ días del mes de _____ de _____.

FIRMA

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación.

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones:

- poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
- poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
- tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente

No. SDO: [ingrese el número de la solicitud de Ofertas]

Solicitud de Ofertas: [ingrese la identificación]

A: [ingrese el nombre completo del Comprador]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Identidad del Propietario Efectivo	Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí / No)
[incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia]			

O bien

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
- posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: *[Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:*

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del Oferente: ***[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]*

Cargo de la persona que firma la Oferta: *[indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]*

Firma de la persona mencionada más arriba: *[firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]*

Fecha de la firma: *[indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]*

Firmado a los _____ días del mes de _____ de _____.

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas.



[Handwritten mark]