



MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS: DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR.
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV

Antiguo Cuscatlán, 20 de febrero de 2023

ENMIENDA N° 1

Solicitud de Oferta Abierta Internacional No. CSJ-69-GO-RFB

"ADQUISICION DE EQUIPO ODONTOLOGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION ODONTOLOGICA EN EMBARAZADAS Y PRIMERA INFANCIA"

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto UCPCSJ, de conformidad a las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), informa a todas las personas que obtuvieron las Bases de la Solicitud de Oferta Abierta Internacional No. CSJ-69-GO-RFB, denominado **"ADQUISICION DE EQUIPO ODONTOLOGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION ODONTOLOGICA EN EMBARAZADAS Y PRIMERA INFANCIA"**, que se ha realizado modificación a solicitud de oferta abierta internacional, la cual debe ser tomada en cuenta en la elaboración de sus ofertas, de acuerdo a lo siguiente:

SEGÚN DDL	MODIFICATIVA
ITEM No. 1: UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	ITEM No. 1: UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS	CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS
<u>Eléctricas</u> ✓ Tipo de seguridad eléctrica: H, según norma IEC 601-1	<u>Eléctricas</u> Tipo de seguridad eléctrica: H o B, según norma IEC 601-1
<u>Mecánicas</u> ✓ Para uso en consultas odontológicas, libre de aceite, bajo nivel de ruido (menor de 65 decibeles), bajo nivel de vibraciones y de fabricación robusta, con cubierta de acero inoxidable.	<u>Mecánicas</u> Para uso en consultas odontológicas, libre de aceite, bajo nivel de ruido (menor de 65 decibeles), bajo nivel de vibraciones y de fabricación robusta, con cubierta de acero inoxidable o de material resistente.
ITEM No. 2: LAMPARA DE FOTOCURADO	ITEM No. 2: LAMPARA DE FOTOCURADO
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPOS	ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPOS
✓ Incluir protector de ojos para uso con lámpara de fotopolimerizado ✓ Batería de Litio de DTE	✓ Incluir protector de ojos para uso con lámpara de fotopolimerizado ✓ Batería de Litio
LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO	LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO
El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, el plan de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)	El Proveedor adjudicado deberá presentar a los quince días después de la distribución del contrato al Comprador, capacitación y mantenimiento preventivo (cada uno por separado)

Esta enmienda formará parte integral del documento de solicitud de oferta, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.



Licda. María José Domínguez Alas
Coordinadora de la Unidad Coordinadora del
Proyecto Creciendo Saludables Juntos UCPCSJ

