



MINISTERIO
DE SALUD

Solicitud de Ofertas
mediante Licitación Pública Internacional

Nº PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA Y
RESPIRADORES ARTIFICIALES PARA HOSPITALES
PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL”**

**Financiados con recursos del
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID,
a través del**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II**

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMA

ABRIL 2022

Índice

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación..... ;Error! Marcador no definido.

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 3

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 50

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 66

Sección IV. Países Elegibles..... 69

Sección V. Formularios de la Oferta 72

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 91

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 92

TERCERA PARTE. Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

..... 151

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 152

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato 177

Sección IX. Formularios de Contrato..... 193

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Índice

| | |
|--|---------------|
| A. Disposiciones Generales..... | 3 |
| 1. Alcance de la Licitación..... | 3 |
| 2. Fuente de Financiamiento..... | 3 |
| 3. Prácticas Prohibidas..... | 4 |
| 4. Oferentes Elegibles | 12 |
| 5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios | 15 |
| B. Contenido del Documento de Solicitud de ofertas | 16 |
| 6. Secciones del Documento de Licitación | 16 |
| 7. Aclaraciones al Documento de Licitación..... | 17 |
| 8. Enmienda al Documento de Licitación | 17 |
| C. Preparación de las Ofertas | 18 |
| 9. Costo de la Oferta..... | 18 |
| 10. Idioma de la Oferta..... | 18 |
| 11. Documentos que Componen la Oferta..... | 18 |
| 12. Carta de Oferta y Listas de Precios | 20 |
| 13. Ofertas Alternativas | 20 |
| 14. Precios de la Oferta y Descuentos | 20 |
| 15. Monedas de la Oferta y de los Pagos | 23 |
| 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios | Conexos 23 |
| 17. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente | 24 |
| 18. Período de Validez de las Ofertas | 25 |
| 19. Garantía de Mantenimiento de la Oferta | 26 |
| 20. Formato y Firma de la Oferta | 29 |
| D. Presentación y Apertura de las Ofertas..... | 30 |
| 21. Cierre e Identificación de las Ofertas..... | 30 |
| 22. Plazo para la Presentación de las Ofertas..... | 31 |
| 23. Ofertas Tardías | 31 |
| 24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | 31 |
| 25. Apertura de las Ofertas..... | 32 |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas | 34 |
| 26. Confidencialidad | 34 |
| 27. Aclaraciones sobre las Ofertas | 34 |
| 28. Desviaciones, Reservas y Omisiones | 35 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 29. | Determinación del Cumplimiento de las Ofertas | 35 |
| 30. | Falta de Conformidad, Errores y Omisiones | 36 |
| 31. | Corrección de Errores Aritméticos..... | 37 |
| 32. | Conversión a una Sola Moneda..... | 38 |
| 33. | Margen de Preferencia..... | 38 |
| 34. | Evaluación de las Ofertas..... | 38 |
| 35. | Comparación de las Ofertas..... | 40 |
| 36. | Ofertas Anormalmente Bajas..... | 40 |
| 37. | Mejor Oferta Final o Negociaciones | 41 |
| 38. | Calificación del Oferente..... | 42 |
| 39. | Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las | Ofertas 42 |
| 40. | Plazo Suspensivo..... | 43 |
| 41. | Notificación de la Intención de Adjudicar..... | 43 |
| F. | Adjudicación del Contrato | 44 |
| 44. | Notificación de la Adjudicación | 45 |
| 45. | Explicaciones del Comprador | 46 |
| 46. | Firma del Contrato | 47 |
| 47. | Garantía de Cumplimiento | 48 |
| 48. | Quejas Relacionadas con Adquisiciones | 49 |

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la Licitación
 - 1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite este documento de licitación para la adquisición (o para el arrendamiento de bienes con opción de compra si así se especifica **en los DDL**) de los Bienes y Servicios Conexos especificados en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. El nombre y número de identificación de esta Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional están especificados **en los DDL**. El nombre, identificación y número de lotes están indicados **en los DDL**.
 - 1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación:
 - (a) por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, e incluso, si así se especifica en la IAO 1.3, distribuido o recibido a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Comprador), con prueba de recibo;
 - (b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y
 - (c) la palabra “día” significa día calendario.
 - 1.3 Si se especifica **en los DDL**, el Comprador tiene la intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado **en los DDL** y que será utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados **en los DDL**¹.
 - 1.4 Si se especifica **en los DDL**, este documento se podrá utilizar para adquirir bienes de segunda mano pero no se podrá combinar con la adquisición de bienes nuevos.
2. Fuente de Financiamiento
 - 2.1 El Prestatario indicado en **los DDL** ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados

¹ En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15

“fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el presente documento de licitación.

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. Prácticas Prohibidas

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco² todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la

² En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación.

- (a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes
- (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
 - (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;
 - (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
 - (iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
 - (v) Una *práctica obstructiva* consiste en:
 - i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una

- investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;
 - ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o
 - iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información;
- (vi) Una *apropiación indebida* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.
- (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
- i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la

- contratación de obras, o servicios de consultoría;
- ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;
 - iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
 - iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta;
 - v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID;
 - vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones "arriba referidas" son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).

- vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.
 - viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.
- (d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

- (f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y

sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

- (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

- (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
- (b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
- (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
- (d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco;
- (e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y
- (f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición

4. Oferentes Elegibles

por el Banco de una o más de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V, "Países Elegibles" de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles:

(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al suministro de los bienes de que se trate;

o

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad.

4.2 Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes no deberá tener conflicto de interés a menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:

- (a) tienen control³ de manera directa o indirecta en otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o jurídica en común; o
- (b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o
- (c) comparten el mismo representante legal con otro Oferente para fines de esta Licitación; o
- (d) poseen una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Comprador en relación con esta licitación; o
- (e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación de los estudios preliminares, del diseño conceptual o de las especificaciones técnicas de los Bienes y servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta; o
- (f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por el Comprador o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o
- (g) proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en la IAO 2.1 de los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera

³ Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto de cada caso particular.

directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; o

- (h) tiene una estrecha⁴ relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del Contrato.

- 4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se indica **en los DDL**.

- 4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya

⁴ Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique **en los DDL**, no existe límite en el número de miembros de una APCA.

4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador.

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Comprador para presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Comprador razonablemente la solicite.

5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección IV, "Países Elegibles", con la excepción de los casos indicados en la IAO 4.1 (a) y (b).

5.2 Para propósitos de esta instrucción, el término "bienes" incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y "servicios conexos" incluye servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.

5.3 Por el término "origen" se entiende el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o, tras su procesamiento, manufactura o ensamblaje, dan como resultado otro artículo reconocido en el ámbito comercial que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes.

5.4 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en la Sección IV, "Países Elegibles."

B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas

6. Secciones del Documento de Licitación

6.1 El documento de licitación consta de las partes primera, segunda y tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuación, y debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de conformidad con la IAO 8.

PRIMERA PARTE - Procedimientos de Licitación

- Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
- Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
- Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
- Sección IV. Países Elegibles
- Sección V. Formularios de la Oferta

SEGUNDA PARTE - Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

- Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

TERCERA PARTE - Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

- Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
- Sección IX. Formularios del Contrato

6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones publicado por el Comprador para esta Solicitud de Ofertas (SdO) no forma parte del presente documento de licitación.

6.3 Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Comprador, este no es responsable del grado de integridad del Documento de Licitación, las respuestas a los pedidos de aclaración, las actas de la reunión previa a la licitación (si la hubiera) o las enmiendas al Documento de Licitación, con

arreglo a lo dispuesto en la IAO 8. En caso de contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Comprador.

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en el documento de licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. Aclaraciones al Documento de Licitación

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre el documento de licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra **en los DDL**. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido el documento de licitación según lo dispuesto en la IAO 6.3 directamente del Comprador. Si así se especifica **en los DDL**, el Comprador también publicará sin demora su respuesta en la página web mencionada **en los DDL**. En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios en los elementos esenciales del documento de licitación, el Comprador lo modificará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAO 8 y 24.2.

8. Enmienda al Documento de Licitación

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas.

8.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la IAO 6.3. Asimismo, el

Comprador publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la IAO 7.1.

8.3 A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus Ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas con arreglo a la IAO 22.2.

C. Preparación de las Ofertas

9. Costo de la Oferta

9.1 El Oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación y la presentación de su Oferta, y el Comprador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso licitatorio.

10. Idioma de la Oferta

10.1 La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Comprador deberán redactarse en el idioma que se indica **en los DDL**. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica **en los DDL**, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta

11. Documentos que Componen la Oferta

11.1 La Oferta deberá contener los siguientes documentos:

(a) **Carta de Oferta**, preparada con arreglo a la IAO 12;

(b) **Lista de Precios**: completas de acuerdo con IAO 12 e IAO 14;

(c) **Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta**, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1;

(d) **Oferta Alternativa**: si es permitida de conformidad con la IAO 13;

- (e) **Autorización** escrita que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la IAO 20.3;
 - (f) **Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos:** prueba documental, de conformidad con la IAO 16, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son de origen elegible;
 - (g) **Elegibilidad del Oferente:** prueba documental de conformidad con la IAO 17.2, que establezca que el Oferente es elegible para presentar una oferta;
 - (h) **Cumplimiento de las disposiciones:** prueba documental de conformidad con las IAO 16 y 30, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente al documento de licitación;
 - (i) **Calificaciones:** prueba documental, de conformidad con la IAO 17, que establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso que su oferta sea aceptada; y
 - (j) cualquier otro documento requerido **en los DDL.**
- 11.2 Además de los requisitos previstos en la IAO 11.1, la Oferta presentada por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto.
- 11.3 El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta información sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

- 12. Carta de Oferta y Listas de Precios**
- 12.1 El Oferente presentará la Carta de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección V, "Formularios de la Oferta". Los formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean alterados por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información requerida.
- 13. Ofertas Alternativas**
- 13.1 Salvo que **en los DDL** se especifique otra cosa, no se aceptarán Ofertas alternativas.
- 14. Precios de la Oferta y Descuentos**
- 14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.
- 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en las Listas de Precios.
- 14.3 El precio cotizado en la Carta de la Oferta de acuerdo con la IAO 12.1 deberá ser el precio total de la Oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.
- 14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará su método de aplicación en la Carta de la Oferta, de acuerdo con la IAO 12.1.
- 14.5 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria **en los DDL**. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la IAO 29. Sin embargo, si, de acuerdo con lo indicado **en los DDL**, los precios cotizados por el Oferente pueden estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero.
- 14.6 Si así se indica en la IAO 1.1, la Solicitud de Ofertas se hará por Ofertas para lotes individuales (contratos) o para combinación de lotes (grupo de contratos). A menos que se indique lo contrario **en los DDL**, los

precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos aplicables para cada grupo de contratos o, alternativamente, para Contratos individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de conformidad con la IAO 14.4, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.

- 14.7 Las expresiones “EXW”, “CIP” y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según lo especificado **en los DDL**.
- 14.8 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada lista de precios incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las Ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador de contratar en cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera:
- (a) Para Bienes fabricados en el País del Comprador:
 - (i) el precio de los Bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes

y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los Bienes;

- (ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente;
 - (iii) el precio de transporte interno, seguros y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al destino final (lugar del Proyecto) especificado **en los DDL**.
- (b) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados:
- (i) el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica **en los DDL**;
 - (ii) el precio de transporte interno, seguros y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido a su destino final (lugar del Proyecto) indicado **en los DDL**.
- (c) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador, e importados previamente:
- (i) el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación más cualquier margen (o descuento), más cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados;
 - (ii) los derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con prueba documental) o pagaderos sobre los Bienes previamente importados;

- (iii) el precio de los Bienes obtenido de la diferencia entre (i) y (ii);
 - (iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el País del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Oferente;
 - (v) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (lugar del Proyecto) indicado **en los DDL**.
- 15. Monedas de la Oferta y de los Pagos**
- 15.1 La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las de los pagos y estarán especificadas **en los DDL**.
 - 15.2 El Oferente podrá expresar el Precio de su Oferta en cualquier moneda. Si el Oferente desea recibir el pago en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del País del Comprador.
- 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos**
- 16.1 Para establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos de conformidad con la IAO 5, los Oferentes deberán completar las declaraciones del país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección V, "Formularios de la Oferta".
 - 16.2 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con el documento de licitación, los Oferentes deberán proporcionar, como parte de su Oferta, prueba documental que acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, "Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos".
 - 16.3 La prueba documental podrá consistir en material bibliográfico, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada

artículo que demuestre conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas, y, de ser procedente, una declaración de desviaciones y excepciones a las disposiciones de la Sección VI, "Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos".

16.4 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento adecuado y continuo de los Bienes durante el período indicado **en los DDL**, a partir del momento en que el Comprador comience a utilizar dichos Bienes.

16.5 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipos, así como las referencias a marcas o a números de catálogos que haya incluido el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos, son de carácter meramente descriptivo, y no restrictivo. Los Oferentes podrán ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes a las normas de aceptación internacional y que cumplen con, o son superiores a, las especificadas en la Sección VI, "Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos".

**17. Documentos
que establecen
la Elegibilidad
y las
Calificaciones
del Oferente**

17.1 Para establecer su elegibilidad de conformidad con la IAO 4, los Oferentes deberán completar la Carta de la Oferta, incluida en la Sección V, "Formularios de la Oferta".

17.2 La prueba documental de las calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer, a completa satisfacción del Comprador, que:

(a) si se requiere **en los DDL**, el Oferente que no fabrica ni produce los Bienes que propone proveer deberá presentar una autorización del

fabricante utilizando el formulario incluido en la Sección V, "Formularios de la Oferta", para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el País del Comprador;

(b) si se requiere **en los DDL**, en el caso de un Oferente que no esté establecido comercialmente en el País del Comprador, el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un agente en el País del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos del Proveedor estipuladas en las condiciones del Contrato y/o las especificaciones técnicas;

(c) el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación".

18. Período de Validez de las Ofertas

18.1 Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez establecido **en los DDL**. El Período de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha límite para la presentación de las Ofertas (fijada por el Comprador de acuerdo con la IAO 22.1). Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Comprador por incumplir los requisitos pertinentes.

18.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta, el Comprador puede solicitar a los Oferentes que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 19, esta también se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha límite del Período de Validez extendido. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de su Oferta se ejecute. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá que modifiquen su Oferta, excepto según lo dispuesto en la IAO 18.3.

- 18.3 Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de la manera siguiente:
- (a) en el caso de los Contratos de **precio fijo**, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en **los DDL**;
 - (b) en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes;
 - (c) en todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba.

**19. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta**

- 19.1 El Oferente proporcionará en su Oferta una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en **los DDL**, en un formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en **los DDL**.
- 19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección V, "Formularios de la Oferta".
- 19.3 Si, según lo especificado en la IAO 19.1, se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía pagadera a primer requerimiento y tendrá cualquiera de las formas siguientes, a opción del Oferente, y será emitida por una institución de prestigio de un país elegible:
- (a) una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros, fianzas o avales);
 - (b) una carta de crédito irrevocable;
 - (c) un cheque de caja o cheque certificado, o

(d) otra garantía definida en los DDL,

sí una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria situada fuera del país del Comprador, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía, a menos que el Comprador conviniera por escrito, antes de la presentación de la Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la Sección V, "Formularios de la Oferta", o bien otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite de validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con la IAO 18.2.

19.4 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por el Comprador por incumplimiento.

19.5 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a estos tan pronto como sea posible, después de que el Oferente seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la IAO 47.

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente seleccionado se devolverá al Oferente seleccionado tan pronto como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya proporcionado la Garantía de Cumplimiento exigida.

19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar:

(a) si un Oferente retira la Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no suscribe el Contrato de conformidad con la IAO 46; o

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento, conforme a lo establecido en la IAO 47.

19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirán en nombre de la asociación que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se emitirán en nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención mencionada en la IAO 11.2.

19.9 Si en **los DDL**, de conformidad con la IAO 19.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y

(a) si un Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en las Cartas de Oferta, o

(b) si el Oferente seleccionado no suscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 46 o no suministra una Garantía de Cumplimiento conforme a lo establecido en la IAO 47,

el Prestatario puede, cuando así se disponga en **los DDL**, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Comprador durante el período que se establezca en **los DDL**.

**20. Formato y
Firma de la
Oferta**

- 20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo marcará claramente como “Original”. Las Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la IAL 13, deberán estar claramente marcadas como “Alternativa”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta **que se indica en los DDL** y marcar claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
- 20.2 Los Oferentes marcarán como “Confidencial” la información relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que tenga ese carácter, como, por ejemplo, la información amparada por patentes, los secretos de fabricación o la información delicada de índole comercial o financiera.
- 20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica **en los DDL**, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.
- 20.4 Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente autorizados.

20.5 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

D. Presentación y Apertura de las Ofertas

21. Cierre e Identificación de las Ofertas

21.1. El Oferente deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado (proceso de Licitación con mecanismo de sobre único), en cuyo interior deberá colocar los siguientes sobres cerrados:

- (a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá todos los documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAO 11;
- (b) un sobre identificado como “COPIAS”, que contendrá las copias de la Oferta que se hubieran solicitado;
- (c) si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la IAO 13 y, si corresponde:
 - (i) un sobre identificado como “ORIGINAL: OFERTA ALTERNATIVA”, donde se colocará la Oferta alternativa,
 - (ii) un sobre identificado como “COPIAS: OFERTA ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado.

21.2. Los sobres interiores y exteriores deberán:

- (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;
- (b) estar dirigidos al Comprador de acuerdo con lo indicado en la IAO 22.1;
- (c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicada en la IAO 1.1; y
- (d) llevar la advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas.

- 21.3. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
- 22. Plazo para la Presentación de las Ofertas**
- 22.1 El Comprador debe recibir las Ofertas en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican **en los DDL**. Cuando se especifique **en los DDL**, los Oferentes tendrán la posibilidad de presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de Ofertas establecidos **en los DDL**.
- 22.2 El Comprador puede, a su criterio, extender el plazo para la presentación de Ofertas modificando el Documento de Licitación, de acuerdo con la IAO 8, en cuyo caso todos los derechos y las obligaciones del Comprador y de los Oferentes sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.
- 23. Ofertas Tardías**
- 23.1 El Comprador no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la IAO 22. Todas las Ofertas recibidas por el Comprador una vez vencido dicho plazo serán declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir a los Oferente respectivos.
- 24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas**
- 24.1 Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado; deberá incluir una copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado en la IAO 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deben:
- (a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21 (con excepción de la comunicación de

retiro, que no requiere copias) y, además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado "RETIRO", "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN", y (b) ser recibidas por el Comprador antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, según lo dispuesto en la IAO 22.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la IAO 24.1 se devolverán sin abrir a los Oferentes.

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha de cierre del plazo para presentar Ofertas y el vencimiento del período de validez de las Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga, si la hubiere.

25. Apertura de las Ofertas

25.1 Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, el Comprador, en el acto de apertura de las Ofertas, abrirá públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar especificados **en los DDL**, en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir. Los procedimientos específicos para la apertura de Ofertas presentadas en forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAO 22.1, se realizarán conforme a lo dispuesto **en los DDL**.

25.2 Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados "RETIRO"; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Oferente. Si el sobre del retiro no contiene una copia del "poder" que confirme que el firmante es una persona autorizada por el Oferente para firmar en representación de él, se procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCIÓN", los cuales se leerán en voz alta y se

intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna sustitución, a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

- 25.4 A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “MODIFICACIÓN” con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
- 25.5 Luego se abrirán de a uno los demás sobres y se leerá en voz alta la siguiente información: el nombre del Oferente y si se ha presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier otro detalle que el Comprador juzgue pertinente.
- 25.6 En la evaluación solo se considerarán las Ofertas, Alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta. La Carta de la Oferta y las Listas de Precios deberán ser inicialados por los representantes del Comprador que asistan al acto de apertura de Ofertas, tal como se especifica **en los DDL**.
- 25.7 El Comprador no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en la IAO 23.1).
- 25.8 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo:
- (a) el nombre del Oferente y si hubo retiro, sustitución o modificación;

- (b) el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento;
- (c) cualquier Oferta Alternativa;
- (d) la existencia o no de Garantía de Mantenimiento de Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de Oferta, de haberse requerido.

25.9 Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Oferentes en el acta no invalidará el contenido ni los efectos de esta. Se entregará una copia del acta a todos los Oferentes.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas

26. Confidencialidad

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso licitatorio información relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la información sobre la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la IAO 41.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al Comprador en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la IAO 26.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación deberá hacerlo por escrito.

27. Aclaraciones sobre las Ofertas

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas y las Calificaciones de los Oferentes, el Comprador puede, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones

sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Oferentes un plazo razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración presentada por un Oferente que no hubiera sido solicitada por el Comprador. La solicitud de aclaración del Comprador y la respuesta correspondiente deberán constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador hubiera descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 34.

27.2 En caso de que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de aclaración formulada por el Comprador, su Oferta puede ser rechazada.

**28. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones**

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

- (a) “*desviación*” es un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el Documento de Licitación;
- (b) “*reserva*” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación, y
- (c) “*omisión*” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o de la documentación requeridas en el Documento de Licitación.

**29. Determinación
del Cumplimie
nto de las
Ofertas**

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAO 11.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación es aquella que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones

estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato;

(ii) limitaría de modo sustancial, incongruente con el documento de licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o

(b) en caso de ser rectificadas, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el documento de licitación.

29.3 El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de acuerdo con las IAO 16 y 17, en particular, para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la Sección VI, "Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos", sin ninguna desviación, reserva ni omisión significativa.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al documento de licitación, será rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

**30. Falta de
Conformidad,
Errores y
Omisiones**

30.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier falta de conformidad.

30.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá solicitar al Oferente que, dentro de un plazo razonable, presente la información o la

documentación necesarias para corregir las discrepancias u omisiones no significativas relacionadas con requisitos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la Oferta. A tales efectos, el precio de la Oferta se ajustará únicamente a los fines comparativos para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o sea incongruente de la forma especificada **en los DDL**

31. Corrección de Errores Aritméticos

31.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:

- (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Comprador, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.
- (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse.
- (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes.

- 31.1 Se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en la IAO 31.1, su Oferta será rechazada.
- 32. Conversión a una Sola Moneda**
- 32.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de la Oferta serán convertidas a una sola moneda, tal como se especifica **en los DDL**.
- 33. Margen de Preferencia**
- 33.1 Salvo que se indique lo contrario **en los DDL**, no se aplicará ningún margen de preferencia.
- 34. Evaluación de las Ofertas**
- 34.1 El Comprador empleará los criterios y las metodologías enumerados en estas IAO y en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación". No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y metodologías, el Comprador determinará cuál es la Oferta Más Ventajosa, que será la oferta presentada por un Oferente que reúna los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que:
- (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y
 - (b) tiene el costo evaluado más bajo.
- 34.2 Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente:
- (a) la evaluación se hará por artículos o lotes (contratos) de la manera especificada **en los DDL**; el Precio de la Oferta se cotizará conforme a lo establecido en la IAO 14;
 - (b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a lo establecido en la IAO 31.1;
 - (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, conforme a lo establecido en la IAO 14.4;

- (d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con la IAO 32;
- (e) el ajuste de precios por falta de conformidad cuantificables, conforme a lo establecido en la IAO 30.3;
- (f) la Mejor Oferta Final si la IAO 37.1 así lo establece; y
- (g) los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación".

34.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato.

34.4 Si este documento de licitación permite que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación".

34.5 Al evaluar una Oferta, el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta:

- (a) en el caso de Bienes producidos en el País del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el Oferente resulta adjudicatario del Contrato;
- (b) en el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, previamente importados o que se importarán, los derechos de aduana y otros

impuestos a la importación, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Oferente resulta adjudicatario del Contrato;

- (c) cualquier disposición relativa al ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, en el caso de que figure en la Oferta.

34.6 La evaluación de una Oferta puede requerir que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado de conformidad con la IAO 14. Estos factores podrán estar relacionados con las características, el rendimiento, los términos y las condiciones de compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación". Se aplicarán los criterios y las metodologías especificados en la IAO 34.2 (g).

35. Comparación de las Ofertas

35.1 El Comprador comparará, conforme a lo establecido en la IAO 34.2, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. La comparación se hará sobre la base de precios CIP (lugar de destino final) en el caso de los bienes importados y precios EXW más el costo de transporte interno y seguro hasta el lugar de destino en el caso de los bienes fabricados dentro del País del Comprador, junto con los precios de cualquier instalación, capacitación, comisiones y otros servicios requeridos. En la evaluación de precios no deberán tenerse en cuenta los impuestos de aduanas y otros impuestos recaudados sobre bienes importados cotizados CIP ni impuestos a las ventas o similares en relación con la venta o distribución de bienes.

36. Ofertas Anormalmente Bajas

36.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador sobre la

capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

36.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta anormalmente baja, el Comprador pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación.

36.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Comprador rechazará la Oferta.

37. Mejor Oferta Final o Negociaciones

37.1 Si **en los DDL** se establece que el Comprador utilizará el método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos serán invitados de conformidad con IAO 37.3 a IAO 37.6 a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o suministrando información adicional, como corresponda.

37.2 Si **en los DDL** se establece que el Comprador utilizará Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones de conformidad con IAO 42.2 y siguientes.

37.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la presentación de la Mejor Oferta Final

37.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el Comprador podrá, y en caso de Negociaciones deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad que se indica **en los DDL**.

- 37.5 El Comprador establecerá un nuevo plazo y detalles para la presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta negociada **en los DDL**, como corresponda. Las instrucciones en IAO 20 a IAO 27 aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta Final de los Oferentes.
- 37.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el Comprador procederá nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 28 a IAO 36 y luego procederá con la IAO 38 y siguientes.
- 38. Calificación del Oferente**
- 38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación".
- 38.2 La determinación se basará en el examen de las pruebas documentales presentadas por el Oferente para respaldar sus calificaciones, de conformidad con la IAO 17. No se tendrán en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz, las filiales y los subcontratistas (excepto los Subcontratistas Especializados permitidos por el Documento de Licitación) del Oferente, ni de ninguna otra empresa distinta de este.
- 38.3 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al documento de licitación, reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación".
- 39. Derecho del Comprador a Aceptar**
- 39.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier

- Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas** momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiriera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Comprador devolverá prontamente a los Oferentes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido.
- 40. Plazo Suspensivo** 40.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 45. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo.
- 41. Notificación de la Intención de Adjudicar** 41.1 El Comprador transmitirá a todos los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
- (a) el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta seleccionada;
 - (b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
 - (c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas;
 - (d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya revele la razón;
 - (e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta Final, si procede;

- (f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y
- (g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicación del Contrato

42. Criterios de Adjudicación

- 42.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 39, el Comprador adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además:
- (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y
 - (b) tiene el costo evaluado más bajo.
- 42.2 Si el Comprador no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas y **en los DDL** en referencia a IAO 37.2 se establece que Comprador utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se realizarán en presencia de la entidad de probidad establecida en los DDL en referencia a la IAO 37.4.
- 42.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el Comprador le notificará prontamente el plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 37.5. Las Negociaciones podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta.
- 42.4 El Comprador negociará primero con el Oferente que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Comprador notificará al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta

Más Ventajosa de la lista, y así sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio.

- 43. Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación**
- 43.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, "Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos", siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, ni altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y del documento de licitación
- 44. Notificación de la Adjudicación**
- 44.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto que pagará al Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el "Precio del Contrato").
- 44.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Comprador publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
- (a) el nombre y la dirección del Comprador;
 - (b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado;
 - (c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal

como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) si la adjudicación final utilizó Negociaciones, si procede;

(f) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL en referencia a IAO 46.1.

44.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del Comprador o en el boletín oficial. El Comprador también deberá incluir dicha notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones Unidas *Development Business*.

44.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante.

45. Explicaciones del Comprador

45.1 Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la IAO 40.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Comprador sobre las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. El Comprador deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido.

45.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo.

45.3 Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo.

45.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Oferente.

46. Firma del Contrato

46.1 Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, el Comprador enviará el Convenio Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica **en los DDL**, una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX, "Formularios del Contrato" que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud.

- 46.2 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador.
- 46.3 No obstante lo establecido en la IAO 46.2 precedente, en caso de que la firma del Convenio Contractual de Contrato se vea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al País del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su Oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Convenio Contractual no se ha visto impedida por la falta de diligencia de parte del Licitante en el cumplimiento de las formalidades tales como las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los términos del Contrato.
- 47. Garantía de Cumplimiento**
- 47.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación cursada por el Comprador, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, "Formularios del Contrato", o cualquier otro formulario aceptable para el Comprador. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador, a menos que el Comprador haya convenido por escrito

que no se requiere una institución financiera corresponsal.

47.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Comprador puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Oferta Más Ventajosa.

**48. Quejas
Relacionadas
con
Adquisiciones**

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en los **DDL**.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| A. Aspectos Generales | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-----|-------|---|
| IAO 1.1 | El número de referencia de la Licitación es: PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL | | | | | |
| | El Comprador es: Ministerio de Salud (MINSAL)/UGP | | | | | |
| | El nombre de la Solicitud de Ofertas (SdO) es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA Y RESPIRADORES ARTIFICIALES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL”. | | | | | |
| | El número y la identificación de los artículos (contratos) que componen esta Licitación es: | | | | | |
| | Nº | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | U/M | CANT. | MONTOS ESTIMADOS PRESUPUESTADOS EN US\$ DÓLARES |
| | | | | | | TOTALES (\$) |
| | 1 | 60302180 | ECOCARDIOGRAFO | C/U | 1 | \$1,775,650.00 |
| | 2 | 60501250 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | C/U | 2 | |
| 3 | 60303260 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL | C/U | 2 | | |
| 4 | 60302183 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | C/U | 1 | | |
| 5 | 60303241 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | C/U | 3 | | |
| 6 | 60303240 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | C/U | 3 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|---|
| 7 | 603033 61 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | C/U | 1 |
| 8 | 605010 42 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | C/U | 1 |
| 9 | 605010 43 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | C/U | 1 |
| 10 | 603025 75 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | C/U | 1 |
| 11 | 603038 81 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | C/U | 3 |
| SERVICIOS CONEXOS | | | | |
| Nº | DESCRIPCIÓN | | Capacitaci ón | Mantenimiento Preventivo (Total de Visitas) |
| 1 | ECO CARDIÓGRAFO | | SI | 12 (trimestral) |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | | SI | 12 (trimestral) |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | | SI | 12 (trimestral) |
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | | SI | 12 (trimestral) |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | | SI | 12 (trimestral) |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | | SI | 12 (trimestral) |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | | SI | 12 (trimestral) |
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | | SI | 12 (trimestral) |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | | SI | 12 (trimestral) |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | | SI | 12 (trimestral) |
| IAO 1.3 | El Comprador usará un sistema electrónico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SdO) | | | |

| | |
|---|---|
| Sistema electrónico de adquisiciones | <p>Nombre del sistema: COMPRASAL</p> <p>Enlace: https://www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/</p> <p>El sistema electrónico de adquisiciones se utilizará únicamente para gestionar los siguientes aspectos del proceso de adquisición: publicación de Aviso de convocatoria, documento de licitación, aclaraciones y/o enmiendas del documento y adjudicación.</p> |
| IAO 2.1 | <p>El Prestatario es: Gobierno de la República de El Salvador</p> <p>Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: hasta US\$170,000,000.00</p> <p>El nombre del Proyecto es: PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II</p> |
| IAO 4.3 | <p>En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre las empresas y personas sancionadas.</p> |
| B. Contenido del Documento de Licitación | |
| IAO 7.1 | <p>Para fines de aclaración del Documento de Licitación únicamente, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Programas</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>Teléfono: (503) 2591-8293</p> <p>Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> <p>El correo electrónico es solamente el medio para enviar las consultas, pero las mismas deben venir en una nota adjuntas en el correo firmadas por la persona responsable y con el logo de la empresa o deberán ser entregadas físicamente en la dirección arriba señalada.</p> <p>Todo oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá realizarla por escrito a la dirección del comprador por lo menos veintiún (21) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.</p> |

| C. Preparación de las Ofertas | |
|--------------------------------------|--|
| IAO 10.1 | <p>El idioma de la Oferta es: Español</p> <p>Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma: Español</p> <p>El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta es Español.</p> |
| IAO 11.1 (j) | <p>El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 “Documentos que componen la oferta” literales (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i).</p> <p>De acuerdo al literal (j) “cualquier otro documento requerido en los DDL”, el oferente adicionalmente deberá proporcionar con su oferta la siguiente documentación:</p> <p>A. Documentación Financiera</p> <p>Los Licitantes que presenten oferta deberán presentar copia Simple de estados financieros correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, debidamente auditados por un Auditor autorizado.</p> <p>“En el caso que la oferta sea presentada por Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar la documentación financiera requerida en este literal.”</p> <p>B. Otros Documentos adicionales:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se debe presentar documentación como brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.2. Para los ítem 2, 8 y 9, deberá realizarse visita a los lugares donde serán instalados los equipos y deberán presentar lista de asistencia al lugar firmada por el Jefe de Mantenimiento del hospital.3. Presentar copia de las Certificaciones, Aprobaciones y Normas a cumplir siguientes: |

- Para todos los ítems: Certificado vigente del Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485.
- Para todos los ítems: Aprobación de comercialización por cualquiera de estas entidades: Directiva 93/42CEE (marcado CE) de la Comunidad Europea, PMDA, JPAL o JIS para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.
- Normas de seguridad eléctrica y/o funcionamiento específicas o equivalentes de acuerdo con el siguiente cuadro (Presentar documentación de respaldo).

| No. | Descripción | Norma |
|-----|--|------------------|
| 1 | ECO CARDIÓGRAFO | IEC 60601-2-37 |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | IEC 60601-1 |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | IEC 60601-2-37 |
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | IEC 60601-2-37 |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | IEC 60601-2-37 |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | IEC 60601-2-37 |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | IEC 60601-1 |
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | IEC 60601-1 |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | IEC 60601-1 |
| 10 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | UL o IEC 60601-1 |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | ISO 80601-2-12 |

4. Compromiso por escrito por el Licitante que en caso de ser adjudicado proveerá repuestos para los equipos requeridos por el periodo mínimo de 5 años, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador.

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>5. Compromiso por escrito por el Licitante que en caso de ser adjudicado cumplirá con la garantía contra desperfectos de fabricación, requeridos para los artículos que lo solicitan, de acuerdo a lo establecido en numeral 3. Especificaciones Técnicas, de la Sección VI, Lista de Requisitos.</p> <p>6. Compromiso por escrito por el Licitante en caso de ser adjudicado brindará las capacitaciones para los artículos que lo solicitan de conformidad a lo indicado en el numeral 3. Especificaciones Técnicas, de la Sección VI, Lista de Requisitos.</p> <p>7. Declaración Jurada para garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos, para los cuales se requiere, de conformidad a lo establecido en el numeral 3. Especificaciones Técnicas, de la Sección VI, Lista de Requisitos.</p> <p>8. Declaración Jurada para garantizar el soporte técnico del equipo, para los cuales se requiere, de conformidad al detalle establecido en el numeral 3. Especificaciones Técnicas, de la Sección VI, Lista de Requisitos.</p> <p><i>Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.</i></p> |
| IAO 13.1 | <i>No se permitirá</i> presentar Ofertas alternativas. |
| IAO 14.5 | Los precios cotizados por el Oferente <i>no estarán</i> sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato. |
| IAO 14.6 | Los precios cotizados para cada artículo deberán corresponder al <i>cien por ciento (100%)</i> de las cantidades especificadas. |
| IAO 14.7 | La edición de Incoterms es 2020 |
| IAO 14.8 (b) (i) y (c) (v) | Lugar de destino: El lugar de entrega será según se detalla en el siguiente cuadro: |

| No. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO | CANT. | LUGAR DE ENTREGA | DIRECCION |
|-----|---------------------|--|-------|---|---|
| 1 | 60302180 | ECOCARDIÓGRAFO | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 1 Avenida Sur No. 1 Santa Ana |
| 2 | 60501250 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 1 | Hospital Nacional de Sonsonate | Final Calle Alberto Masferrer Poniente #3-1, Sonsonate. |
| | | | 1 | Hospital Nacional de Cojutepeque | Barrio el Calvario, Km. 33 Antigua Carretera Panamericana, Cojutepeque, Cuscatlán |
| 3 | 60303260 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL | 2 | Hospital Nacional de la Mujer | Entre 25 av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador |
| 4 | 60302183 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 | Hospital Nacional de San Miguel | Final 11a. calle Poniente y 23 Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel |
| 5 | 60303241 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 1 | Hospital Nacional de San Miguel | Final 11a. calle Poniente y 23 Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel |
| | | | 2 | Hospital Nacional de Sonsonate | Final Calle Alberto Masferrer Poniente #3-1, Sonsonate. |
| 6 | 60303240 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 1 | Hospital Nacional de Zacatecoluca | Final Avenida Juan Manuel Rodríguez, calle al volcán, Zacatecoluca, La Paz |
| | | | 1 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | Avenida Thompson Norte, Barrio santa Cruz, San Francisco Gotera, Morazán |
| | | | 1 | Hospital Nacional de Cojutepeque | Barrio el Calvario, Km. 33 antigua carretera Panamericana, Cojutepeque, Cuscatlán |
| 7 | 60303361 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 13 Avenida Sur No. 1 Santa Ana |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|--|---|------------------------------------|---|
| | 8 | 60501042 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 10a. Avenida Sur, No 18 Barrio Santa Bárbara, Sensuntepeque, Cabañas |
| | 9 | 60501043 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 | Hospital Nacional de la Mujer | Entre 25 av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador |
| | 10 | 60302575 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | Almacén San Esteban | Colonia El Paraíso Final 6a Calle Oriente No. 1105, San Salvador |
| | 11 | 60303881 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 2 | Hospital Nacional de San Miguel | Final 11a calle Poniente y 23 Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel |
| | | | | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 13 Avenida Sur No. 1 Santa Ana |
| IAO 15.1 | <p>El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del País del Comprador la porción del precio de la Oferta que corresponde a gastos en que se incurra en esa moneda.</p> <p>Los Oferentes expresarán el precio de su oferta en <u>Dólares de los Estados Unidos de América</u>.</p> | | | | | |
| IAO 16.4 | <p>Período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos):</p> <p>Será necesario presentar lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento adecuado y continuo de los Bienes. Dichos precios no podran ser modificados durante los siguientes 5 años después de instalado el equipo, para la cual deberá presentar una carta compromiso.</p> | | | | | |
| IAO17.2 (a) | <p>Se requiere la autorización del fabricante, para los bienes incluidos en los artículos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11, se aceptará del modelo de carta emitido por el fabricante.</p> | | | | | |
| IAO 17.2 (b) | <p>Se requieren servicios posteriores a la venta.</p> <p>Los Servicios conexos requeridos se detalla a continuación:</p> | | | | | |

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SERVICIOS CONEXOS | |
|--------------|---|----------|-------------------|--|
| | | | Capacitación | Mantenimiento Preventivo (por cada equipo) |
| 1 | ECO CARDIÓGRAFO | 1 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 2 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | 2 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| IAO 18.1 | El período de validez de la Oferta será de 140 días contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. | | | |
| IAO 18.3 (a) | El factor será determinado de conformidad al dato publicado por el Banco Central de Reserva de El Salvador para las Ofertas en moneda nacional y el factor anual acumulado para las porciones en moneda | | | |

| | |
|-----------------|---|
| | extranjera, será determinado de conformidad al dato publicado por entidades correspondientes de cada país. |
| IAO 19.1 | <p>No se exigirá una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.</p> <p>Se exigirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta,</p> <p>Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección V, "Formularios de la Oferta".</p> |
| IAO 19.3 (d) | <p>Otros tipos de garantías aceptables:</p> <p>No aplica.</p> |
| IAO 19.9 | Si el Oferente ejecuta cualquiera de las acciones mencionadas en las IAO 19.9 (a) o (b), el Prestatario declarará al Oferente no elegible como adjudicatario de Contratos del Comprador por un período de 2 años. |
| IAO 20.1 | Además de la oferta original, el número de copias es: una (1) copia física y una copia digital en USB, además deberán adjuntar las Especificaciones técnicas ofertadas, en formato Word o Excel. |
| IAO 20.3 | <p>La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en:</p> <p>Documentación Legal</p> <p>En caso de Licitantes nacionales la documentación siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma. Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere). Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio. |

- e. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.
- f. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.
- g. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su caso.
- h. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad.
- i. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.

Para personas naturales la documentación siguiente:

- a. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado.
- a. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.
- b. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Licitante, y/o del apoderado en su caso, emitido en El Salvador.
- c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.
- d. Tarjeta del IVA del Licitante

Persona jurídica extranjera domiciliada en el salvador deberán presentar la documentación siguiente:

- a. Documentación completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.
- b. Testimonio de Escritura Pública de Poder inscrita en el Registro de Comercio.
- c. Tarjeta de NIT e IVA del ofertante.
- d. DUI, Pasaporte, o carné de residente vigentes a la fecha de recepción y apertura de oferta del apoderado de la sociedad oferente.

En caso de Licitantes extranjeros, deberán presentar la documentación siguiente:

- a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante.
- b. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (en caso que las hubiere).
- c. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.
- d. Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes.

Consortio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar:

- a) Si se trata de una Asociación en participación o Consortio, ya constituido legalmente, deberá presentar fotocopia del documento donde conste dicha Asociación en participación o Consortio suscrito por todos sus miembros, con firmas legalizadas de los asociados.
- b) En el caso que la Asociación en participación o Consortio se constituya sólo para el suministro en mención, bastará para efectos de evaluación, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran, junto con la oferta una carta de intención donde conste que suscribirán un acuerdo de APCA, si la oferta es aceptada y una fotocopia del acuerdo propuesto; estando obligados en caso de adjudicación, a presentar la escritura de constitución de Asociación en participación o Consortio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de pagos.

Cuando el oferente sea una APCA la oferta deberá estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, la cual debe estar suscrita por los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del APCA

Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.

| D. Presentación y Apertura de las Ofertas | |
|---|---|
| IAO 22.1 | <p>Para fines de presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de Unidad De Gestión De Programas</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> <p>La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es:</p> <p>Fecha: 10 de junio de 2022</p> <p>Hora: 10:00 a.m (hora de El Salvador)</p> <p>Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.</p> |
| IAO 25.1 | <p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Fecha: 10 de junio de 2022</p> <p>Hora: 10:15 a.m (hora de El Salvador)</p> |
| IAO 25.6 | No aplica |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas | |
| IAO 30.3 | El ajuste se basará en el precio: promedio del artículo o componente según su cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Si no es posible |

| | |
|---------------------------|---|
| | determinar el precio del artículo o el componente a partir de otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el Comprador utilizará su mejor estimación. |
| IAO 32.1 | <p>La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas expresados en diversas monedas son: <i>Dólares de los Estados Unidos de América</i></p> <p>La fuente del tipo de cambio será: <i>Banco Central de Reserva de El Salvador</i></p> <p>La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: <i>quince (15) días calendarios antes de la fecha de apertura de ofertas.</i></p> |
| IAO 33.1 | <i>No se aplicará</i> un margen de preferencia nacional. |
| IAO 34.2 (a) | <p>La evaluación se hará por artículo.</p> <p><i>Nota:</i></p> <p>Las Ofertas serán evaluadas por cada ARTÍCULO ofertado y el Contrato comprenderá todos los artículos adjudicados al Oferente seleccionado.</p> |
| IAO 34.6 | <p>Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y Calificación":</p> <p>(a) Desviación en el Cronograma de Entregas: No.</p> <p>(b) Desviación en el plan de pagos: No</p> <p>(c) Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: No</p> <p>(d) Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: No</p> <p>(e) Costos durante la vida útil: Los costos en que se incurra durante la vida útil de los bienes o los equipos No</p> <p>(f) El rendimiento y la productividad de los equipos ofrecidos: No</p> |
| IAO 37.2 Negociaciones | La adjudicación final del Contrato No utilizará Negociaciones. |

| F. Adjudicación del Contrato | |
|-------------------------------------|---|
| IAO 43.1 | <p>La adjudicación será por artículo, pudiendo ser adjudicada a un mismo oferente.</p> <p>Las cantidades podrán aumentarse en una unidad por artículo, según requerimiento de la Unidad Solicitante..</p> <p>Las cantidades no podrán reducirse.</p> |
| IAO 44 | <p>NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada.</p> <p>El oferente adjudicado deberá presentar la documentación solicitada en la IAO 20.3, debidamente certificada por notario y para el caso de los oferentes extranjeros dicha documentación deberá ser presentada debidamente apostillada o de conformidad al trámite consular establecido en el artículo 333 y 334 del Código de Procesal Civil y Mercantil de El Salvador.</p> <p>DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL OFERTANTE GANADOR OFERENTE NACIONAL y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR, salvo oferentes internacionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solvencia vigente de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII) 2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS. 3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S). 4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del adjudicado. <p>Los oferentes nacionales, aunque no tengan registro de afiliación deberán presentar las constancias AFP'S, UPISSS e IPSFA,.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>En caso de ser solvencias emitidas en línea, éstas serán verificadas, por la ACP-UGP, del MINSAL, a fin de constatar la autenticidad de las mismas.</p> |
| IAO 46.1 Propiedad Efectiva | <p>El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva.</p> |
| IAO 48 Quejas relacionadas con Adquisiciones | <p>Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.</p> <p>Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, que son correo electrónico), a:</p> <p>A la atención de: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros</p> <p>Título / posición: Coordinadora de la Unidad de Gestión de Programas</p> <p>Comprador: Ministerio de Salud</p> <p>Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Comprador aplicará para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes cuando se requiera esa calificación en la evaluación técnica de la Parte Técnica. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en la presente Sección de este Documento de Licitación.

1. Evaluación (IAO 34)

1.1. Criterios de evaluación (IAO 34.6)

| Criterios de Evaluación | Cumplimiento |
|--|--------------------|
| 1.1 Elegibilidad: | |
| Los Oferentes deberán tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles y no estar incluidos en la lista de las personas y empresas inhabilitadas por el BID. Y toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3" | Cumple / No Cumple |
| 1.2 Examen Preliminar: | |
| De conformidad con las Cláusulas indicadas en las IAO y los DDL de esta Licitación. El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 "Documentos que componen la oferta" literales (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i). | Cumple / No Cumple |
| 1.3 Documentos adicionales con la oferta | |
| El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos adicionales que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 (j) El Oferente presentará copia certificada de los estados financieros auditados de los años 2018, 2019, 2020. | Cumple / No Cumple |
| 1.4 Plan de entrega de los bienes: | |

| Criterios de Evaluación | Cumplimiento |
|---|---------------------|
| No se aceptarán desviaciones en el plan de entregas de conformidad con la Sección VI. Lista de Requisitos. | Cumple / No Cumple |
| 1.5 Variaciones de plan de pagos: | |
| No se aceptarán variaciones en el plan de pagos estipulado en las CEC. | Cumple / No Cumple |
| 1.6 Evaluación Técnica de la Oferta | |
| El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 16 y 17 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa. | Cumple / No Cumple |

2. Calificación del Oferente (IAO 38)

2.1. Criterios de Calificación (IAO 38.1)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos solicitados, la que presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAO 35, y, si corresponde, de evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAO 36), el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de acuerdo con la IAO 38, empleando únicamente los requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán utilizarse para evaluar las calificaciones del Oferente.

| Criterios para Calificación Posterior | Cumplimiento |
|--|---------------------|
| 1.1.1 Capacidad Financiera | |

| | |
|---|---------------------------|
| <p>El Oferente presentará copia certificada de los estados financieros auditados de los años 2018, 2019, 2020, los que se analizarán tomando en cuenta los indicadores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Índice de liquidez: mayor a uno (Activo Circulante/Pasivo Circulante). • Índice de endeudamiento: menor a 0.75 (Pasivo Total/Activo Total) • Índice de Rentabilidad positivo (Utilidad Neta/Ventas Netas*100) <p>Para determinar el Cumple o No cumple de la capacidad financiera del Oferente, se requerirá el cumplimiento del índice de liquidez y al menos uno de los otros dos índices arriba definidos.</p> <p>La calificación será el promedio de los años solicitados.</p> <p>En caso de Consorcio o Asociación (APCA) el cumplimiento de este aspecto es por cada empresa miembro de la APCA.</p> | <p>Cumple / No Cumple</p> |
| <p>2.1.2 Capacidad Técnica</p> | |
| <p>El volumen de facturación por ventas promedio anual tomando los datos de los Estados Financieros 2018, 2019 y 2020 requeridos en la IAO 11.1 (h) deberá ser equivalente, como mínimo, a: 1 vez el valor de la oferta.</p> <p>En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado será la suma de todas las empresas combinadas.</p> | <p>Cumple / No Cumple</p> |

Sección IV. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el BID Lab y como a cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuación, se presentan dos opciones para que el Comprador elija la que corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un fondo administrado por el Banco que podría incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción:

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- (a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión - por ser Departamentos de Francia.
- (b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
- (c) Aruba - por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius - por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
- (d) Hong Kong - por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

(a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

- (i) es ciudadano de un país miembro; o
- (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- (i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
- (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente

se empaquetan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empaquetado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en la Unión Europea", estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

(C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Sección V. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios de la Oferta

| | |
|---|----|
| Carta de la Oferta..... | 73 |
| Formulario de Información sobre el Oferente..... | 74 |
| Formulario de información sobre los miembros de la APCA..... | 79 |
| Formularios de Listas de Precios..... | 81 |
| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados.... | 82 |
| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados..... | 83 |
| Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador | 84 |
| Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos..... | 85 |
| Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta | 88 |
| Autorización del Fabricante..... | 90 |

Carta de la Oferta

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO

El Oferente deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial.

Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.

Fecha de presentación de esta Oferta: *[Indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SdO n.º: *[Indique el número del proceso de la SdO].*

Solicitud de Oferta n.º: *[Indique identificación].*

Alternativa n.º: *[Indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa].*

Para: ***[Indique el nombre del Comprador].***

- (a) **Sin reservas:** Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con la IAO 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.
- (b) **Elegibilidad:** Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con la IAO 4.
- (c) **Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta:** No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta en el País del Comprador de acuerdo con la IAO 4.6.
- (d) **Cumplimiento de las disposiciones:** Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el Documento de Licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: *[proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos].*
- (e) **Precio de la Oferta:** El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:

Opción 1, en caso de un solo lote: el precio total es [indique el precio total de la Oferta en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

O bien,

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) precio total de cada lote [inserte el precio total de cada lote en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas], y (b) precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [inserte el precio total de todos los lotes en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

- (f) **Descuentos:** Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
- (i) Los descuentos ofrecidos son: [especifique cada descuento ofrecido].
 - (ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: [detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos].
- (g) **Período de Validez de la Oferta:** Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la IAO 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la IAO 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
- (h) **Garantía de Cumplimiento:** Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Documento de Licitación.
- (i) **Una Oferta por Oferente:** No estamos presentando ninguna otra Oferta como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAO 4.3, sin considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con la IAO 13.
- (j) **Suspensión e inhabilitación:** Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato,

no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- (k) **Empresa o ente de propiedad estatal:** *[Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra]. [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAO 4.5].*
- (l) **Comisiones, gratificaciones, honorarios:** Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: *[proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia].*

| Nombre del Receptor | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
|---------------------|-----------|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, insertar "ninguno").

- (m) **Contrato vinculante:** Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.
- (n) **Comprador no obligado a aceptar:** Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que reciban.
- (o) **Mejor Oferta Final o Negociaciones:** Entendemos que si el Comprador utiliza el método de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que deberá

ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de Independiente de Probidad, si procede, contratada por el Comprador actuará para observar e informar sobre este proceso.

(p) **Prácticas Prohibidas:** Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en Prácticas Prohibidas.

(q) **Formulario de Propiedad Efectiva:** *(Aplica en el caso de que el Oferente deba suministrar el Formulario)*. Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la información requerida. El Prestatario publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

Nombre del Oferente*: *[proporcione el nombre completo del Oferente].*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente:** *[proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta].*

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: *[indique el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Firma de la persona nombrada anteriormente: *[indique la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores].*

Fecha de la firma: **El día** *[indique la fecha de la firma]* **del mes** *[indique mes]* **del año** *[indique año].*

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos].

Fecha: *[indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SdO N.º: *[Indique el número del proceso de la SdO].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].*

Página _____ de _____ páginas

| |
|--|
| 1. Nombre del Oferente: <i>[indique el nombre jurídico del Oferente].</i> |
| 2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: <i>[indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA].</i> |
| 3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse: <i>[indique el país donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse].</i> |
| 4. Año de registro del Oferente: <i>[indique el año de registro del Oferente].</i> |
| 5. Dirección del Oferente en el país donde está registrado: <i>[indique el domicilio legal del Oferente en el país donde está registrado].</i> |
| 6. Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>[indique el nombre del representante autorizado].</i> Dirección: <i>[indique la dirección del representante autorizado].</i> Números de teléfono: <i>[indique los números de teléfono del representante autorizado].</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado].</i> |
| 7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: <i>[marque las casillas que correspondan]</i> <input type="checkbox"/> Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 4.1. |

- Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Acuerdo de APCA, de conformidad con la IAO 11.2.
- Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAO 4.5, documentación que acredite:
 - su autonomía jurídica y financiera,
 - su operación conforme al Derecho comercial,
 - que el Oferente no se encuentra bajo la supervisión del Comprador.

8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. *Si se requiere bajo los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].*

Formulario de información sobre los miembros de la APCA

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA].

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SdO N.º: [indique el número del proceso de Licitación].

Alternativa n.º: [indique el n.º de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].

Página ____ de ____ páginas

| |
|---|
| 1. Nombre del Oferente <i>[indique el nombre jurídico del Oferente].</i> |
| 2. Nombre jurídico del miembro de la APCA <i>[indique el nombre jurídico del miembro de la APCA].</i> |
| 3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA <i>[indique el nombre del país de registro del miembro de la APCA].</i> |
| 4. Año de registro del miembro de la APCA: <i>[indique el año de registro del miembro de la APCA].</i> |
| 5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: <i>[domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado].</i> |
| 6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: <i>[indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Dirección: <i>[indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Números de teléfono: <i>[indique los números de teléfono del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA].</i> |
| 7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: <i>[marque las casillas que correspondan].</i> |

- Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 4.1.
 - Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAO 4.5.
8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. *Si se requiere bajo en los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].*

Formularios de Listas de Precios

*[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la **Lista de Precios** deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos].*

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados

| (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) Monedas de acuerdo con la IAO 15 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| Fecha: _____ SDO n.º: _____ Alternativa n.º: _____ de _____ Página n.º _____ de _____ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N.º de artículo | Descripción de los bienes | País de origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario, incluyendo derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (i) | Derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (ii) (respaldado con documentos) | Precio unitario neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (iii) (Col. 6 - Col.7) | Precio por artículo neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación, de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (i) (Col. 5x8) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (v) | Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (iv) | Precio Total por artículo (Col. 9 + 10) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los bienes]. | [Indique el país de origen de los bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario por unidad]. | [Indique los derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad]. | [Indique precio unitario CIP neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precios CIP por artículo neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador]. | [Indique los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique el precio total por artículo]. |
| | | | | | | | | | | | |
| Precio total de la Oferta | | | | | | | | | | | |

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique

Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador

| País del Comprador | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| (Ofertas de los Grupos A y B) | | | | | | | | | |
| Monedas de acuerdo con la IAO 15 | | | | | | | | | |
| Fecha: _____ | | | | | | | | | |
| SDO n.º: _____ | | | | | | | | | |
| Alternativa n.º: _____ | | | | | | | | | |
| Página n.º _____ de _____ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N.º de artículo | Descripción de los bienes | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario EXW de cada artículo | Precio total EXW por cada artículo (col. 4x5) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los Bienes al destino final | Costo de la mano de obra local, la materia prima y los componentes de origen en el País del Comprador (% de la col. 5) | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAO 14.8 (a) (ii) | Precio total por artículo (col. 6 + 7) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los Bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario EXW]. | [Indique precio total EXW por cada artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. | [Indique el costo de la mano de obra local, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como % del precio EXW de cada artículo]. | [Indique impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique precio total por artículo]. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Precio Total | | | | | | | | | |

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha]

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

| Monedas de acuerdo con la IAO 15 | | | | | | |
|---|--|----------------|---|--------------------------|-----------------|--|
| Fecha: _____ SdO n.º: _____ Alternativa n.º: _____ Página n.º _____ de _____ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N.º | Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final) | País de origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física | Precio unitario | Precio total por servicio (Col. 5 x 6 o un estimado) |
| 1 | <p>Capacitación: Sobre la operación, limpieza y manejo del equipo impartidas al personal operador. Sobre el Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento establecimiento correspondiente, donde irán instalados los equipos. En ambos casos deberá presentar Lista de Asistencia firmada por el encargado de Seguimiento y ejecución del contrato.</p> | | | | | |
| 2 | <p>Mantenimiento (Rutinas de Mantenimiento preventivo): Los equipos a los que se les requerirá rutinas de mantenimiento preventivo</p> | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>deberán de realizarse de la siguiente manera: la primera visita deberá ser efectuada dependiendo de la cantidad de servicios solicitados por año, es decir 1, 2 o 4 visitas, posteriores a la fecha que conste en el documento de acta de entrega y recepción final de los bienes y las demás rutinas se realizarán de forma espaciada por un periodo similar hasta que finalice la garantía; de conformidad con el programa de mantenimiento presentado al Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato.</p> <p>La rutina deberá ser la que el fabricante del o los equipos recomiende y deberá estar autorizada por el Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato.</p> <p>La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado por el fabricante, para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia mínima de 3 AÑOS en el mantenimiento de los equipos ofertados o similares, para lo</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>cual el contratista deberá presentar la documentación de respaldo y atestados del personal de servicio técnico que lo avalen. Cabe mencionar que el recurso presentado en los atestados con la experiencia requerida, será quienes deberán realizar las rutinas del mantenimiento solicitado.</p> | | | | | |
| <p>Precio total de la Oferta</p> | | | | | |

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha]

Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la oferta].

SDO n.º: [número del proceso de la SDO].

Alternativa n.º: [indique el n.º de identificación si se trata de una oferta por una alternativa].

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período **2 años contados** a partir de la fecha de apertura de ofertas si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

- (a) si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, o
- (b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Nombre del Oferente*: _____

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**: _____

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: _____

Firma de la persona nombrada anteriormente: _____

Fecha de la firma: El día _____ del mes _____ del año _____.

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].

Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su Oferta, si así se establece en los DDL].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SdO n.º: *[Indique el número del proceso de la SdO].*

Alternativa n.º: *[indique el n.º de identificación si se trata de una oferta por una alternativa].*

Para: *[indique el nombre completo del Comprador].*

POR CUANTO

Nosotros *[indique nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]*, autorizamos mediante el presente a *[indique el nombre completo del Oferente]* a presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la IAO 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: *[indique firma de los representantes autorizados del Fabricante].*

Nombre: *[indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante].*

Cargo: *[indique el cargo].*

Fechado el día _____ de _____ del año _____ *[fecha de la firma].*

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Índice

| | |
|--|------------|
| 1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas | 93 |
| 2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento..... | 96 |
| 3. Especificaciones Técnicas | 98 |
| 4. Planos o Diseños | 149 |
| 5. Inspecciones y Pruebas | 150 |

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

| N.º de artículo | Descripción de los bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de entrega final, según se indica en los DDL | Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) | | |
|-----------------|---|----------|---------------|---|--|---|---|
| | | | | | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionar á el Oferente] |
| 1 | ECO CARDÍOGRAFO | 1 | C/U | Hospital Nacional de Santa Ana. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 2 | C/U | Hospital Nacional de Sonsonate. Hospital Nacional de Cojutepeque. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | 2 | C/U | Hospital Nacional de la Mujer. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|--|---|---|
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 | C/U | Hospital Nacional de san Miguel. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 | C/U | Hospital Nacional de San Miguel. Hospital Nacional de Sonsonate. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 | C/U | Hospital Nacional de Zacatecoluc a. Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Hospital Nacional de Cojutepequ e. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 | C/U | Hospital Nacional de Santa Ana. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---|--|---|---|
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 | C/U | Hospital Nacional de Sensuntepe que | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 | C/U | Hospital Nacional de la Mujer. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 10 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | C/U | Almacén San Esteban. | 5 días calendario después de la distribución del Contrato | 75 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 | C/U | Hospital Nacional de San Miguel. Hospital Nacional de Santa Ana. | 90 días calendario después de la distribución del Contrato | 150 días calendario después de la distribución del Contrato | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]. |

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

[El Comprador deberá completar este cuadro. Las fechas de finalización deberán ser realistas y congruentes con las fechas requeridas de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)].

| Servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios |
|----------|--|--|---------------|--|---|
| 1 | <p>Capacitación: Sobre la operación, limpieza y manejo del equipo impartidas al personal operador.</p> <p>Sobre el Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento correspondiente, donde irán instalados los equipos. En ambos casos deberá presentar Lista de Asistencia firmada por el encargado de Seguimiento y ejecución del contrato.</p> | 16 horas 8 horas No aplica para el artículo 10 | Horas | En los Hospitales donde sean entregados los equipos, de conformidad a la distribución establecida en el Plan de Entrega. | De conformidad a lo programado por el administrador de contrato |
| 2 | <p>Mantenimiento (Rutinas de Mantenimiento preventivo): Los equipos a los que se les requerirá rutinas de mantenimiento preventivo deberán de realizarse de la siguiente manera: la primera visita deberá ser efectuada dependiendo de la cantidad de servicios solicitados por año, es decir 1, 2 o 4 visitas, posteriores a la fecha que conste en el documento de acta de entrega y recepción final de los bienes y las demás rutinas se realizarán de forma espaciada por</p> | 12 Visitas por cada equipo (4 por año) | Trimestrales | En los Hospitales en los cuales estén físicamente los equipos, de conformidad a la distribución establecida en el Plan de Entrega. | 3 años después de entregados los equipos. |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | <p>un periodo similar hasta que finalice la garantía; de conformidad con el programa de mantenimiento presentado al Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato.</p> <p>La rutina deberá ser la que el fabricante del o los equipos recomiende y deberá estar autorizada por el Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato. La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado por el fabricante, para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia mínima de 3 AÑOS en el mantenimiento de los equipos ofertados o similares, para lo cual el contratista deberá presentar la documentación de respaldo y atestados del personal de servicio técnico que lo avalen. Cabe mencionar que el recurso presentado en los atestados con la experiencia requerida, será quienes deberán realizar las rutinas del mantenimiento solicitado.</p> | <p>No aplica para el artículo 10</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|

3. Especificaciones Técnicas

Información técnica requerida:

- **Con la oferta:**

Se debe de presentar documentación como brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.

El oferente deberá presentar su oferta debidamente foliada incluyendo los documentos solicitados como brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas, se elaborará cuadro comparativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que el oferente deberá referenciar las especificaciones técnicas ofertadas para verificar su conformidad. La referencia deberá realizarse de acuerdo al número de FOLIO, no de la numeración de los catálogos, esto con el fin de facilitar la evaluación de los artículos.

De no cumplir este requisito la comisión de evaluación se reserva el derecho de consultar o evaluar la oferta.

- **Con el equipo:**

- Manual de Operación en castellano
- Manual de Partes
- Manual de Servicio

Estos últimos dos preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.

Detalle de Especificaciones Técnicas para cada artículo:

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|----------------|----------|
| 1 | 60302180 | 42201701 | ECOCARDIÓGRAFO | 1 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | Equipo de exploración ultrasonográfica para aplicaciones cardiacas con fines diagnósticos. | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor de 19" o mayor, con tecnología TFT, LCD o mejor, con resolución mínima de 1280x 1024 (grado médico). • Velocidad de 100 cuadros por segundo (fps) • Sistema digital, compatible con DICOM 3.0. • Sistema convertidor digital con al menos una memoria de imagen de 1024 x 1024 x 6 bit. • Con sistema de preprocesamiento, postprocesamiento y controles de compensación de ganancia de tiempo (TGC). • Modo M, B o 2D, 3D, 4D, Doppler continuo (CW) y pulsado (PW), Doppler color ó sistema de mapeo de flujo a color (CFM), Angio Power Doppler; con capacidad de mostrar simultáneamente imágenes en modo 2D y Doppler en tiempo real. • Modo de imágenes armónicas (HI), que permita el procesamiento de imágenes armónicas de tejidos (THI). • Doppler inteligente. Autoajutable o automático. • Capacidad de análisis PW-Doppler para aplicaciones en arteria carótida y sistema vascular periférico. • Sistema de magnificación en tiempo real (pan/zoom) y de congelamiento de imagen. • Sistema con 256 escalas de grises y niveles de color. • Digitalizador de imagen, memoria de cine loop 500 cuadro por cuadro como mínimo, en color y blanco y negro. • Capacidad de almacenamiento en disco duro, CD/DVD y a través de puerto USB y grabador CD/DVD. • Teclado alfanumérico con sistema trackball. • Con al menos cuatro puertos USB 2.0 o mayor. • Incluye programas de aplicaciones clínicos de cardiología y vascular. • Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda. • Capacidad de incorporar nuevas mediciones o aplicaciones y nuevos transductores. • Debe incluir programas de aplicaciones clínicos de cardiología y vascular, como fracción de eyección con detección de bordes cardíacos. | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de ecografía de estrés, para la realización de estudios con ejercicio y con estrés farmacológico y posibilidad de configurar protocolos personalizados. • Presentación de ECG, respiración y auxiliares | |
| Accesorios Incluidos | <ul style="list-style-type: none"> • Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D y Doppler, preferentemente de manera simultánea: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Transductor sectorial para rango de frecuencias de 2 MHz a 4 MHz • 1 Transductor para realizar ecocardiografía transtorácica en adultos. • 1 Transductor para realizar ecocardiografía transesofágica en adultos. • Interfase de red o protocolos de comunicación. • Porta-transductores integrados al equipo. • Set de Electrodo para presentación de ECG y cable para pacientes de cinco terminales. • Impresora láser color (resolución mínima de impresión 1200 x 2400 ppp), incluir 2 tóner extra. • 20 tubos de 100 ml o equivalente, de gelatina conductiva para ultrasonido. • Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos. • UPS en línea de acuerdo a la capacidad del equipo de onda sinusoidal pura, para el equipo y sus periféricos • Licencias DICOM requeridas: SCU/SCP, PRINT, STORAGE, WL Management. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| Características Eléctricas | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 120VAC +/- 10%, 60 Hz, Fases: 1 • Toma corriente macho polarizado. | |
| Características Mecánicas | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo móvil, fabricado de chasis resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| Vida Util | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------|---------------|------------|--------|----------|
|----------|---------------|------------|--------|----------|

| | | | | |
|----------------|----------|----------|---|------|
| 2 | 60501250 | 42201806 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 2 |
| Tipo de equipo | | | ESPECIALIZADO | Ref. |
| Descripción | | | Equipo fijo de rayos X telecomandado con detector de estado sólido, con soporte cielítico, bucky de pared; para exámenes radiológicos tales como: estudios generales de radiología y fluoroscopia que requieren medio de contraste, estudios del tracto digestivo, estudios no vasculares con medio de contraste, CPRE, entre otros. | |
| | | | <p>GENERADOR DE RAYOS X:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De alta frecuencia, controlado por microprocesador. • Potencia nominal rango de 65 kW a 80 kW o mayor. • Posibilidad de seleccionar programación de órganos y dosis radiológica en mAs y preferiblemente con selección de corriente y tiempo de exposición. • Con monitoreo electrónico del generador durante la radiografía. <p>UNIDAD DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computadora con sistema operativo y software para adquisición visualización, documentación y archivo. • Con capacidad de controlar todo el sistema: generador, unidad de control, etc. • Monitor tipo pantalla plana grado médico de al menos 1280 x 1024 pixeles LCD o TFT no menor de 19 pulgadas. • Teclado configurado para idioma castellano y mouse óptico, ambos con interfaz USB 2.0 o superior. • Grabador de DVD/CD RW. • Almacenamiento de 25,000 imágenes o más. • Conectividad bajo estándar DICOM 3.0, con al menos los siguientes servicios, con su | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>respectiva declaración de conformidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DICOM SEND - DICOM PRINT - DICOM STORAGE - DICOM QUERY/RETRIEVE - DICOM WL MANAGEMENT. - DICOM MPPS. <ul style="list-style-type: none"> • Deberá poder conectarse a cámara de impresión y servidor de PACS si existiese este último en el hospital, para lo cual deberá proporcionar toda la información necesaria para tal efecto. • Capacidad de conectarse con una computadora externa para servicio de mantenimiento, diagnóstico remoto y actualización de software. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. • Selección para cambio de foco (fino y grueso). • Indicador de las lecturas de al menos KV y mAs. • Indicador de exposición por medio de lámpara piloto y tono audible. • Al menos 1000 selecciones anatómicas de radiografía programada • Adquisición de imágenes tanto individuales como también series de al menos 7 imágenes por segundo en matriz de 1K x 1K. • Control de exposición manual y automático, tanto para el bucky de mesa como el bucky de pared. • Sistema de códigos de error en caso de mal funcionamiento del generador o del tubo. • Bloqueo de la exposición debido a sistema de protección por sobre técnica radiográfica. • El control de tiempo de exposición debe permitir al operador interrumpir en | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>cualquier momento una exposición.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programas de adquisición de imágenes por sustracción digital (DSA). • Capacidad de administración de imágenes: <ul style="list-style-type: none"> - Vista de última imagen. - Zoom - Inversión de la imagen - Mejora de bordes - Colimación electrónica - Roadmap <p>RADIOGRAFÍA DIGITAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango mínimo de Voltaje (KVp): de 40 KVp a 150 KVp, en incrementos de 2kVp o menor. • Rango mínimo de corriente (mA): de 10 mA o menor a 1000 mA o mayor. • Rango mínimo deseable de tiempo (s): de 0.003 s o menor a 5 s o mayor. <p>FLUOROSCOPIA DIGITAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluoroscopía pulsada con frecuencias con rango de pulsos seleccionables desde 3 p/s o menor a 30 p/s o mayor. • Filtración seleccionable por el usuario. • Con capacidad de agregar filtración adicional. • Rango mínimo de Voltaje (KVp): de 50 KVp a 120 KVp, en incrementos de 2kVp o menor. • Rango mínimo de corriente (mA): de 0.5 mA o menor a 70 mA o mayor. • Rango mínimo deseable de tiempo (s): de 0.002 s o menor a 0.010 s o mayor. • Con indicación de mAs. <p>MESA Y COLUMNA RADIOGRÁFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Columna acoplada a la mesa, con emisor de rayos X y colimador. • Cono de compresión integrado a la columna, motorizado y controlado a distancia e | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>indicación de fuerza de compresión digital en la consola del telemando deberá contar con sistema de seguridad en caso de falla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa con Bucky, con desplazamiento longitudinal bajo el tablero, con freno. • Distancia aproximada Foco-Imagen (SID): (115 -150) cm. • Con rejilla antidifusora. • Para colocar detector plano con sistema de adquisición de imágenes digitales. • Deberá contar con dispositivos de soporte para el detector plano. • Tablero del paciente motorizado con desplazamientos mínimos longitudinal y transversal de ± 75 cm y ± 12 cm respectivamente. • Longitud mínima del tablero de emplazamiento de paciente: 200 cm. • Ancho mínimo del tablero de emplazamiento de paciente: (75 \pm 10) cm. • Material del tablero de emplazamiento: material radiolúcido laminado o fibra de carbono. • Desplazamiento vertical de la mesa: en un rango mínimo entre (65 - 100) cm. • Angulación mínima de la mesa: + 90°/- 15°. • Con indicador de angulación. • Capacidad de soporte de peso de paciente: al menos 250Kg (550 lb) en posición horizontal sin movimiento y 180 kg (396 lb) para el resto de movimientos. • Con botón de paro de emergencia incorporado a la estructura de la mesa. • Pedal interruptor de fluoroscopia. <p>BUCKY DE PARED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bucky vertical, fijo al piso o a la pared. • Montado en su respectiva columna para desplazamiento vertical del centro del bucky en un rango aproximado sobre el piso entre: | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>30-170 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con rejilla antidifusora. • Para colocar detector plano con sistema de adquisición de imágenes digitales. • Deberá contar con dispositivos de soporte para el detector plano. • Con control de exposición automático. • Distancia aproximada Foco-Imagen (SID): 115 cm o menor a 150 cm o mayor. • Con frenos mecánicos como mínimo. • Con detector digital plano: <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 14 bits o mayor - Tamaño de píxel: (140 - 160) μm - Resolución espacial 3 lp/mm o mejor - De tecnología de estado sólido, silicio amorfo (a-Si) o equivalente. - Tamaño de 43 x 43 cm o mayor. - Para Bucky de pared. <p>SOPORTE CIELÍTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujetado en estructura cielítica (deberá incluirse la estructura de montaje). • Soporte cielítico que permita desplazar emisor de rayos X en las dimensiones: longitudinal, transversal y vertical, así como rotarlo sobre su eje, de forma fácil y ergonómica para el operador. • Rango de desplazamientos mínimos: <ul style="list-style-type: none"> - Longitudinal: 330 cm. - Transversal: 150 cm. - Vertical: 100 cm. - Preferiblemente con enclavamiento en posiciones intermedias. <p>EMISOR DE RAYOS X (DOS TUBOS) UNO EN COLUMNA DE MESA Y OTRO EN SOPORTE CIELÍTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ánodo giratorio, de bajo ruido, enfriado por aceite dieléctrico o tecnología mejorada, con | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>protección contra sobre temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apto para trabajar a la máxima potencia del generador. • Foco fino de 0.6 mm o menor, foco grueso de 1.2 mm o menor • Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo equivalente a 600,000 H.U. o mayor. • Los tubos deben tener la capacidad de ser intercambiables. <p>COLIMADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento manual y automático. • Hoja de colimación ajustable mediante controles para cierre apertura del campo de colimación. • Cinta métrica incorporada para medir distancia foco - objeto o sistema equivalente. • Pantalla del colimador con eje de centrado por medio de haz luminoso. • Circuito de temporizado automático para apagado de lámpara de colimación. • Rotación de al menos $\pm 90^\circ$. <p>SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensificador de imagen tipo detector plano (flat panel detector) de 17"x17" (43 cm x 43 cm) o mayor tamaño +/- 5%. • Tecnología de estado sólido, silicio amorfo (a-Si) o equivalente. • Resolución espacial de 148 μm o mayor • Matriz de 1024 x 1024 o mayor • Profundidad de adquisición: 16 bits • Con al menos dos escalas de Zoom. <p>DETECTOR DIGITAL PLANO (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uno en mesa y uno en bucky de pared. • Tecnología de estado sólido, silicio amorfo (a-Si) o equivalente. | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño mínimo: (43x43) cm o (17 x 17) pulgadas. • Tamaño máximo de pixel: 160 μm. • Tamaño mínimo de matriz de adquisición de imágenes: (2208 x 2688) pixeles. • Profundidad mínima de adquisición: 14 bits • Integrado o removible, si es removible deberá ser inalámbrico. | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <p>CÁMARA DE IMPRESIÓN SECA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En formato 14"X17" (35.56cm x 43.18 cm) y 10"x12" (25.4 cm x 30.48 cm) o equivalente a 10" x 12" (25.4 cm x 30.48 cm). • Con salida bajo protocolo DICOM 3.0, la cual deberá estar conectada en red a la consola del equipo y a la estación de postprocesamiento si existiere, con los servicios DICOM necesarios, que permitan imprimir las imágenes que sean requeridas ya sea desde la consola de control del equipo o la estación de postprocesamiento si aplicara está última. • Incluir 2,000 películas radiográfica base Azul tamaño 14"x17" (35.56cm x 43.18 cm) y 1000 películas 10"x12" (25.4 cm x 30.48 cm). <p>INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE RODABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 jeringas compatible con inyector suministrado. • 2000 conectores para jeringa • 200,000 cc de medio de contraste • Cable de comunicación con controlador remoto integrado a consola de adquisición. • Control de los parámetros de inyección preseleccionados controlador por la consola de comandos. • Para funcionamiento con jeringas reutilizables. • Disparo de inyección manual y/o | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sincronizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con límite de presión programable para seguridad. <p>CALENTADOR DE MEDIOS, ya sea por medio seco o por baño de maría con capacidad de 15 a 20 litros de solución salina o 15 a 20 botellas de 1 litro.</p> <p>Con control mediante microprocesador.</p> <p>Con pantalla indicador de temperatura.</p> <p>Rango de temperatura ajustable.</p> <p>EQUIPO DE PROTECCIÓN PLOMADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Delantales plomados con espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm, fabricado en material compuesto, que cubra bajo la rodilla. • Dos (2) protectores para tiroides con espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm • Dos (2) pares de lentes plomados • Un (1) Porta delantal de 5 brazos de pared. • Una (1) mampara rodable con espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm y visor plomado. <p>Suministro e instalación de tablero de protección con los siguientes componentes y características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contactor monofásico principal. • Interruptor diferencial de falla de fase y neutro. • Detector de alto y bajo voltaje. • Supresor de transientes. <p>Carro con uno o dos monitores para visualización de imágenes en tiempo real en la sala de procedimientos</p> <p>UPS CON SU TABLERO DE CONTROL DE POTENCIA Y PROTECCION PARA TODO EL SISTEMA, UPS true-online de doble conversión con</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | <p>capacidad de 20% mayor al consumo del equipo para protección de todo el sistema: Generador, consola del operador, consola de trabajo. (de acuerdo a la capacidad de voltaje de cada hospital)</p> | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: Hospital de Cojutepeque 208/120 voltios VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases: 3. De 5 hilos (3 fases + neutro + tierra). Hospital de Sonsonate 440/480/120 voltios VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases: 3. De 5 hilos (3 fases + neutro + tierra). • Salida de alimentación y lámpara de seguridad en la entrada del área de exposición. • El chasis debe quedar aterrizado. <ul style="list-style-type: none"> • Deberá incluir red de tierra en caso que la existente no cumpla con las recomendaciones del fabricante (comprobable), lo cual deberá definirse en la visita técnica a realizarse. | |
| <p>Características Mecánicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El equipo deberá ser anclado al piso para reducir la vulnerabilidad producida por movimientos sísmicos y otros desastres. • Las partes mecánicas del equipo como la columna deberán ser fijadas al piso. Incluir todos los materiales y herrajes necesarios. • La empresa contratista realizará los trámites a través de la entidad correspondiente de la memoria de cálculo para determinar si la protección radiológica de la sala de procedimientos es la adecuada para el equipo. | |
| <p>Condiciones de Instalación</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Deberá incluir si es necesario, la construcción de base de concreto armado según recomendación del fabricante para colocar y sujetar el equipo en una superficie y resistente. Deberá incluir si es necesario elementos estructurales(vigas, columnas etc., para anclar el soporte cielítico del tubo de rayos X) Deberá desinstalar el equipo existente y trasladarlo a un área dentro del hospital que indique el departamento de mantenimiento. Deberá garantizar el uso de equipo de traslado adecuado al área donde será instalado el | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>artículo contratado para no dañar el piso por donde se moverá este; en caso de dañarlo deberá repararlo.</p> <p>Deberá incluir todos los materiales eléctricos, insumos, equipos (tableros, protecciones), cableado, canalizaciones y todo aquel elemento necesario para poder conectar el equipo desde los tableros principales hasta el área donde quedara funcionando.</p> <p>Las distancias aproximadas (deberán verificarse en visita técnica) desde los tableros generales hasta las áreas donde quedarán funcionando los equipos son las siguientes: Hospital Nacional de Cojutepeque: 60 metros Hospital Nacional de Sonsonate: 20 metros</p> <p>Deberá incluir dos aires acondicionados de 24000 BTU, para los cuartos de los UPS, de acuerdo a los siguientes voltajes: 208 voltios monofásicos para ambos hospitales.</p> | |
| Garantía de los equipos médicos y de imágenes médicas: | <ul style="list-style-type: none"> La garantía es por buen funcionamiento y buena calidad de los materiales. <p>Se requiere compromiso por escrito del suministrante en proveer repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de 5 años.</p> | |
| Vida útil | 8 años, según nota escrita emitida por el fabricante | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 60303260 | 42201712 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL | 2 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>Descripción</p> | <p>Equipo diagnóstico de adquisición de imágenes por ultrasonografía, para diferentes aplicaciones clínicas, tipo laptop.</p> <p>Aplicaciones Clínicas Abdominal Vascular Partes pequeñas Cardíaco Urgencias médicas Ginecología/Obstetricia</p> <p>Modos de trabajo B. M. Doppler color para el flujo vascular. Power Doppler Doppler de onda pulsada Doppler de onda continua Imágenes armónicas 3D y 4D.</p> <p>Monitor Color, de 17 pulgadas como mínimo, longitud diagonal. Resolución mínima de 1024 x 768 pixeles. Con ajuste de brillo. Bocinas integradas. Control de volumen. Menú con software iterativo.</p> <p>Unidad de Control Integrada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado alfanumérico en castellano y ergonómico, retroiluminado. • Con trackball integrado al tablero de control. • Con tres puertos activos funcionando, el operador puede conectar simultáneamente como mínimo hasta 3 transductores multielemento lineales o curvos. • Con al menos 4 puertos USB 2.0.o superior • Salida LAN 10/100/1000 BaseT. • Salida HDMI. • Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0 • Con al menos los siguientes servicios DICOM: DICOM SEND, DICOM PRINT y DICOM STORAGE. • Capacidad de almacenamiento de al menos | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | <p>250,000 imágenes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de disco duro HDD interno de al menos 150 GB. <p>Software y procesamiento de imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento de datos crudos. • Manejo de base de datos de paciente, para reportes. • Con sistema de reducción de artefactos de imagen. • Selección automática de programas. • Programas completos de mediciones reportes y cálculos ginecológicos y obstétricos, cardiaco, partes pequeñas, vascular, pulmonar, etc. • Con software incorporado para cada uno de los transductores solicitados. • Ajuste de curva de ganancia mediante controles deslizables. • Con selección de al menos cuatro puntos focales. • Cálculo automático de imágenes Doppler en tiempo real. • Zoom de alta definición para lectura y escritura. • Formación de imagen por armónicos. • Formación de imagen panorámica. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. <p>Transductores requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Línea para estudios vasculares, partes pequeñas. • Convexo para estudios abdominales, ginecológicos, obstétricos, renales, urológicos, pediátricos y cardiacos. • Endovaginal para estudios gineco-obstétricos. • Lineal o sectorial para estudios cardiacos. | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Impresora grado médico blanco y negro controlada desde unidad de control. • Impresora grado médico color controlada desde unidad de control. • 10 rollos o paquetes de papel para impresor blanco y negro. • 10 rollos o paquetes de papel para impresor color. • 10 tubos de 100 ml o su equivalente de gel para | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | ultrasonido. <ul style="list-style-type: none"> • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) con un respaldo mínimo de 15 minutos, de acuerdo con la capacidad del equipo. • Carro rodable de fábrica, no integrado al equipo, para colocar transductores y equipos periféricos, con 4 rodos antiestáticos de al menos 10 cm de diámetro, con freno en al menos dos de ellos. | |
| Características Eléctricas | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Fases: 1. • Tomacorriente macho grado hospitalario. | |
| Características Mecánicas | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía portátil, tipo laptop, compacto. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| Vida Util | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| 4 | 60302183 | 42201701 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | Equipo de exploración ultrasonográfica para aplicaciones cardiacas con fines diagnósticos. <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía con carro rodable de fábrica, compacto, móvil sobre ruedas con frenos en al menos dos de ellas, con capacidad de resguardar la impresora y transductores solicitados. • Con brazos y/o accesorios para soportar los transductores mientras no se encuentren en uso. • Monitor de pantalla táctil de 19" o mayor, con tecnología TFT, LCD o mejor, con resolución mínima de 1280x 1024 (grado médico). • Velocidad de 100 cuadros por segundo (fps) • Sistema digital, compatible con DICOM 3.0. | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema convertidor digital con al menos una memoria de imagen de 1024 x 1024 x 6 bit. • Con sistema de preprocesamiento, postprocesamiento y controles de compensación de ganancia de tiempo (TGC). • Modo M, B o 2D, 3D, 4D, Doppler continuo (CW) y pulsado (PW), Doppler color ó sistema de mapeo de flujo a color (CFM), Angio Power Doppler; con capacidad de mostrar simultáneamente imágenes en modo 2D y Doppler en tiempo real, con capacidad de realizar estudios de displasia evolutiva de cadera (DEC). • Modo de imágenes armónicas (HI), que permita el procesamiento de imágenes armónicas de tejidos (THI). • Doppler inteligente. Autoajustable o automático. • Capacidad de análisis PW-Doppler para aplicaciones en arteria carótida y sistema vascular periférico. • Sistema de magnificación en tiempo real (pan/zoom) y de congelamiento de imagen. • Sistema con 256 escalas de grises y niveles de color. • Digitalizador de imagen, memoria de cineloop 500 cuadro por cuadro como mínimo, en color y blanco y negro. • Capacidad de almacenamiento en disco duro, CD/DVD y a través de puerto USB y grabador CD/DVD. • Teclado alfanumérico con sistema trackball. • Con al menos cuatro puertos USB 2.0 o mayor. • Incluye programas de aplicaciones clínicos de cardiología y vascular pediátrico. • Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda. • Capacidad de incorporar nuevas mediciones o aplicaciones y nuevos transductores. • Debe incluir programas de aplicaciones clínicos de cardiología y vascular pediátrico, como fracción de eyección con detección de bordes cardíacos. • Protocolo de ecografía de estrés, para la realización de estudios con ejercicio y con | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | <p>estrés farmacológico y posibilidad de configurar protocolos personalizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de ECG, respiración y auxiliares. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D y Doppler, preferentemente de manera simultánea: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Transductor para realizar ecocardiografía pediátrica transtorácica - 1 Transductor para realizar ecocardiografía pediátrica transesofágica. - 1 Transductor transfontanelar. • Porta-transductores integrados al equipo. • Set de Electrodo para presentación de ECG y cable para pacientes pediátricos de cinco terminales. • Impresora láser color (resolución mínima de impresión 1200 x 2400 ppp), incluir 2 tóner extra. • Impresor térmico blanco y negro. • 40 rollos ó paquetes de papel para impresor B/N • 20 tubos de 100 ml o equivalente, de gelatina conductiva para ultrasonido. • Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos. • UPS en línea de acuerdo a la capacidad del ultrasonido de onda sinusoidal pura, para el equipo y sus periféricos. • Licencias DICOM requeridas: SCU/SCP, PRINT, STORAGE, WL Management. | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Fases: 1. • Tomacorriente macho grado hospitalario. | |
| <p>Características Mecánicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. • Equipo móvil, fabricado de chasis resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| <p>Vida Util</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|---|---|----------|
| 5 | 60303241 | 422017 12 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p data-bbox="508 447 1206 552">Equipo diagnóstico de adquisición de imágenes por ultrasonografía, para diferentes aplicaciones clínicas,</p> <p data-bbox="508 562 857 594">Aplicaciones Clínicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="557 604 727 636">Abdominal <li data-bbox="557 646 833 678">Gineco-obstétrico <li data-bbox="557 688 646 720">Renal <li data-bbox="557 730 695 762">Vascular <li data-bbox="557 772 695 804">Cardíaco <li data-bbox="557 814 816 846">Partes pequeñas <li data-bbox="557 856 865 888">Musculoesquelético <li data-bbox="557 898 711 930">Ortopedia <p data-bbox="508 951 800 982">Modos de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="557 993 1174 1024">Bidimensional con modo M simultáneo. <li data-bbox="557 1035 686 1066">Modo M <li data-bbox="557 1077 784 1108">Doppler color. <li data-bbox="557 1119 792 1150">Power Doppler <li data-bbox="557 1161 824 1192">Doppler pulsado. <li data-bbox="557 1203 906 1234">Triplex en tiempo real <li data-bbox="557 1245 881 1276">Imágenes armónicas <li data-bbox="516 1287 1206 1360">• 3D y 4D (los transductores requeridos deberán permitir el uso de estos tipos de modos de trabajo) <li data-bbox="516 1371 889 1402">• Elastografía hepática <p data-bbox="508 1455 646 1486">Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 1497 1206 1570">• Pantalla táctil Color plano LCD o TFT de 17 pulgadas. <li data-bbox="516 1581 1206 1654">• Resolución aproximada: 1024 x 768 pixeles. <li data-bbox="516 1665 1206 1738">• Presentación de imagen: 256 tonos de escala de grises. <p data-bbox="508 1770 1125 1801">Software y procesamiento de imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 1812 1206 1885">• Programas completos de mediciones reportes y cálculos vasculares, | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>ginecológicos y obstétricos de los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Distancia - Área - Volumen - Ángulos - Velocidades y aceleración • Procesamiento digital de imagen de alta nitidez. • Rango dinámico del sistema de al menos 200 db. • Zoom en tiempo real con al menos seis niveles. • Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de al menos 500 cuadros • Control de ganancia y ajuste de la curva DGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. • Con realce vascular. • Formación de imagen por armónicos. • Formación de imagen panorámica. • Capacidad de rotación de imagen panorámica. • Composición espacial de vistas múltiples. • Optimización automática de la escala de grises. • Capacidad de incorporar sin costo innovaciones de hardware y software para mantener a la vanguardia el equipo como nuevos formatos de reporte, nuevas mediciones y aplicaciones durante el periodo de vigencia de la garantía. <p>Unidad de Control Integrada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado alfanumérico en castellano. • Con trackball integrado al tablero de control. • Con tres puertos activos funcionando, el operador puede conectar simultáneamente hasta tres transductores multielemento lineales, curvos ó arreglo de fase. | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Con al menos cuatro puertos USB 2.0. • Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0 • Con al menos los siguientes servicios DICOM: DICOM SEND, DICOM PRINT y DICOM STORAGE. • Grabador de CD/DVD. • Capacidad de almacenamiento de al menos 200,000 imágenes. • Capacidad de disco duro HDD o SSD interno de al menos 250 GB. <p>Transductores requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lineal para estudios vasculares, partes pequeñas y musculoesquelético y ortopedia • Convexo para estudios abdominales, renales y elastografía. • Endocavitario para estudios gineco-obstétricos y de próstata. • Arreglo de fase para estudios cardíacos en adultos. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Video Impresora térmica a color. • Impresor térmico blanco y negro. • 40 rollos ó paquetes de papel para impresor B/N. • 12 rollos ó paquetes de papel para impresión doppler color. • 2 galones o su equivalente en tubos de gel para ultrasonido. • 1 caja de 50 DVD-R • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) en línea de acuerdo a la capacidad del equipo con un respaldo mínimo de 15 minutos. • Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos. | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fases: 1. • Tomacorriente macho grado hospitalario. | |
| <p>Características Mecánicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía con carro rodable de fábrica, compacto, móvil sobre ruedas con frenos en al menos dos de ellas, con la capacidad de poder colocar las impresoras solicitadas. • Con brazos y/o accesorios para soportar los transductores mientras no se encuentren en uso. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| <p>Vida Util</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|---------------------------|----------|
| 6 | 6030324 0 | 42201712 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p>Equipo diagnóstico de adquisición de imágenes por ultrasonografía, para diferentes aplicaciones clínicas,</p> <p>Aplicaciones Clínicas Abdominal Gineco-obstétrico Renal Vascular Cardíaco Partes pequeñas Musculoesquelético Ortopedia</p> <p>Modos de trabajo Bidimensional con modo M simultáneo. Modo M Doppler color. Power Doppler Doppler pulsado. Triplex en tiempo real Imágenes armónicas 3D</p> <p>Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil Color plano LCD o TFT de 17 pulgadas. • Resolución aproximada: 1024 x 768 pixeles. • Presentación de imagen: 256 tonos de escala de grises. <p>Software y procesamiento de imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programas completos de mediciones reportes y cálculos vasculares, ginecológicos y obstétricos de los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"> • - Distancia - Área - Volumen - Ángulos - Velocidades y aceleración • Procesamiento digital de imagen de alta nitidez. | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rango dinámico del sistema de al menos 200 db. • Zoom en tiempo real con al menos seis niveles. • Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de al menos 500 cuadros • Control de ganancia y ajuste de la curva DGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. • Con realce vascular. • Formación de imagen por armónicos. • Formación de imagen panorámica. • Capacidad de rotación de imagen panorámica. • Composición espacial de vistas múltiples. • Optimización automática de la escala de grises. • Capacidad de incorporar sin costo innovaciones de hardware y software para mantener a la vanguardia el equipo como nuevos formatos de reporte, nuevas mediciones y aplicaciones durante el periodode vigencia de la garantía. <p>Unidad de Control Integrada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado alfanumérico en castellano. • Con trackball integrado al tablero de control. • Con tres puertos activos funcionando, el operador puede conectar simultáneamente hasta tres transductores multielemento lineales, curvos ó arreglo de fase o equivalente. • Con al menos cuatro puertos USB 2.0. • Conectividad por medio de protocolo DICOM 3.0 • Con al menos los siguientes servicios DICOM: DICOM SEND, DICOM PRINT y DICOM STORAGE. • Grabador de CD/DVD. • Capacidad de almacenamiento de al menos 200,000 imágenes. • Capacidad de disco duro HDD o SSD interno de al menos 140 GB. <p>Transductores requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lineal en un rango aproximado entre 5 MHz o menor a 12 MHz o mayor, para estudios vasculares, partes pequeñas y musculoesquelético y ortopedia • Convexo en un rango aproximado entre 2 a 5 MHz, para estudios abdominales y renales. • Endocavitario en un rango aproximado entre 5 MHz o menor a 8 MHz o mayor, para estudios gineco-obstétricos y de próstata. | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| Accesorios Incluidos | <ul style="list-style-type: none"> • Video Impresora térmica a color. • Impresor térmico blanco y negro. • 40 rollos ó paquetes de papel para impresor B/N. • 12 rollos ó paquetes de papel para impresión doppler color. • 2 galones o su equivalente en tubos de gel para ultrasonido. • 1 caja de 50 DVD-R • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) en línea de acuerdo a la capacidad del equipo con un respaldo mínimo de 15 minutos. • Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos. | |
| Características Eléctricas | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Fases: 1. • Tomacorriente macho grado hospitalario. | |
| Características Mecánicas | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ecografía con carro rodable de fábrica, compacto, móvil sobre ruedas con frenos en al menos dos de ellas, con la capacidad de poder colocar las impresoras solicitadas. • Con brazos y/o accesorios para soportar los transductores mientras no se encuentren en uso. • Fabricado de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| Vida util | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|----------------------------------|----------|
| 7 | 60303361 | 42201815 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p>Equipo radiográfico móvil con captura digital con desplazamiento motorizado, usado en sala de operaciones, emergencia y hospitalización, para diagnóstico radiográfico, cuando el paciente no puede movilizarse a la sala de procedimientos radiológicos.</p> <p>Generador de Rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generador de alta frecuencia controlado por microprocesador con emisor de rayos X. • Interfaz del usuario con pantalla táctil, en un monitor entre 15" -17" (38.1 - 43.18) cm. • Con programa de autodiagnóstico y mensajes de errores. • Sistema de protección de corriente de carga y voltaje. • Alimentado directamente de la red eléctrica. • Compensador de voltaje de línea automático • Potencia del generador en un rango entre (30 - 40) KW. • Dosis mínima de radiación: 320 mAs • Un rango mínimo de Kvp entre (50 - 125) Kvp. • Control de disparo de dos pasos (preparación y disparo) con cable en espiral. • Con indicador visual y acústico de radiación. <p>Desplazamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del equipo <ul style="list-style-type: none"> - Mediante sistema motorizado, silencioso y con apagado automático, con batería de larga duración. - Preferiblemente con sistema de detección de obstáculos para apagar el(os) motor(es) de desplazamiento. • Del emisor de Rayos X <ul style="list-style-type: none"> - Foco del emisor con altura ajustable en un rango de al menos entre de 70 cm a 120 cm. - Rotación mínima del tubo: ±180°. - Brazo porta tubo con giro mayor o igual a 100° en el eje horizontal. - Longitud del brazo telescópico: mayor o igual | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>a 100 cm. – Rotación mínima de la columna porta tubo: $\pm 300^\circ$.</p> <p>Emisor de Rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ánodo giratorio, enfriado por aceite dieléctrico o tecnología mejorada, con protección contra sobre temperatura. • Al menos un punto focal: menor o igual a 0.8 mm. • Capacidad de acumulación térmica del ánodo mayor o igual a 200 KHU. • Filtración mínima inherente total del tubo de rayos x: (1.5-2.0) mm Al. • Brazo porta tubo balanceado y extensible con movimiento de elevación y descenso. <p>Detector portátil inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de tamaño de pantallas 22.5 cm x 28.4 cm (8.9"x11.2"). • Detector Panel Plano de yoduro de cesio (Csi) o sistema de conversión directa. • Tamaño de píxel igual o menor que 150 μm. • Profundidad o resolución de convertidor análogo digital A/D de 16 bits. • Con protección frente a líquidos. • Uso con batería recargable e intercambiable por el usuario. <p>Panel de control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualización de imagen inmediata. • Panel de control con ordenador integrado, para la visualización, procesamiento, almacenamiento y distribución de la imagen. • Con programas anatómicos, seleccionables por región de interés, tipo de proyección y tipo de paciente. • Indicador de Estado de la carga de la batería. • Software de gestión de imágenes a procesar. • Capacidad de interconexión Sistemas: RIS/HIS/PACS que tenga a disposición el hospital. • Conectividad del equipo con los siguientes servicios DICOM 3.0: -worklist, query/retrieve, send, print, Mpps, Store Commitment (SC), , print, storage estadistics, mpps. <p>Conectividad</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • • Conexión Ethernet RJ45 o Puerto similar para transmisión de imágenes. • Incluye la conexión WIFI , 802.11ax o equivalente. • Equipo deberá ser conectado en fase de instalación al PACS del hospital si existiese. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. <p>Sistema de Colimación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colimador de ajuste manual y automático, con indicador al centro. • Indicador luminoso de alineación de rápido ajuste de distancia de la fuente a la imagen (SID). • Rotación del colimador igual o mayor que +/- 90° | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1 delantal de plomo con espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm. • 1 collar de protección a la tiroides con un espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm. • 1 protector de gónadas con un espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm. • 1 par de lentes Plomados con un espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm. | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: (120 ± 10%) VAC. • Frecuencia: 60 Hz. • Fases: 1. • Deberá incluir cable retráctil de alimentación de red de longitud mayor o igual que 2,5 metros. • Toma corriente macho polarizado grado hospitalario. • Autonomía con baterías incorporadas mayor o igual a 2 horas. | |
| <p>Características Mecánicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Frenos electromagnéticos para todos los movimientos. • Compartimento para alojar alojar el detector digital (35x43) cm (14"x17") y cualquier accesorio necesario para el buen funcionamiento del equipo. • Ruedas traseras con sistema de freno manual o automático. • Fabricado de material resistente a los líquidos de | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | desinfección hospitalaria. | |
| Vida util | <ul style="list-style-type: none"> • 8 años, según nota escrita emitida por el fabricante | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|------------------------------|----------|
| 8 | 60501042 | 42201803 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p>Equipo fijo para radiodiagnóstico para producir imágenes radiológicas de la mama de la mujer, con el objetivo de detectar microcalcificaciones y tumoraciones en el tejido mamario, así como cualquier patología relacionada; con sistema de adquisición de imágenes digitales directas, estación de adquisición y visualización.</p> | | |
| | | <p>Generador de Rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • De alta frecuencia, controlado por microprocesador. • Potencia aproximada: 5 KW o superior • Rango aproximado de KV: 25 Modos de exposición: (AEC) y manual. • Tiempo de exposición: (8 ms - 6 s) o superior. • Sistema de control automático de exposición (AEC), controlado por microprocesador o equivalente. • Con sistema de compensación automática de línea. <p>Emisor de rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisor de Rayos X con ánodo giratorio, material: Molibdeno-rhodio o Molibdeno-Tungsteno o material mas eficiente. • Con 2 puntos focales, con los siguientes tamaños efectivos: <ul style="list-style-type: none"> • Foco fino de: 0.1 mm. • Foco grueso de: 0.3 mm. • Capacidad total de acumulación térmica del ánodo de 150 KHU o mayor. • Capacidad total de acumulación térmica del emisor de RX de 2 MHU o superior. • Filtración total del tubo de al menos 0.6mm de Berilio. • Colimador automático para todos los formatos • Filtros de colimador seleccionables de molibdeno o rodio u otro de resolución superior. | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Columna porta tubo</p> <ul style="list-style-type: none"> • El brazo debe girar isocéntricamente por mando motorizado en un ángulo de giro aproximado entre +180° a -180° ó mayor. • Desplazamiento aproximado en altura sobre el piso por mando motorizado en un rango entre 70cm. o menor a 145 cm. o mayor. • Distancia foco-película de 60cm o mayor. <p>Detector Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detector Plano con matriz de material semiconductor de silicón amorfo y centellador de selenio amorfo. • Tamaño del detector entre (24 - 30) cm o mayor. • Tamaño de píxel menor o igual de 100 µm. • Tamaño de matriz de imágenes de al menos 2700 x 3400 pixeles. • Profundidad de al menos 14 bits. <p>Sistema de compresión y controles generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compresión de mama motorizada con ajuste de la fuerza por el operador, en modo manual o automático. • Fuerza de compresión ajustable en un rango mínimo entre 4kg a 20kg. • Indicador digital de la fuerza de compresión y espesor de la mama comprimida • Descompresión automática luego de la exposición (seleccionable por el operador) • Indicador de errores. • Con indicación en pantalla del mayor número de parámetros involucrados en el estudio (KV, mA, tiempo, otros parámetros). • Placas de compresión de 18X24 cm, 24X30cm, axilar, y para radiografía selectiva (spot) • Sistema de magnificaron geométrico para radiografía detallada con factor de magnificación de 1.5 o superior. • Pedales para accionar la | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| | <p>compresión/descompresión y para bajar/subir columna.</p> <p>Estación de Adquisición y Visualización de imágenes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computadora con sistema operativo, CPU de 3.0 GHz o superior, 16 GB de memoria RAM o superior. • Disco duro con capacidad de 1TB o mayor para almacenamiento de al menos 40,000 imágenes. • Formato de imágenes según estándar DICOM. • Servicios DICOM incluidos: Send, Storage, Query/Retrieve, Print, Worklist, MPPS. • Monitor a color de alta resolución de 3 Mega pixeles o mayor, tamaño de pantalla de al menos 21 pulgadas. • Capacidad de grabación de imágenes en CD/DVD • Con programa de ajuste de parámetros de exposición dependiendo de la densidad y grosor de la mama. • Software con capacidad de realizar mediciones de imágenes y zoom • Software que permita realizar realce de bordes, reducción de ruido, detección del borde de la mama y control de rango dinámico. • Mesa de trabajo con mampara de protección contra radiación integrada, con equivalencia de 0.5 mm de plomo. • Incluir los componentes, la información y software necesarios para la integración con el sistema PACS existente o que se instale a futuro durante el periodo de garantía en el Hospital. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| <p>Accesorios, insumos y equipos auxiliares Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Placa de compresión de (18 x 24) cm (borde alto). • 1 Placa de compresión de (18 x 24) cm (borde estándar). | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Placa de compresión de (24 X 30) cm (borde alto). • 1 Placa de compresión de (24 X 30) cm (borde estándar). • 1 Placa de compresión Axilar, medidas aproximadas (8 -10) cm x (20-22) cm. • 1 Juego de placas (2) de compresión para ampliación, medidas aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> - (15-17) cm x (20-22) cm. - (8 -10) cm x (8-10) cm. • 1 Placa de compresión para zonas pequeñas, para mayor detalle o especificidad, medida aproximada (8 - 10) cm. • Dispositivo para magnificación de 1.5 veces o mayor, con su plato de compresión. • 1 juego de pedales (4 interruptores) para manejo a distancia de compresión/descompresión y subir/bajar columna. • Filtro de colimador de molibdeno. • Filtro de colimador de rodio. • Juego de fantasmas para calibración, para realizar control de calidad. • 2 soporte murales para colocar placas de compresión. • 1 Impresor láser certificado por FDA para imprimir placas de mamografía. • 40 cajas de película tamaño aproximado 25.4 cm x 35.56 cm (14 pulgadas x 17 pulgadas). • 1 UPS ON LINE para todo el sistema incluyendo el equipo con respaldo de al menos 15 minutos. • Equipo de aire acondicionado para el área de estudios de acuerdo a la demanda térmica del equipo según recomendación del fabricante. | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: 120/208/240 VAC • Frecuencia: 60 Hz • Fases: 1 • El chasis del equipo debe quedar debidamente aterrizado a la red local del área. • En caso de no poder utilizar los tableros existentes o no existir los circuitos correspondientes, deberá proporcionar lo siguiente: | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | <p>Suministro e instalación de tablero de protección con los siguientes componentes y características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contactor monofásico principal - Interruptor diferencial de falla de fase y neutro - Detector de alto y bajo voltaje - Supresor de transientes - Circuito de control que incluirá botonera para el encendido apagado de la unidad, un interruptor de emergencia en las proximidades del equipo. - Circuito de control para lámpara indicadora(s) de exposición (incluir lámpara indicadora de exposición). | |
| <p>Características Mecánicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado de material resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. • Las partes mecánicas del equipo como la columna deberán ser fijadas al piso. Incluir todos los materiales y herrajes necesarios. | |
| <p>Condiciones de Instalación</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Los posibles oferentes deberán realizar visita técnica al lugar de instalación del equipo para verificar las condiciones de preinstalación eléctrica, climatización, obra civil y señales débiles, para garantizar la adecuada instalación del equipo, según requerimiento del fabricante. • La empresa adjudicada deberá actualizar a través de la entidad correspondiente la memoria de cálculo para determinar si la protección radiológica de la sala de procedimientos es la adecuada para el equipo que se va a ofertar, en caso de ser menor, tendrá que agregar el blindaje necesario para cumplir con lo establecido en la memoria de cálculo. • Debe incluir la construcción si es necesario de base de concreto armado según recomendación del fabricante. • Se deberá revisar las canalizaciones existentes si se adaptan al equipo a suministrar de lo contrario, realizará las obras necesarias para interconectar los cables de suministro de | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>energía y control con la consola del equipo.</p> <ul style="list-style-type: none">• El suministrante deberá realizar el montaje, la instalación eléctrica, capacitación del personal y la puesta en marcha del equipo.• El equipo debe ser conectado a la fuente de alimentación disponible en cada hospital, para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando. | |
| Vida util | <ul style="list-style-type: none">• 8 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|---|----------|
| 9 | 60501043 | 42201803 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p>Equipo fijo para radiodiagnóstico para producir imágenes radiológicas de la mama de la mujer, con el objetivo de detectar microcalcificaciones y tumoraciones en el tejido mamario, así como cualquier patología relacionada; con sistema de adquisición de imágenes digitales directas, estación de adquisición y visualización.</p> | | |
| | | <p>Generador de Rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • De alta frecuencia, controlado por microprocesador. • Potencia aproximada: 5 KW o superior • Rango aproximado de KV: 25 Kv a 35 kV o rango más amplio, en pasos de 1 Kv. • Valor de mAs: 500 mAs o mayor. • Modos de exposición: (AEC) y manual. • Sistema de control automático de exposición (AEC), controlado por microprocesador o equivalente. • Tiempo de exposición: (8 ms - 6 s) o superior. • Con sistema de compensación automática de línea. <p>Emisor de rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisor de Rayos X con ánodo giratorio, material: Molibdeno-rhodio o Molibdeno-Tungsteno, o material mas eficiente. • Con 2 puntos focales, con los siguientes tamaños efectivos: <ul style="list-style-type: none"> • Foco fino de: 0.1 mm. • Foco grueso de: 0.3 mm. • Capacidad total de acumulación térmica del ánodo de 150 KHU o mayor. • Capacidad total de acumulación térmica del emisor de RX de 2 MHU o superior. • Filtración total del tubo de al menos 0.6mm de Berilio. | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Colimador automático para todos los formatos• Filtros de colimador seleccionables de molibdeno o rodio u otro de resolución superior. <p>Columna porta tubo</p> <ul style="list-style-type: none">• El brazo debe girar isocéntricamente por mando motorizado en un ángulo de giro aproximado entre +180° a -180° ó mayor.• Desplazamiento aproximado en altura sobre el piso por mando motorizado en un rango entre 70cm. o menor a 145 cm. o mayor.• Distancia foco-película de 60cm o mayor. <p>Detector Digital</p> <ul style="list-style-type: none">• Detector Plano con matriz de material semiconductor de silicio amorfo y centellador de selenio amorfo.• Tamaño del detector entre (24 - 30) cm o mayor.• Tamaño de píxel menor o igual de 100 µm.• Tamaño de matriz de imágenes de al menos 2700 x 3400 pixeles.• Profundidad de al menos 14 bits. <p>Sistema de compresión y controles generales</p> <ul style="list-style-type: none">• Compresión de mama motorizada con ajuste de la fuerza por el operador, en modo manual o automático.• Fuerza de compresión ajustable en un rango mínimo entre 4kg a 20kg.• Indicador digital de la fuerza de compresión y espesor de la mama comprimida.• Descompresión automática luego de la exposición (seleccionable por el operador)• Indicador de errores.• Con indicación en pantalla del mayor número de parámetros involucrados en el estudio (KV, mA, tiempo, otros parámetros).• Pedales para accionar la compresión/descompresión y para bajar/subir | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>columna.</p> <p>Estación de Adquisición y Visualización de imágenes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computadora con sistema operativo, CPU de 3.0 GHz o superior, 16 GB de memoria RAM o superior. • Disco duro con capacidad de 1TB o mayor para almacenamiento de al menos 50,000 imágenes. • Formato de imágenes según estándar DICOM. • Servicios DICOM incluidos: Send, Storage, Query/Retrieve, Print, Worklist, MPPS. • Monitor a color de alta resolución de 3 Mega pixeles o mayor, tamaño de pantalla de al menos 21 pulgadas. • Capacidad de grabación de imágenes en CD/DVD • Con programa de ajuste de parámetros de exposición dependiendo de la densidad y grosor de la mama. • Software con capacidad de realizar mediciones de imágenes y zoom • Software que permita realizar realce de bordes, reducción de ruido, detección del borde de la mama y control de rango dinámico. • Mesa de trabajo con mampara de protección contra radiación integrada, con equivalencia de 0.5 mm de plomo. • Capacidad para hacer Tomosíntesis. • Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. • Incluir los componentes, la información y software necesarios para la integración con el sistema PACS existente en el Hospital. <p>ESPECIFICACIONES PARA TOMOSINTESIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de angulación del tubo de 50° (+/- 25°) o mayor. | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Con distancia entre corte y corte de 1mm o menor. • Tiempo de escaneo 25 seg. o menor • Eliminación automática de la rejilla para exposiciones a la tomosintesis. • Adquisición de mas de 20 exposiciones durante la exploración. • Programa (software permanente sin restricciones) para vincular automáticamente las regiones de interés (ROI) con sus ubicaciones correspondientes en cualquier otra vista 2D o 3D. • Programa (software permanente sin restricciones) para generar imágenes 2D (mamografía sintetica) a partir de exámenes de tomosintesis, para reducir la dosis al paciente. • Programa (software permanente sin restricciones) para generar la rotación de imágenes en 3D. <p>EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ADICIONALES:</p> <p>ESTACIÓN DE POST PROCESAMIENTO DE IMÁGENES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computadora con sistema operativo y software para el diagnóstico mamográfico. Teclado y mouse. • Disco duro con capacidad de almacenamiento de imágenes de 1 TB o mayor • Capacidad de almacenamiento de imágenes en disco duro, CD/DVD • Software con las siguientes funciones mínimas para el procesamiento de las imágenes <ul style="list-style-type: none"> - magnificación - variación de niveles de contraste y brillo - realce de contorno - diafragma electrónico - zoom fijo - inversión de los valores de gris - detección del borde de mama • Con protocolos programables de presentación | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>de las imágenes específicos para mamografía, con posibilidad de anotación de la imagen, comentarios y otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software para reportar estudios de acuerdo a la clasificación de BI-RADS. • Mamografía 3D. • Compatible para conectarse a cualquier red de computadoras con estándar DICOM • Con los siguientes servicios DICOM, con sus respectivas licencias permanentes, (presentar declaración de conformidad de los mismos): SEND/RECEIVE. STORAGE. PRINT. QUERY/RETRIEVE. WORKLIST MANAGEMENT. MPPS. • Incluir los componentes y la información necesaria para la integración con el sistema PACS existente en el Hospital. • Capacidad para conexión con varias impresoras configurables. • 2 Monitores de alta resolución y alto contraste de al menos 8 Mega pixeles, tamaño de pantalla de 21" o mayor • Mueble con capacidad para la colocación de todos los componentes de la estación de post procesamiento de imágenes. <p>UNIDAD PARA BIOPSIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema para procedimientos de localización / marcación de la lesión y biopsia guiada, con calculo automático de coordenadas del mismo Gantry del mamógrafo digital, sin requerir una estación de trabajo por separado. Que pueda realizar biopsias en cualquier proyección tanto cráneo caudal como lateral permitiendo alcanzar lesiones cercanas a la pared torácica • Angulo de biopsia estéreo +/- 15° o mayores • Soporte de agujas para distintos calibres de agujas y para dispositivos de biopsia asistidos | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| | <p>por vacío.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir Disparador de agujas de biopsia y un set de agujas de los calibres 14G, 16G y 12G. • Paleta de compresión especial, para estereotaxia, retirable. • El sistema debe mostrar automáticamente datos generales de los pacientes, localización de las lesiones con el despliegue grafico del objetivo, procesamiento y visualización de las imágenes. • Área de biopsia de tamaño 50 mm o mayor x 40 mm o mayor. | |
| <p>Accesorios, insumos y equipos auxiliares incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Placas de compresión de (18X24) cm, (24X30) cm, axilar, y para radiografía selectiva (spot) • Sistema de magnificaron geométrico para radiografía detallada con factor de magnificación de 1.5 o superior. • 1 Placas de compresión de (18 x 24) cm (borde alto). • 1 Placas de compresión de (18 x 24) cm (borde estandar). • 1 Placas de compresión de (24 X 30) cm (borde alto). • 1 Placas de compresión de (24 X 30) cm (borde estandar). • 1 Placa de compresión Axilar, medidas aproximadas (8 -10) cm x (20-22) cm. • 1 placa de compresión (18 x 24) cm fenestrada, • 1 Juego de placas (2) de compresión para ampliación, medidas aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> - (15-17) cm x (20-22) cm. - (8 -10) cm x (8-10) cm. • 1 Placa de compresión para zonas pequeñas, para mayor detalle o especificidad, medida aproximada (8 - 10) cm. • Dispositivo para magnificación de 1.5 veces o mayor, con su plato de compresión. • 1 juego de pedales (4 interruptores) para manejo a distancia de compresión/descompresión y subir/bajar columna. • Filtro de colimador de molibdeno. • Filtro de colimador de rodio. • Juego de fantomas para calibración, para | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | <p>realizar control de calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 soporte murales para colocar placas de compresión. • 1 Impresor láser certificado por FDA para impresión de estudios mamográficos. • 40 cajas de película tamaño aproximado 35.56 cm x 43.18 cm (14 pulgadas x 17 pulgadas). <ul style="list-style-type: none"> - 1 UPS ON LINE para todo el sistema incluyendo el equipo con respaldo de al menos 15 minutos en el caso que no se pueda utilizar los UPS existentes en cada uno de los Centros. • Equipo de aire acondicionado en caso de ser necesario para el área de estudios de acuerdo a la demanda térmica del equipo según recomendación del fabricante. | |
| <p>Características electricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de alimentación: 120/208/240 VAC • Frecuencia: 60 Hz • Fases: 1 • El chasis del equipo debe quedar debidamente aterrizado a la red local del área. • En caso de no poder utilizar los tableros existentes o no existir los circuitos correspondientes, deberá proporcionar lo siguiente: Suministro e instalación de tablero de protección con los siguientes componentes y características: <ul style="list-style-type: none"> - Contactor monofásico principal - Interruptor diferencial de falla de fase y neutro - Detector de alto y bajo voltaje - Supresor de transientes - Circuito de control que incluirá botonera para el encendido apagado de la unidad, un interruptor de emergencia en las proximidades del equipo. • Circuito de control para lámpara indicadora(s) de exposición (incluir lámpara indicadora de exposición). | |
| <p>Condiciones Mecanicas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado de material resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. • Las partes mecánicas del equipo como la | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | columna deberán ser fijadas al piso. Incluir todos los materiales y herrajes necesarios. | |
| Condiciones de Instalación | <ul style="list-style-type: none"> • Los posibles oferentes deberán realizar visita técnica al lugar de instalación del equipo para verificar las condiciones de preinstalación eléctrica, climatización, obra civil y señales débiles, para garantizar la adecuada instalación del equipo, según requerimiento del fabricante. • La empresa adjudicada deberá actualizar a través de la entidad correspondiente la memoria de cálculo para determinar si la protección radiológica de la sala de procedimientos es la adecuada para el equipo que se va a ofertar, en caso de ser menor, tendrá que agregar el blindaje necesario para cumplir con lo establecido en la memoria de cálculo. • Debe incluir la construcción si es necesario de base de concreto armado según recomendación del fabricante. • Se deberá revisar las canalizaciones existentes si se adaptan al equipo a suministrar de lo contrario, realizará las obras necesarias para interconectar los cables de suministro de energía y control con la consola del equipo. • El suministrante deberá realizar el montaje, la instalación eléctrica, capacitación del personal y la puesta en marcha del equipo. • El equipo debe ser conectado a la fuente de alimentación disponible en cada hospital, para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando. | |
| Vida útil | <ul style="list-style-type: none"> • 8 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|----------|
| 10 | 60302575 | 42201904 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 |

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Tipo de equipo | BÁSICO | Ref. |
| Descripción | <p>Accesorio utilizado para visualizar hasta dos placas radiográficas al mismo tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negatoscopio de dos cuerpos horizontal, para montaje en pared. • Con pantalla de acrílico blanco de una sola pieza, para dos placas de estudios radiológicos tamaño (14 x 17) pulgadas (35.56 cm x 43.18 cm). • Con sistema de sujeción seguro de las placas radiográficas, mediante rodillo o equivalente. • Iluminación uniforme sobre toda la superficie de la pantalla, con una luminancia de al menos 4000 candelas por metro cuadrado, verificable en catálogo. • Iluminación LED luz blanca. • Vida útil garantizada de las lámparas LED de por lo menos 3,000 horas de iluminación continua. | |
| Accesorios Incluidos | <ul style="list-style-type: none"> • No Aplica | |
| Características Eléctricas | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: (120 ± 10%) VAC. • Frecuencia: 60 Hertz. • Fases: 1. • Toma corriente macho polarizado grado hospitalario. • Con interruptor de encendido general o por cuerpo. | |
| Características Mecánicas | <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica de aluminio o plástica, con acabado de pintura en polvo horneada preferiblemente color blanco o de mejor tecnología. • Carcaza resistente a la corrosión y líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| Condiciones de instalación | <ul style="list-style-type: none"> • Incluye montaje en pared a entera satisfacción del Encargado de Seguimiento y Ejecución del Contrato. | |
| Vida util | <ul style="list-style-type: none"> • 1 año, según nota escrita emitida por el fabricante | |

| ARTÍCULO | CÓDIGO MINSAL | CÓDIGO ONU | NOMBRE | CANTIDAD |
|----------|---------------|------------|--------|----------|
|----------|---------------|------------|--------|----------|

| | | | | |
|----------------|--------------|---|---|------|
| 11 | 6030388 1 | 42272205 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 |
| Tipo de equipo | | ESPECIALIZADO | | Ref. |
| Descripción | | <p>Ventilador mecánico de última generación, controlado por microprocesador de soporte de vida para apoyo, en modo de ventilación convencional para pacientes adulto, pediátrico y neonatal, con compromiso de la función respiratoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PANTALLA: <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Plana Color LCD o TFT con interface sensible al tacto no menor de 15 pulgadas de longitud diagonal. • CONTROL DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> - Mediante panel de fácil navegación, operación sólo mediante pantalla táctil. • TURBINA <ul style="list-style-type: none"> - Con turbina integrada para suministro de aire. • FRECUENCIA <ul style="list-style-type: none"> - Entre 1 a 80 rpm como rango mínimo. • VOLUMEN TIDAL <ul style="list-style-type: none"> - Entre 10 a 2000 ml. como rango mínimo. • TIEMPO DE INSPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none"> - Entre 0,1 a 8 segundos, o mayor. • PEEP <ul style="list-style-type: none"> - 0 a 45 cmH2O aproximado. • FLUJO <ul style="list-style-type: none"> - 1-50 l/min, o mayor. • DISPARO POR FLUJO <ul style="list-style-type: none"> - -5 a 10 L/MIN o más amplio. • Frecuencia inspirada de Oxígeno (FiO2): (21 - 100)%. • SOPORTE PRESIÓN <ul style="list-style-type: none"> - 2 a 60 cmH2O. aproximadamente | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • PAUSA <ul style="list-style-type: none"> - Con pausa inspiratoria de 0.10 a 2 segundos. • ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS <ul style="list-style-type: none"> - Tendencias hasta 24 horas, como mínimo. • VISUALIZACIÓN CURVAS BUCLES, TENDENCIAS <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de visualización grafica de la compliancia estática, dinámica y resistencia inspiratoria del paciente y que permita visualización de respiraciones espontáneas del paciente. - Despliegue simultaneo de 5 gráficas simultáneas. Con graficas en funcion de volumen, flujo, presión, pletismográfica y CO₂. - Visualización simultánea de al menos 9 curvas de parámetros. - Función de cursor y congelación de las curvas de las gráficas, pausa inspiratoria y espiratoria. • MODOS VENTILATORIOS <ul style="list-style-type: none"> - Ventilación mandatoria asistida controlada a través del CPAP. - CPAP nasal - Modo ventilatorio Volumen asistido controlado y presión asistida controlada. - Ventilación mandatorio intermitente sincronizada por volumen y presión. - Ventilación Espontanea. - Presión de soporte en volumen controlado y presión controlada. - Ventilación por presión bifásica (BIPAP-APRV). - Ventilación de Respaldo en todos los modos. - Ventilación por presión de soporte con volumen corriente asegurado (PSV+VT). - APRV. • TIPOS DE RESPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none"> - Controlada por volumen. - Controlada por presión. • COMPENSACIÓN TUBO <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad de compensación de tubo endotraqueal. | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• COMPENSACIÓN DE FUGAS<ul style="list-style-type: none">- Permite ventilación invasiva y no invasiva con compensación de fugas.- Debe ser capaz de medir el % de fuga y alarmar en caso de fugas importantes. • MEDICIÓN DE CO₂<ul style="list-style-type: none">- Capacidad de medición de Capnografía volumétrica. • NEBULIZADOR<ul style="list-style-type: none">- Nebulizador Sincronizado en fase inspiratoria • NEUMOTACÓGRAFO O SENSOR DE FLUJO<ul style="list-style-type: none">- Sensor de flujo integrado neonatal y adulto. • CAPACIDAD DE MONITORIZACIÓN<ul style="list-style-type: none">- Monitoreo de la presión en las vías áreas: Pico, Plateau (meseta), media, base (PEEP).- Monitoreo del pico de flujo inspiratorio y espiratorio- Monitoreo del volumen corriente inspirado y espirado, del volumen compresible y del volumen minuto espontaneo- Monitoreo del tiempo inspiratorio, espiratorio y la relación I:E del tiempo TI/TTOT- Monitoreo de mecánica ventilatoria: AutoPEEP, compliancia estática y dinámica, trabajo inspiratorio (WOBimp), oclusión de la presión de vías aéreas, resistencia inspiratoria y espiratoria.- Monitoreo de la concentración de oxígeno suministrado FiO₂, además de SpO₂, frecuencia cardiaca, SpO₂/FiO₂, EtCO₂, CO₂ inspirado. • ALARMAS<ul style="list-style-type: none">- Alarmas con indicadores visuales y audibles, en base a una prioridad, pueden ser de diferente color en la alarma visual y diferente frecuencia en la alarma auditiva.- Presión inspiratoria máxima y mínima- Volumen corriente inspirado máximo y mínimo- Frecuencia respiratoria máxima y mínima | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Apnea con tiempo regulable - Baja carga de batería - Baja presión de gases (Aire - O2) - Alarma de APNEA - FIO2 máximo y mínimo <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE <ul style="list-style-type: none"> - Actualizaciones según nuevos software o configuraciones para el equipo, las cuales serán incluidas y descargadas sin costo adicional mientras esté vigente la garantía. | |
| <p>Accesorios Incluidos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1 pulmón de prueba adulto. (No bolsa de respiración). • 1 pulmón de prueba pediátrico. (No bolsa de respiración). • 1 pulmón de prueba neonatal. (No bolsa de respiración). • 20 circuitos descartable paciente adulto. • 30 circuitos descartables paciente pediátrico. • 50 circuitos descartables paciente neonatal. • 5 circuitos descartable paciente neonatal reusables. • Sensores de temperatura de uso adulto, pediátrico y neonatal. • 1 válvula espiratoria adulto completa. • 1 válvula espiratoria neonatal completa. • 1 Carro de fábrica para su movilización, con 4 rodos con frenos en al menos dos de ellas. • Con dos cilindros tipo E de 23PC • Incluir 30 mascarar no invasivas reusables 10 de cada tamaño adulto, pediátrico y neonatal. • 2 mangueras para conexión de oxígeno, una para conexión tipo DISS y otra para cilindro con manometro incluido. • Cascada modificadora de uso neonatal, que incluye todos sus accesorios para su conexión. • 1 unidad de energía ininterrumpible (UPS) en línea de acuerdo a la capacidad del equipo con un respaldo mínimo de 30 minutos. • Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos. | |
| <p>Características Eléctricas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 120 VCA ± 10%. • Frecuencia: 60 Hertz. • Fases: 1. • Tomacorriente macho polarizado, | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Con batería de respaldo de al menos dos horas. | |
| Características Mecánicas | <ul style="list-style-type: none"> • La unidad deberá ser resistente y compacta para uso hospitalario. • Fabricada de material anticorrosivo y resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria. | |
| Vida Util | <ul style="list-style-type: none"> • 5 años, según nota escrita emitida por el fabricante. | |

Garantía de los equipos médicos y de imágenes médicas:

La garantía es por buen funcionamiento y buena calidad de los materiales. Se requiere compromiso por escrito del suministrante en proveer repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de 5 años.

SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS CON LOS EQUIPOS

1. Capacitación:

La operación, limpieza y manejo del equipo impartidas al personal operador.(16 horas).

Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento correspondiente, donde irán instalados los equipos. (8 horas)

En ambos casos deberá presentar Lista de Asistencia firmada por el encargado de Seguimiento y ejecución del contrato.

2. Mantenimiento (Rutinas de Mantenimiento preventivo):

Los equipos a los que se les requerirá rutinas de mantenimiento preventivo deberán de realizarse de la siguiente manera: la primera visita deberá ser efectuada dependiendo de la cantidad de servicios solicitados por año, es decir 1, 2 o 4 visitas, posteriores a la fecha que conste en el documento de acta de entrega y recepción final de los bienes y las demás rutinas se realizarán de forma espaciada por un periodo similar hasta que finalice la garantía; de conformidad con el programa de mantenimiento presentado al Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato. Es decir por ejemplo si se solicitan 4 visitas al año, y la garantía es por tres años, deberá realizar doce visitas de mantenimiento preventivo en total, la primera, tres meses después de haber entregado el equipo de acuerdo con el acta de recepción y las siguientes con un espaciado de tres meses entre cada visita, siendo la

última, el mes de vencimiento de la garantía.

La rutina deberá ser la que el fabricante del o los equipos recomiende y deberá estar autorizada por el Encargado del Seguimiento y Ejecución del Contrato. La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado por el fabricante, para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia mínima de 3 AÑOS en el mantenimiento de los equipos ofertados o similares, para lo cual el contratista deberá presentar la documentación de respaldo y atestados del personal de servicio técnico que lo avalen. Cabe mencionar que el recurso presentado en los atestados con la experiencia requerida, será quienes deberán realizar las rutinas del mantenimiento solicitado.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida.

Los servicios conexos requeridos para cada artículo se detallan a continuación:

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Garantía (años) | SERVICIOS CONEXOS | |
|----------|--|----------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | Capacitación (SI/NO) | Mantenimiento Preventivo (SI/NO/ Total de Visitas por cada equipo) |
| 1 | ECO CARDIÓGRAFO | 1 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 2 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | 2 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Garantía (años) | SERVICIOS CONEXOS | |
|----------|--|----------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | Capacitación (SI/NO) | Mantenimiento Preventivo (SI/NO/ Total de Visitas por cada equipo) |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |
| 10 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | 1 | NO | NO |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 | 3 | SI | SI/12 (trimestral) |

4. Planos o Diseños

Este documento de licitación *no incluye* planos y diseños:

5. Inspecciones y Pruebas

Las inspecciones para verificar y garantizar la funcionalidad de los bienes contratados, serán realizadas en las instalaciones de cada uno de los hospitales que adquiera dichos equipos, lo que deberá ser coordinado previamente con el Encargado de seguimiento y ejecución de contrato para cada establecimiento, el oferente adjudicado deberá contar con el Acta de Recepción de los bienes a satisfacción del MINSAL y el Acta de Satisfacción por parte del Administrador del Contrato de las Inspecciones, realizadas a los bienes contratados.

El MINSAL podrá rechazar un equipo o sus partes que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los equipos rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas. El oferente no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.

**TERCERA PARTE. Condiciones
Contractuales y Formularios del
Contrato**

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

- 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna.
- (a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.
 - (b) “Contrato” significa el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.
 - (c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio Contractual, incluyendo cualquier enmienda.
 - (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio Contractual, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.
 - (e) “Día” significa día calendario.
 - (f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.
 - (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.
 - (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.
 - (i) “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
 - (j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.
 - (k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.
 - (l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.
 - (m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de

cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

(n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio Contractual.

(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.

2. Documentos del Contrato

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio Contractual, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio Contractual deberá leerse de manera integral.

3. Prácticas Prohibidas

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco⁵ todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco

⁵ En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación.

- (a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes:
- (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
 - (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;
 - (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
 - (iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
 - (v) Una *práctica obstructiva* consiste en:
 - i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;
 - ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o
 - iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la Subcláusula 3.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a la información;
 - (vi) Una *apropiación indebida* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un *propósito* indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

- (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
- i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
 - ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;
 - iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
 - iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta;
 - v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID;
 - vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al

reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones "arriba referidas" son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).

- vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.
- viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 3.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término

“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

- (f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o

agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario;

- (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.

3.2 El Proveedor declara y garantiza:

- (a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
- (b) que no ha incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
- (c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
- (d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco;

- (e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y
- (f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 3.1 (b).

4. Interpretación

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2 Incoterms

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los *Incoterms*, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por las normas establecidas en la edición vigente de los *Incoterms* especificada en las **CEC**, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.5 Limitación de Dispensas

(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y

condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

- (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

5. Idioma

- 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las **CEC**. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.
- 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

6. Asociación en Participación o Consorcio

- 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o

Consortio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

7. Elegibilidad

- 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:
- (a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes requisitos:
 - (i) es ciudadano de un país miembro; o
 - (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
 - (b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
 - (i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
 - (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
- 7.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
- 7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se

empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

8. **Notificaciones**

- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las **CEC**. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
- 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9. **Ley Aplicable**

- 9.1 El Contrato se registrará y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las **CEC**.

10. **Solución de Controversias**

- 10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.
- 10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos estipulado en las **CEC**.

- 10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento,
- (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y
 - (b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

11. Inspecciones y Auditorias

- 11.1 El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Contratista y sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco).

12. Alcance de los Suministros

- 12.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos.

13. Entrega y Documentos

- 13.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

14. Responsabilidades del Proveedor

- 14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC.

15. Precio del Contrato

- 15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

16. Condiciones de Pago

- 16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.
- 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.
- 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado.
- 16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta.
- 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

17. Impuestos y Derechos

- 17.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador.
- 17.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

- 17.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador.

18. Garantía de Cumplimiento

- 18.1 Si así se estipula en las **CEC**, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las **CEC**.
- 18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.
- 18.3 Como se establece en las **CEC**, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las **CEC**, u en otro formato aceptable al Comprador.
- 18.4 A menos que se indique otra cosa en las **CEC**, la Garantía de Cumplimiento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

19. Derechos de Autor

- 19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

20. Confidencialidad de la Información

- 20.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá

proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC.

- 20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.
- 20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:
- (a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o
 - (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.
- 20.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.
- 20.5 Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.

21. Subcontratación

- 21.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

22. Especificaciones y Normas

22.1 Especificaciones Técnicas y Planos

- (a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.
- (b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.
- (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se registrará de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC.

23. Embalaje y Documentos

- 23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
- 23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en

las **CEC** y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

24. Seguros

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las **CEC**, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los *Incoterms* aplicables o según se disponga en las **CEC**.

25. Transporte

25.1 A menos que se disponga otra cosa en las **CEC**, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se registrará por los *Incoterms* indicados.

26. Inspecciones y Pruebas

26.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las **CEC**, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las **CEC**. De conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones.

- 26.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
- 26.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
- 26.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC.
- 26.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.
- 27. Liquidación por Daños y Perjuicios**
- 27.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el

máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC.

28. Garantía de los Bienes

- 28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa o que en las CEC se establezca la adquisición de bienes de segunda mano.
- 28.2 De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.
- 28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.
- 28.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- 28.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.
- 28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato

29. Indemnización por Derechos de Patente

29.1 De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

- (a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y
- (b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

- 29.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
- 29.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
- 29.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

29.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

30. Limitación de Responsabilidad

30.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación,

- (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y
- (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente.

31. Cambio en las Leyes y Regulaciones

31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado

por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 de las CGC.

32. Fuerza Mayor

- 32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.
- 32.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
- 32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

33. Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

- 33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:
- (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;
 - (b) la forma de embarque o de embalaje;
 - (c) el lugar de entrega, y/o
 - (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

- 33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.
- 33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.
- 33.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

34. Prórroga de los Plazos

- 34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.
- 34.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC.

35. Terminación

35.1 Terminación por Incumplimiento

- (a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación

de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o
 - (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o
 - (iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en prácticas prohibidas, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.
- (b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

35.2 Terminación por Insolvencia

- (a) El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

35.3 Terminación por Conveniencia

- (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.
- (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al

resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:

- (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o
- (ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

36. Cesión

36.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

37. Restricción a la Exportación

37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedores de la obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Oferente pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3.

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| | |
|---------------|---|
| CGC 1.1(j) | El país del Comprador es: <i>El Salvador</i> |
| CGC 1.1(k) | El comprador es: <i>Ministerio de Salud</i> |

| CGC 1.1 (q) | | Los Destinos finales de los Sitios de los Proyectos son: | | | | |
|----------------|---------------------|--|-------|---|---|--|
| No. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO | CANT. | LUGAR DE ENTREGA | DIRECCION | |
| 1 | 60302180 | ECOCARDÍOGRAFO | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 1 Avenida Sur No. 1 Santa Ana | |
| 2 | 60501250 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 1 | Hospital Nacional de Sonsonate | Final Calle Alberto Masferrer Poniente #3-1, Sonsonate. | |
| | | | 1 | Hospital Nacional de Cojutepeque | Barrio el Calvario, Km. 33 Antigua Carretera Panamericana, Cojutepeque, Cuscatlán | |
| 3 | 60303260 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL | 2 | Hospital Nacional de la Mujer | Entre 25 av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador | |
| 4 | 60302183 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 1 | Hospital Nacional de san Miguel | Final 11a. calle Poniente y 23 Av.Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel | |
| 5 | 60303241 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 1 | Hospital Nacional de San Miguel | Final 11a. calle Poniente y 23 Av.Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel | |
| | | | 2 | Hospital Nacional de Sonsonate | Final Calle Alberto Masferrer Poniente #3-1, Sonsonate. | |
| 6 | 60303240 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 1 | Hospital Nacional de Zacatecoluca | Final Avenida Juan Manuel Rodríguez, calle al volcán, Zacatecoluca, La Paz | |
| | | | 1 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | Avenida Thompson Norte, Barrio santa Cruz, San Francisco Gotera, Morazán | |
| | | | 1 | Hospital Nacional de Cojutepeque | Barrio el Calvario, Km. 33 antigua carretera Panamericana, Cojutepeque, Cuscatlán | |

| No. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO | CANT. | LUGAR DE ENTREGA | DIRECCION |
|-------------|---|--|-------|------------------------------------|---|
| 7 | 60303361 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 13 Avenida Sur No. 1 Santa Ana |
| 8 | 60501042 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 1 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 10a. Avenida Sur, No 18 Barrio Santa Bárbara, Sensuntepeque, Cabañas |
| 9 | 60501043 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 1 | Hospital Nacional de la Mujer | Entre 25 av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador |
| 10 | 60302575 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | Almacén San Esteban | Colonia El Paraíso Final 6a Calle Oriente No. 1105, San Salvador |
| 11 | 60303881 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 2 | Hospital Nacional de San Miguel | Final 11a calle Poniente y 23 Av. Sur Colonia Ciudad Jardín, San Miguel |
| | | | 1 | Hospital Nacional de Santa Ana | Final 13 Avenida Sur No. 1 Santa Ana |
| CGC 4.2 (a) | El significado de los términos comerciales será el establecido en los <i>Incoterms</i> . Si el significado de cualquier término comercial y los derechos y obligaciones correspondientes a las partes no corresponde al establecidos en los <i>Incoterms</i> , el mismo deberá corresponder a los establecidos en: <i>No aplica</i> | | | | |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los <i>Incoterms</i> será: 2020 | | | | |
| CGC 5.1 | El idioma será: español | | | | |

| | |
|-------------|---|
| CGC 8.1 | <p>Para <u>notificaciones</u>, la dirección del Comprador será:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa - PRIDESII</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Teléfono: (503) 2591-8293</p> <p>Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> <p><u>del Proveedor</u></p> <p>Atención: <i>[el nombre completo de la persona, si corresponde]</i></p> <p>Dirección postal: <i>[nombre de la calle y número]</i></p> <p>Piso/Oficina <i>[el piso y número de oficina, si corresponde]</i></p> <p>Ciudad: <i>[el nombre de la ciudad o población]</i></p> <p>País: <i>[el nombre del país]</i></p> <p>Teléfono: <i>[número del teléfono incluyendo los códigos del país y de la ciudad]</i></p> <p>Fax: <i>[número del facsímil incluyendo los códigos del país y de la ciudad]</i></p> <p>Dirección electrónica: <i>[dirección de correo electrónico]</i></p> |
| CGC 9.1 | La ley que rige será la ley de: la República de El Salvador |
| CGC 10.2 | <p>Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán:</p> <p>a. <i>Contrato con un Proveedor Extranjero:</i></p> <p>Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI (<i>Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)</i>)</p> <p>b. <i>Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador:</i></p> |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y el Proveedor que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento de El Salvador.</p> |
| <p>CGC 13.1</p> | <p>Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor:</p> <p>En el caso de los bienes importados:</p> <p>Para Transporte Aéreo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura <p>Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de empaque • Certificado de calidad • Guía aérea <p>En la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario. • Copia Certificado de garantía del fabricante o Distribuidor. • Copia del Certificado de origen de todo los bienes. <p>Para Transporte Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura <p>Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de empaque • Certificado de calidad • Bill of Lading (B/L) |

Dos (2) copias del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación "flete pagado" y dos (2) copias del conocimiento de embarque no negociable, en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES

- Copia Certificado de Garantía del fabricante o Distribuidor;
- Copia del Certificado de origen de todo los bienes.
- Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario.

Para Transporte Terrestre

- Factura

Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa;

- Lista de empaque
- Certificado de calidad
- Carta Porte

En la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES

Copia Certificado de garantía del fabricante o Distribuidor;

- Copia del Certificado de origen de todo los bienes.(Cuando aplique)
- Copia del Certificado de Seguro en el que el Comprador aparezca como beneficiario.

Para bienes que ya se encuentren internados en la República de El Salvador:

Al momento o antes de la entrega de los bienes, el Proveedor notificará por escrito al Comprador y le proporcionará los siguientes documentos:

- (i) Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES y se indique el número del contrato, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada

| | |
|-------------|--|
| | <p>por la empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) Dos (2) copias de la orden de entrega, carta de porte por carretera, o del documento de transporte multimodal en que se describa al Comprador como: Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES (iii) Dos (2) copias de la lista de embalaje, con indicación del contenido de cada paquete; (iv) copia del Certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como beneficiario; (v) Copia del Certificado de garantía del fabricante o distribuidor; (vi) Copia del Certificado de inspección emitido por la entidad inspectora autorizada e informe de inspección de la fábrica del Proveedor (en el caso que se requiera una inspección); y (vii) Copia del Certificado de origen de los bienes. <p>Previo a la entrega de los bienes en los almacenes respectivos y facturación, el proveedor enviará ha visto bueno del encargado de la administración y seguimiento del contrato de la unidad solicitante, la lista de equipo contratado con su respectivo costo unitario y total ajustado para cada uno de los bienes después de haber pagado los aranceles e impuestos en aduana (valor del bien + aranceles + impuestos+ transporte interno + servicios conexos), para ello debe anexar copia de la hoja de declaración de mercancías.</p> |
| CGC 15.1 | Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables. |
| CGC 16.1 | <p>El pago se podrá realizar de cualquiera de las siguientes formas:</p> <p>a. Pago de bienes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anticipo: (en caso que sea requerido): El veinte por ciento (20%) del Precio de los bienes se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma y distribución del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el Cien por ciento (100%) del valor del mismo y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. |

En caso de no requerirse anticipo del 20%, este porcentaje será sumado al ochenta por ciento indicado en el inciso "ii", para hacer un total del 100% del pago.

2. Al recibir los bienes: El ochenta por ciento (80%) del precio de los bienes recibidos, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los documentos de pago.

b. Pago de los servicios conexos:

1. Capacitación: se pagará el 100% de los servicios de capacitación, con los bienes .
2. Mantenimiento: se pagará el 100% de los servicios de mantenimiento, con los bienes y para garantizar el cumplimiento de los servicios se deberá presentar una garantía de buena calidad del servicio, por el 5% del valor total del servicio conexo. La Garantía deberá ser entregada dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de recepción de los bienes a entera satisfacción del Administrador de contrato. La vigencia de esta garantía será de 3 años contados a partir de la fecha de recepción de los bienes. Posterior a dicha fecha será devuelta al Proveedor. Dicha garantía/fianza se emitirá por entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador, número 33, San Salvador.

c. Pago de aranceles u otros gastos que se generen en la importación de los bienes a El Salvador:

El proveedor presentará a la Unidad Financiera Institucional, una solicitud de reembolso por los gastos efectivamente realizados, de los bienes importados a nombre del Ministerio de Salud, acompañado de los documentos originales debidamente firmados y sellados de los gastos correspondientes a: 1. Aranceles e impuestos de importación, 2- maniobras en puerto o terminal de entrada, 3- formalidades aduaneras de importación (incluyendo el despacho de agente aduanal), y 4- recepción y descarga; mismos

que serán asumidos por el vendedor y reconocidos por el comprador como gastos reembolsables una vez suministrados los bienes, por lo que contarán con la aprobación del Administrador del Contrato. Estos documentos irán de acuerdo con el tipo de transporte a utilizar.

La Declaración de mercadería (DM) y los demás documentos solicitados en la cláusula CGC 13.1 de estas Condiciones Especiales (CEC), aplican si el trámite de importación es a nombre del Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES.

El proveedor que importe los bienes a su nombre, presentarán a la Unidad Financiera Institucional, una factura por el total del monto a reembolsar a nombre del Ministerio de Salud, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES, acompañado de los documentos probatorios originales debidamente firmados y sellados a nombre de la empresa, por los gastos efectivamente realizados correspondientes a: 1. Aranceles e impuestos de importación, 2- maniobras en puerto o terminal de entrada, 3- formalidades aduaneras de importación (incluyendo el despacho de agente aduanal), y 4- recepción y descarga; mismos que serán asumidos por el vendedor y reconocidos por el comprador como gastos reembolsables una vez suministrados los bienes, por lo que deben contar con la aprobación del Administrador del Contrato. Estos documentos irán de acuerdo con el tipo de transporte a utilizar.

Para el pago de los bienes el Proveedor presentará a la Tesorería del Proyecto de la Unidad Financiera Institucional, recibo o factura de consumidor final u otro documento que aplique a nombre MINSAL/Contrato de Préstamo BID N°3608/OC-ES PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante por medio de su delegado, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipula el contrato, las que aplique, extendidas por la ACP y copia del Contrato. En recibo o factura de consumidor final u otro documento, en el apartado de la descripción de los bienes, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar.

| | |
|-------------|---|
| | <p>El pago se hará mediante abono a cuenta según la declaración jurada firmada por el proveedor al momento de suscribir el contrato.</p> <p>Los pagos en virtud del Contrato serán efectuados en un periodo no mayor a 30 días posterior a la entrega de la documentación en la Unidad Financiera Institucional.</p> |
| CGC 16.5 | <p>El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es sesenta días.</p> <p>La tasa de interés que se aplicará es del 16 %</p> |
| CGC 18.1 | <p>Se requerirá una Garantía de Cumplimiento.</p> <p>Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguientes a la distribución del contrato, el oferente deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por la vigencia de 240 días calendario contados a partir de la distribución del contrato y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo de la Sección IX. Formularios de Contrato por una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador, número 33, San Salvador.</p> |
| CGC 18.3 | <p>La Garantía de Cumplimiento, podrá presentarse en cualquiera de las formas siguientes: una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento pagadera a la vista.</p> <p>La moneda de la Garantía de Cumplimiento, deberá ser emitida en Dólares de los Estados Unidos de América.</p> <p>En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante, el que deberá estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.</p> |
| CGC 18.4 | <p>La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los servicios o bienes.</p> |

| | |
|-------------|--|
| CGC 23.2 | <p>El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación:</p> <p>El equipo deberá ser empacado y embalado, de acuerdo con las normas y requerimientos del fabricante, para garantizar la integridad física del equipo durante su transporte, lo cual será verificado al momento de la recepción.</p> <p>Deberá tener pegada una calcomanía con la información del nombre de la empresa, nombre del contacto, número de teléfono, correo electrónico, vigencia de la garantía para efectos de soporte técnico.</p> |
| CGC 24.1 | <p>La cobertura de seguro será según se establece en los <i>Incoterms</i>.</p> <p>El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a considerar la cobertura de seguro los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, la compra es por categoría DDP de los <i>Incoterms</i>.</p> |
| CGC 25.1 | <p>La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los <i>Incoterms</i>.</p> <p>El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes en el lugar de destino final dentro del país del Comprador, catalogado como INCOTERM DDP, reembolsable, una vez efectuado el gasto contra presentación de facturas.</p> |
| CGC 26.1 | <p>Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: de conformidad a lo establecido en el numeral 5. Inspecciones y Pruebas de la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos</p> |
| CGC 26.2 | <p>Las inspecciones se realizarán en:</p> <p>Las inspecciones para verificar y garantizar la funcionalidad de los bienes contratados, serán realizadas en las instalaciones de cada uno de los hospitales que adquiera dichos equipos, de conformidad con la distribución establecida en el Plan de Entregas.</p> |
| CGC 27.1 | <p>El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 0.5% por cada semana de atraso, dicha penalidad será aplicable sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar o por los que se entregaron fuera del plazo contractual.</p> <p>El valor acumulado por dicha multa no podrá exceder del 10% del monto total del contrato.</p> |
| CGC 28.1 | <p>El proveedor debe garantizar que los bienes suministrados son completamente nuevos, de no haber sido utilizados en ningún evento como demostraciones de pruebas, así mismo deben contar con tecnología reciente no mayor a un año.</p> |

| CGC 28.3 | No se requerirá garantía /fianza de calidad de los bienes, únicamente se requiere una garantía de fábrica por desperfectos según el siguiente detalle: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|----|-----------------------------|---|----|--|---|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="297 331 451 384">ARTICULO</th> <th data-bbox="459 331 995 384">DESCRIPCIÓN</th> <th data-bbox="1003 331 1190 384">GARANTÍA (AÑOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="297 394 451 426">1</td> <td data-bbox="459 394 995 426">ECO CARDIÓGRAFO</td> <td data-bbox="1003 394 1190 426">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 436 451 489">2</td> <td data-bbox="459 436 995 489">EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA</td> <td data-bbox="1003 436 1190 489">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 499 451 531">3</td> <td data-bbox="459 499 995 531">EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL</td> <td data-bbox="1003 499 1190 531">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 541 451 594">4</td> <td data-bbox="459 541 995 594">ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA</td> <td data-bbox="1003 541 1190 594">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 604 451 657">5</td> <td data-bbox="459 604 995 657">EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO</td> <td data-bbox="1003 604 1190 657">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 667 451 699">6</td> <td data-bbox="459 667 995 699">EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA</td> <td data-bbox="1003 667 1190 699">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 709 451 741">7</td> <td data-bbox="459 709 995 741">EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL</td> <td data-bbox="1003 709 1190 741">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 751 451 783">8</td> <td data-bbox="459 751 995 783">EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL</td> <td data-bbox="1003 751 1190 783">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 793 451 846">9</td> <td data-bbox="459 793 995 846">EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS</td> <td data-bbox="1003 793 1190 846">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 856 451 888">10</td> <td data-bbox="459 856 995 888">NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS</td> <td data-bbox="1003 856 1190 888">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 898 451 951">11</td> <td data-bbox="459 898 995 951">RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL</td> <td data-bbox="1003 898 1190 951">3</td> </tr> </tbody> </table> | ARTICULO | DESCRIPCIÓN | GARANTÍA (AÑOS) | 1 | ECO CARDIÓGRAFO | 3 | 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 3 | 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | 3 | 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 3 | 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 | 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 | 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 3 | 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 3 | 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 3 | 10 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 | |
| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | GARANTÍA (AÑOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ECO CARDIÓGRAFO | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ULTRASONIDO DE ALTA GAMA PARA ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CGC 28.5 | <p data-bbox="289 961 1399 1003">El plazo para reemplazar los insumos será:</p> <p data-bbox="289 1003 1399 1184">El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los equipos rechazados por cualquier desperfecto encontrado o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL, por un plazo no mayor a 60 días.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| CGC 33 | <p>Modificaciones:</p> <p>En caso que, en el curso de la ejecución del Contrato, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por el Titular del MINSALo delgado ; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes</p> <p>La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del contrato, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.</p> |
|-----------|--|

| | |
|-----------|---|
| CGC 34 | <p>Retraso en la Entrega.</p> <p>El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular o delegado, únicamente si el retraso del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al PROVEEDOR a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, 15 días antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.</p> |
|-----------|---|

Anexo 1: Fórmula de Ajuste de Precios (NO APLICA)

Si de conformidad con la Cláusula 15.2, los precios son ajustables, el siguiente método será utilizado para calcular el ajuste de los precios:

15.2 Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder reflejar las variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano de obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_1 = P_0 [a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0}] - P_0$$

$$a+b+c = 1$$

Dónde:

P_1 = ajuste pagadero al Proveedor

P_0 = Precio del Contrato (precio básico)

a = elemento fijo que representa utilidades y gastos generales incluidos en el Precio del Contrato, que comúnmente se establece entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).

b = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la mano de obra.

c = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los materiales.

L_0, L_1 = índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que corresponda según el país de origen de los bienes, en la fecha básica y en la fecha del ajuste, respectivamente.

M_0, M_1 = índices de materiales correspondientes a las principales materias primas en la fecha básica y en la fecha de ajuste, respectivamente, en el país de origen.

Los coeficientes a, b, y c según los establece el Comprador son como sigue:

a = [indicar valor del coeficiente]

b = [indicar valor del coeficiente]

c = [indicar valor del coeficiente]

El Oferente indicará en su oferta la fuente de los índices y la fecha base de los índices.

Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

Fecha del ajuste = [indicar el número de semanas] semanas antes de la fecha de embarque (que representa el punto medio del período de fabricación).

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las partes bajo las siguientes condiciones:

- (a) No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. Sin embargo, el Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los Bienes y Servicios objeto del reajuste.
- (b) Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P_0 está expresado es diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes incorrectos al Precio del Contrato. El factor de corrección será igual a la relación que exista entre los tipos de cambio entre las dos monedas en la fecha básica y en la fecha del ajuste tal como se definen anteriormente.
- (c) No se efectuará ningún reajuste de precio a la porción del Precio del Contrato pagado al Proveedor como anticipo.

Sección IX. Formularios de Contrato

Índice de Formularios

| | |
|---|-----|
| Notificación de Intención de Adjudicación..... | 194 |
| Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva..... | 199 |
| Carta de Aceptación | 202 |
| FORMULARIO DE CONTRATO | 203 |
| Garantía de Cumplimiento | 206 |
| Garantía/ FIANZA por Anticipo | 208 |
| Fianza de Cumplimiento | 210 |

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Información del Oferente]

A la atención del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: *[indicar el nombre del Representante Autorizado]*

Dirección: *[indicar la dirección del Representante Autorizado]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar la dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]*

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: *[correo electrónico]* el *[fecha]* (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Comprador: *[insertar el nombre del Comprador]*

Proyecto: *[insertar nombre del proyecto]*

Título del contrato: *[indicar el nombre del Contrato]*

País: *[insertar el país donde se emite la SdO]*

Número de préstamo: *[indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación]*

SdO No: *[insertar número de referencia SdO del Plan de Adquisiciones]*

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Licitantes la Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

- (a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o
- (b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1. El Adjudicatario

| | |
|----------------------|---|
| Nombre: | [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] |
| Dirección: | [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] |
| Precio contrato: del | [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] |

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 37.1 en la evaluación de las Ofertas o de conformidad con la IAO 37.2 en la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:

- Mejor Oferta Final
- Negociaciones

Ninguno de los dos métodos

[Suprima si no corresponde]

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: *[indicar el nombre de la Autoridad Independiente de Probidad]*

5. Cómo solicitar una sesión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el *[insertar fecha y hora local]*.

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así:

Atención: *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*

Título / posición: *[insertar título / posición]*

Agencia: *[indicar el nombre del Comprador]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico]*

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido.

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.

6. Cómo presentar una queja

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, *[insertar fecha y hora local]*.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así:

Atención: *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*

Título / posición: *[insertar título / posición]*

Agencia: *[insertar el nombre del Comprador]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico]*

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.
2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
4. Debe presentar la queja de conformidad con el párrafo 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el *[insertar fecha y hora local]*

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Comprador

Firma: _____

Nombre: _____

Título / cargo: _____

Teléfono: _____

Email: _____

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación.

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones:

- poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones*
- poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto*
- tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente*

No. SdeO: *[ingrese el número de la Solicitud de Ofertas]*

Solicitud de Ofertas: *[ingrese la identificación]*

A: *[ingrese el nombre completo del Comprador]*

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí / No) |
|--|--|--|---|
| <i>[incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia]</i> | | | |

O bien

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
- posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: *[Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:*

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación

del Oferente: ***[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]*

Cargo de la persona que firma la Oferta: *[indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]*

Firma de la persona mencionada más arriba: *[firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]*

Fecha de la firma: *[indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]*

Firmado a los _____ días del mes de _____ de _____.

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas.

CARTA DE ACEPTACIÓN

[utilice papel con membrete del Comprador]

[Fecha]

Para: [nombre y dirección del Proveedor]

Asunto: **Notificación de la Adjudicación del Contrato n.º:**

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de fecha [indique fecha] para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, según se indica en las CEC], por el Precio del Contrato aceptado de [indique el precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Oferentes.

Se le solicita que presente (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días, de acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía de Cumplimiento; y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencia a IAO 46.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Sección IX, Formularios del Contrato.

Firma de la persona autorizada: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la Agencia: _____

FORMULARIO DE CONTRATO

Este contrato se celebra entre , _____, mayor de edad, _____, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número -_____, con Número de Identificación Tributaria _____; actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero diez mil ciento veintidós - cero cero tres - dos, personería que compruebo con la siguiente documentación; y sobre la base de la Donación/ Convenio/ Manual _____ los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré **MINISTERIO DE SALUD**, o simplemente **EL MINSAL**, o **EL “CONTRATANTE”**, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y _____, mayor de edad, _____, del domicilio de _____, Departamento de _____, portador de mi Documento Único de Identidad Número _____, y Número de Identificación Tributaria _____, actuando como _____ de la Sociedad _____, que puede abreviarse _____, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número _____, y que en lo sucesivo me denominaré **“EL PROVEEDOR”**, calidad que es acreditada mediante: _____, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará **“EL PROVEEDOR”**; por lo que en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, *[indique una breve descripción de los Bienes y Servicios]*, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1. En este contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.
2. Los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá el Contrato
 - (a) la Carta de Aceptación;
 - (b) la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);

- (c) El Documento de Solicitud de Oferta _____ No. _____,
 - (d) las enmiendas n.º _____ (si las hubiera);
 - (e) las Condiciones Especiales del Contrato;
 - (f) las Condiciones Generales del Contrato;
 - (g) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);
 - (h) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);)
 - (i) La Resolución de Adjudicación No. _____, de fecha _____;
 - (j) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.
3. PRECIO DEL CONTRATO. El monto total para el pago de los (bienes o servicios) objeto del citado contrato, es por la cantidad de _____ (US\$ \$___). La sumatoria de los literales a., b., y c. siguientes, comprende el monto total del Contrato por _____ *[indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato]*.
- a. Precio de los Bienes según oferta _____ *[indicar el Precio en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato]*
 - b. Precio de los Servicios Conexos _____ *[indicar el Precio en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato y]*
 - c. Monto estimado por pago de Aranceles, Impuestos u Otros Gastos de Importación _____ *[el cual se estimará hasta en un 25% del precio de los Bienes según oferta, indicar en palabras y cifras expresadas en la (s) moneda (s) del Contrato] [Aplicable únicamente como reembolso de gastos por mercancía de importación conforme a la CEC 16.1]*
4. EL PROVEEDOR se obliga a Suministrar los (Bienes o Servicios) objeto del presente contrato por el plazo de _____ DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la distribución del contrato.
5. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO. La administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en _____, la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido se ha designado a _____; como responsable de la Administración del Contrato.

6. PAGO DEL SUMINISTRO. El pago del Suministro bajo el presente Contrato será cargado a la fuente de financiamiento:
7. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.
8. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.
9. VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir de la firma y distribución del mismo, y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los _____ días del mes de _____ de dos mil_____ .

MINISTRO DE SALUD

PROVEEDOR

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Opción 1: (Garantía a la Vista)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: *[Indique el nombre y la dirección del Comprador].*

Fecha: *[Indique la fecha de la emisión].*

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: *[Indique número de referencia de la Garantía].*

Garante: *[Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA]* (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.º *[indique número de referencia del Contrato]*, de fecha *[indique fecha]*, con el Beneficiario, para el suministro de *[indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]* (en adelante, el “Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda *[indique la(s) suma(s) en cifras y en letras]* (____)¹. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantía vencerá a más tardar el día *[indique el número]* de *[indique el mes]* de *[indique el año]*², y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

¹ El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario.

² Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la Subcláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: "El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a *[seis meses]* *[un año]*, en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos será presentada antes del vencimiento de la Garantía".

GARANTÍA/ FIANZA POR ANTICIPO

Garantía a la Vista

_____ [Nombre del Banco y Dirección de la
Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: _____ [Nombre y Dirección del
Comprador]

Fecha: _____

FIANZA POR ANTICIPO No.: _____

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.º [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de _____ [monto en cifras] (_____) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (_____)¹ al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

- (a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o

¹ El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

- (b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número *[indique número]* que el Solicitante mantiene en *[indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante]*.

Esta garantía vencerá el día _____ de _____, 20____. En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Opción 2: Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza, [*indique el nombre del obligado principal*], como Mandante (en adelante, el “Proveedor”), y [*indique el nombre del Garante*], como Garante (en adelante, el “Garante”), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante [*indique el nombre del Comprador*] como Obligante (en lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [*indique el monto en letras y números*], cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha de _____ de 20 __, para [*nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos*], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. Esta Garantía tendrá una vigencia de días contados a partir de la distribución del contrato, la cual vencerá a más tardar el de de ...

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

- (1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.
- (2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de

incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por "Saldo del Precio del Contrato", conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.

- (3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _____ días del mes de _____ de 20____.

FIRMA

San Salvador, 29 de abril de 2022



Patricia Figueroa de Quinteros

DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - PRIDESII