

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 28 de octubre de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a la IAL número 7. Aclaración de los documentos de Licitación, de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) del Documento de Solicitud de Ofertas; informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas, mediante Licitación Pública Internacional No: **PRIDESII-393-LPI-B-MINSAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR**", que se ha emitido la Enmienda N°1 al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detalla a continuación:

COMO DICE:

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

3. Especificaciones Técnicas.

ITEM 3: LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MAYOR TIPO LED.

En las condiciones de Pre instalación, numeral 11, solicitamos se nos comparta las dimensiones de cada área donde se instalaran cada lampara cielítica.

| CANT. | AMBIENTE | UBICACIÓN |
|-------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Quirófano 1 | Centro Quirúrgico |
| 1 | Quirófano 2 | Centro quirúrgico |
| 1 | Quirófano 3 | Centro quirúrgico |
| 1 | Quirófano de obstetricia 1 | Centro quirúrgico |

ITEM 4: LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MENOR TIPO LED

En las condiciones de Pre instalación, numeral 11, solicitamos se nos comparta las dimensiones de cada área donde se instalaran cada lampara cielítica.

| CANT. | AMBIENTE | UBICACIÓN |
|-------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 | Sala de expulsión | Centro obstétrico |
| 1 | Sala de pequeña cirugía | Emergencia |
| 1 | Sala de procedimientos sépticos | Emergencia |
| 4 | Sala de máxima urgencia adultos | Emergencia |
| 4 | Sala de máxima urgencia pediátricos | Emergencia |
| 1 | Sala de intervención nefrología | Unidad renal |

COMO DEBE DECIR:

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

3. Especificaciones Técnicas.

ITEM 3: LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MAYOR TIPO LED.

R/ Se comparten dimensiones de las áreas solicitadas.

| CANT. | AMBIENTE | UBICACIÓN | DIMENSIONES (cm) |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Quirófano 1 | Centro Quirúrgico | 710 x 540 |
| 1 | Quirófano 2 | Centro Quirúrgico | 710 x 628 |
| 1 | Quirófano 3 | Centro Quirúrgico | 710 x 533 |
| 1 | Quirófano de obstetricia 1 | Centro Quirúrgico | 710 x 540 |

ITEM 4: LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MENOR TIPO LED
R/ Se proporcionan dimensiones solicitadas.

| CANT. | AMBIENTE | UBICACIÓN | DIMENSIONES (cm) |
|-------|--|-------------------|---|
| 2 | Sala de expulsión | Centro obstétrico | 470 x 470 cada una |
| 1 | Sala de pequeña cirugía | Emergencia | 360 x 500 |
| 1 | Sala de procedimientos sépticos | Emergencia | 360 x 500 |
| 4 | Sala de máxima urgencia adultos | Emergencia | 2 x Dos espacios de 280 x 330 haciendo una sala de 560 x 330 |
| 4 | Sala de máxima urgencia pediátricos | Emergencia | Dos espacios de 280 x 330 haciendo una sala de 560 x 330 |
| 1 | Sala de intervención nefrología | Unidad renal | 477 x 410 |

Esta enmienda formará parte integral del documento de Solicitud de Ofertas; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa – PRIDES II



FM/jf