

ENMIENDA N° 2

San Salvador, 15 de agosto de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas del proceso Licitación Pública Internacional N° PRIDESII-415-LPI-B-MINSAL, denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y SOPORTE VITAL PARA HOSPITAL DE NEJAPA", conforme a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 8. Enmienda al Documento de Licitación, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NUMERO 3. ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA CADA LOTE	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NUMERO 3. ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA CADA LOTE
1	Lote 2 DESFIBRILADOR, apartado "CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS", numeral 26: <u>Portátil, de bajo peso.</u>	Lote 2 DESFIBRILADOR, apartado "CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS", numeral 26: <u>Portátil, el peso con la batería debe ser menor o igual a 10 lb.</u>
2	Lote 3 EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO, apartado "DESCRIPCIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS", numeral 1.4: Tiempo máximo de carga, <u>1.4.2. 200J o más con alimentación a Red y batería < 6s.</u>	Lote 3 EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO, apartado "DESCRIPCIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS", numeral 1.4: Tiempo máximo de carga, <u>1.4.2. 200J o más con alimentación a Red y batería < 10s.</u>
3	Lote 3 EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO, apartado "DESCRIPCIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS", numeral 8: Carro rodable de transporte, <u>8.4 Con ruedas de caucho conductivo de al menos 12.5 cm de diámetro, con freno en al menos dos de ellas, con capacidad de transportar en forma segura medicaciones hipodérmicas y bolsas de suero.</u>	Lote 3 EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO, apartado "DESCRIPCIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS", numeral 8: Carro rodable de transporte, <u>8.4 Con ruedas de caucho conductivo de al menos 10 cm de diámetro (4")</u> , con freno en al menos dos de ellas, con capacidad de transportar en forma segura medicaciones hipodérmicas y bolsas de suero.
4	Lote 4 ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES, apartado "ACCESORIOS INCLUIDOS (POR EQUIPO)", numeral 28: <u>Si el cable es del tipo pinza suministrar mil (1000) electrodos de disco desechables.</u>	Lote 4 ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES, apartado "ACCESORIOS INCLUIDOS (POR EQUIPO)", numeral 28: <u>Si el cable es del tipo pinza deberá suministrar mil (1000) electrodos de disco desechables, si no es del tipo pinza no debe suministrar los mil (1000) electrodos de disco desechables.</u>

Esta ENMIENDA formará parte íntegra de la Solicitud de Oferta del proceso N° PRIDESII-415-LPI-B-MINSAL, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


 DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
 COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - PRIDES II

