


ENMIENDA No. 1

Licitación Pública Internacional
PRIDESII-425-LPI-B-MINSAL

"Adquisición de mobiliario clínico para Hospital de Nejapa"

San Salvador, 01 de septiembre de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 8. Enmienda al Documento de Licitación, literal B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas, y Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ENMIENDA No. 1, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1.	ARTÍCULO 1, CÓDIGO 62704078, CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ACTUAL 3.11 Apta para sistemas de tracción completos o semiarcos.	ARTÍCULO 1, CÓDIGO 62704078, CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICADO 3.11 Apta para sistemas de tracción completos o semiarcos. Que permita o este apta para poder colocar arcos (completos)o semiarcos (una parte) para tracción de ortopedia, ver imagen de referencia. ARCO 

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
		SEMIARCO 
2.	LOTE 1; ARTÍCULO 6, CÓDIGO MINSAL: 62704120, "CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ACTUAL COMO DICE 2. Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable abatibles o retractiles.	LOTE 1; ARTÍCULO 6, CÓDIGO MINSAL: 62704120, CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICADO COMO DEBE DECIR 2. Con barandales de seguridad de acero inoxidable <u>o otro material de similar resistencia</u>, abatibles o retractiles.
3.	LOTE 3; ARTÍCULO 21, CÓDIGO MINSAL: 62704625, "SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ACTUAL COMO DICE 4. Con apoyabrazos ajustable para la posición óptima de venipuntura	LOTE 3; ARTÍCULO 21, CÓDIGO MINSAL: 62704625, "SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICADO COMO DEBE DECIR 4. Con apoyabrazos ajustable <u>o fijo</u> para la posición óptima de venipuntura
4.	LOTE 5; ARTÍCULO 40, CÓDIGO MINSAL: 62501200, "MESA NOCHE" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ACTUAL COMO DICE 8. Pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática	LOTE 5; ARTÍCULO 40, CÓDIGO MINSAL: 62501200, "MESA NOCHE" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICADO COMO DEBE DECIR 8. Pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática <u>o Pintura epoxi horneable</u>.

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la UGP-PRIDES

