

ENMIENDA No.2

San Salvador, 27 de octubre de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los documentos de la Licitación Pública Internacional del proceso No: **PRIDESII-505-LPI-B-MINSAL** denominado **“ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE CADÁVERES Y ESTERILIZADOR DE CÓMODOS Y URINALES PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA”**, que se ha realizado ENMIENDA N° 2 al Documento, como se detalla a continuación:

	Como dice el Anuncio Específico	Como debe decir el Anuncio Específico
1.	Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas (hora de El Salvador) del día 30 de octubre de 2023. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 10:15 horas (hora de El Salvador) del día 30 de octubre de 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.	Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas (hora de El Salvador) del día 9 de noviembre de 2023 . Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 10:15 horas (hora de El Salvador) del día 9 de noviembre de 2023 . Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
	Como dice D. Presentación de las Ofertas	Como debe decir D. Presentación de las Ofertas
2.	Fecha: 30 de octubre de 2023 Hora: 10:00 horas (hora de El Salvador) Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.	Fecha: 9 de noviembre de 2023 Hora: 10:00 horas (hora de El Salvador) Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.
	Como dice E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	Como Debe decir E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
3.	La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33. Ciudad: San Salvador País: El Salvador Fecha: 30 de octubre de 2023 Hora: 10:15 horas (hora de El Salvador)	La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33. Ciudad: San Salvador País: El Salvador Fecha: 9 de noviembre de 2023 Hora: 10:15 horas (hora de El Salvador)

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	60406069	REFRIGERADOR DE CADAVERES DE 3 CUERPOS	3
COMO DICE		COMO DEBE DECIR	
ACCESORIOS INCLUIDOS (POR EQUIPO)		ACCESORIOS INCLUIDOS (POR LOS TRES REFRIGERADORES)	
<p>13. Medidas (rango): 0.85 m a 1.00 m x 2.25 m a 2.40 m x 1.90 a 2.40 (ancho x profundo x alto)</p> <p>15. Incluye 1 elevador de cadáveres, con características:</p> <p>15.4. Dimensiones: 0.85 m a 0.95 m x 1.80 a 2.00 m (ancho x profundo)</p> <p>16. 1 camilla para transporte de cadáveres</p> <p>16.3. Dimensiones: 0.85 m a 0.95 m x 1.80 a 2.00 m (ancho x profundo)</p> <p>16.4. Una (1) manguera reforzada para limpieza por cámara.</p>		<p>13. Medidas (<i>rango aproximado</i>): 0.85 m a 1.10 m x 2.25 m a 2.50 m x 1.90 m a 2.50 m (ancho x profundo x alto)</p> <p>15. Un (1) elevador de cadáveres, con características:</p> <p>15.4. Dimensiones <i>aproximadas</i>: 0.75 m a 0.95 m x 1.80 m a 2.25 m (ancho x profundo)</p> <p>16. Dos (2) camillas para transporte de cadáveres</p> <p>16.3. Dimensiones <i>aproximadas</i>: 0.85 m a 0.95 m x 1.80 m a 2.00 m (ancho x profundo)</p> <p>17. Una (1) manguera reforzada para limpieza con pitón.</p>	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	60309025	ESTERILIZADOR DE CÓMODOS Y URINALES	12
COMO DICE		COMO DEBE DECIR	
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS	
<p>8. Que pueda trabajar con vapor central y por medio de generador de vapor integrado para la desinfección de la cámara.</p>		<p>8. <i>Generador de vapor integrado para la desinfección de la cámara.</i></p>	
ACCESORIOS INCLUIDOS (POR EQUIPO)		ACCESORIOS INCLUIDOS (POR EQUIPO)	
<p>18. No lo indica el documento de licitación.</p>		<p>18. <i>Un (1) calentador de agua con capacidad de acuerdo a lo requerido por el fabricante de cada equipo, deberá incluir filtro previo, válvulas de corte para pre y post suministro y conectado a la alimentación del Esterilizador de cómodos y urinales, así mismo incluirá una válvula check para integrar en donde exista alimentación de agua caliente por parte del hospital.</i></p>	

Esta Enmienda 2, formará parte íntegra del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.

Bertha Patricia Figueroa de Quinteros
Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la UGP-PRIDESII

