

ENMIENDA No. 1

Licitación Pública Internacional
PRIDESII-507-LPI-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE TORRES DE ENDOSCOPIA RÍGIDA Y FLEXIBLE PARA HOSPITALES
PRIORIZADOS”

San Salvador, 18 de diciembre de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 8. Enmienda al Documento de Licitación, literal B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas, y Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ENMIENDA No. 1, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1.	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL) D. Presentación y Apertura de las Ofertas</p> <p>IAO 22.1 Para <u>finés de presentación de la Oferta</u> únicamente, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa.</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador País: El Salvador Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> <p>La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es:</p> <p>Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023. Hora: 10:00 horas (hora de El Salvador) Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.</p>	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL) D. Presentación y Apertura de las Ofertas</p> <p>IAO 22.1 Para <u>finés de presentación de la Oferta</u> únicamente, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa.</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador País: El Salvador Dirección de correo electrónico: acp_ugp@salud.gob.sv</p> <p>La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es:</p> <p>Fecha: 8 DE ENERO DE 2024. Hora: 10:00 horas (hora de El Salvador) Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.</p>



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
2.	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL) D. Presentación y Apertura de las Ofertas</p> <p>IAO 25.1</p> <p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>Hora: 10:15 horas (hora de El Salvador)</p>	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL) D. Presentación y Apertura de las Ofertas</p> <p>IAO 25.1</p> <p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:</p> <p>Dirección: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Fecha: 8 DE ENERO DE 2024.</p> <p>Hora: 10:15 horas (hora de El Salvador)</p>
3.	<p style="text-align: center;">LLAMADO A LICITACIÓN</p> <p>9. Las ofertas deberán entregarse en forma física contenidas en un sobre cerrado en la dirección abajo indicada a más tardar a las 10:00 a.m. horas (hora nacional de El Salvador), del 21 de diciembre de 2023. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a 10:15 a.m. horas (hora nacional de El Salvador), del 21 de diciembre de 2023.</p>	<p style="text-align: center;">LLAMADO A LICITACIÓN</p> <p>9. Las ofertas deberán entregarse en forma física contenidas en un sobre cerrado en la dirección abajo indicada a más tardar a las 10:00 a.m. horas (hora nacional de El Salvador), del 8 de enero de 2024. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a 10:15 a.m. horas (hora nacional de El Salvador), del 8 de enero de 2024.</p>

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
4.	<p>Lote N°1: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO</p> <p>Características: Insuflador de CO2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de flujo y presión. • Presentador para visualización de presión abdominal y flujo de gas. • Capacidad mínima entre (45-50) litros/min. • Con sistema de calefacción o humidificador. • Tubo de alta presión. • Con sistema modular o combinado de aspiración de humo quirúrgico 	<p>Lote N°1: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO</p> <p>Características: <u>Insuflador de CO2 un (1) cilindro para cada torre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de flujo y presión. • Presentador para visualización de presión abdominal y flujo de gas. • Capacidad mínima entre (45-50) litros/min. • Con sistema de calefacción o humidificador. • Tubo de alta presión.
5.	<p>Lote N°1: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) óptica de visión frontal Hopkins 0°, de 10 mm de diámetro y una longitud entre (300 - 350) mm, esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incluido. • Una (1) óptica de visión angulada Hopkins 30°, de 10 mm de diámetro y una longitud entre (300 - 350) mm, esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incluido. • Un (1) Carro de transporte con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> – De fábrica. – Ruedas antiestáticas al menos dos de ellas con frenos. – Con compartimientos para montar: procesador de video, fuente de luz, laparoscopia, periféricos. – Brazo para soporte de laparoscopia. – Soporte para teclado. – Soporte para colocar cilindro de CO2. – Interruptor principal integrado para encender/apagar la unidad. • Cincuenta (50) tubos de insuflación de 300 cm de longitud, de un solo uso. 	<p>Lote N°1: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) óptica de visión frontal Hopkins 0°, de 10 mm de diámetro y una longitud entre (300 - 350) mm, esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incluido. • Dos (2) óptica de visión angulada Hopkins 30°, de 10 mm de diámetro y una longitud entre (300 - 350) mm, esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incluido. • Un (1) Carro de transporte con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> – De fábrica. – Ruedas antiestáticas al menos dos de ellas con frenos. – Con compartimientos para montar: procesador de video, fuente de luz, laparoscopia, periféricos. – Brazo para soporte de laparoscopia. – Soporte para teclado. – Soporte para colocar cilindro de CO2. – Interruptor principal integrado para encender/apagar la unidad.

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	<ul style="list-style-type: none"> • Cincuenta (50) filtros de gas para usar con tubo de insuflación de un solo uso. • Una (1) botella de succión esterilizable de 5 litros con su tapa con todos sus accesorios (soporte, base, conectores, etc.). • Veinte (20) tubos combinados para aspiración/irrigación con todos sus accesorios, de 5 mm de diámetro y al menos 30 cm de largo, para acceso por punción simple, con trócares entre (5 - 5.5) mm. • Diez (10) trocar descartables entre (5 - 5.5) mm, acoplables a tubos de insuflación. • Diez (10) trocar descartables entre (10 - 12) mm, acoplables a tubos de insuflación • Un (1) UPS con capacidad de respaldo de al menos 15 minutos para protección de todo el sistema. • Agregar cualquier instrumento o accesorio necesario para el uso adecuado de los insumos e instrumental solicitado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cincuenta (50) tubos de insuflación de 300 cm de longitud, de un solo uso. • Cincuenta (50) filtros de gas para usar con tubo de insuflación de un solo uso. • Una (1) botella de succión esterilizable de 5 litros con su tapa con todos sus accesorios (soporte, base, conectores, etc.). • Veinte (20) tubos combinados para aspiración/irrigación con todos sus accesorios, de 5 mm de diámetro y al menos 30 cm de largo, para acceso por punción simple, con trócares entre (5 - 5.5) mm. • Diez (10) trocar descartables entre (5 - 5.5) mm, acoplables a tubos de insuflación. • Diez (10) trocar descartables entre (10 - 12) mm, acoplables a tubos de insuflación • Un (1) UPS con capacidad de respaldo de al menos 15 minutos para protección de todo el sistema. <p>Agregar cualquier instrumento o accesorio necesario para el uso adecuado de los insumos e instrumental solicitado.</p>
6.	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL)</p> <p>C. Preparación de las Ofertas</p> <p>IAO 11.1 (j)</p> <p><u>3. Documentos adicionales con la oferta</u></p> <p>d. Presentar cinco (5) cartas de referencias acompañados de contrato u órdenes de compra emitidas por empresas o instituciones en las que haya suministrado bienes con características iguales o similares a los ofertados en esta Licitación en los últimos cinco (5) años. La suma acumulada de los contratos u órdenes de compra debe corresponder al menos una vez el presupuesto del lote a ofertar.</p>	<p>Sección II. Datos de la Licitación (DDL)</p> <p>C. Preparación de las Ofertas</p> <p>IAO 11.1 (j)</p> <p><u>3. Documentos adicionales con la oferta</u></p> <p>d. Presentar cinco (5) contratos u órdenes de compra emitidas por empresas o instituciones en las que haya suministrado bienes con características iguales o similares a los ofertados en esta Licitación en los últimos cinco (5) años. La suma acumulada de los contratos u órdenes de compra debe corresponder al menos una vez el presupuesto del lote a ofertar.</p>

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
7.	<p>Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación</p> <p>2.2. Capacidad Técnica:</p> <p>2.2.2. El oferente deberá presentar cinco (5) referencias acompañados de los contratos u órdenes de compra emitidas por empresas o instituciones en las que haya suministrado bienes con características iguales o similares a los ofertados en esta Licitación, en los últimos cinco (5) años.</p> <p>La suma acumulada de los contratos u órdenes de compra debe corresponder al menos una vez el presupuesto del lote a ofertar.</p>	<p>Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación</p> <p>2.2. Capacidad Técnica:</p> <p>2.2.2. El oferente deberá presentar cinco (5) contratos u órdenes de compra emitidos por empresas o instituciones en las que haya suministrado bienes con características iguales o similares a los ofertados en esta Licitación, en los últimos cinco (5) años.</p> <p>La suma acumulada de los contratos u órdenes de compra debe corresponder al menos una vez el presupuesto del lote a ofertar.</p>

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
 Coordinadora de la UGP-PRIDESII

