

ENMIENDA N° 2

San Salvador, 19 de julio de 2024

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas del proceso Licitación Pública Internacional N° PRIDESII-568-LPI-B-MINSAL, denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA", conforme a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 8. Enmienda al Documento de Licitación, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ARTÍCULO 4: MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA.		
N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	Especificación técnica 2.3: Altura ajustable con sistema telescópico en su movimiento vertical de entre 45 a 65 cm de excursión o mayor	Especificación técnica 2.3: Altura ajustable con sistema telescópico en su movimiento vertical de entre 40 a 60 cm de excursión o rango mayor.
2	Especificación técnica 3.5: Sección piernas hacia abajo: 70° o más y hacia arriba: 70° o más.	Especificación técnica 3.5: Sección piernas hacia abajo: 70° o más y hacia arriba: 20° o más
ARTÍCULO 5: MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO.		
N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	Especificación técnica 9.5.4.2.2.: Pediátrico: 10 -150 mmHg o rango más amplio	Especificación técnica 9.5.4.2.2.: Pediátrico: 15 -150 mmHg o rango más amplio
2	Especificación técnica 17: Dos (2) Cables troncales con su respectivo sensor con conec-tor tipo Nellcor DS100-A o Massimo (adulto y pediátrico), reusable para oximetría de pulso (SPO2) impermeables tipo suave de silicona libre de látex.	Especificación técnica 17: Dos (2) Cables troncales con su respectivo sensor con conector tipo Nellcor DS100-A o Massimo, es decir, dos piezas de cada uno: cable troncal + sensor adulto; y cable troncal + sensor pediátrico, los sensores deberán ser reusables para oximetría de pulso (SPO2) impermeables tipo suave de silicona libre de látex.
3	Especificación técnica 23: Cien (100) kits para medición de CO2	Especificación técnica 23: Cien (100) kits completos para medición de CO2, incluye línea de muestreo y cánula nasal, descartable en empaque individual (100 unidades), incluyendo trampa de agua.
ARTICULO 9: VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO		
N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	Especificación técnica 24: Un (1) humidificador de última generación que proporcione óptimos niveles de humedad y temperatura a 37 grados centígrados para pacientes neonatales , con sensor de flujo, sistema de espera, sistema que evite la condensación en el circuito de paciente y sus accesorios inherentes al sistema	Especificación técnica 24: Un (1) humidificador de última generación que proporcione óptimos niveles de humedad y temperatura a 37 grados centígrados, con sensor de flujo, sistema de espera, sistema que evite la condensación en el circuito de paciente y sus accesorios inherentes al sistema o su equivalente Diez (10) narices artificiales/ Filtros HME (Intercambiador de humedad y temperatura)

2	Especificación técnica 3: Capacidad de funcionar en todo tipo de traslado.	Especificación técnica 3: Capacidad de funcionar en todo tipo de traslado, <u>eso incluye, Traslado intrahospitalario, Traslado en ambulancia, Traslado aéreo.</u>
3	Especificación técnica 8: Reguladores de presión de las fuentes de alimentación neumática integrada	Especificación técnica 8: Reguladores de presión <u>necesarios para las fuentes de gases</u> de alimentación integrada, <u>ya sea interno o externo.</u>
4	Especificación técnica 36: Un (1) Sensor de temperatura de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.	Especificación técnica 36: Un (1) Sensor de temperatura <u>integrado al equipo o por separado/externo,</u> de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, <u>que cumpla con la función.</u>
5	Especificación técnica 17.6: Modo de ventilación por volumen apoyo (Volumen Soporte).	<u>Se elimina la especificación técnica.</u>
6	Especificación técnica 17.8: Modo de Reclutamiento Alveolar	<u>Se elimina la especificación técnica.</u>
7	Especificación técnica 18.16: Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP).	<u>Se elimina la especificación técnica.</u>
8	Especificación técnica 18.18: Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o Edi.	<u>Se elimina la especificación técnica.</u>
9	Especificación técnica 19.5: Tiempo inspiratorio que cubra el rango de 0.2 a 3 segundos	Especificación técnica 19.5: Tiempo inspiratorio que cubra el rango de <u>0.3</u> a 3 segundos <u>o rango mayor</u>
10	Especificación técnica 19.8: Presión soporte (PSV), presión asistida, o ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O	Especificación técnica 19.8: Presión soporte (PSV), presión asistida, o ASB que cubra el rango de <u>2</u> a 35 cmH2O <u>o rango mayor.</u>
11	Especificación técnica 19.9: Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión de -1 hasta -20 cmH2O	Especificación técnica 19.9: Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión de -1.0 cm H2O hasta <u>-10 cm H2O o rango mayor</u>
12	Especificación técnica 19.10: Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, medido en % de 1 hasta 70	Especificación técnica 19.10: Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, medido en % de <u>5</u> hasta 70, <u>o rango mayor</u>
13	Especificación técnica 28: Dos (2) pulmones de prueba (uno adulto de al menos 1500 ml y otro pediátrico de al menos 500 ml)	Especificación técnica 28: Dos (2) pulmones de prueba (uno adulto de al menos <u>1000 ml</u> y otro pediátrico de al menos 500 ml).
14	Especificación técnica 34: Un (1) Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas y gavetas para almacenamiento, <u>para los equipos de uso en ambulancia.</u>	Especificación técnica 34: Un (1) Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas y gavetas <u>o sistema</u> para almacenamiento.

Esta ENMIENDA formará parte íntegra del Documento de Licitación Pública Internacional N° PRIDESII-568-LPI-B-MINSAL, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - PRIDES II

