

ENMIENDA n.º 3

San Salvador, 7 de noviembre de 2024

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a la IAL número 7. Aclaraciones al Documento de Licitación, de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Solicitud de Ofertas; informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los documentos, mediante Licitación Pública Internacional n.º PRIDESII-632-LPI-B-MINSAL, denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA NACIONAL”, que se ha emitido la enmienda n.º 3 al documento, como producto de consultas efectuadas por posibles participantes en el proceso, que se detalla a continuación:

COMO DICE

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se detalla únicamente el párrafo a ser modificado de las especificaciones técnicas, el resto de condiciones queda sin ninguna modificación.

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	60303926	PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO	4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS

CONEXIONES

19. Fibra óptica: al menos 4 interfaces de 10Gbe. de preferencia.

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	60303820	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL	4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS

2. Pantalla a color, de 10 pulgadas como mínimo, tecnología TFT, LCD, LED o tecnología mejorada.

CONTROL DE PARAMETROS

18. Volumen Tidal que cubra el rango mínimo: de 2 hasta 50 ml, o rango mayor.
19. Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 30 l/min.
20. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 150 respiraciones por minuto o rango mayor.
21. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 70 cmH2O, o rango mayor.
22. PEEP que cubra el rango de 20 a 20 cmH2O, o rango mayor.

ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES

20. Tener la capacidad de visualizar curvas en monitor central y al menos un puerto USB, o similar, para poder exportar información del paciente, con su software respectivo incluido en el suministro.
21. Con puerto ethernet para conexión en red.

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	26
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS			
MÓDULO ECG: 19. Cable de ECG 3 o 5 vías. 20. Rango: 15 a 250 lpm (BPM) 21. Sensibilidad: 5, 10, 15, 20, 30 y 40 mm/mV. (Al menos tres) 22. Aislamiento del paciente: a prueba de desfibrilación Tipo CF.			
MÓDULO SPO2 (SATURACIÓN DE OXÍGENO) 23. Rango SpO2: 70 a 100 %. 24. Rango Pulso: 30 a 240 BPM 25. Precisión SpO2: $\pm 5\%$ o menor en el rango de 70 a 100%.			

COMO DEBE DECIR

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se detalla únicamente el párrafo modificado, el resto de condiciones y especificaciones técnicas quedan sin ninguna modificación.

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	60303926	PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO	4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS			
CONEXIONES 19. Fibra óptica (mono modo o multimodo): al menos 4 interfaces de 10Gbe. de preferencia.			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	60303820	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL	4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS			
2. Pantalla a color, de 5.5 pulgadas como mínimo, tecnología TFT, LCD, LED o tecnología mejorada.			
CONTROL DE PARÁMETROS 17. Volumen Tidal que cubra el rango mínimo: de 20 hasta 50 ml, o rango mayor. 18. Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 30 l/min. 19. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 150 respiraciones por minuto o rango mayor. 20. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 60 cmH2O, o rango mayor. 21. PEEP que cubra el rango de 3 a 20 cmH2O, o rango mayor.			
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES 48. Tener la capacidad de visualizar curvas en monitor central y al menos un puerto USB, ethernet, RJ45 o similar, para poder exportar información del paciente, con su software respectivo incluido en el suministro. 49. Con puerto ethernet para conexión en red.			

LOTE	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	26

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MECÁNICAS

MÓDULO ECG:

19. Cable de ECG 3 o 5 vías.
20. **Rango: 20 a 250 lpm (BPM), o rango mayor.**
21. Sensibilidad: 5, 10, 15, 20, 30 y 40 mm/mV. (Al menos tres).
22. Aislamiento del paciente: a prueba de desfibrilación Tipo CF.

MÓDULO SPO2 (SATURACIÓN DE OXÍGENO)

23. Rango SpO2: 70 a 100 %.
24. **Rango Pulso: 30 a 240 BPM, o rango mayor**
25. Precisión SpO2: $\pm 5\%$ o menor en el rango de 70 a 100%.

Se anexa especificaciones técnicas modificadas, las cuales deberán considerarse en la preparación de la oferta.

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Licitación; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa – PRIDES II

