

ACLARACIÓN No. 1

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
n° PRIDESII-672-LPI-B-MINSAL
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION Y
EQUIPOS DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL”.**

San Salvador, 01 de noviembre de 2024.

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Licitación Pública Internacional n° PRIDESII-672-LPI-B-MINSAL denominado: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL”, que se ha realizado ACLARACIÓN a dicho documento, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N	CONSULTA	ACLARACIÓN
1	6. Con respecto a la configuración de lado de mantenimiento deberá poder realizarse desde el lado izquierdo o derecho de estos, definiéndose la opción de acuerdo a visita técnica. Por lo anterior expuesto, solicitamos detalle para la realización de la visita técnica: contacto, lugar, fecha y hora para la realización de la visita y consultar ¿si proporcionar un formato para la constancia de visita o es formato libre?	No hay formato específico de constancia de visita, es libre. Se realizará visita técnica ver Enmienda #1.
2	42.5 Para la instalación del chiller y tanque de captación de agua fría y recirculación de agua del chiller hacia el tanque, así como el sistema de tratamiento de agua y cualquier periférico adicional, se deberá considerar la conexión y protección eléctrica, la conexión con suministro agua potable y drenaje. El espacio físico disponible se determinará en la visita a realizar. Por lo anterior expuesto, solicitamos detalle para la realización de la visita técnica: contacto, lugar, fecha y hora para la realización de la visita y consultar ¿si proporcionar un formato para la constancia de visita o es formato libre?	No hay formato específico de constancia de visita, es libre. Se realizará visita técnica ver Enmienda #1.
3	En la Sección VI, numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 1. Autoclave industrial capacidad entre 450-550 litros, 2 puertas, literal E, numeral 42.5 y Lote 4. Lavadora termodesinfectadora, literal E, numeral 34.5, páginas 86 y 104 respectivamente, detalla que “...El espacio físico disponible se	Se realizará visita técnica ver Enmienda #1.

N	CONSULTA	ACLARACIÓN
	determinará en la visita a realizar”. Solicitamos se detalle/confirme las fechas y horarios establecidos/disponibles para llevar a cabo la visita técnica solicitada y realizar la verificación de los espacios disponibles para los equipos requeridos ya que en ninguna parte del SDO detalla dicha información. Asimismo, les solicitamos proporcionar los datos de contacto de la persona responsable para la coordinación.	

Esta aclaración formará parte integral del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.



Dra. Patricia Figueroa de Quinteros

Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa- PRIDES II.