

ENMIENDA n.º 1

San Salvador, 01 de noviembre de 2024

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa de conformidad a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas que obtuvieron el documento de Licitación Pública Internacional n.º PRIDESII-672-LPI-B-MINSAL denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL", que se ha realizado modificación al documento como se detalla a continuación:

Nº	COMO DICE	COMO DEBE DECIR										
1	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 1. AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD ENTRE 450 - 550 LITROS, 2 PUERTAS: Literal A “Descripción y Características Técnicas”, en su numeral 6 dice: La Configuración de lado de mantenimiento deberá poder realizarse desde el lado izquierdo o derecho de éstos, definiéndose la opción de acuerdo a visita técnica.	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 1. AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD ENTRE 450 - 550 LITROS, 2 PUERTAS: Literal A “Descripción y Características Técnicas”, en su numeral 6 dice: La Configuración de lado de mantenimiento deberá poder realizarse desde el lado izquierdo o derecho de éstos, definiéndose la opción de acuerdo a visita técnica a realizarse según la programación siguiente: <table><tr><th>Fecha</th><th>Hora de visita</th><th>Contacto</th><th>Teléfono</th><th>Punto de reunión</th></tr><tr><td>04/11/2024</td><td>10:00 am</td><td>Carlos Ernesto Alvarado</td><td>2591-8286</td><td>Instalaciones del Hospital Zacamil</td></tr></table> Dicha visita no es de carácter obligatoria pero sí se considera recomendable.	Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión	04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil
Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión								
04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil								

Nº	COMO DICE	COMO DEBE DECIR										
2	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 1. AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD ENTRE 450 - 550 LITROS, 2 PUERTAS: Literal E “Condiciones de Instalación”, en su numeral 42.5 dice: Para la instalación del chiller y tanque de captación de agua fría y recirculación de agua del chiller hacia el tanque, así como el sistema de tratamiento de agua y cualquier periférico adicional, se deberá considerar la conexión y protección eléctrica, la conexión con suministro agua potable y drenaje. El espacio físico disponible se determinará en la visita a realizar.	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 1. AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD ENTRE 450 - 550 LITROS, 2 PUERTAS: Literal E “Condiciones de Instalación”, en su numeral 42.5 dice: Para la instalación del chiller y tanque de captación de agua fría y recirculación de agua del chiller hacia el tanque, así como el sistema de tratamiento de agua y cualquier periférico adicional, se deberá considerar la conexión y protección eléctrica, la conexión con suministro agua potable y drenaje. El espacio físico disponible se determinará en la visita a realizarse según la programación siguiente: <table><tr><th>Fecha</th><th>Hora de visita</th><th>Contacto</th><th>Teléfono</th><th>Punto de reunión</th></tr><tr><td>04/11/2024</td><td>10:00 am</td><td>Carlos Ernesto Alvarado</td><td>2591-8286</td><td>Instalaciones del Hospital Zacamil</td></tr></table> Dicha visita no es de carácter obligatoria pero sí se considera recomendable	Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión	04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil
Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión								
04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil								
3	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 4. LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Literal E “Condiciones de Instalación”, en su numeral 34.5 dice: para la instalación del sistema de tratamiento de agua y cualquier periférico adicional, se deberá considerar la conexión y protección eléctrica, la conexión con suministro agua potable y drenaje. El	SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Lote 4. LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Literal E “Condiciones de Instalación”, en su numeral 34.5 dice: para la instalación del sistema de tratamiento de agua y cualquier periférico adicional, se deberá considerar la conexión y protección eléctrica, la conexión con suministro agua potable y drenaje. El										

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR										
	espacio físico disponible se determinará en la visita a realizar.	espacio físico disponible se determinará en la visita a realizarse según la programación siguiente: <table><tr><th>Fecha</th><th>Hora de visita</th><th>Contacto</th><th>Teléfono</th><th>Punto de reunión</th></tr><tr><td>04/11/2024</td><td>10:00 am</td><td>Carlos Ernesto Alvarado</td><td>2591-8286</td><td>Instalaciones del Hospital Zacamil</td></tr></table> Dicha visita no es de carácter obligatoria pero sí se considera recomendable.	Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión	04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil
Fecha	Hora de visita	Contacto	Teléfono	Punto de reunión								
04/11/2024	10:00 am	Carlos Ernesto Alvarado	2591-8286	Instalaciones del Hospital Zacamil								

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Solicitud de Cotización, el resto del contenido se mantiene inalterado.




Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa- PRIDES II.