

ACLARACIÓN N° 1

San Salvador, 21 de febrero de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas del proceso N° RECOVID-80-RFB-GO, denominado: "COMPRA DE FRIGORÍFICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO DEL MINSAL, PARA EL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE VACUNAS, CON ÉNFASIS EN LA VACUNA CONTRA LA COVID-19", conforme a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 8. Enmienda al Documento de Licitación, producto de las consultas realizadas por los interesados en participar en le proceso, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACIÓN
1	Le solicitamos por favor nos aclare cuál es el Incoterms de la licitación mencionada, porque solamente se indica el año de la edición 2020 pero no se especifica si se debe cotizar precio CIP (Sin impuestos) o DDP (Con impuestos), etc.	Se aclara que la compra es por categoría DDP de los Incoterms, tal como lo establece Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato, CGC 24.1, CGC 25.1
2	Aclarar si el precio ofertado debe incluir el impuesto IVA. en el caso que no debe incluir el impuesto IVA aclarar si emitirán una carta de exención de pago de impuestos.	Se aclara que el precio ofertado debe incluir el impuesto IVA.
3	Solicitan frigoríficos con capacidad de 5-6 pies cúbicos, favor aclarar si los 5-6 pies cúbicos que solicitan es capacidad bruta o capacidad neta?	Se aclara que la capacidad indicada es capacidad neta del refrigerador.
4	Considerando la cantidad de unidades solicitadas (157) y la posible escasez de alguno de los componentes usados para la fabricación de los frigoríficos, además de la problemática de saturación en los puertos de embarque de origen, solicitamos se reconsidere y amplié el tiempo de entrega a 150 días después de recibir el contrato debidamente legalizado.	No es posible aceptar una extensión en el plazo de entrega.
5	Debido a la cantidad de refrigeradores requeridos, nuestro proveedor solicita extensión de plazo de entrega a 150 días calendario. ¿Aceptarían ustedes 150 días para entrega?	No es posible aceptar una extensión en el plazo de entrega.
6	¿Puede ser considerada una a oferta con entrega parcial de equipos?	Analizando la cantidad de equipos refrigerantes solicitados se considera tres (3) entregas parciales. Ver enmienda.
7	Se solicita una capacidad máxima de 170 Litros para cada unidad. ¿Pueden aceptar un equipo con capacidad máxima de 184 litros?	Se modifica la especificación técnica, ver enmienda 2
8	¿Pueden aceptar un equipo con 5 canastas, considerando que tenga la capacidad solicitada?	Se modifica la especificación técnica, ver enmienda 2
9	El lugar de destino declarado es el Almacén del Centro Nacional de Biológicos (CENABI), Calle	Serán distribuidos en 157 establecimientos de salud del MINSAL.

	Antigua al Matazano, Plantel El Matazano del MINSAL, Soyapango, SS., aclarar si los equipos se utilizaran en ese almacén o serán distribuidos a Centros de Atención a Nivel Nacional.	
10	En el caso que los equipos se instalen en Centros de Atención a Nivel Nacional, aclarar quién será el responsable de hacer la distribución de los equipos desde el Almacén CENABI hacia los centros de atención donde se instalarán los equipos.	Se aclara que el responsable de la distribución es la Dirección de Inmunizaciones con apoyo de la Dirección de Suministro y Abastecimiento.
11	En el caso que los equipos se instalen a nivel nacional, se solicita detallen los Centros de Atención donde funcionarán los equipos. De acuerdo al numeral 3. Especificaciones Técnicas, Tabla 1 (página 79), se especifica que los equipos no requieren mantenimiento ni instalación. Se solicita confirmar esta información.	Se aclara que no se requiere mantenimiento ni instalación.
12	En la Descripción y Características Técnicas, numeral 12, solicitan al menos 7 cestas y no especifican el tamaño de las cestas, nuestro modelo acepta hasta 3 cestas y con esta cantidad de cestas se utiliza todo el espacio interior disponible. ¿Aceptan que el equipo incluya 3 cestas? aclaramos que el volumen de nuestro modelo cumple el volumen solicitado en el numeral 5 de las características técnicas.	Se aclara que debe ser entregado con al menos 6 cestas de almacenamiento de alambre que facilita el manejo y la gestión de almacenamiento de las vacunas de acuerdo al espacio interior disponible del refrigerador. Ver enmienda N° 2.
13	En el numeral 14 solicitan un regulador de voltaje con capacidad de acuerdo al equipo. Aclarar si requieren un Regulador de Voltaje o un Sistema ininterrumpido de energía (UPS).	Se aclara que se necesita un regulador de voltaje y un sistema ininterrumpido de energía UPS, los dos equipos son necesarios para proteger el equipo. Ver enmienda N° 2.
14	En el numeral 15.1 solicitan voltaje de 120 +/- 10% VAC, aceptan modelo con voltaje 220-240 +/-20%VAC?	Se aclara que no se acepta modelo con voltaje 220-240 +/- VAC, ya que el sistema de salud posee voltaje 120 +/- 10% VAC.

Esta ACLARACIÓN formará parte íntegra de la Solicitud de Oferta del proceso N° RECOVID-80-RFB-GO, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS

Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-honorem

