

**ACLARACIÓN No. 1**

Licitación Pública Internacional

RES-COVID-39-LPI-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE SECUENCIADOR Y ESTACIÓN DE TRABAJO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR PARA VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-2.”

San Salvador, 25 de abril de 2022


El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 7. Aclaraciones al Documento de Licitación, literal B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas, y Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ACLARACIÓN 1, producto de consultas efectuadas para el ítem 2, SECUENCIADOR PARA ÁCIDOS NUCLEICOS, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
1.	Podría por favor aclarar lo siguiente: cuando indica "sistema integrado de secuenciación" ¿se refiere a que el sistema a ofertar sea: totalmente integrado desde el ingreso de la muestra de ácido nucleico hasta la entrega del informe del análisis de los resultados de la secuenciación?	Se aclara que se requiere una plataforma de secuenciación con todos los equipos, instrumentos y accesorios compatibles y validados entre ellos, para el desarrollo de la metodología, garantizando la ejecución del flujograma de trabajo desde el ingreso de la muestra de ácido nucleico hasta la emisión del informe de resultados y la reproducibilidad de los resultados, esto de acuerdo al apartado Descripción.
2.	Podría por favor aclarar lo siguiente: Cuando dice "con un sistema de librería que permita comparar las secuencias obtenidas de forma automatizada" ¿También necesita que la preparación de librería se realice de forma automatizada integrada en el mismo equipo?	Se aclara que lo que se requiere es que permita la preparación de la librería de forma automatizada con la menor manipulación por el usuario, con equipo compatible y validado con el equipo de secuenciación suministrado, esto de acuerdo al apartado Descripción.
3.	Para aclarar el alcance de los equipos periféricos y accesorios que debemos incluir en la oferta, ¿podrá por favor clarificar desde qué paso del proceso de flujo de trabajo la institución requiere que incluyamos en la oferta? A. Desde la purificación de ácido nucleicos y secuenciación automatizada hasta la obtención del informe del análisis de resultados de secuenciación (purificador de ácidos nucleicos, sistema de refrigeración, juego de micropipetas) B. Solo Secuenciación automatizada hasta la obtención del informe del análisis de resultados de secuenciación. (sistema de refrigeración, juego de micropipetas)	Solo se requiere Secuenciación automatizada hasta la obtención del informe de resultados de secuenciación. (sistema de refrigeración, juego de micropipetas, periféricos complementarios de acuerdo al equipo suministrado)
4.	Podrían confirmar que la cantidad de reactivos solicitada es para 200 muestras.	Se aclara que se requieren reactivos para 200 muestras efectivas, los reactivos que se usen para capacitación, controles, reprocesos por

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
		falla del equipo deberán ser adicionales a las usadas para las 200 muestras que se solicitan, esto de acuerdo a lo indicado en el apartado Características de los accesorios que deberá incluir
5.	¿Podrían aclarar la cantidad de muestras que necesitaran resguardar y a que temperatura con el fin del incluir en la oferta el sistema de refrigeración más adecuado según sea su necesidad?	Se requiere ultracongelador de 682 L aproximadamente requerimiento eléctrico 115V+/-10% 60Hz  Ver respuesta 2 de la ENMIENDA No.2

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.

No.





**Dra. Patricia Figueroa de Quintero**  
Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión  
Ad-honorem

¿Podrían aclarar la cantidad de muestras que necesitaran resguardar y a que temperatura con el fin del incluir en la oferta el sistema de refrigeración más adecuado según sea su necesidad?

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Licitación Pública Internacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.

Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión