



MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS: DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR.
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV

San Salvador, 20 de diciembre de 2023

NOTA ACLARATORIA N° 1

Solicitud de Oferta Abierta Nacional No. CSJ-144-MINSAL-GO-RFB

"SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO"

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos, de conformidad a las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), informa a todas las personas que obtuvieron las Bases de la Solicitud de Oferta Abierta Nacional No. **CSJ-144-MINSAL-GO-RFB "SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO"**, que de conformidad con lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación, numeral 8.1, se emite Nota Aclaratoria No. 1, a los documentos del referido proceso, de acuerdo a consultas recibidas, la cual debe ser tomada en cuenta en la elaboración de sus ofertas, de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta:

1. En relación a la Garantía de mantenimiento de oferta, dentro de la base se cuenta con 3 formularios de los cuales, dos de ellos cuentan con la leyenda no aplica, páginas de la 73 a la 76, favor aclarar si sólo estaremos utilizando el formulario de declaración de mantenimiento de oferta para la presentación de la oferta que se contiene en las páginas 77 y 78 de la base.

Respuesta: Conforme la IAL 19.4 se establece que "Se exige" una Declaración de Mantenimiento de Oferta", la cual se encuentra en la Sección IV. Formularios de la Oferta (pág. 77)

Pregunta:

2. En relación a los ítems de set, favor aclarar si requieren caja de resguardo para instrumental.

Respuesta: Se requiere caja de resguardo metálica acorde al tamaño de las piezas del kit

Pregunta:

3. En el caso de requerir las cajas, se requiere sólo las cajas de resguardo (contenedores) o requieren junto con las cajas sus accesorios como, por ejemplo, los impermeables, viñetas, entre otros.

Respuesta: Para todos los ítems de set, se consideran necesarios los impermeables, viñetas, entre otros accesorios que incluya la caja contenedora que se oferte. (Ver enmienda 1)

Pregunta:

4. Para el ítem 27. Código 63005069 Caja de Acero inoxidable, incluye instrumental para venodisección pediátrica, requieren una cubeta perforada para contenedor mini, favor aclarar las medidas ideales.

Respuesta: En las características se establece que la cubeta perforada para contenedor mini es de 67 mm

Pregunta:

5. Para el ítem 28. Código 63005013 Caja de Acero inoxidable, incluye instrumental para Cirugía Laparoscopia (pediátrica), favor aclarar si se puede ofertar la caja, sin contar con todos los componentes que la conforman (ofertar la caja sin todos los componentes)

Respuesta: En la descripción del ítem 28 se establece que la caja de acero inoxidable para cirugía laparoscópica pediátrica incluye instrumental; por lo tanto, debe contener todas las características mecánicas descritas, que suman 45 bullets con diferentes cantidades de instrumental solicitado.

Rogamos tomar nota y acusar recibo de la presente Nota Aclaratoria, al correo electrónico adquisicionescrecerjuntos@salud.gob.sv.



Lcda. María José Domínguez Alas

Coordinadora Unidad del Proyecto Creciendo Saludables Juntos