

ENMIENDA N° 2

San Salvador, 26 de febrero de 2025

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas del proceso N° CSJ-216-MINSAL-GO-RFB, denominado: "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS", conforme a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Licitantes (IAL), numeral 8. Enmienda del Documento de Licitación, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

SECCIÓN VII. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 2: FLUJÓMETRO DE OXÍGENO

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ● Flujómetro de oxígeno ● Rango: 0 – 15 LPM. ● Presión de trabajo: 50 PSI. ● Exactitud: +/- 0.2 LPM. ● De acople/conexión tipo DISS y DIAMOND (al momento de la entrega deberá consultar con el lugar de destino de los dispositivos el tipo de acople a proveer). ● Equipado con filtro interior. ● Compensado para presión de retroceso. ● Ajuste de flujo con válvula de aguja con regulación micrométrica. 	DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ● Flujómetro de oxígeno ● Rango: 0 – 15 LPM. ● Presión de trabajo: 50 PSI. ● Exactitud: +/- 0.2 LPM. ● De acople/conexión tipo DISS y DIAMOND, se requieren 624 Flujómetros con conexión DIAMOND, y 243 Flujómetros con conexión DISS (se anexa cuadro de distribución por establecimiento) ● Equipado con filtro interior. ● Compensado para presión de retroceso. ● Ajuste de flujo con válvula de aguja con regulación micrométrica.

Distribución de Flujómetros con conexión DISS y conexión DIAMOND por Establecimientos de Salud red
MINSAL

N°	HOSPITALES	DIAMOND	DISS	TOTAL
1	Hospital Nacional Ahuachapán AH Francisco Menéndez	0	8	8
2	Hospital Nacional Metapán SA	8	0	8
3	Hospital Nacional Chalchuapa SA	8	0	8
4	Hospital Nacional Santa Ana SA San Juan de Dios	40	0	40
5	Hospital Nacional Sonsonate SO Dr. Jorge Mazzini Villacorta	10	0	10
6	Hospital Nacional Chalatenango CH Dr. Luis Edmundo Vásquez	8	0	8
7	Hospital Nacional Nueva Concepción CH	8	0	8
8	Hospital Nacional Santa Tecla LL San Rafael	19	0	19
9	Hospital Nacional San Salvador SS de la Mujer	379	21	400
10	Hospital Nacional Mejicanos SS (Zacamil) Dr. Juan José Fernández	0	26	26
11	Hospital Nacional Panchimalco SS Neumológico Dr. José A. Saldaña	8	0	8
12	Hospital Nacional Soyapango SS Dr. José Molina Martínez	8	0	8
13	Hospital Nacional Ilopango SS Enf. Angélica Vidal de Najarro	8	0	8
14	Hospital Nacional Cojutepeque CU Nuestra Sra. de Fátima	10	0	10
15	Hospital Nacional Suchitoto CU	7	0	7
16	Hospital Nacional Zacatecoluca LP Santa Teresa	0	10	10
17	Hospital Nacional Ilobasco CA Dr. José L. Saca	8	0	8
18	Hospital Nacional Sensuntepeque CA	8	0	8
19	Hospital Nacional San Vicente SV Santa Gertrudis	0	10	10
20	Hospital Nacional de Usulután San Pedro	10	0	10
21	Hospital Nacional Jiquilisco US	0	0	0
22	Hospital Nacional Santiago de María US	8	0	8
23	Hospital Nacional San Miguel SM San Juan de Dios	43	0	43
24	Hospital Nacional Ciudad Barrios SM Mons. Oscar Arnulfo Romero	8	0	8
25	Hospital Nacional Nueva Guadalupe SM	8	0	8
26	Hospital Nacional San Francisco Gotera MO	10	0	10
27	Hospital Nacional Santa Rosa de Lima LU	0	0	0
28	Hospital Nacional La Unión LU	0	8	8
29	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	0	160	160
30	Hospital de Nejapa	0	0	0
TOTAL		624	243	867

Esta ENMIENDA formará parte íntegra del Documento de Solicitud de Oferta N° CSJ-216-MINSAL-GO-RFB, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
 Jefa UGPPI Ad-honorem, Proyecto Creciendo Saludables Juntos:
 Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador

