GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

ENMIENDA N°6

San Salvador, 20 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión (UGPPI), informa en relación al proceso de Solicitud de Ofertas N° CSJ-277-MINSAL-GO-RFB, denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS", que se ha realizado ENMIENDA, conforme a lo previsto en el numeral 5.32 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial publicadas en julio 2016, revisadas en febrero 2017 y agosto 2018, y a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Licitantes (IAL), numeral 8, Enmiendas del Documento de Solicitud de Oferta, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

SECCIÓN VII. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS

ARTÍCULO 1. COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO		
N°	**COMO DICE**	**SE MODIFICA POR**
1	Características: Columnas que permitan la distribución de suministros médicos para la alimentación de equipos utilizados en la atención del paciente de áreas críticas bajo protocolo de separación de equipos de cuidado crítico en lado seco y húmedo, diseñado para eliminar conexiones de suministros de la pared en ambientes de atención crítica, minimizando la cantidad de líneas de alimentación expuestas para los suministros médicos de equipos de atención de soporte de vida, siendo estas de tipo tándem.	Características: Columnas que permitan la distribución de suministros médicos para la alimentación de equipos utilizados en la atención del paciente de áreas críticas bajo protocolo de separación de equipos de cuidado crítico en lado seco y húmedo, diseñado para eliminar conexiones de suministros de la pared en ambientes de atención crítica, minimizando la cantidad de líneas de alimentación expuestas para los suministros médicos de equipos de atención de soporte de vida, siendo estas de tipo **Puente o Bridge.**
2	Características: Estructura compuesta por dos columnas suspendidas en brazos independientes con articulación en 3 ejes todo fabricado en aluminio y plastico ABS o material superior, en solución tecnológica tipo Bridge Pendant o Tándem.	Características: Estructura compuesta por dos columnas suspendidas en brazos independientes con articulación en 3 ejes: 1. **Desplazamiento horizontal sobre el puente (eje transversal).** 2. **Rotación del primer brazo articulado (eje de giro base).** 3. **Rotación de la consola o columna de servicio (eje de giro terminal).** Todo fabricado en aluminio y plástico ABS o material superior, en solución tecnológica **tipo Puente o Bridge.**
3	Características mecánicas: Compuesto por dos columnas sostenidas en brazos independientes con articulación en 3 ejes, para la distribución conveniente de suministros médicos a ambos lados del paciente, en solución tecnológica tipo Bridge Pendant o Tándem.	Características mecánicas: Compuesto por dos columnas sostenidas en brazos independientes con articulación en 3 ejes, para la distribución conveniente de suministros médicos a ambos lados del paciente, en solución tecnológica **tipo Puente o Bridge.**

Official Use Only

ARTÍCULO 1. COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO		
N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
4	Característica Mecánica: Incluir luz de cabecera con accesorio para montaje en columna de distribución y ubicación centralizada en la cabecera de la cama del paciente.	Característica Mecánica: Incluir luz de cabecera con accesorio para **montaje fijo** en columna de distribución y ubicación centralizada en la cabecera de la cama del paciente, **con la finalidad funcional de iluminación del paciente.**
5	No se consignó	Característica Mecánica: **Con sistema de frenado neumático pasivo, tanto para las articulaciones giratorias (brazos y consola), como el movimiento de traslación (el carro del puente).**

ARTICULO 5. EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL, DIGITAL		
N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
1	Mediante sistema motorizado, silencioso y con apagado automático, con batería de larga duración de al menos 8 horas o su equivalente en por lo menos 10 exposiciones por hora a 120 Kv, 250 mA y 250 ms.	Mediante sistema motorizado, silencioso y con apagado automático, con batería de larga duración de al menos **6.5 a 8 horas, que garantice la movilidad y operación del equipo durante la jornada clínica, o su equivalente en por lo menos 10 exposiciones por hora a 120 Kv, 250 mA y 250 ms.**
	Mediante sistema motorizado, silencioso y con apagado automático, con batería de larga duración de al menos 6.5 a 8 horas, que garantice la movilidad y operación del equipo durante la jornada clínica.	

ARTICULO 8. MONITOR MULTIPARAMETROS ADULTO/PEDIATRICO (MODULAR+CONFIGURADO)		
N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
1	Características: Con rango de medición de la frecuencia cardiaca (bpm), entre 0 a 300 bpm, con resolución ± 5 bpm o menor	Características: **Con rango de medición general (a través de ECG) de la frecuencia cardíaca (bpm), entre 15 a 300 bpm, con resolución ± 5 bpm o menor.**
	Características: Con rango de medición de la frecuencia cardíaca (bpm), entre 15 a 300 bpm, con resolución ± 5 bpm o menor.	

Esta ENMIENDA formará parte íntegra del Documento de Solicitud de Oferta N° CSJ-277-MINSAL-GO-RFB, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.

MINISTERIO DE SALUD
PRÉSTAMO BIRF 9065-SV
CSJ
EL SALVADOR, C.A.

DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
Jefa UGPPI Ad-honorem, Proyecto Creciendo Saludables Juntos:
Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador

Official Use Only