

**ACLARACION No. 1**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**N° PRIDESII-278-LPN-B-MINSAL**  
**“EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES COMUNITARIAS**  
**DE SALUD FAMILIAR”**

San Salvador, 17 de noviembre de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron la Base de la Licitación Pública Nacional N° PRIDESII-278-LPN-B-MINSAL, que se ha realizado ACLARACIÓN a la Base de Licitación, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACION
1	Ítem 1 código 60403210 Rotador Serológico  ¿Se puede ofertar un rotador sin tapadera?	NO, debido a que la muestra se puede evaporar al aire libre.
	¿El rotador con tapadera es requerido con incubación? De ser así ¿qué temperatura se requiere?	No, es necesario. Se deberá ofertar de conformidad a la Especificación técnica requerida
2	Ítem 2 código 60402405 Centrifuga de Mesa  ¿Se puede ofertar centrifuga con velocidad máxima de 4,400 RPM? Según las características mecánicas solicitan centrifuga completamente portátil, ¿se puede ofrecer una centrifuga de mesa?	De conformidad con la especificación técnica establecida, la velocidad máxima requerida es hasta de 5000 RPM, por lo que la velocidad detallada en la consulta, está dentro del valor establecido para la velocidad requerida.
3	Ítem 6 código 60402050 Baño de María  ¿Cuál es la capacidad requerida del baño de maría?	Ver enmienda N° 1
4	Ítem 8 código 60401194 Refrigeradora  ¿Puede ofertarse refrigeradora de 18 pies cúbicos?	No es aceptable debido al código del producto; por lo que se deberá ofertar de conformidad a la Especificación Técnica requerida.
	¿Cuál es el rango de temperatura requerido?	Ver enmienda N° 1
	En referencia al tipo de refrigerante que se solicita ¿Se puede ofrecer refrigeradora con refrigerante R600 el cual es de hidrocarburos	Ver enmienda N° 1



MINISTERIO  
DE SALUD

N°	CONSULTA	ACLARACION
	amigables con el medio ambiente y compatibles con SNAP?	

Esta aclaración formará parte íntegra de la Base de Licitación Pública Nacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.



*Patricia Figueroa de Quinteros*

**DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS  
COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL**