

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 17 de noviembre de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349 -15, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron la base del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN N° PRIDES II-278-LPN-B-MINSAL, denominado “EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR”, que se ha realizado modificación a la Base de Licitación, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE			COMO DEBE DECIR		
	ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION
	6	60402050	BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE	6	60402050	BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE
1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Descripción Equipo de uso en laboratorio, para conferir una temperatura uniforme a una sustancia o medio por calentamiento indirecto. <ul style="list-style-type: none"> Control electrónico de temperatura dentro de un rango desde temperatura ambiente a (70 - 99) °C. Estabilidad de la temperatura: ± 0.1°C. Uniformidad de la temperatura: ± 0.1°C. Con al menos tres puntos de ajuste de la temperatura. Indicador tipo display de al menos 3 dígitos capaz de mostrar en pantalla la temperatura sensada con una resolución: ± 0.5 °C. Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar diseñados para condiciones de uso pesado, y para ser identificados de manera clara. Con temporizador incorporado. Con alarmas indicadoras (luces piloto u otros) de temperatura alta o baja y de funcionamiento del equipo. La unidad deberá estar fabricada con materiales de alta durabilidad y resistentes, para evitar fugas de agua. La unidad deberá incluir una cubierta o tapadera 			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Descripción Equipo de uso en laboratorio, para conferir una temperatura uniforme a una sustancia o medio por calentamiento indirecto. <ul style="list-style-type: none"> Control electrónico de temperatura dentro de un rango desde temperatura ambiente a (70 - 99) °C. Estabilidad de la temperatura: ± 0.1°C. Uniformidad de la temperatura: ± 0.1°C. Con al menos tres puntos de ajuste de la temperatura. Indicador tipo display de al menos 3 dígitos capaz de mostrar en pantalla la temperatura sensada con una resolución: ± 0.5 °C. Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar diseñados para condiciones de uso pesado, y para ser identificados de manera clara. Con temporizador incorporado. Con alarmas indicadoras (luces piloto u otros) de temperatura alta o baja y de funcionamiento del equipo. La unidad deberá estar fabricada con materiales de alta durabilidad y resistentes, para evitar fugas de agua. La unidad deberá incluir una cubierta o tapadera 		

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR												
	de policarbonato o mejor material para cubrir apropiadamente el reservorio y aislarlo del exterior.	de policarbonato o mejor material para cubrir apropiadamente el reservorio y aislarlo del exterior. • <u>La capacidad requerida es de 2 - 3 litros de agua destilada</u>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO MINSAL</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>60401194</td> <td>REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	8	60401194	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO MINSAL</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>60401194</td> <td>REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	8	60401194	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION												
8	60401194	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS												
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION												
8	60401194	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS												
2	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> De dos puertas (una para el freezer y otra para el refrigerador), con cierre hermético. Volumen 10-15 pies cúbicos. Tipo vertical. Frío seco. Sistema condensador de aire forzado. Iluminación interior. Modo de descongelación: manual o automático. Con control y sensor de temperatura electrónico. Con al menos 2 repisas o anaqueles de cristal templado o mejor material en refrigerador. Al menos 2 niveles de congelamiento en freezer. Con refrigerante R-134 A ecológico. 	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> De dos puertas (una para el freezer y otra para el refrigerador), con cierre hermético. Volumen 10-15 pies cúbicos. Tipo vertical. Frío seco. Sistema condensador de aire forzado. Iluminación interior. Modo de descongelación: manual o automático. Con control y sensor de temperatura electrónico. Con al menos 2 repisas o anaqueles de cristal templado o mejor material en refrigerador. Al menos 2 niveles de congelamiento en freezer. <u>Con refrigerante R-134 A ecológico o R 600^a</u> <u>Rango de temperatura de 2-8 °C</u> 												

Esta enmienda formará parte integral del documento de Licitación, el resto del contenido se mantiene inalterado.


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA UGP - PRIDES II

