


## ACLARACIÓN N° 2

San Salvador, 18 de abril de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a todas las personas (naturales y jurídicas), que obtuvieron el Documento de Solicitud de Ofertas del proceso Licitación Pública Nacional N° RES-COVID-116-LPN-B-MINSAL, denominado: ADQUISICIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA MAYOR PARA HOSPITALES PRIORIZADOS, que se ha realizado ACLARACIÓN al Documento, conforme a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 7. Aclaraciones sobre el pliego de Bases y Condiciones de Licitación, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

N°	CONSULTA	ACLARACIÓN
1	<p>Solicitan: "Electrohidráulica, con capacidad de poder utilizarla de forma manual mediante pedal en caso de falla eléctrica, para los movimientos básicos subir y bajar"</p> <p>Consulta: Solicitamos omitir de este punto lo correspondiente al pedal ya que no es una tecnología aplicada actualmente a las mesas electrohidráulicas, para casos de falla eléctrica se incluye en la mesa una batería de respaldo que permite el accionamiento de la mesa, lo cual también está solicitado en un punto dentro de las características técnicas solicitadas.</p>	Se mantiene lo solicitado en las bases de licitación.
2	<p>Solicitan: "Control remoto inalámbrico"</p> <p>Consulta: Favor de aclarar si se refiere al control de la mesa que puede ser retirado y se encuentra conectado a esta por medio de un alambre espiral extensible; aclaramos que en su mayoría los controles para las mesas quirúrgicas son de este tipo para la misma seguridad de la mesa y el control no se extravíe.</p>	Se aclara que lo requerido es un control remoto sin cables o alambre espiral extensible debido a que este cable al ser sometido a uso se rompe con facilidad provocando fallas.
3	<p>Solicitan: "Un juego de soportes (2) de piernas separadas"</p> <p>Consulta: Favor de aclarar con una imagen o una descripción más detallada a qué se refiere este accesorio.</p>	Ver enmienda 1

N°	CONSULTA	ACLARACIÓN
4	<p>Solicitan: "Un juego de pierneras (2)"</p> <p>Consulta: Favor de aclarar con una imagen o una descripción más detallada a qué se refiere este accesorio, o si se refiere a las pierneras incluidas con la mesa.</p>	<p>Se aclara que lo requerido es un juego de pierneras como se muestran en la siguiente imagen:</p> 

Esta aclaración formará parte íntegra de la Solicitud de Oferta del proceso N° RES-COVID-116-LPN-B-MINSAL, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.

*Patricia Figueroa de Quinteros*



**DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS**  
**JEFE UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN – AD HONOREM**