



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Donación- Convenio Individual de Financiamiento
no reembolsable de Inversión Fondo Mesoamericano de Salud N° GRT/HE 14650-ES, GRT/HE 14651-
ES, SEGUNDA OPERACIÓN TRAMO DE DESEMPEÑO

ACLARACIÓN No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/04

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA APOYAR LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN"


San Salvador, 09 de abril de 2019

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.19 de la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron las bases del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/04 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA APOYAR LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN", que se ha realizado ACLARACION N° 1, producto de consultas efectuadas por los participantes que obtuvieron las bases, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
1	En relación al ítem 2: DILUYENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA FRASCO (1 - 20) LITROS ¿Especificar si el lugar donde se instalará el analizador hematológico de 3 partes cuenta con las condiciones de ambientación necesarias para proceder a este tipo de pruebas, llámese aire acondicionado y conexiones eléctricas?	El establecimiento cuenta con las condiciones requeridas para la instalación del equipo de hematología en 3 partes.
2	En relación al ítem 2: DILUYENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA FRASCO (1 - 20) LITROS ¿Cuánto es el tiempo estimado en que esperan consumirse los 7 diluyentes, para considerarlos juegos de controles?	Como se indica en la Parte III, Pag. 61 de la Bases de Licitación, en el Numeral 2. Lista de Especificaciones Técnicas, Ítem 2, Literales "p" y "q", las pruebas se realizarán en un periodo de un año. (12 meses)


Esta aclaración formara parte integral de las bases, el resto del contenido se mantiene inalterado

Atentamente,


DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTERO
COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL



Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Tue Apr 09 11:13:14 CST 2019
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	