



Resolución de Adjudicación No. 14/2024 UCPCSJ

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas treinta minutos del día once de abril de dos mil veinticuatro.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con el Plan de Adquisiciones se promovió el proceso de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional N° CSJ-112 -MINSAL-GO-RFB denominado: " *SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS*", el cual se ha seguido conforme las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.
- II. Que habiendo señalado el día dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, hasta las diez horas, para la recepción de ofertas, llegando el día y hora señalado, se recibieron cinco ofertas: 1) ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; 2) DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.; 3) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; 4) CORESA, S.A. DE C.V.; 5) MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR) lo cual consta en Cuadro de Recepción de Ofertas y que forma parte del expediente del proceso.
- III. Que mediante Acuerdo de Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N°. CSJ-112-MINSAL-GO-RFB de fecha once de enero de dos mil veinticuatro, se nombró la Comisión Evaluadora de las ofertas.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial, los nombrados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron la Recomendación de Adjudicación, según el siguiente detalle:
 - 1) **ADJUDICAR** el proceso de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional N.° CSJ-112-MINSAL-GO-RFB denominado: "SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS", por un monto total de SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$630,860.00) conforme a los ítems que se detallan a los siguientes oferentes:

ITEM	PROVEEDOR	MONTO
Ítem 1: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE	ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	US\$ \$25,650.00 (Incluye impuestos y Servicios Conexos)
Ítem 2: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS		US\$ \$6,200.00 (Incluye impuestos y Servicios Conexos)

ITEM	PROVEEDOR	MONTO
Ítem 3: PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	US\$ \$449,010.00 (Incluye impuestos y Servicios Conexos)
Ítem 4: AUTOCLAVE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE USO NUTRICIONAL	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR)	US\$ \$150,000.00 (Incluye impuestos y Servicios Conexos)
MONTO TOTAL ADJUDICADO		US\$630,860.00

2) **RECHAZAR** por no responder sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a las Instrucciones a los Licitantes, cláusula 41, Criterios de Adjudicación y a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, las ofertas siguientes:

✓ **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:** No responde sustancialmente con los siguientes ítems:

ÍTEM 1: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Eléctricas: Voltaje 120 VAC, con capacidad de tolerar variaciones del +/- 10%, sin embargo, el equipo ofertado posee 220 VAC, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Accesorios incluidos por producto: Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 12 y 13 milímetros; No lo oferta;
- Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 14 y 16 milímetros; No lo oferta;
- Un soporte como mínimo para tubos de diámetro entre 18 y 20 milímetros, No lo Oferta

ÍTEM 2: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Eléctricas: Voltaje 120 VAC, con capacidad de tolerar variaciones del +/- 10%, sin embargo, el equipo ofertado posee 220 VAC, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Accesorios incluidos por producto:
- Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 12 y 13 milímetros; No lo oferta; Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 14 y 16 milímetros; No lo oferta;
- Un soporte como mínimo para tubos de diámetro entre 18 y 20 milímetros, No lo Oferta

ÍTEM 4: AUTOCLAVE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE USO NUTRICIONAL, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Mecánicas: Red de vapor canalizadas por medio de tuberías de acero inoxidable incluyendo la alta presión y flujos de vapor controladas por válvulas neumáticas; sin embargo, ofrecen válvulas manuales para control de línea; no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

✓ **COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.:** No responde sustancialmente con los siguientes ítems:

ÍTEM 1: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, características: Capacidad del reservorio mayor de 10 litros, pero menor o igual a 15 litros, sin embargo, oferta capacidad de 5 a 10 litros, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo debe soportar el voltaje de 120VAC +/-10%, sin embargo, oferta equipo de 100-115 VAC el equipo no tiene la capacidad de soportar variaciones +/-10%, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

ÍTEM 2: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo debe soportar el voltaje de 120VAC +/-10%, sin embargo, oferta equipo de 100-115 VAC el equipo no tiene la capacidad de soportar variaciones +/-10%, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

V. En el STEP aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior; por lo que no requiere No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.

VI. En fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, se remitieron a los cinco oferentes participantes del proceso, la Notificación de Intención de Adjudicación, y conforme a lo indicado en el numeral 40.1 del documento de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional, se otorgó el plazo suspensivo para la recepción de queja o reclamo a la intención de adjudicación, pasado el plazo suspensivo otorgado en la Intención de Adjudicación, no se presentó queja por parte de ninguna sociedad.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.

RESUELVE:

- 1) **ADJUDICAR** los ítems que se detallan a los siguientes oferentes:
 - a) **Adjudicar** a la **EMPRESA ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.**, los ítems 1, ítem 2, por un monto total de **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$31,850.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 03 de enero de 2024 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

PRECIO DE LOS BIENES:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/PAIS DE ORIGEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO, INCLUYENDO IMPUESTOS	TOTAL, INCLUYE EL PRECIO DE LOS BIENES + SERVICIOS CONEXOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	60402050	BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE	MARCA: POLYSCIENCE MODELO: WB10A11B PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA	9	C/U	\$2,850.00	\$25,650.00	2024-3200-3-11-02-22-3-61103
2	60402053	BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS	MARCA: POLYSCIENCE MODELO: WBE20A11B PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA	2	C/U	\$3,100.00	\$6,200.00	
MONTO TOTAL A ADJUDICAR CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS							\$31,850.00	

Cantidad y plazo de entrega:

Cantidad	Plazo
ÍTEM 1:	
5 unidades	1ª. Entrega: 90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
4 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendarios posterior a la distribución del contrato
ÍTEM 2:	
1 unidades	1ª. Entrega: 90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidades	2ª. Entrega: 120 días posterior a la distribución del contrato

Lugar de Entrega: Almacén El Paraíso, Final 6° Calle Oriente N° 1105, colonia del Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

b) **ADJUDICAR** a la Empresa **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, el ítem 3 por un monto total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 449,010.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 03 de enero de 2024 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

PRECIO DE LOS BIENES:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/PAIS DE ORIGEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO, INCLUYENDO IMPUESTOS	TOTAL, INCLUYE EL PRECIO DE LOS BIENES + SERVICIOS CONEXOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
------	---------------------	--------------------------	-----------------------------	-------	------------------	---------------------------------------	--	------------------------



MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA EN EL SALVADOR.

3	30106219	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS	MARCA: REVVITY MODELO: N/A PAIS DE ORIGEN: FINLANDIA	49,890	C/U	\$9.00	\$449,010.00	2024-3200-3-11-02-22-3-54107.
		EQUIPO EN COMODATO	REVVITY/MIGELE GEL ELECTROPHORESIS UNIT/ PAIS DE ORIGEN: FINLANDIA	1	C/U	N/A	N/A	
MONTO TOTAL A ADJUDICAR CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS							\$449,010.00	

Cantidad y plazo de entrega:

Cantidad	Plazo
ÍTEM 3:	
24,945 c/u	1ª. Entrega: 90 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
24,945 c/u	2ª Entrega: 120 días calendarios posteriores a la distribución del contrato
1	Equipo en Comodato 45 días calendarios posteriores a la distribución del contrato.

Lugar de Entrega: Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente, San Salvador.

c) **ADJUDICAR** a MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR) el ítem 4, por un monto total de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$150,000.00), con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda N° 1, de fecha 03 de enero de 2024 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/PAIS DE ORIGEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO, INCLUYENDO IMPUESTOS	TOTAL, ADJUDICADO CON IMPUESTOS + SERVICIOS CONEXOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
4	60309024	AUTOCLAVE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE USO NUTRICIONAL	MARCA: TUTTNAUER MODELO: PAIS DE ORIGEN: ISRAEL	1	C/U	\$149,500.00	\$150,000.00	2024-3200-3-11-02-22-3-61103
MONTO TOTAL A ADJUDICAR CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS							\$150,000.00	



Cantidad y plazo de entrega:

Cantidad	Plazo
ÍTEM 4:	
1	120 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato

Los Servicios conexos, se desglosan así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL, DE SERVICIOS CONEXOS
4	AUTOCLAVE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE USO NUTRICIONAL	\$100.00	\$400.00	\$500.00

LUGAR DE ENTREGA:

Hospital Nacional de la Mujer, Final 25 Avenida sur calle Francisco Meléndez, Barrio Santa Anita, San Salvador.

HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$630,860.00)

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MINSAL PARA LA PROVISIÓN PÚBLICA DE SALUD MATERNO INFANTIL, PROYECTO 7496 PRÉSTAMOS EXTERNOS. Cifrado Presupuestario: 2024-3200-3-11-02-22-3-54107, 2024-3200-3-11-02-22-3-61103

- 1) **RECHAZAR** por no responder sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a las Instrucciones a los Licitantes, cláusula 41, Criterios de Adjudicación y a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, las ofertas siguientes:

✓ **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:** No responde sustancialmente con los siguientes ítems:
ÍTEM 1: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Eléctricas: Voltaje 120 VAC, con capacidad de tolerar variaciones del +/- 10%, sin embargo, el equipo ofertado posee 220 VAC, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Accesorios incluidos por producto: Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 12 y 13 milímetros; No lo oferta;
- Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 14 y 16 milímetros; No lo oferta;
- Un soporte como mínimo para tubos de diámetro entre 18 y 20 milímetros, No lo Oferta

ÍTEM 2: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Eléctricas: Voltaje 120 VAC, con capacidad de tolerar variaciones del +/- 10%, sin embargo, el equipo ofertado posee 220 VAC, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Accesorios incluidos por producto:
- Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 12 y 13 milímetros; No lo oferta; Dos soportes como mínimo para tubos de diámetro entre 14 y 16 milímetros; No lo oferta;
- Un soporte como mínimo para tubos de diámetro entre 18 y 20 milímetros, No lo oferta

ÍTEM 4: AUTOCLAVE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE USO NUTRICIONAL, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, Características Mecánicas: Red de vapor canalizadas por medio de tuberías de acero inoxidable incluyendo la alta presión y flujos de vapor controladas por válvulas neumáticas; sin embargo, ofrecen válvulas manuales para control de línea; no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

- ✓ **COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.:** No responde sustancialmente con los siguientes ítems:

ÍTEM 1: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, características: Capacidad del reservorio mayor de 10 litros, pero menor o igual a 15 litros, sin embargo, oferta capacidad de 5 a 10 litros, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas
- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo debe soportar el voltaje de 120VAC +/-10%, sin embargo, oferta equipo de 100-115 VAC el equipo no tiene la capacidad de soportar variaciones +/-10%, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

ÍTEM 2: BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, No cumple con la totalidad de características técnicas requeridas.

- De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo debe soportar el voltaje de 120VAC +/-10%, sin embargo, oferta equipo de 100-115 VAC el equipo no tiene la capacidad de soportar variaciones +/-10%, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

2) Elaborar los respectivos contratos.

NOTIFÍQUESE:

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTÓN
MINISTRO DE SALUD, AD HONOREM

