

**Resolución de Rectificación n.º 01/2024 UCPCSJ para la  
Resolución de Adjudicación n.º 16/2024 UCPCSJ**

En el Ministerio de Salud, en el Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, a las ocho horas del día veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

**CONSIDERANDO QUE:**

- I. Que de conformidad con el Plan de Adquisiciones se promovió el proceso de Solicitud de Oferta Abierta Nacional n.º **CSJ-105-MINSAL-GO-RFB**, denominado **“SUMINISTRO DE SIMULADORES DE ALTA GAMA: MODELOS ANATÓMICOS DEL PACIENTE OBSTÉTRICO NEONATAL Y PEDIÁTRICO Y DIFERENTES MODELOS ENTRENADORES DE SIMULACIÓN PARA PRÁCTICAS MÉDICAS”**, el cual se ha seguido conforme a las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, de fecha julio dos mil dieciséis revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho.
- II. Que mediante Resolución de Adjudicación n.º 16/2024 UCPCSJ de fecha 24 de abril de 2024, le fueron adjudicados los ítems **11, 12, 13 y 15**, al señor **CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS**, y en la misma no se realizó el desglose de precios de los servicios conexos, no afectando el precio total adjudicado para cada uno de los ítems, siendo necesario incorporar dicho desglose para efectos de presentación de facturación y pago, tal como se detalla a continuación:

Precios de los bienes incluyendo impuestos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DEL BIEN INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)	PRECIO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)
11	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	13	\$ 919.2308	\$ 11,950.00
12	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	3	\$ 9,196.6667	\$ 27,590.00
13	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	13	\$ 919.2308	\$ 11,950.00
15	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	30	\$ 905.0000	\$ 27,150.00
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>\$ 78,640.00</b>

Precios de los servicios conexos:

ÍTEM	DESCRIPCION	SOPORTE TÉCNICO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL SERVICIOS CONEXOS
11	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	--	\$ 400.00	\$ 650.00 (12 meses)	\$ 1,050.00
12	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	\$ 360.00	\$ 300.00	\$ 250.00 (12 meses)	\$ 910.00
13	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	--	\$ 400.00	650.00 (12 meses)	\$ 1,050.00
15	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	--	\$ 450.00	\$ 900.00 (12 meses)	\$ 1,350.00
<b>TOTAL SERVICIOS CONEXOS</b>					<b>\$ 4,360.00</b>

Precio total de los bienes incluyendo impuestos y servicios conexos:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO TOTAL POR ÍTEM INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)	PRECIO TOTAL SERVICIOS CONEXOS (US\$)	PRECIO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS
11	60312061	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	13	\$ 11,950.00	\$ 1,050.00	\$ 13,000.00
12	81502632	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	3	\$ 27,590.00	\$ 910.00	\$ 28,500.00
13	60312066	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	13	\$ 11,950.00	\$ 1,050.00	\$ 13,000.00
15	81502553	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	30	\$ 27,150.00	\$ 1,350.00	\$ 28,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 78,640.00</b>	<b>\$ 4,360.00</b>	<b>\$ 83,000.00</b>

- III. Que es entendido, que los demás considerandos de la mencionada Resolución de Adjudicación y las resoluciones que se hayan emitido sobre las mismas se mantienen sin ninguna modificación.

**POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisada en noviembre de 2017 y agosto de 2018).

**RESUELVE:**

Rectificar la Resolución de Adjudicación n.º 16/2024 UCPCSJ, el apartado RESUELVE literal A, que corresponde a la adjudicación de los ítems números 11, 12, 13 y 15, a favor del señor CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS, en el sentido de incorporar el desglose de precios de los servicios conexos, siendo éste el siguiente:

Precios de los bienes incluyendo impuestos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DEL BIEN INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)	PRECIO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)
11	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	13	\$ 919.2308	\$ 11,950.00
12	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	3	\$ 9,196.6667	\$ 27,590.00
13	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	13	\$ 919.2308	\$ 11,950.00
15	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	30	\$ 905.0000	\$ 27,150.00
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>\$ 78,640.00</b>

Precios de los servicios conexos:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SOPORTE TÉCNICO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL SERVICIOS CONEXOS
11	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	--	\$ 400.00	\$ 650.00 (12 meses)	\$ 1,050.00
12	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	\$ 360.00	\$ 300.00	\$ 250.00 (12 meses)	\$ 910.00
13	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	--	\$ 400.00	650.00 (12 meses)	\$ 1,050.00
15	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	--	\$ 450.00	\$ 900.00 (12 meses)	\$ 1,350.00
<b>TOTAL SERVICIOS CONEXOS</b>					<b>\$ 4,360.00</b>

Precio total de los bienes incluyendo impuestos y servicios conexos:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO TOTAL POR ÍTEM INCLUYENDO IMPUESTOS (US\$)	PRECIO TOTAL SERVICIOS CONEXOS (US\$)	PRECIO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS
11	60312061	SIMULADOR-MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	13	\$ 11,950.00	\$ 1,050.00	\$ 13,000.00

12	81502632	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR DE VERSION CEFÁLICA EXTERNA	3	\$ 27,590.00	\$ 910.00	\$ 28,500.00
13	60312066	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	13	\$ 11,950.00	\$ 1,050.00	\$ 13,000.00
15	81502553	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO	30	\$ 27,150.00	\$ 1,350.00	\$ 28,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 78,640.00</b>	<b>\$ 4,360.00</b>	<b>\$ 83,000.00</b>

NOTIFÍQUESE,



DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA  
MINISTRO DE SALUD AD HONOREM





MINISTERIO  
DE SALUD

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS:  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA  
INFANCIA EN EL SALVADOR.

### **RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 16/2024 UCPCSJ**

Ministerio de Salud, en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las trece horas del día veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.

#### **CONSIDERANDO:**

- I. Que de conformidad con el Plan de Adquisiciones se promovió el proceso de Solicitud de Oferta Abierta Nacional No. **CSJ-105-MINSAL-GO-RFB**, denominado **“SUMINISTRO DE SIMULADORES DE ALTA GAMA: MODELOS ANATÓMICOS DEL PACIENTE OBSTÉTRICO NEONATAL Y PEDIÁTRICO Y DIFERENTES MODELOS ENTRENADORES DE SIMULACIÓN PARA PRÁCTICAS MÉDICAS”**, el cual se ha seguido conforme las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.
- II. Que con fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés se emitió enmienda No. 1 en cual se prorroga el plazo de presentación y apertura de las ofertas.
- III. Qué habiéndose señalado el día seis de noviembre de dos mil veintitrés, hasta las diez horas, para la recepción y apertura de ofertas, llegando el día y la hora señalado se recibieron siete ofertas: 1) SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. de C.V. ; 2) 8 INFINITO, S.A. DE C.V.; 3) PROMED EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 4) CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS; 5) MULTI INVERSIONES DÍAZ Y TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. ; 6) S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. ; 7) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. , lo cual consta en Cuadro de Recepción de Ofertas y forma parte del expediente del proceso.
- IV. La Unidad Solicitante designó mediante memorándum No 2023-6031-907 de fecha 15 de noviembre de dos mil veintitrés a los designados para la evaluación de ofertas, y su respectiva modificación mediante memorándum No. 2024-6031-061.
- V. Que al realizarse la evaluación de las ofertas fue necesario solicitar aclaraciones, las cuales fueron presentadas en fechas doce de febrero, veintinueve de febrero, ocho de marzo, trece de marzo y quince de marzo de dos mil veinticuatro dentro del plazo establecido y sobre las que se deja constancia en el informe de evaluación.
- VI. Y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Solicitud de Oferta Abierta Nacional, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial, los designados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron la Recomendación de Adjudicación, según el siguiente detalle:

A) **ADJUDICAR** el proceso de Solicitud de Oferta Abierta Nacional No. **CSJ-105-MINSAL-GO-RFB**, denominado **“SUMINISTRO DE SIMULADORES DE ALTA GAMA: MODELOS ANATÓMICOS DEL PACIENTE OBSTÉTRICO NEONATAL Y PEDIÁTRICO Y DIFERENTES MODELOS ENTRENADORES DE SIMULACIÓN PARA PRÁCTICAS MÉDICAS”** por un monto total de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$996,713.00), con impuestos y servicios conexos incluidos, como se detalla a continuación:

1. Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, a la sociedad **SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. de C.V.**, por un monto total de **OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 890,620.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido.
2. Adjudicar los ítems 11, 12, 13 y 15, a la persona natural **CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS**, por un monto total de **OCHENTA Y TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 83,000.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido.
3. Adjudicar los ítems 8, 10, y 16, a la empresa **S.T. MEDIC, S.A. de C.V.**, por un monto total de **VEINTE Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 23,093.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido.

Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV. Categoría de Inversión 1. Componente 2, Modernización, agilización y fortalecimiento del MINSAL para la prestación pública de salud materno infantil. Proyecto 7496.

B) **RECHAZAR** los ítems según detalle:

1. **SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 8, ÍTEM 10, ÍTEM 11, ÍTEM 16:** de conformidad con el apartado F, IAL 41.1, literal (b), no se recomiendan para la adjudicación a pesar de cumplir con los criterios de calificación para los ítems ofertados, pues no representan las ofertas con el costo evaluado más bajo de entre las ofertas que cumplen con los criterios de calificación.

**ÍTEM 13:** no cumple con las especificaciones técnicas, pues se requería que el simulador contara con periné y vagina, las cuales son necesarias para las prácticas ya que el estudiante debe colocar valvas o espéculos para poder insertar el DIU. Además, era necesario poder simular la acción de levantar la piel del útero para corroborar si el DIU

fue bien colocado, sin embargo, en el modelo ofertado no se podría hacer esta inspección.

**ÍTEM 15, ÍTEM 17:** a pesar de cumplir sustancialmente a lo solicitado en el Documento de Solicitud de Ofertas, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, no se recomienda para su adjudicación por exceder el presupuesto destinado para este proceso de compra.

2. **8 INFINITO, S.A. DE C.V.**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 1:** se requerían simuladores neonatales avanzados de alta fidelidad, para atender patologías complejas en diferentes áreas corporales para diversas aplicaciones clínicas y responder a las intervenciones con un alto realismo, sin embargo, al verificar el simulador ofertado, se concluyó que las características del mismo no son anatómicamente precisas y por lo tanto no corresponden a un simulador de alta fidelidad.

**ÍTEM 2:** se requerían simuladores pediátricos avanzados para atender patologías complejas en diferentes áreas corporales para diversas aplicaciones clínicas y responder a las intervenciones con un alto realismo. En la descripción del simulador ofertado realizada por el ofertante, indica que es simulador pediátrico avanzado, sin embargo, en las especificaciones técnicas dadas por el fabricante, detallan características básicas, no de alta fidelidad, ni intervenciones programables con realismo. El simulador debía ser pediátrico con edad cinco años, en la descripción técnica, indican es un niño de tres años que no realiza actividades de simulación programables, realiza intubación orotraqueal no nasotraqueal, ni dispositivos supraglóticos.

**ÍTEM 3:** de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el documento de solicitud de oferta, eran requeridos simuladores obstétricos y de parto avanzado, de alta fidelidad, para entrenamiento clínico, en la descripción del simulador ofertado realizada por el ofertante, indica que el simulador es avanzado, sin embargo, en las especificaciones técnicas dadas por el fabricante, detallan características básicas, no de alta fidelidad.

**ÍTEM 4:** El simulador ofertado no indica tener las características detalladas: Parto de nalgas completo, franco y de pie, presentación de vértice, parto por cesárea, manipulación intrauterina, presentación de al menos: vértice/vértice, vértice/nalgas, nalgas/vértice o nalgas/nalgas en parto múltiple, prolapso de cordón umbilical, demostración de placenta previa: total, parcial y marginal, palpación de fontanelas fetales, succión simulada de nariz y boca, placa de extremo de diafragma extraíble para posicionamiento manual de bebés/bebés fetales, un niño y una niña, cada uno con cordón umbilical y placenta (solo posee un niño). Además, la oferta no representa el precio más bajo de entre las ofertas que cumplen.

**ÍTEM 5:** era requerido un simulador de brazo de entrenamiento avanzado, para educación sanitaria en la simulación de la experiencia de inyección en infusión arterial, sin embargo, ninguna de las características técnicas se encuentra detallada en la oferta.

De acuerdo a la imagen del simulador se observó que corresponde a un antebrazo, y no al brazo, como lo solicitado de acuerdo a la descripción del ítem.

**ÍTEM 6:** la descripción de las características son mínimas y vagas. Se observa en las imágenes del modelo que el sitio anatómico a trabajar es de material transparente, por lo que se considera un modelo de baja fidelidad al momento de practicar el desarrollo de punción lumbar, ya que puede crear en el estudiante la dependencia de la visión directa y no desarrollaría la sensibilidad táctil como ocurre en casos reales. En cuanto al apartado “Accesorios Incluidos por Equipo”, no especifica y no es posible inferir si posee los canales espinales requeridos, los insertos de médula espinal y el maletín o estuche de transporte. No especifica si cumple con normativas de calidad.

**ÍTEM 7:** era requerido un entrenador para el desarrollo de habilidades del sistema venoso, *brazo*. El licitante oferta un maniquí para realizar ejercicios de entubación, incluye tórax y tráquea. La mayoría de características técnicas solicitadas no se encuentran detalladas en la oferta. Sí detalla que el simulador está elaborado de PVC, por lo que este no podría realizar funciones precisas como la detallada en el apartado “descripción”: sonido realista cuando la aguja entra a la vena. La imagen muestra un brazo sin mano, por lo que no podría realizarse la simulación “puño cerrado”, como lo solicitaban las especificaciones técnicas.

**ÍTEM 8:** en la descripción del ítem ofertado no se observan especificadas las características técnicas requeridas tales como: capacidad para enseñar cuatro maniobras de examen sugeridas por Leopold para determinar la posición del feto dentro de la cavidad pélvica.

**ÍTEM 9:** no especifica las características técnicas: no posee piel suave con juntas sin costuras para realzar realismo, el material de PVC está expuesto y deja ver las articulaciones. No refiere articulaciones de la cadera adecuada para realizar la maniobra de McRoberts, no refiere cotiledones removibles, ni capacidad para realizar ejercicios de cateterismo con uretra permeable, depósito de orina con una capacidad de al menos entre (350 – 450 ml), recto permeable para aceptar óvulos.

**ÍTEM 10:** cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo, no es la oferta con mejor precio de entre las ofertas que cumplen.

**ÍTEM 11:** era requerido un entrenador de inserción y extracción de dispositivo intrauterino (DIU) para la educación sanitaria de profesionales de la salud, sin embargo, las características técnicas que se encuentran detalladas en la oferta no responden a las necesidades según especificaciones técnicas. El simulador debía poseer múltiples úteros, sin embargo, solo posee uno, en cuanto a la bolsa de transporte requerida, solamente indica poseer caja.

**ÍTEM 12:** eran requeridos simuladores anatómicos de torso de mujer en estado de gravidez de 36 semanas para práctica de técnica de versión cefálica externa, para

educación sanitaria. Oferta un cráneo con ocho partes del cerebro y la columna cervical.

**ÍTEM 13:** el licitante no demostró contar con la experiencia para el mantenimiento de los simuladores ofertados en conformidad con el literal (c) “Evidencia documental” de los criterios de evaluación y calificación.

**ÍTEM 14:** según las especificaciones técnicas presentadas por el ofertante se puede concluir que el equipo es de tipo DEA automático que incumple las especificaciones técnicas solicitadas para un entrenamiento dirigido.

**ÍTEM 15:** no describe las especificaciones técnicas requeridas.

**ÍTEM 16:** no describe las especificaciones técnicas requeridas. Además, no es la oferta con precio más bajo entre las ofertas que cumplen.

**ÍTEM 17:** no posee las especificaciones técnicas requeridas para un simulador de alta fidelidad.

Además, para dar cumplimiento al literal (c) “Evidencia documental” el licitante debía presentar documentación que respalde una experiencia de al menos 2 años del personal propuesto para el mantenimiento de los bienes. No sería aceptado personal con una experiencia menor a la solicitada. Para garantizar el soporte debía presentar la documentación correspondiente que lo compruebe: atestados tales como certificados del personal propuesto, hojas de vida o documentación que pueda respaldar la veracidad de lo manifestado.

La experiencia que se presenta para el personal corresponde a mantenimiento del equipo siguiente: Equipos eléctricos, banco de transformadores, plantas eléctricas, variadores de frecuencia banco de capacitores y equipo de lavandería-cuartos fríos, electrobisturí, ventiladores, lámparas, autoclaves, máquinas de anestesia, ventiladores equipos de mediciones pulmonares y terapia respiratoria, plantas de aire médico y vacío. Ninguna de las experiencias corresponde a capacitación, entrenamiento, certificaciones de mantenimiento a los bienes ofertados en este proceso.

3. **PROMED EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 14:** las especificaciones técnicas del equipo de acuerdo al apartado “descripción”, se indica que la selección de energía debe ser de 2 a 270 Joules o MAYOR, sin embargo, el equipo ofertado detalla que alcanza un máximo de hasta 200 Joules. El equipo funciona con baterías desechables y no recargables, como lo especificado en los accesorios incluidos por equipo. No posee un control de selección de energía. La pantalla no muestra un trazo electrocardiográfico que es indispensable para el entrenamiento en reconocimiento de ritmos.

4. **CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 1:** según las especificaciones técnicas solicitadas, el simulador debía ser capaz de realizar los movimientos programables mínimos: parpadeo, apertura y cierre de la boca, brazo y pierna flexión y extensión. Al verificar el simulador ofertado se constató que solo realiza movimientos programables mínimos: brazo y pierna flexión. En cuanto a las características eléctricas, era necesario que la batería del simulador contara con una duración mínima de 8 horas, el ofertado solo tiene batería con durabilidad de tres horas. Además, en lo referente a la ventilación mecánica debía poseer soporte A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV, PEP; pero solo soporta CPAP y PEP.

**ÍTEM 2:** no cumple con las especificaciones técnicas neurológicas solicitadas para un simulador de alta fidelidad: simulación de expresiones realistas como ira, dolor transitorio o continuo, interrogación, llanto y bostezo, como también estados emocionales preprogramados que puedan producir emociones verbales y no verbales. No se detalla el reflejo pupilar activo e independiente, así como las contracciones de los ojos y parpados. No refiere sonidos de llanto, ni lagrimas programables para el entrenamiento del estado neurológico no especifica los niveles de intensidad de las crisis convulsivas seleccionadas. Además, no se puede desarrollar habilidades para manejo de vía aérea difícil programables. No cuenta con el soporte de ventilación mecánica real. No se detalla simulación de complicaciones como neumotórax. No se especifica la capacidad de realizar diferentes de prona y supina del antebrazo, no se especifican los puntos de referencia óseos palpables. Con respecto al entrenamiento cardiopulmonar, no especifica si posee monitorización de la respiración como también la profundidad y velocidad de compresiones. No se puede realizar pruebas de llenado capilar y pulsos palpables. No especifica el monitoreo de saturación mediante dispositivos reales.

**ÍTEM 3:** de acuerdo a las características ofertadas por el licitante, el simulador ofertado cumple con varias especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo, al revisar las especificaciones técnicas del fabricante la información difiere: el ítem ofertado no simula un aspecto real, las articulaciones no son continuas y al no contar con piel suave, estas quedan expuestas. Carece de movimientos oculares automáticos, además, no se pueden adaptar electrocardiógrafos u otros instrumentos reales. No tiene sensores para indicar la posición de la cabeza del bebé, tampoco cuenta con abdomen para ginecología general ni para realizar cesárea. No tiene reconocimiento integrado de medicamentos ni jeringas con reconocimiento integrado de medicamentos. El modelo no tiene capacidad para realizar entrenamiento en sutura de episiotomía. Todas las especificaciones técnicas listadas son incumplidas, por lo que el bien ofertado no se acopla a lo solicitado de manera sustancial.

**ÍTEM 5:** no se recomienda para la adjudicación por no cumplir con las especificaciones técnicas según detalle: no posee capacidad para poder realizar ejercicios de hemodiálisis lo cual era requerido como parte del apartado descripción, solamente presenta capacidad para la punción arterial pero no venosas, además, no detalla contar con inserto de fistula, inserto de incisión/sutura, kit de llenado de vena, insertos quirúrgicos multicapas, bolsa de llenado ni clamp, según las especificaciones técnicas en el apartado “accesorios incluidos por equipo”.

**ÍTEM 7:** no se recomienda para la adjudicación puesto que, según el apartado “Descripción”, dentro de las funciones que se esperaba se encontraría la función de puño cerrado, sin embargo, al consultar al licitante en oficio No. 2024-6033-AC/CSJ-076, aclaró que, si bien la instrucción verbal puede ser dada por el especialista, la mano del modelo no cierra, incumpliendo la especificación técnica. Se consultó además si el simulador incluía un bulbo para aumentar o disminuir la presión venosa de conformidad a la descripción brindada en las especificaciones técnicas requeridas, sin embargo, fue omitida la respuesta para esta característica que, si bien era afirmado poseerla en las características descritas por el licitante, en las especificaciones técnicas descritas por el fabricante, esto no se encuentra. El simulador no posee la capacidad para poder realizar la prueba de TB, al verificar las especificaciones técnicas en el manual del fabricante, el simulador no cuenta con esta función. Además, de acuerdo al apartado “accesorios incluidos por equipo”, este no cuenta con una base que debería ser incluida con el simulador.

**ÍTEM 14:** no se recomienda para la adjudicación por no cumplir con las especificaciones técnicas según detalle: la aplicación de choque debe ser por medio de electrodos adhesivos multifuncionales y paletas de desfibrilación tamaño adulto y pediátrico, sin embargo, luego de revisar las especificaciones técnicas detalladas, en el apartado “descripción”, indica que dicha aplicación solo puede realizarse por medio de almohadillas adhesivas reutilizables. El dispositivo no cuenta con paletas externas. En cuanto a las características mecánicas, se requería que contara con chasis y carro fabricados de material resistente y anticorrosivo, sin embargo, el equipo es portátil, por lo tanto, no posee chasis. En este tipo de modelos (DEA) no es posible seleccionar las dosis de energía por kilogramo de peso. No posee monitor para visualizar trazos de electrocardiograma e identificar otros ritmos de paro.

**ÍTEM 17:** no se recomiendan para la adjudicación a pesar de cumplir con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, para los ítems ofertados, pues el precio total excede el presupuesto asignado al proceso de compra.

**ÍTEM 4, ÍTEM 6, ÍTEM 8, ÍTEM 9, ÍTEM 16:** de conformidad con el apartado F, IAL 41.1, literal (b), no se recomiendan para la adjudicación a pesar de cumplir con los criterios de calificación, para los ítems ofertados, pues no representan las ofertas con el costo evaluado más bajo de entre las ofertas que cumplen con los criterios de calificación.

5. **MULTI INVERSIONES DÍAZ Y TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. (MINDI & TECH, S.A. DE C.V.),** debido a lo siguiente:

**ÍTEM 4, ÍTEM 5, ÍTEM 6, ÍTEM 7, ÍTEM 8, ÍTEM 9, ÍTEM 10, ÍTEM 11, ÍTEM 13, ÍTEM 15 E ÍTEM 16:** los ítems cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo, de conformidad a lo establecido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 3.1. **Criterios de calificación (IAL 37.1): (a) Capacidad financiera:** El Licitante debía presentar estados financieros auditados o, si no lo exige la ley del país del Licitante, otros estados financieros aceptables para el

Comprador, durante los años **2019, 2021 y 2022**, que demostraran la solidez actual de la situación financiera del Licitante.

El licitante solamente posee un año de operaciones (**2022**) de los tres solicitados, pues la escritura de constitución documenta que la sociedad ha sido creada en el año 2022. Para calcular los índices era necesario contar con operaciones en los tres años. Al no presentar los años 2019 y 2021 incumple con la documentación solicitada, además de no lograr alcanzar el índice de liquidez mayor a uno conforme a lo establecido en el *Criterio de Calificación Capacidad Financiera*.

6. **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 1, ÍTEM 2, ÍTEM 3:** no se recomiendan para la adjudicación debido a que según lo descrito por el ofertante son de alta fidelidad, sin embargo, al evaluar el manual del fabricante, estos son simuladores de entrenamiento integral de habilidades, no de alta fidelidad.

**ÍTEM 5:** no se recomienda para la adjudicación por no cumplir con las especificaciones técnicas según detalle; no posee capacidad para poder realizar ejercicios de hemodiálisis (sección descripción), solamente la punción arterial, además, no detalla contar con inserto de fistula, inserto de incisión/sutura ni set de reemplazo de vena, según las especificaciones técnicas en el apartado “accesorios incluidos por equipo”. De acuerdo a las características detalladas por el ofertante y según la imagen del producto, no cuenta con concentrado sintético de sangre para realizar al menos 30 simulaciones mensuales durante un año.

**ÍTEM 6:** la oferta presenta un modelo anatómico de mayores dimensiones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del documento era requerido un torso, sin embargo, el simulador ofertado incluye partes como cabeza y zona pélvica. Según la descripción del producto ofertado, el simulador limita la práctica a la punción lumbar “posición sentada”, dejando de lado la posición decúbito lateral izquierdo. En la práctica real es necesaria la habilidad con ambas posiciones del paciente. Además, no posee los dos insertos de médula espinal solicitados de conformidad a las especificaciones técnicas descritas.

**ÍTEM 7:** para el entrenador para el desarrollo de habilidades del sistema venoso, de acuerdo al apartado de las especificaciones técnicas “descripción”, este debía poseer sitios de prueba para tuberculosis, y extracción de sangre, sin embargo, estas capacidades no se encuentran en las especificaciones brindadas por el licitante, ni en la información dada por el fabricante. Además, en la descripción según el fabricante, hay bolsas externas que suministran sangre, así como, kits de reemplazo completo y sellador en aerosol, sin embargo, no menciona que estas vengan incluidas (solo hace referencia a que este tipo de accesorios existen), además, el licitante omitió incluirlos en los accesorios que se debían incluir en el apartado “Accesorios incluidos por equipo”, así como no incluye el concentrado sintético para realizar al menos 30 simulaciones mensuales durante un año.

**ÍTEM 9:** no es posible realizar los movimientos en caderas. A la placenta no se le pueden remover cotiledones, no tiene vejiga, no se le puede colocar catéter uretral, por tanto, no simula extracción de orina ni tiene recto permeable. Además, el recién nacido no cuenta con articulaciones ni puntos de referencia, pues se observa que la cabeza del simulador es lisa. Se requería que el simulador tuviera mecanismo para simular un parto, sin embargo, esta característica no fue encontrada.

**ÍTEM 11:** era requerido que el simulador contara con múltiples úteros, el simulador que oferta solamente posee uno, por lo tanto, el resto de características técnicas solicitadas para los distintos úteros son incumplidas.

**ÍTEM 15:** sí cumple de acuerdo a especificaciones técnicas ofertadas, sin embargo, el catálogo de maniquí es poco descriptivo y la imagen del maniquí no demuestra las características ofertadas. Además, la oferta no representa el precio más bajo de entre las ofertas que cumplen.

**ÍTEM 17:** no se recomiendan para la adjudicación ya que no cumple con las especificaciones técnicas que, si bien en la descripción del licitante estas se encuentran, al momento de citarlas en el manual del fabricante, no se encuentran: resistencia variable de las vías respiratorias, edema de lengua, laringoespasma, edema faríngeo, no especifica cardioversión. No realizan la acción de parpadeo, ni reactividad pupilar.

7. **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**, debido a lo siguiente:

**ÍTEM 9:** se solicitaba torso inferior de tamaño adulto desde el diafragma hasta el cuádriceps. El ítem ofertado es cuerpo entero, tamaño 1.67 c.m. Las articulaciones son descubiertas, por lo que incumple con la especificación piel suave con juntas sin costuras para realzar realismo. No especifica poseer placenta realista con cotiledones removibles ni capacidad para realizar ejercicios de cateterismo con uretra permeable, no cuenta con depósito de orina con una capacidad de al menos entre (350 - 450) ml, ni menciona recto permeable para aceptar óvulos bebe. No especifica Fontanela y suturas palpables, cuero cabelludo suave y sin costuras.

**ÍTEM 15:** no menciona monitor luminoso de frecuencia de compresiones, en su lugar menciona "Clicker" de compresión audible, en cuanto a las características mecánicas era necesario que el simulador estuviera montado sobre una tabla que brindara fácil manejo, característica que no se encuentra en las especificaciones técnicas descritas en el brochure del fabricante. No posee cabeza, cuello y mandíbula articuladas, no especifica si permite intubación oral y nasal, ni sondaje orofaríngeo.

**ÍTEM 8, ÍTEM 10 e ÍTEM 16:** de conformidad con el apartado F, IAL 41.1, literal (b), no se recomiendan para la adjudicación a pesar de cumplir con las especificaciones técnicas para el ítem ofertado, pues no representa la oferta con el costo evaluado más bajo de entre las ofertas que cumplen con los criterios de calificación.

En fecha veintinueve de febrero fue requerida la información financiera por medio de oficio 2024-6033-ACP/CSJ-106, para poder realizar la evaluación descrita en la sección III. Criterios de Evaluaciones y Calificaciones: 3.1. (b) "Experiencia Específica". Se

realizó un atento recordatorio en fecha cinco de marzo, sin embargo, el licitante no presentó dicha información, por lo que de conformidad a lo establecido en la IAL 27.2 del documento base: “Si un Licitante no provee las aclaraciones a su Oferta antes de la fecha y hora indicada por el Comprador en su solicitud de aclaraciones de la Oferta, su Oferta puede ser rechazada”, se recomienda el rechazo de la oferta.

**C) DECLARA DESIERTO:**

**ÍTEM 14:** los equipos ofertados por los licitantes no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

**ÍTEM 17:** por no cumplir con los criterios establecidos en cuanto a especificaciones técnicas requeridas y por exceder el presupuesto.

VI. En el STEP aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por los delegados para realizar la evaluación de las ofertas.

**POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.

**RESUELVE:**

**A) ADJUDICAR:**

1. Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, a la sociedad **SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. de C.V.**, por un monto total de **OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 890,620.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

ÍTEM	CÓD MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/PAÍS DE ORIGEN	CANT	PRECIO UNITARIO DE BIENES CON IMPUESTOS	TOTAL, ADJUDICADO O CON IMPUESTOS	TOTAL, SERVICIOS CONEXOS	TOTAL PRECIO DEL BIEN + IMPUESTOS + SERVICIOS CONEXOS
1	60312070	SIMULADOR NEONATAL AVANZADO	Marca: GAUMARD Modelo: SUPER TORY S2220 Origen: ESTADOS UNIDOS	3	\$ 93,700.00	\$ 281,100.00	\$ 6,660.00	\$ 287,760.00

2	60312075	SIMULADOR PEDIÁTRICO AVANZADO	Marca: GAUMARD Modelo: PEDRIATIC HAL S2225 Origen: ESTADOS UNIDOS	2	\$ 115,000.00	\$ 230,000.00	\$ 4,760.00	\$234,760.00
3	60312080	SIMULADOR PEDAGÓGICO HUMANO DE PARTOS MATERNO CON BEBE NEONATAL	Marca: GAUMARD Modelo: VICTORIA S2200 Origen: ESTADOS UNIDOS	2	\$ 138,000.00	\$ 276,000.00	\$ 4,760.00	\$ 280,760.00
4	60312085	SIMULADOR DE PARTO DE BAJA FIDELIDAD	Marca: GAUMARD Modelo: OBSTETRIC SUSIE S500 Origen: ESTADOS UNIDOS	5	\$ 5,400.00	\$ 27,000.00	\$ 1,070.00	\$ 28,070.00
5	60312090	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE INYECCIÓN E INFUSIÓN	Marca: GAUMARD Modelo: S402.100R Origen: ESTADOS UNIDOS	2	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ 620.00	\$ 7,020.00
6	60312093	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PUNCIÓN LUMBAR	Marca: GAUMARD Modelo: S411 Origen: ESTADOS UNIDOS	2	\$ 3,950.00	\$ 7,900.00	\$ 620.00	\$ 8,520.00
7	60312095	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL SISTEMA VENOSO	Marca: GAUMARD Modelo: S401.100 Origen: ESTADOS UNIDOS	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	\$ 620.00	\$ 4,820.00
9	81502624	MODELOS ANATOMICO (MANIQUI) DE TORSO, PARA ATENCION DE PARTOS	Marca: GAUMARD Modelo: SUPER OB SUSIE S500.300	5	\$ 7,600.00	\$ 38,000.00	\$ 910.00	\$ 38,910.00

		Origen: ESTADOS UNIDOS					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Cantidad y plazo de entrega:

<i>Cantidad</i>	<i>Plazo</i>
<b>ÍTEM 1:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
2 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 2:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidad	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 3:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidad	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 4:</b>	
2 unidades	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
3 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 5:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidad	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 6:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidad	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 7:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
1 unidad	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 9:</b>	
2 unidades	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
3 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega

Los Servicios conexos, se desglosan así:

<i>ÍTEM</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CAPACITACIÓN</i>	<i>MANTENIMIENTO</i>	<i>TOTAL SERVICIOS CONEXOS</i>
1	SIMULADOR NEONATAL AVANZADO	\$ 960.00	\$ 5,700.00 (x 24 meses)	\$ 6,600.00
2	SIMULADOR PEDIÁTRICO AVANZADO	\$ 960.00	\$ 3,800.00 (x 24 meses)	\$ 4,760.00
3	SIMULADOR PEDAGÓGICO HUMANO	\$ 960.00	\$ 3,800.00 (x 24 meses)	\$ 4,760.00

	DE PARTOS MATERNO CON BEBE NEONATAL			
4	SIMULADOR DE PARTO DE BAJA FIDELIDAD	\$ 320.00	\$ 750.00 (x 12 meses)	\$ 1,070.00
5	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE INYECCIÓN E INFUSIÓN	\$ 320.00	\$ 300.00 (x 12 meses)	\$ 620.00
6	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PUNCIÓN LUMBAR	\$ 320.00	\$ 300.00 (x 12 meses)	\$ 620.00
7	ENTRENADOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL SISTEMA VENOSO	\$ 320.00	\$ 300.00 (x 12 meses)	\$ 620.00
9	MODELOS ANATÓMICO (MANIQUÍ) DE TORSO, PARA ATENCIÓN DE PARTOS	\$ 160.00	\$ 750.00 (x 12 meses)	\$ 910.00

2. Adjudicar los ítems 11, 12, 13 y 15, a la persona natural **CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS**, por un monto total de **OCHENTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 83,000.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad con el siguiente detalle:

ÍTEM	CÓD MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODE LO/PAÍS DE ORIGEN	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS	MONTO TOTAL DE LOS BIENES IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS
11	60312061	SIMULADOR- MODELO GINECÓLOGICO ENTRENADOR DE INSERCIÓN DE DIU	Marca: LAERDAL Modelo: Sister-U Origen: CHINA	11	\$ 1,000.00	\$ 13,000.00
12	81502632	MODELO ANATÓMICO (MANIQUI) SIMULADOR DE VERSION CEFALICA EXTERNA	Marca: KOKEN Modelo: LM- 080 Origen: JAPÓN	3	\$ 9,500.00	\$ 28,500.00
13	60312066	SIMULADOR- MODELO DE ÚTERO PARA LA	Marca: LAERDAL	13	\$ 1,000.00	\$ 13,000.00

		COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	Modelo: Mama-U Origen: CHINA			
15	81502553	MODELO ANATÓMICO CABEZA Y TORSO PEDIÁTRICO.	Marca: LAERDAL Modelo: Resusci Baby Origen: CHINA	30	\$ 950.00	\$ 28,500.00

Cantidad y plazo de entrega:

<i>Cantidad</i>	<i>Plazo</i>
<b>ÍTEM 11:</b>	
6 unidades	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
7 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 12:</b>	
1 unidad	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
2 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 13:</b>	
6 unidades	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
7 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 15:</b>	
15 unidades	1ª. Entrega: 95 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
15 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega

Los Servicios conexos, se desglosan así:

<i>ÍTEM</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>SOPORTE TÉCNICO</i>	<i>CAPACITACIÓN</i>	<i>MANTENIMIENTO</i>	<i>TOTAL, SERVICIOS CONEXOS</i>
11	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	--	\$ 400.00	\$ 650.00 (x 12 meses)	\$ 1,050.00
12	MODELO ANATOMICO CABEZA Y TORSO PEDIATRICO	\$ 360.00	\$ 300.00	\$ 250.00 (x 12 meses)	\$ 910.00
13	SIMULADOR-MODELO DE ÚTERO PARA LA COLOCACIÓN DE DIU POST-PARTO	--	\$ 400.00	650.00 (x 12 meses)	\$ 1,050.00
15	MODELO ANATOMICO CABEZA Y TORSO PEDIATRICO	--	\$ 150.00	\$ 900.00 (x 12 meses)	\$ 1,050.00

3. Adjudicar los ítems 11, 12, 13 y 15, a la empresa *S.T. MEDIC, S.A. de C.V.*, por un monto total de **VEINTE Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 23,093.00)**, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el presupuesto ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad con el siguiente detalle:

ÍTEM	CÓD. MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL, ADJUDICADO CON IMPUESTOS	TOTAL, SERVICIOS CONEXOS	TOTAL PRECIO DEL BIEN + IMPUESTOS + SERVICIOS CONEXOS
8	81502620	MODELOS ANATÓMICO (MANIQUÍ) DE PELVIS EMBARAZADA	Marca: GENERAL DOCTOR Modelo: GD/F54 Origen: CHINA	5	\$ 1,125.00	\$ 5,625.00	\$ 1,250.00	\$ 6,875.00
10	60312064	SIMULADOR DE INSERCIÓN DE IMPLANTE SUBCUTÁNEO, BRAZO IZQUIERDO	Marca: GENERAL DOCTOR Modelo: GD/F9C Origen: CHINA	6	\$ 128.00	\$ 768.00	\$ 900.00	\$ 1,668.00
16	81502609	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) DE CABEZA PEDIÁTRICO PARA PRÁCTICA MANEJO DE VÍA AÉREA, INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL	Marca: GENERAL DOCTOR Modelo: GD/J16 Origen: CHINA	30	\$ 235.00	\$ 7,050.00	\$ 7,500.00	\$ 14,550.00

Cantidad y plazo de entrega:

Cantidad	Plazo
<b>ÍTEM 8:</b>	
2 unidades	1ª. Entrega: 60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
3 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 10:</b>	
3 unidades	1ª. Entrega: 60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato
3 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
<b>ÍTEM 16:</b>	
	1ª. Entrega: 60 días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato

15 unidades 15 unidades	2ª. Entrega: 120 días calendario posterior a la primera entrega
----------------------------	---

Los Servicios conexos, se desglosan así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
8	MODELOS ANATÓMICO (MANIQUÍ) DE PELVIS EMBARAZADA	\$ 250.00	\$ 1,000.00 (X 12 MESES)	\$ 1,250.00
10	SIMULADOR DE INSERCIÓN DE IMPLANTE SUBCUTÁNEO, BRAZO IZQUIERDO	\$ 300.00	\$ 600.00 (X 12 MESES)	\$ 900.00
16	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) DE CABEZA PEDIÁTRICO PARA PRÁCTICA MANEJO DE VÍA AÉREA, INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00 (X 12 MESES)	\$ 7,500.00

**Lugar de entrega:** ALMACEN EL PARAISO Final 6° Calle oriente No. 1105 Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador, previo a coordinación con el administrador del Contrato.

**Fondos Externo:** Contrato de Préstamo BIRF 9065-SV.

**Categoría de Inversión:** Categoría de Inversión 1. Componente 2, Modernización, agilización y fortalecimiento del MINSAL para la prestación pública de salud materno infantil. Proyecto 7496.

**Cifrado Presupuestario:** 2024-3200-3-11-02-22-3-61199.

**B) RECHAZAR** por no responder sustancialmente a lo solicitado en el Documento de Solicitud de Ofertas, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación las ofertas presentadas por los oferentes: **SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.:** ítem 8, ítem 10, ítem 11, ítem 16; **8 INFINITO, S.A. DE C.V.:** ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítem 7, ítem 8, ítem 9, ítem 10, ítem 11, ítem 12, ítem 13, ítem 14, ítem 15, ítem 16 e ítem 17.; **PROMED EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:** ítem 14; **CARLOS JOSUÉ INGLÉS CIENFUEGOS:** ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítem 7, ítem 8, ítem 9, ítem 10, ítem 14, ítem 16 e ítem 17; **MULTI INVERSIONES DÍAZ Y TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. (MINDI & TECH, S.A. DE C.V.):** ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítem 7, ítem 8, ítem 9, ítem 10, ítem 11, ítem 13, ítem 15 e ítem 16; **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.:** ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 5, ítem 6, ítem 7, ítem 9, ítem 11, ítem 15, ítem 17; **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:** ítem 8, ítem 9, ítem 10, ítem 15 e ítem 16.

**C) DECLARA DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación debido a que las empresas que los ofertaron no cumplen con los requisitos y condiciones establecidos en Documento de Solicitud de Oferta:



MINISTERIO  
DE SALUD

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS:  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA  
INFANCIA EN EL SALVADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.
14	81502700	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA ENTRENAMIENTO	C/U	32
17	81502570	MODELO ANATÓMICO (MANIQUÍ) SIMULADOR PEDIÁTRICO (DE UN NIÑO DE UN AÑO), DE CUERPO COMPLETO TOTALMENTE ARTICULADO PARA LA PRÁCTICA DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR Y TRAUMA	C/U	25

D) Elaborar el respectivo contrato para los ítems adjudicados.

E) **AUTORIZAR** a la UCPCSJ, realizar una nueva convocatoria del proceso, una vez la Unidad Solicitante confirme la necesidad de los artículos, realice un sondeo de mercado y corrobore los precios del mercado.

**NOTIFÍQUESE:**



*Dr. Francisco José Alabi Montoya*  
Ministro de Salud, Ad Honorem