

Resolución de Adjudicación No. 64/2023 UCPCSJ

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas veinte minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con el Plan de Adquisiciones se promovió el proceso de Solicitud de Ofertas Abierta Internacional N° CSJ-70-GO-RFB denominado: "*EQUIPO ANTROPOMETRICO PARA EVALUACION NUTRICIONAL*", el cual se ha seguido conforme las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.
- II. Que habiendo señalado el día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, hasta las diez horas, para la recepción y apertura de ofertas, llegando el día y hora señalado, se recibieron seis ofertas: 1) JUAN ANTONIO MADRID CORDON/INNOVACIONES MEDICAS; 2) TECNICA ELECTRO MÉDICA, S.A.; 3) INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 4) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; 5) SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. y 6) FALMAR, S.A. DE C.V., lo cual consta en Cuadro de Recepción de Ofertas y Acta de Apertura que forman parte del expediente del proceso.
- III. Que mediante Acuerdo de Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N° 2023-7010-37, de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés, se nombró la Comisión Evaluadora de las ofertas.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Solicitud de Ofertas Abierta Internacional, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial, los nombrados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron la Recomendación de Adjudicación, según el siguiente detalle:
 - 1) **ADJUDICAR** el proceso de Solicitud de Ofertas Abierta Internacional N° CSJ-70-GO-RFB denominado: "*EQUIPO ANTROPOMETRICO PARA EVALUACION NUTRICIONAL*", por un monto total de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,962,310.06)**, con impuestos incluidos, conforme a los Lotes que se detallan a los siguientes oferentes:

PROVEEDOR	ítems	Monto Adjudicado
JUAN ANTONIO MADRID CORDON	<u>Lote 1:</u> ítems 1, 3 y 6; <u>Lote 2:</u> ítem 2	\$1,484,795.94 Incluye servicios conexos
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	<u>Lote 2:</u> ítems 1, 3 y 4	\$32,634.97
ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	<u>Lote 1:</u> ítem 2	\$907,107.50 Incluye servicios conexos
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	<u>Lote 1:</u> ítems 5 y 7	\$537,771.65
MONTO TOTAL DE ADJUDICACION		\$2,962,310.06

- 2) **RECHAZAR** por no responder sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a las Instrucciones a los Licitantes, cláusula 41, Criterios de Adjudicación y a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, las ofertas siguientes:

○ **TECNICA ELECTROMEDICA, S.A.:**

✓ **LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **SERVICIOS TÉCNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1**

- **ITEM 1: BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO:** El modelo de báscula ofertada contiene desviaciones significativas, ya que no posee tecnología inalámbrica de transmisión de datos a otro dispositivo; no cuenta con las funciones mínimas requeridas a) Auto-Hold, la cual es de suma importancia ya que indica el resultado de la báscula aún descargada; b) Función TARA, es útil, ya que permite que los pesos adicionales no deben incluirse en el resultado del pesaje.

- **ITEM 3: BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO:** Contiene desviaciones significativas que son necesarias, el bien ofertado no cuenta con la Función PRE-TARA la cual sirve para registrar el peso del paciente con mayor precisión o detalle; asimismo el alcance de medición aproximada requerida es de: 30-220 cm y ofrece 60-218 cm, lo cual impediría medir niños con tallas menores a 60 cms.

✓ **LOTE 2.**

- **ÍTEM 2: TALLIMETRO PLEGABLE PORTATIL:** No cuenta con la aprobación para su comercialización conforme lo establecido en documentación subsanable.

- **ITEM 3: CINTA METRICA PEDIATRICA PARA MEDIR PERIMETRO CEFALICO:** No posee con la normativa de Sistema de gestión de la calidad para fabricante de equipos médicos requeridos.
- **ITEM 4: CINTA MÉTRICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA CORPORAL:** No posee con la normativa de Sistema de gestión de la calidad para fabricante de equipos médicos requeridos.

o **FALMAR, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1**

- **ITEM 3: BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO:** Contiene desviaciones significativas que son necesarias, ya que el alcance de medición aproximada requerida es de: 30-220 cm y ofrece 80-210 cm, lo cual impediría medir niños con tallas menores a 80 cms; asimismo no cuenta con la línea de Frankfurt, que es la encargada de asegurar el posicionamiento exacto de la persona y con ello obtener un resultado preciso; el material con el cual está elaborado es un pilar de aluminio y base de hierro fundido, que son corrosivos ya que no es resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario; no cumple con la normativa requerida para gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ITEM 7: BALANZA DIGITAL:** No presentó documentación complementaria en el tiempo establecido en el oficio No. 2023-6033-ACP/CSJ-327.

3) Declarar **DESIERTO** el ítem:

LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL. Por lo que se debe gestionar un nuevo proceso de compra y verificar las especificaciones técnicas requeridas y precios de mercado por la unidad solicitante.

V. En el STEP aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior; por lo que no requiere No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.

VI. En fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés, se remitieron a los seis oferentes participantes del proceso, la Notificación de Intención de Adjudicación, y conforme a lo indicado en el numeral 40.1 del documento de Solicitud de Ofertas Abierta Internacional, se otorgó el plazo suspensivo para la recepción de queja o reclamo a la intención de adjudicación, pasado el plazo suspensivo otorgado en la Intención de Adjudicación, ningún licitante presentó queja.

VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial.

RESUELVE:

1) **ADJUDICAR** los lotes que se detallan a los siguientes oferentes:

- a) **JUAN ANTONIO MADRID CORDON/INNOVACIONES MEDICAS, LOTE 1:** BIENES PARA DETERMINACION DE PESO (Ítems 1, 3 y 6), **LOTE 2:** BIENES PARA MEDICION DE TALLAS (Ítem 2), hasta por un monto máximo de **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 94/100 DÓLARES**

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,484,795.94), con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 25 de julio de 2023 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO /PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL ADJUDICADO CON IMPUESTOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
LOTE 1: BIENES PARA DETERMINACION DE PESO							
1	60302100	BASCULA PARA RECEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO	MARCA: SECA MODELO: 3741321001 PAIS DE ORIGEN: Alemania	980	\$810.040500	\$793,839.69	2023-3200-3-12-01-22-3-61103
3	60302075	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO	MARCA: SECA MODELO: 2841310109 PAIS DE ORIGEN: Alemania	150	\$2,541.675100	\$381,251.27	2023-3200-3-12-01-22-3-61103
6	60302111	BASCULA DE BAÑO CON MEDICION DE COMPOSICION CORPORAL	MARCA: SECA MODELO: 8041314009 PAIS DE ORIGEN: Alemania	950	\$130.176000	\$123,667.20	2023-3200-3-12-01-22-3-61103
LOTE 2: BIENES PARA MEDICION DE TALLAS							
2	80513310	TALLIMETRO PLEGABLE PORTATIL	MARCA: SECA MODELO: 2131821009 PAIS DE ORIGEN: Alemania	1030	\$180.61920	\$186,037.78	2023-3200-3-12-01-22-3-61103

- b) **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., LOTE 2: BIENES PARA DETERMINACION DE TALLAS** (Ítems, 1, 3 y 4), hasta por un monto máximo de **TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$32,634.97)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 25 de julio de 2023 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO /PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL ADJUDICADO CON IMPUESTOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	80513315	INFANTOMETRO	MARCA: SECA MODELO: 417 PAIS DE ORIGEN: Alemania/China	100	\$188.4953	\$18,849.53	2023-3200-3-12-02-22-3-61103
3	80513140	CINTA METRICA PEDIATRICA PARA MEDIR PERIMETRO CEFALICO	MARCA: SECA MODELO: 212 PAIS DE ORIGEN: Alemania/China	150	\$54.6468	\$8,197.02	2023-3200-3-12-02-22-3-61103
4	80513155	CINTA METRICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA CORPORAL	MARCA: SECA MODELO: 203 PAIS DE ORIGEN: Alemania/China	314	\$17.797515	\$5,588.42	2023-3200-3-12-02-22-3-61103

- c) **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., LOTE 1: BIENES PARA DETERMINACIÓN DE PESO** (ítem 2), hasta por un monto máximo de **NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$907,107.50)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el

Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 25 de julio de 2023 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

LOTE	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO /PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL ADJUDICADO CON IMPUESTOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
LOTE 1: BIENES PARA DETERMINACION DE PESO							
2	60302112	BASCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	MARCA: TANITA MODELO: TBF - 400 Sin columna PAIS DE ORIGEN: Alemania	95	\$9,548.50	\$907,107.50	2023-3200-3-12-02-22-3-61103

- d) **SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V., LOTE 1: BIENES PARA DETERMINACION DE PESO** (Ítems 5 y 7), hasta por un monto máximo de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$537,771.65)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta y enmienda No, 1, de fecha 25 de julio de 2023 y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/ PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL ADJUDICADO CON IMPUESTOS	CIFRADO PRESUPUESTARIO
5	60302110	BASCULA DE PISO, ESTÁNDAR	MARCA: DETECTO MODELO: SlimPro PAIS DE ORIGEN: Usa/China	3080	\$157.103899	\$483,880.01	2023-3200-3-12-02-22-3-61103
7	60403052	BALANZA DIGITAL	MARCA: DETECTO MODELO: WPS12 PAIS DE ORIGEN: USA u otro	108	\$498.996666	\$53,891.64	2023-3200-3-12-02-22-3-61103

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,962,310.06)

Plazo y lugar de entrega: **Ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de distribución del contrato**, en coordinación con el Administrador de Contrato, en ALMACÉN EL PARAISO, ubicado en Final 6ª. Calle Oriente No. 1105, Colonia El Paraíso, Bo. San Esteban, San Salvador.

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 1, SUBCOMPONENTE 1.1 PROMOVER INTERVENCIONES PARA APOYAR A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y FORTALECER LA RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO-INFANTIL. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103

- 2) **RECHAZAR** por no responder sustancialmente a lo solicitado en el Documento de Solicitud de Ofertas, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, para los siguientes oferentes:

- o **TECNICA ELECTROMEDICA, S.A.:**

✓ **LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales

generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1, ÍTEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1, ÍTEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL.**

El bien ofertado contiene las desviaciones significativas siguientes: a) el medidor de grasa corporal ofertado es para uso horizontal mediante electrodos adhesivos, los cuales generalmente son utilizados en pacientes hospitalizados que no pueden moverse, y se requieren medidores de grasa corporal para pacientes en posición vertical, con diseño simple, inalámbrico, portátil, liviano y fácil de transportar y usar, ya que serán utilizados mediante visitas en diferentes municipios del país; b) sobrepasa el monto disponible.

○ **SERVICIOS TÉCNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1**

- **ÍTEM 1: BÁSCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO:** El modelo de báscula ofertada contiene desviaciones significativas, ya que no posee tecnología inalámbrica de transmisión de datos a otro dispositivo; no cuenta con las funciones mínimas requeridas a) Auto-Hold, la cual es de suma importancia ya que indica el resultado de la báscula aún descargada; b) Función TARA, es útil, ya que permite que los pesos adicionales no deben incluirse en el resultado del pesaje.
- **ÍTEM 3: BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO:** Contiene desviaciones significativas que son necesarias, el bien ofertado no cuenta con la Función PRE-TARA la cual sirve para registrar el peso del paciente con mayor precisión o detalle; asimismo el alcance de medición aproximada requerida es de: 30-220 cm y ofrece 60-218 cm, lo cual impediría medir niños con tallas menores a 60 cms.

✓ **LOTE 2.**

- **ÍTEM 2: TALLÍMETRO PLEGABLE PORTÁTIL:** No cuenta con la aprobación para su comercialización conforme lo establecido en documentación subsanable.
- **ÍTEM 3: CINTA MÉTRICA PEDIÁTRICA PARA MEDIR PERÍMETRO CEFÁLICO:** No posee con la normativa de Sistema de gestión de la calidad para fabricante de equipos médicos requeridos.
- **ÍTEM 4: CINTA MÉTRICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA CORPORAL:** No posee con la normativa de Sistema de gestión de la calidad para fabricante de equipos médicos requeridos.

○ **FALMAR, S.A. DE C.V.:**

✓ **LOTE 1**


- **ITEM 3: BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO:** Contiene desviaciones significativas que son necesarias, ya que el alcance de medición aproximada requerida es de: 30-220 cm y ofrece 80-210 cm, lo cual impediría medir niños con tallas menores a 80 cms; asimismo no cuenta con la línea de Frankfurt, que es la encargada de asegurar el posicionamiento exacto de la persona y con ello obtener un resultado preciso; el material con el cual está elaborado es un pilar de aluminio y base de hierro fundido, que son corrosivos ya que no es resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario; no cumple con la normativa requerida para gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ITEM 7: BALANZA DIGITAL:** No presentó documentación complementaria en el tiempo establecido en el oficio No. 2023-6033-ACP/CSJ-327.

3) Declarar **DESIERTO** el ítem:

LOTE 1, ITEM 4: MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL. Por lo que se debe gestionar un nuevo proceso de compra y verificar las especificaciones técnicas requeridas y precios de mercado por la unidad solicitante.

4) Elaborar los respectivos contratos.

NOTIFÍQUESE:



Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud, Ad Honorem