

Resolución de Adjudicación n.º 010/2024 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día trece de febrero de dos mil veinticuatro.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas de Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios n.º PRIDESII-548-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD”, con fondos del Contrato de Préstamo n.º3608/OC-ES: PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- II. Se señaló el día dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés hasta las quince horas con treinta minutos, para la recepción de ofertas, prorrogándose para el día cinco de enero de dos mil veinticuatro, habiéndose recibido seis (6) ofertas presentadas por: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE OSORIO, INFRA de El Salvador, S.A. DE C.V., SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V., S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., MULTI INVERSIONES DÍAZ & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V; lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y Acta de Apertura de Ofertas, que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargados de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaron: Ing. July Xiomara Carranza García, Consultora Ingeniería Biomédica; Dr. Luis Enrique Martínez Valle, Colaborador Técnico Médico; Dra. Ana Doris Mejía de Núñez, Colaborador Técnico Unidad de Salud Bucal; Dra. Ana Karina Corcios Molina, Referente Regional de Odontología Región Salud Metropolitana; asimismo, se designó a la Lcda. Rita Barahona Molina, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP-UGPPI.
- IV. Analizadas y evaluadas las cotizaciones y de conformidad a las disposiciones establecidas en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y en el numeral 15. Evaluación y Comparación de las Ofertas y el Numeral 17. Adjudicación, del Documento de Comparación de Precios, los designados para realizar la evaluación técnica de las ofertas emitieron el informe de evaluación y recomendación para la adjudicación; recomendando al TITULAR DEL MINSAL de la siguiente manera:
 1. **ADJUDICAR** el proceso de Comparación de Precios n.º PRIDESII-548-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD” por un monto de TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30,916.00), los ítems que se detallan a continuación a los siguientes oferentes:

- 1.1. **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**, los ítems 5, 17, 18 y 19 por un monto de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,905.00)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado.
- 1.2. **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** los ítems 8, 12 y 15 por un monto de **NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9,437.00)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado.
- 1.3. **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.** los ítems 4, 9, 10 y 11 por un monto de **ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$11,149.00)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado.
- 1.4. **SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V.** los ítems 1 y 3 por un monto de **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,425.00)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado.
2. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** PRÉSTAMOS EXTERNOS, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Categoría de inversión 1. Fortalecimiento de la red de atención ambulatoria, Subcategoría 1.3. Apoyo al funcionamiento de la red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.
Cifrado presupuestario:

Cifrado presupuestario:	Ítems	US \$
2024-3200-3-09-01-22-3-54113	1, 3, 9	\$6,993.00
2024-3200-3-09-01-22-3-61103	4, 5, 8, 10, 11, 12	\$18,008.00
2024-3200-3-09-01-22-3-61101	15, 17, 18, 19	\$5,915.00
TOTAL US\$		\$30,916.00

3. **PLAZO DE ENTREGA:** 120 días calendario posterior a la distribución de la Orden de Compra.
4. **LUGAR DE ENTREGA:** Almacén El Paraíso, final 6ª. Calle oriente n.º1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.
5. **RECHAZAR** los ítems de las ofertas que se detallan a continuación, por no responder sustancialmente a lo solicitado, de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y al

Numeral 15. Evaluación y Comparación de las Ofertas y Numeral 17. Adjudicación del documento de Comparación de Precios:

a. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

Ítem 1, 2, 3 y 12: El país de Origen de los bienes ofertados es India, el cual no es un país elegible de conformidad a cláusula 5. Elegibilidad: Países Miembros del BID, literal A), razón por la cual no califican para la evaluación técnica.

Ítem 4: No cumple, debido a que el equipo ofertado no posee soporte que permita fijar el lápiz de cauterio en el equipo, lo cual no permitiría mantener el lápiz en una posición segura.

Ítem 6: No cumple, debido a que el equipo ofertado no puede utilizar baterías recargables y lo solicitado es por baterías recargables con cargador incluido. Adicionalmente oferta baterías triple A y lo solicitado es batería tipo pastilla, asimismo, no presenta el certificado de Sistema de Gestión de Calidad.

Ítem 7: No cumple, debido a que el equipo ofertado ofrece límites de medición de PA de 30 a 270 mmHg, lo solicitado es de 30 a 290 mmHg.

Ítem 8: No cumple, dado que ofrece rango de medición de 35-80 cm., y lo solicitado es rango de medición de (10-99) cm o rango mayor.

Ítem 11: No cumple, debido a que, según especificación técnica detallada en la oferta, el grabador de audio no le aplica al equipo ofertado, lo cual dicha función es importante para el registro médico de la paciente.

Ítem 13: No cumple debido a que ofrece el diámetro del asiento de 30 cm. y lo solicitado es diámetro de 35 cm o mayor, lo cual es importante para asegurar la estabilidad del usuario.

Ítem 14: No cumple con el diámetro solicitado dado que oferta rodos giratorios de 3” y lo solicitado son rodos giratorios de 4” . Asimismo, las dimensiones ofertadas son de 73 cm de ancho y 53 cm de largo, y lo solicitado es ancho entre 50-60 cm y largo entre 60-70 cm.

Ítem 15: No cumple debido a que ofrece ancho de 74 cm, y lo solicitado es ancho: entre 45-60 cm, por lo que no es funcional con relación a los espacios donde se colocará el mobiliario, adicionalmente, oferta largo de 54 cm y lo solicitado es largo: entre 60-70 cm., por lo que, no es aceptable debido a que el espacio para colocar medicamento es reducido.

b. S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.

Ítem 6: No cumple, debido a que el equipo ofertado no trae indicador de fecha y hora, por lo que la función de registro de datos de muestra de temperatura queda reducida ya que no puede haber trazabilidad con los datos del paciente, adicionalmente el equipo ofertado no puede utilizar baterías recargables y lo solicitado es por baterías recargables con cargador incluido, además, oferta baterías triple A y lo solicitado es batería tipo pastilla.

Ítem 7: No cumple, debido a que los límites de medición de PA ofertados es de 30 a 255 mmHg, lo solicitado es de 30 a 290 mmHg.

c. SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V.

Ítem 2: No cumple, debido a que el equipo ofertado presenta balón resucitador con volumen de 240 ml y lo solicitado es balón con volumen máximo entre 250-300ml

Ítem 6: No cumple, debido a que, según nota aclaratoria el equipo ofertado no posee indicador de fecha y hora, por lo que la función de registro de datos de muestra de temperatura, queda reducida ya que no puede haber trazabilidad con los datos del paciente.

Ítem 7: No cumple, debido a que, según nota aclaratoria el equipo ofertado no muestra los datos de presión media en la pantalla, condición necesaria para la trazabilidad de los datos del paciente.

Ítem 10: En el Formulario de Carta de Oferta, y en el Formulario de Lista de Precios establece que oferta el ítem 10-Estetoscopio biauricular para adulto doble campana-, sin embargo, no adjuntó el formulario de las especificaciones Técnicas, por lo que dicho ítem no fue evaluado.

d. MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO

Ítem 4: No cumple, debido a que oferta dos (2) sets, cada uno de 20 electrodos monopares descartables y lo solicitado es de (2) sets, cada uno de 50 electrodos monopares descartables, lo que afectaría el alcance en la realización de un mayor número de procedimientos, adicionalmente oferta una pinza bipolar: tipo recta, reusable, y lo solicitado es dos (2) tipos de pinzas bipolares: tipo bayoneta y tipo recta, reusables, lo cual ambas pinzas son necesarias para realizar los diferentes tipos de procedimientos, además, ofrece una placa de retorno reusable y dos placas descartables y lo solicitado es dos (2) Placas de retorno reusable con cable de conexión, dichos accesorios son requeridos para garantizar el funcionamiento del equipo en un período más largo.

e. MULTI INVERSIONES DÍAZ & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

Ítem 11: no cumple con el grabador de audio, dicha función es importante para el registro médico de la paciente.

6. NO SE RECOMIENDA la adjudicación de las ofertas presentadas por ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. para los ítems 9 y 10; SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. para los ítems 9 y 11; S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. para el ítem 8, ya que a pesar que cumplen con lo requerido, no representan la oferta más baja.

7. DECLARAR DESIERTO los ítems que se detallan a continuación:

- a) Equipo, instrumental clínico y mobiliario médico para Unidades de Salud: ítems 2, 6, 7, 13 y 14, debido a que las empresas que los ofertaron no cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas.
- b) Equipo, instrumental clínico y mobiliario médico para Unidades de Salud: ítems 16, 20, 21, 22, 23,24 y

25, e Instrumental Odontológico para Unidades de Salud: ítems del 1 al 20, debido a que no fueron ofertados.

- V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Que según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores y según el acuerdo 2101-Bis, de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, donde se nombra a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros como Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) PRIDES II.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en el numeral 17. ADJUDICACIÓN del Documento de Comparación de Precios:

RESUELVE:

1. **ADJUDICAR** el proceso de Comparación de Precios n.º **PRIDESII-548-CP-B-MINSAL** denominada **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD"** por un monto de **TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30,916.00)**, los ítems que se detallan a continuación a los siguientes oferentes:
 - 1.1. **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**, por un monto de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,905.00)**, con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$	HASTA UN MONTO TOTAL US\$
5	60302230	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE Marca: MEDELA Modelo: PUMP IN STYLE	Suiza	C/U	6	\$425.00	\$2,550.00
17	62704490	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	China	C/U	1	\$395.00	\$395.00

ÍTEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$	HASTA UN MONTO TOTAL US\$
		Marca: DOUBLE CARE MEDICAL Modelo: HY9220					
18	62704625	SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS Marca: PREISA Modelo: Sillón para toma de muestra	El Salvador	C/U	1	\$475.00	\$475.00
19	62704320	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES Marca: PREISA Modelo: GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES	El Salvador	C/U	9	\$165.00	\$1,485.00
TOTAL A ADJUDICAR (con impuestos incluidos)							\$4,905.00

- 1.2. INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por un monto de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9,437.00), con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$	HASTA UN MONTO TOTAL US\$
8	60302100	BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO Marca: OXGASA/SECA/ARI Modelo Báscula: 354/3541317614 Modelo Mueble: INF-HE Modelo Tallímetro: MR-100	El Salvador/ Alemania /China	C/U	4	\$1,140.00	\$4,560.00
12	62704020	BALDE METÁLICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS Oferta capacidad de 14 litros Marca: OXGASA Modelo: BAL-D	El Salvador	C/U	6	\$219.50	\$1,317.00
15	62704330	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA Marca: OXGASA Modelo: MAX-INS	El Salvador	C/U	8	\$445.00	\$3,560.00
TOTAL A ADJUDICAR (con impuestos incluidos)							\$9,437.00

- 1.3. S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. por un monto de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$11,149.00), con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$	HASTA UN MONTO TOTAL US\$
4	60302225	ELECTROCAUTERIO Marca: BOVIE Modelo: BANTAM PRO A952	USA/ Bulgaria	C/U	1	\$6,020	\$6,020.00
9	60302330	GLUCOMETRO PERSONAL CON TIRAS INCLUIDAS Marca: NIPRO Modelo: PREMIER α	Corea	C/U	16	\$98.00	\$1,568.00
10	60302300	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA Marca: RISTER Modelo: DUPLEX @2.0	Alemania	C/U	29	\$61.00	\$1,769.00
11	60302178	DOPPLER FETAL PORTATIL Marca: EDAN Modelo: SONOTRAX II PRO	China	C/U	7	\$256.00	1792.00
TOTAL A ADJUDICAR (con impuestos incluidos)							\$11,149.00

1.4. SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. por un monto de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,425.00), con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios, y los precios ofertados están dentro de los precios de mercado de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$	HASTA UN MONTO TOTAL US\$
1	60302775	RESUCITADOR MANUAL ADULTO Marca: MERCURY Modelo: N/A	China/ USA	C/U	16	\$175.00	\$2,800.00
3	60302825	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO Marca: MERCURY Modelo: N/A	China/ USA	C/U	15	\$175.00	\$2,625.00
TOTAL A ADJUDICAR (con impuestos incluidos)							\$5,425.00

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS, Contrato de Préstamo 3608/OC-ES. Categoría de inversión 1. Fortalecimiento de la red de atención ambulatoria, Subcategoría 1.3. Apoyo al funcionamiento de la red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

Cifrado presupuestario:

Cifrado presupuestario:	Ítems	US \$
2024-3200-3-09-01-22-3-54113	1, 3, 9	\$6,993.00
2024-3200-3-09-01-22-3-61103	4, 5, 8, 10, 11, 12	\$18,008.00
2024-3200-3-09-01-22-3-61101	15, 17, 18, 19	\$5,915.00
TOTAL US\$		\$30,916.00

3. **PLAZO DE ENTREGA:** 120 días calendario posterior a la distribución de la Orden de Compra
4. **LUGAR DE ENTREGA:** Almacén El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n.º1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.
5. **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y al Numeral 15. Evaluación y Comparación de las Ofertas y Numeral 17. Adjudicación, del documento de Comparación de Precios, por las razones expuestas en el Romano IV, Numeral 5 del presente documento, las siguientes ofertas en los ítems que se detallan a continuación: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15; S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. ítems 6 y 7; SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. ítems 2, 6, 7 y 10; MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO ítem 4 y MULTI INVERSIONES DÍAZ & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. ítem 11.
6. **DECLARAR DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación:
 - a) Equipo, instrumental clínico y mobiliario médico para Unidades de Salud: ítems 2, 6, 7, 13 y 14, debido a que las empresas que los ofertaron no cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas.
 - b) Equipo, instrumental clínico y mobiliario médico para Unidades de Salud: ítems 16, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, e Instrumental Odontológico para Unidades de Salud: ítems del 1 al 20, debido a que no fueron ofertados.
7. Elaborar las respectivas órdenes de compra.

NOTIFÍQUESE:


Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) PRIDES II

