

Resolución de Adjudicación N° 109/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día doce de julio de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – GN-2349-15, se promovió el proceso de Licitación Pública Internacional N°. PRIDESII-393-LPI-B-MINSAL, denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR”, con fuente de financiamiento del Contrato de Préstamo BID-3608/OC-ES - PROYECTO INTEGRADO DE SALUD II, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- II. Señalándose el día tres de noviembre de dos mil veintidós para la recepción de ofertas; habiéndose recibido once ofertas: 1. SUPLIMED, S.A. de C.V., 2. SISBIOMED, S.A. DE C.V., 3. PROMED, S.A. DE C.V., 4. EQUIMSA, S.A. DE C.V., 5. INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 6. RAF, S.A. DE C.V., 7. DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V., 8. INGETEC, S.A. DE C.V., 9. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., 10. S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. y 11. B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA Y CARIBE, S.A. DE C.V., lo cual consta en el acta de recepción y apertura de ofertas y que forma parte del expediente del proceso.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas ACP-UGP N° 031/2022, de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós; el delegado del Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: Dr. José Rubén Rodríguez Turcios, Jefe de Sala de Operaciones del Hospital Nacional Zaldaña; Ing. Juan Eduardo Rodríguez, Jefe de Planificación de la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico; Dr. Luis Ernesto de Paz, Asesor del Vice Despacho; Delegados ACP/UGP, Lic. Nelson Manuel Cubías, Especialista Financiero; Lic. Esmeralda Marleny León León, Consultora Jurídica / Encargada del Dictamen Legal y la Lcda. Jenny Guadalupe Fuentes Mancía, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones como responsable del Proceso de Compra.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas de conformidad a las disposiciones establecidas en Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y al Documento de Licitación Pública Internacional, Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 27.2 Determinación del cumplimiento de las ofertas; la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Informe de Evaluación y Recomendación del proceso al TITULAR DEL MINSAL de la siguiente manera:
 - 1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-393-LPI-B-MINSAL** denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR”, por un monto total de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS 25/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$1,264,026.25)**, a los oferentes que se detallan:
 - 1.1. **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.** los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9: por un monto de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$842,810.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

- 1.2. **INGETEC, S.A. DE C.V.:** el ítem 5 y 13 por un monto de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$133,895.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
- 1.3. **EQUIMSA, S.A. DE C.V.:** el ítem 16 por un monto de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$197,000.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
- 1.4. **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.:** el ítem 17 por un monto de **NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 25/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$90,321.25)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
- **PLAZO DE ENTREGA:** 210 días calendario contados después de la distribución del contrato (Para cada uno de los ítems).
 - **LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE.
 - Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES, CATEGORÍA DE INVERSIÓN: 2 FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SUB CATEGORÍA: 2.1 CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR, PROYECTO 6300.
 - Cifrado presupuestario: 2023-3200-3-09-02-22-3-61103.
- 2) **RECHAZAR** las ofertas abajo detalladas, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numerales 1.1. Elegibilidad, 1.2. Examen Preliminar y 1.6. Evaluación Técnica de la Oferta, debido a desviaciones y omisión significativas en la oferta.
- 2.1. **PROMED, S.A.:** No se ajusta sustancialmente a lo requerido en el documento de Solicitud de Ofertas, debido a que los equipos ofertados de los ítems: 2, 4, 5, 8, 9 y 10 son provenientes de un país no elegible para el BID (Taiwan), y los ítems 1 y 7 por incumplimiento en las especificaciones técnicas ofertadas.
- 2.2. **SUPLIMED, S.A. DE C.V.:** No se ajusta sustancialmente a lo requerido en el documento de Solicitud de Ofertas, debido a que presentó formulario de carta oferta con formato Banco Mundial; no considera el numeral q), que hace referencia a la presentación del formulario de propiedad efectiva si su oferta es aceptada.
- 2.3. **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.:** No se ajusta sustancialmente a lo requerido en el documento de Solicitud de Ofertas, debido a que los equipos ofertados de los ítems: 18 y 19 son de nacionalidad de un país no elegible para el BID (Bulgaria).

2.4. B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S.A. de C.V.: No se ajusta sustancialmente a lo requerido en el documento de Solicitud de Ofertas, debido a que la carta oferta no se considera el literal q) Formulario de Propiedad Efectiva, dice "No aplica". Siendo un documento no subsanable.

2.5. EQUIMSA, S.A. DE C.V.: Presenta incumplimiento en las especificaciones técnicas ofertadas, en el ítem 4: LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO L, Numeral: 13. El sistema de bombillos ofertado es por panel de lámparas LED, no de manera independientes como se requiere.

2.6. INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.: Presenta incumplimiento en las especificaciones técnicas ofertadas, en los ítems siguientes:

- Ítem 4: LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO L.
 - Numeral 13. El sistema de bombillos ofertado es por módulo de 6 bombillos, no de manera independientes como se requiere.
- Ítem 5: LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED
 - Numeral 6.4. No se pudo identificar la especificación técnica, "con incremento de temperatura en el campo operatorio no mayor a 12°C".
 - Numeral 6.7. Campo operatorio ofertado con diámetro de 20 cm, requiriéndose con diámetro de entre 25-30 cm.
 - Numeral 7. El sistema de bombillos ofertado es por módulo de bombillos, no de manera independientes como se requiere.
 - Numeral 18. No se localizó el certificado de la norma de seguridad de la IEC 60601-2-41 o equivalente.
- Ítem 7: MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES
 - Numeral 10.2. La pantalla ofertada es de 6.5", solicitándose de al menos 12" a color, tipo LCD TFT, LED o mejorada.

2.7. RAF, S.A. DE C.V.: Presenta incumplimiento en las especificaciones técnicas ofertadas, en los ítems siguientes:

- Ítem 4: LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO L.
 - Numeral 13. El sistema de bombillos ofertado es por paneles de bombillos, no de manera independientes como se requiere.
- Ítem 5: LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED
 - Numeral 6.4. Oferta incremento de temperatura de 10 - 14 °C, solicitando el incremento de temperatura no mayor a 12°C.
 - Numeral 6.6. Oferta potencia de iluminación de 40,000 a 90,000 luxes, solicitando de 80,000 a 120,000 luxes.
 - Numeral 7. El sistema de bombillos ofertado es por paneles de bombillos, no de manera independientes como se requiere.
- Ítem 8: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR
 - Numeral 2.3. Oferta sin control en la mesa, y se solicita con control en la columna de la mesa.

- Numeral 3.3. No se localizó la altura ajustable con sistema telescópico en su movimiento vertical de entre 45 a 65 cm.
- Numeral 3.6. Oferta tablero permiable, solicitando riel para soportar panel digital plano de Rayos X.
- Numeral 4.4. Oferta espaldar hacia abajo 20° y arriba 15°, solicitando hacia abajo: 25° o más y hacia arriba: 55° o más.
- Numeral 4.5 Oferta sección de piernas hacia abajo 90° y arriba 15°, pierna horizontal 90°, solicitando 70° o más y hacia arriba: 70° o más.
- Numeral 4.6. No se localizó la función que permita volver el tablero a una posición horizontal o característica (función nivel o retorno).
- Numeral 25. No se localizó certificado del Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485.
- Numeral 26. No se localizó certificado de aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea o PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.
- Numeral 27. No se localizó certificado de cumplimiento de normas de seguridad de la serie 60601 según normativa IEC/EN o equivalente.
- Ítem 11: MESA DE PARTOS
 - Numeral 1. Oferta una mesa quirúrgica no cama de maternidad requerida.
 - Numeral 3. Oferta solo 2 secciones ajustables, de tres secciones solicitadas.
 - Numeral 5.1. El equipo ofertado no posee posición "semisentada", como se ha solicitado.
 - Numeral 5.2. El equipo ofertado no posee posición "lateral", como se ha solicitado.
 - Numeral 11. No oferta un (1) juego de asas para sujeción durante el parto, accesorio solicitado.
 - Numeral 17.2. Oferta rodos delanteros de 6.35 y traseros de 12 cm diámetro, solicitando ruedas estándar de 15 a 20 cm.
 - Numeral 17.3. Oferta soporte en el peso de 173 kg, 390 lbs, solicitando 226.8 kg
- Ítem 19: UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA
 - Se solicitó aclaraciones para este ítem mediante nota ACP/UGP-2022-6016-4021, de fecha 29 de noviembre de 2022, dichas aclaraciones no fueron presentadas en la fecha establecida.

2.8. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.: Presenta incumplimiento en las especificaciones técnicas ofertadas, en:

- Ítem 10: MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA.
 - Numeral 20.10.4. El equipo ofertado no cuenta con enclavado intramedular del humero, solicitándose enclavado.
 - Numeral 20.12.7. No cuenta con el par de botas de tracción para paciente pediátrico, solicitado.
- Ítem 11- MESA PARA PARTOS: el equipo ofertado es de nacionalidad de la República Checa, país no elegible para el BID; determinándose que la oferta presentada no se ajusta sustancialmente a lo requerido en el documento de Solicitud de Ofertas.

3) DECLARAR DESIERTOS los ítems:

- Ítem 6 - ESTERILIZADOR PARA BRONCOSCOPIOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS CON TODOS SUS ACCESORIOS.
- Ítem 14 - SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO CON ASPIRACIÓN DE POLVO.

- Ítem 10 - MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA
- Ítem 11 - MESA PARA PARTOS
- Ítem 12 - RASURADORA DE BATERIAS
- Ítem 15 - EQUIPO DE ARTROSCOPIA
- Ítem 18 - ELECTROCAUTERIO
- Ítem 19 - UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

4) No se recomienda adjudicar los ítems de las ofertas que se detallan, debido que a pesar que cumplieron sustancialmente con los documentos del proceso, no resultaron ser evaluadas como las más bajas.

- INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., ítem 2
- INGETEC, S.A. DE C.V., ítem 4
- ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., ítem 5
- S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., ítem 4
- SISBIOMED, S.A. DE C.V., ítem 16

- V. En fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante nota O-CID/CES-409/2023, se obtuvo la no objeción del BID al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del proceso.
- VI. En fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, se remitieron a los once oferentes participantes del proceso, las Resoluciones de Intención de Adjudicación, conforme a lo indicado en el numeral 41.1 del documento de Solicitud de Ofertas.
- VII. Pasado el plazo suspensivo otorgado en la notificación e intención de adjudicación (5 de julio de 2023), no se presentó ninguna queja o reclamo a la intención de adjudicación.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Ofertas, en la Sección I – Instrucciones a rentes (IAO), cláusulas 34. Evaluación de las Ofertas, 39.1 Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas y 42. Criterios de Adjudicación.

RESUELVE:

1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-393-LPI-B-MINSAL** denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR”, por un monto total de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS 25/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$1,264,026.25)**, a los oferentes que se detallan:

1.1. **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.** los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9: por un monto de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$842,810.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/ PAÍS DE ORIGEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
1	60302161	CALENTADOR PARA SUEROS	MARCA: MAC MEDICAL MODELO: DWC183074E PAÍS DE ORIGEN: USA	c/u	6	US\$12,500.00	US\$75,000.00
2	60303023	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	MARCA: MINDRAY MODELO: HYPOT 3000 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	6	US\$29,500.00	US\$177,000.00
3	60303481	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR TIPO LED	MARCA: MINDRAY MODELO: HYLE 8600/8600 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	4	US\$34,950.00	US\$139,800.00
4	60303519	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO LED	MARCA: MINDRAY MODELO: HYLE 730 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	13	US\$7,775.00	US\$101,075.00
7	60303556	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	MARCA: MINDRAY MODELO: WATO EX-65 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	9	US\$25,750.00	US\$231,750.00
8	60303640	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR	MARCA: MYNDRAY MODELO: HYBASE 6100 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	3	US\$24,995.00	US\$74,985.00
9	60303630	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GINECOLÓGICA	MARCA: MINDRAY MODELO: HYBASE 8300 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	c/u	1	US\$43,200.00	US\$43,200.00
TOTAL OFERTADO						US\$842,810.00	

El desglose de precios de los bienes es el siguiente:

1	2	3	4	5	6
Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
1	CALENTADOR PARA SUEROS	c/u	6	\$ 12,395.00	\$74,370.00
2	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	c/u	6	\$ 29,400.00	\$176,400.00
3	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR TIPO LED	c/u	4	\$ 34,755.00	\$139,020.00
4	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO LED	c/u	13	\$ 7,590.38462	\$98,675.00
7	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	c/u	9	\$ 25,556.667	\$230,010.00
8	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR	c/u	3	\$ 24,875.00	\$74,625.00
9	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GINECOLÓGICA	c/u	1	\$ 43,020.00	\$43,020.00

Los servicios conexos se desglosan así:

Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
1	CALENTADOR PARA SUEROS	\$90.00	\$540.00	\$630.00
2	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	\$60.00	\$540.00	\$600.00
3	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR TIPO LED	\$60.00	\$720.00	\$780.00
4	LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR TIPO LED	\$60.00	\$2,340.00	\$2,400.00

Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
7	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	\$120.00	\$1,620.00	\$1,740.00
8	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR	\$90.00	\$270.00	\$360.00
9	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GINECOLÓGICA	\$90.00	\$90.00	\$180.00

1.2. INGETEC, S.A. DE C.V.: los ítems 5 y 13 por un monto de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$133,895.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
5	60303522	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED	MARCA: HFMED MODELO: 500E LED PAIS DE ORIGEN: CHINA	c/u	21	US\$5,545.00	US\$116,445.00
13	60302930	TORNIQUETE NEUMÁTICO	MARCA: ANETIC AID Ltd. MODELO: AT4 PAIS DE ORIGEN: REINO UNIDO	c/u	1	US\$17,450.00	US\$17,450.00
TOTAL OFERTADO						US\$133,895.00	

El desglose de precios de los bienes es el siguiente:

1	2	3	4	5	6
Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
5	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED	c/u	21	\$5,163.09524	\$108,425.00
13	TORNIQUETE NEUMÁTICO	c/u	1	\$16,450.00	\$16,450.00

Los servicios conexos se desglosan así:

Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
5	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED	\$460.00	\$7,560.00	\$8,020.00
13	TORNIQUETE NEUMÁTICO	\$400.00	\$600.00	\$1,000.00

1.3. EQUIMSA, S.A. DE C.V.: el ítem 16 por un monto de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$197,000.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
16	60303876	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO	MARCA: RICHARD WOLF MODELO: ENDOCAM LOGIC 4K - Monitor: 27" 4K - Fuente de Luz: ENDOLIGHT LED 2.1 - Video Procesador de imágenes: ENDOCAM LOGIC 4K - Cabezal de cámara y unidad de control: ENDOCAM LOGIC 4K de 3 chips - Insuflador de CO2: HIGHFLOW 45 HEAT EVAC+HEAT SET - Carro de transporte: RIWomobil PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA	c/u	2	US\$98,500.00	US\$197,000.00
TOTAL OFERTADO						US\$197,000.00	

El desglose de precios de los bienes es el siguiente:

1	2	3	4	5	6
Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
16	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO	c/u	2	\$98,050.00	\$196,100.00

Los servicios conexos se desglosan así:

Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
16	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO	\$300.00	\$600.00	\$900.00

1.4. DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.: el ítem 17 por un monto de **NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 25/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$90,321.25)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
17	60303310	EQUIPO DE ENDOSCOPIA GÁSTRICA Y COLONOSCOPIA	MARCA: FUJIFILM MODELO: VP-3500HD PAIS DE ORIGEN: JAPON	c/u	1	US\$90,321.25	US\$90,321.25
TOTAL OFERTADO						US\$90,321.25	

El desglose de precios de los bienes es el siguiente:

1	2	3	4	5	6
Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
17	EQUIPO DE ENDOSCOPIA GÁSTRICA Y COLONOSCOPIA	c/u	1	\$88,641.25	\$88,641.25

Los servicios conexos se desglosan así:

Artículo (ítem)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTO	SERVICIOS CONEXOS
17	EQUIPO DE ENDOSCOPIA GÁSTRICA Y COLONOSCOPIA	\$840.00	\$840.00	\$1,680.00

- PLAZO DE ENTREGA: 210 días calendario contados después de la distribución del contrato (Para cada uno de los ítems).
- LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA ZONA NORTE.
- Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES, CATEGORÍA DE INVERSIÓN: 2 FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SUB CATEGORÍA: 2.1 CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR, PROYECTO 6300.
- Cifrado presupuestario: 2023-3200-3-09-02-22-3-61103.

2) **RECHAZAR** las ofertas abajo detalladas, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numerales 1.1. Elegibilidad, 1.2. Examen Preliminar y 1.6. Evaluación Técnica de la Oferta, debido a desviaciones y omisión significativas en la oferta. Por las razones expuestas en el romano IV, numeral 2 de este documento.

- PROMED, S.A.: los ítems: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.
- SUPLIMED, S.A. DE C.V.: ítems 7, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 (toda la oferta)
- S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.: ítems: 18 y 19
- B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S.A. de C.V.: ítem 16. (toda la oferta)
- EQUIMSA, S.A. DE C.V.: ítem 4.
- INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.: Ítems 4, 5, 7
- RAF, S.A. DE C.V.: Ítems 4, 5, 7, 8, 11 y 19
- ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.: Ítems 10 y 11


3) **DECLARAR DESIERTOS** los ítems:

CODIGO MINSAL	ITEM Y DESCRIPCIÓN
Por no recibir oferta	
60303390	Ítem 6 - ESTERILIZADOR PARA BRONCOSCOPIOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS CON TODOS SUS ACCESORIOS

CODIGO MINSAL	ITEM Y DESCRIPCIÓN
60302850	Ítem 14 - SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO CON ASPIRACIÓN DE POLVO
Por no ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitación	
60303610	Ítem 10 - MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA
60303600	Ítem 11- MESA PARA PARTOS
60302985	Ítem 12 - RASURADORA DE BATERIAS
60303125	Ítem 15 - EQUIPO DE ARTROSCOPIA
60302225	Ítem 18 - ELECTROCAUTERIO
60302250	Ítem 19 - UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

1) Elaborar los respectivos contratos.

NOTIFÍQUESE:



DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM