

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 114/2022 ACP-UGPPI

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las quince horas del día veintitrés de junio de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios N° RES-COVID-54-CP-B-MINSAL denominado: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”, con fondos del contrato de préstamo BID 5043/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo BID.
- II. Se señaló el día veintiocho de abril de dos mil veintidós hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido cuatro ofertas: 1) SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.; 2) CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ; 3) HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.; 4) MINDISAL, S.A. DE C.V., lo cual consta en el cuadro de recepción de Ofertas y que forma parte del expediente del proceso.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargados de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaran: Dra. Maria José Flores Flores, Coordinadora de la Oficina de Atención a Víctimas de Todas las Formas de Violencia; Ing. José Jorge Chopin, Encargado de la Oficina del Laboratorio Nacional de Biomédica y, se designó a la Lcda. Maria Guadalupe Morales Cruz, Consultora en Adquisiciones ACP-UGPPI, como responsable del proceso.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, y numeral 17. Adjudicación del Documento de Comparación de Precios los designados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron el informe de evaluación y recomendación para la adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:
 - a) **ADJUDICAR** el proceso N° RES-COVID-54-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA” a la empresa HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V., por un monto total de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,461.50) con impuestos incluidos, debido a que la empresa a adjudicar cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Comparación de Precios y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PAÍS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CAN T I D A D	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
7	60302400	Lámpara para examen tipo cuello de ganso Marca: GRAFCO	China	C/U	6	\$178.55	\$1,071.30
11	62704023	Banco giratorio ajustable Marca: HOSPIMEDIC	El Salvador	C/U	6	\$152.55	\$915.30
14	63001429	Espéculo vaginal de sims, mediano de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$33.00	\$594.00
15	63001030	Espéculo vaginal tipo grave, mediano de Acero Inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$21.00	\$378.00
17	63001035	Espéculo Vaginal, tipo Grave, pequeño, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$19.85	\$357.30
18	63001091	Pinza Tenáculo, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$32.20	\$579.60
19	63001041	Pinza hemostática Kelly, curva de 14 cm aproximadamente, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	36	\$17.30	\$622.80
21	63001095	Pinza de Transferencia Marca: NOPA	Alemania	C/U	12	\$29.10	\$349.20
23	63014008	Pinza de Anillo Forester, recta, de 20-25 cm Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$33.00	\$594.00
<i>Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos</i>							\$5,461.50

El monto total adjudicado será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES. Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisión de Servicios. Subcomponente 3.1. Atención de Pacientes Covid-19. Proyecto 7518.

Ítem	Monto	Cifrado Presupuestario
7	\$1,071.30	2022-3200-3-11-03-22-3-61103
11	\$915.30	2022-3200-3-11-03-22-3-61101
14, 15, 17, 18, 19, 21, 23	\$3,474.90	2022-3200-3-11-03-22-3-54113

Plazo entrega de los bienes: El plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

Lugar de entrega de los bienes: Almacén El Paraíso, Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

- b) **DECLARAR DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación, debido a que las empresas que los ofertaron no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1	60302525	Mesa Ginecológica
4	60302075	Báscula adulto con tallímetro
6	60302928	Termómetro infrarrojo sin tacto para temperatura corporal
8	62704065	Biombo de tres cuerpos, base de hierro y lona de Vinyl
9	62704200	Carro de curaciones
12	62704320	Gradillas de dos peldaños antideslizantes
13	63001102	Recipiente metálico forma cilíndrica con tapadera, para guardar torundas y gasas, de (18-24 cm).
16	63001038	Espéculo vaginal virginal, de acero inoxidable
22	63001101	Porta Pinza de 19 x 5 cm, de acero inoxidable
24	62704050	Basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera
25	62704490	Silla de ruedas tipo manual para traslado de paciente adulto

También declarar desierto el siguiente ítem, debido a que hubo un error en las especificaciones técnicas solicitadas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
20	63001303	Tijera Mayo recta, 17 cm , de acero inoxidable

Asimismo, declarar desierto los ítems que se detallan a continuación, debido a que no fueron ofertados por ninguna de las empresas evaluadas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
2	60302327	Estetoscopio biauricular adulto/pediátrico doble campana
3	60302870	Tensiómetro Aneroide Adulto con brazaletes
5	60302178	Dopler Fetal Portátil
10	62704439	Porta suero con rodos (atril doble) de dos ganchos.

- c) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Comparación de Ofertas, en el numeral 16 “Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas”, las siguientes ofertas en los ítems que se especifican a continuación:

1. SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

En la evaluación del Examen Preliminar se verificó que el plazo de entrega de los ítems ofertados es de 65 a 90 días hábiles, el cual no se ajusta a lo requerido en el numeral 24. Plazo y Condiciones de Entrega de los Bienes del Documento de Comparación de Precios, en el que se solicita un plazo máximo de 60 días calendario para la entrega de los bienes, por lo que se rechaza la oferta.

2. MINDISAL, S.A. DE C.V.

En la evaluación del Examen Preliminar se verificó que el plazo de entrega de los ítems ofertados es de 60 a 75 días calendario, el cual no se ajusta a lo requerido en el numeral 24. Plazo y Condiciones de Entrega de los Bienes del Documento de Comparación de Precios, en el que se solicita un plazo máximo de 60 días calendario para la entrega de los bienes, por lo que se rechaza la oferta.

3. CESAR AUGUSTO ESCALANTE HÉRNANDEZ

Ítem 1: No cumple debido a que ofertó tapicería de espesor de 3 pulgadas, siendo lo requerido 2 pulgadas de espesor. Así mismo no cumple con las medidas de las dimensiones ya que ofertó medidas de 1.60 de largo, 0.60 de ancho y alto 0.80 c.m. y lo requerido es 1.80 m. largo x 0.55 m. ancho x 0.84 m. de alto.

Ítem 4: No cumple debido a que en la oferta no fue especificada la escala para el peso, por lo que se consultó por medio de Solicitud de aclaración N° ACP/UGP-2022-6016-1389 de fecha 02 de junio de 2020, en la cual se indicó en este apartado que la escala para el peso es en kilogramos y libras y lo requerido es de fácil lectura, legible a ambos lados de la báscula, metálica y con movimiento de la aguja indicadora por medio de riel. Por otra parte, se ofertó capacidad de medir estaturas de 195 cm, siendo lo requerido al menos 200 cm. Adicionalmente se solicitó presentar Certificación ISO 13485, Autorización de comercialización 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América y compromiso por escrito de contar con disponibilidad de repuestos por un periodo de 5 años, pero no fueron presentadas.

Ítem 6: No cumple debido a que se ofertó lectura de 15 segundos y lo requerido es en menos de 10 segundos. Así mismo, se ofertó peso de 172 gramos y lo requerido es no mayor a 100 gramos.

Por otra parte, no posee indicador de fecha y hora, señal acústica, alarma de fiebre, memoria de al menos 50 últimas mediciones, Pantalla LCD con retroiluminación, apagado automático, estuche, no se detallaron características eléctricas se consultó por medio de Solicitud de aclaración N° ACP/UGP-2022-6016-1389 de fecha 02 de junio de 2020, pero no se dio respuesta. Además, se solicitó presentar Certificación ISO 13485 o equivalente, Autorización de comercialización por alguna de las siguientes organizaciones: JPAL, PMDA, JIS, (Japón), Directiva 93/42 EEC de la Comunidad Europea o FDA (EEUU), pero fueron presentadas.

Ítem 8: No cumple ya que ofertó 4 meses de garantía por desperfectos de fábrica y lo requerido es un año contra desperfectos.

Ítem 9: No cumple debido a que ofertó rodos con diámetro de 5 pulgadas y lo requerido es 4 pulgadas de diámetro. Así mismo, ofertó medidas de 450x600x860 mm (45 x 60 x 86 cm) y lo requerido es 80 cm de largo, 40 cm de ancho y 70 cm de largo. Adicionalmente el país de origen de los bienes es Taiwán, el cual no forma parte de los países elegibles para el Banco.

Ítem 11: No cumple debido a que ofertó garantía de 6 meses y lo requerido es un año de garantía.

Ítem 12: No cumple ya que en su oferta no detalló varias características técnicas del equipo, por lo que se le solicitó el detalle por medio de la solicitud de aclaración Solicitud de aclaración N° ACP/UGP-2022-6016-1389 de fecha 02 de junio de 2020, sin embargo, no se obtuvo respuesta, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Ítem 24: No cumple ya que ofertó garantía de cambio por desperfectos de fábrica al momento de la entrega y lo requerido es un año de garantía por desperfectos de fabricación a partir de la entrega.

Ítem 25: No cumple debido a que ofertó las ruedas traseras y delanteras de la silla de plástico y lo requerido es ruedas traseras y delanteras de hule compacto. Adicionalmente ofertó medida de ancho de la silla de 20 pulgadas (equivalente a 50.8 cm) y lo requerido es entre 60-75 cm. Por otra parte, ofertó 3 meses de garantía y lo requerido es un año a partir de la entrega.

4. HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.

Ítem 8: No cumple debido a que ofertó material de tela seda nylon y lo requerido es lona de Vinyl.

Ítem 13: No cumple debido a que ofertó diámetro de 16.5 cm y lo requerido es diámetro en el rango de 9 a 12 cm. Adicionalmente ofertó profundidad de 17.8 cm. y lo requerido es de 18-24 cm.

Ítem 16: No cumple ya que ofertó especulo vaginal tipo cusco y lo requerido es Especulo vaginal tipo grave.

Ítem 20: No se evaluó debido a que hay un error en la descripción de las especificaciones técnicas requeridas para este ítem ya que según el código se está solicitando una "Tijera mayo recta" y en las especificaciones se detalló "Pinza mayo recta".

Ítem 22: No cumple debido a que las medidas del porta pinza ofertadas son de 17.5 cm x 5 cm y lo requerido es 19cm x 5cm.

- V. En el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VII. Según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de

DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, y conforme al Numeral 17 “Adjudicación” y Numeral 16 “Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas” del documento de Comparación de Precios.

RESUELVE:

- ADJUDICAR** el proceso N° RES-COVID-54-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA” a la empresa HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V., por un monto total de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,461.50) con impuestos incluidos, debido a que la empresa a adjudicar cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Comparación de Precios y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PAÍS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
7	60302400	Lámpara para examen tipo cuello de ganso Marca: GRAFCO	China	C/U	6	\$178.55	\$1,071.30
11	62704023	Banco giratorio ajustable Marca: HOSPIMEDIC	El Salvador	C/U	6	\$152.55	\$915.30
14	63001429	Espéculo vaginal de sims, mediano de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$33.00	\$594.00
15	63001030	Espéculo vaginal tipo grave, mediano de Acero Inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$21.00	\$378.00

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PAÍS DE ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
17	63001035	Espéculo Vaginal, tipo Grave, pequeño, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$19.85	\$357.30
18	63001091	Pinza Tenáculo, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$32.20	\$579.60
19	63001041	Pinza hemostática Kelly, curva de 14 cm aproximadamente, de acero inoxidable Marca: NOPA	Alemania	C/U	36	\$17.30	\$622.80
21	63001095	Pinza de Transferencia Marca: NOPA	Alemania	C/U	12	\$29.10	\$349.20
23	63014008	Pinza de Anillo Forester, recta, de 20-25 cm Marca: NOPA	Alemania	C/U	18	\$33.00	\$594.00
Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos							\$5,461.50

El monto total adjudicado será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES. Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisión de Servicios. Subcomponente 3.1. Atención de Pacientes Covid-19. Proyecto 7518.

Ítem	Monto	Cifrado Presupuestario
7	\$1,071.30	2022-3200-3-11-03-22-3-61103
11	\$915.30	2022-3200-3-11-03-22-3-61101
14, 15, 17, 18, 19, 21, 23	\$3,474.90	2022-3200-3-11-03-22-3-54113

Plazo entrega de los bienes: El plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

Lugar de entrega de los bienes: Almacén El Paraíso, Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

2. **DECLARAR DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación, debido a que las empresas que los ofertaron no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1	60302525	Mesa Ginecológica
4	60302075	Báscula adulto con tallímetro
6	60302928	Termómetro infrarrojo sin tacto para temperatura corporal
8	62704065	Biombo de tres cuerpos, base de hierro y lona de Vinyl
9	62704200	Carro de curaciones
12	62704320	Gradillas de dos peldaños antideslizantes
13	63001102	Recipiente metálico forma cilíndrica con tapadera, para guardar torundas y gasas, de (18-24 cm).
16	63001038	Espéculo vaginal virginal, de acero inoxidable
22	63001101	Porta Pinza de 19 x 5 cm, de acero inoxidable
24	62704050	Basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera
25	62704490	Silla de ruedas tipo manual para traslado de paciente adulto

También declarar desierto el siguiente ítem debido a que hubo un error en las especificaciones técnicas solicitadas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
20	63001303	Tijera Mayo recta, 17 cm , de acero inoxidable

Asimismo, declarar desierto los ítems que se detalla a continuación debido a que no fueron ofertados por ninguna de las empresas evaluadas:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
2	60302327	Estetoscopio biauricular adulto/pediátrico doble campana
3	60302870	Tensiómetro Aneroide Adulto con brazaletes
5	60302178	Dopler Fetal Portátil
10	62704439	Porta suero con rodos (atril doble) de dos ganchos.

3. **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Comparación de Ofertas, en el numeral 16 “Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas”, por los motivos expuestos en el romano IV literal c) del presente documento las siguientes ofertas en los ítems que se especifican a continuación: SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V., MINDISAL S.A. DE C.V., la oferta completa; CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ los ítems 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 24 y 25; y HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. los ítems 8, 13, 16, 20 y 22.



MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA
CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU
EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
CONTRATO DE PRESTAMO N° 5043/OC-ES

4. Elaborar la respectiva orden de compra.
5. **AUTORIZAR** a la ACP/UGP, realizar una segunda convocatoria del proceso para adquirir los ítems desiertos, una vez la Unidad Solicitante confirme la necesidad de los bienes, haya revisado las especificaciones técnicas y realice el estudio de mercado correspondiente.

NOTIFÍQUESE:




DRA. BERTHA PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
JEFE UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN – AD HONOREM