

Resolución de Adjudicación No.123/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día treinta y uno de julio dos mil veintitrés

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el Proceso de No. PRIDESII-493-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS DEL MINISTERIO DE SALUD”, con Fondos BID - PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES.
- II. Señalándose el día once de mayo de dos mil veintitrés hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido las siguientes: 1) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; 2) RAF, S.A. DE C.V.; 3) ANALI, S.A. DE C.V. ; 4) INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 5) EQUILAB, S.A. DE C.V.; 6) RYASA, S.A. DE C.V.; 7) FALMAR, S.A. DE C.V.; 8) 8INFINITO, S.A. DE C.V.; 9) S.T. MEDIC S.A. DE C.V.; y 10) C.O.R.E.S.A. DE C.V., lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó dos personas para realizar la evaluación de las ofertas: Lic. Manuel Enrique García Sandoval, Colaborador Técnico de Laboratorio Clínico Región de Salud Metropolitana; Licda. Ana María Fuentes de Mendoza, Colaborador Técnico de Laboratorio; se designó a Licda. Yolanda del Carmen Láinez de Rodríguez, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios y en Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el Informe de evaluación y recomendación para la Adjudicación de la siguiente manera:
 1. **Adjudicar** el proceso de Comparación de Precios No. **PRIDESII-493-CP-B-MINSAL “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS DEL MINISTERIO DE SALUD”**; por un monto total de **CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40,425.00)**, con impuestos incluidos, a las empresas que se detallan a continuación, debido a que cumplen sustancialmente con lo requerido en el Documento de Comparación de precios:
 - 1.1. **RAF, S.A. DE C.V., el ítem 1, por un monto de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,870.00)**, con impuestos incluidos

- 1.2. **EQUILAB, S.A. DE C.V., el ítem 2, por un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9,624.00), con impuestos incluidos.**
- 1.3. **C.O.R.E.S.A. DE C.V., los ítems 3 y 5, por un monto de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,685.00), con impuestos incluidos.**
- 1.4. **ANALI, S.A. DE C.V., los ítems 6 y 7, por un monto de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,770.00), con impuestos incluidos.**
- 1.5. **S.T. MEDIC S.A. DE C.V., el ítem 10, por un monto de TRESCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$306.00), con impuestos incluidos.**
- 1.6. **FALMAR, S.A. DE C.V., los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, por un monto de SIETE MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,170.00), con impuestos incluidos.**

Plazo de entrega: 120 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

Lugar de entrega: instalaciones del Almacén El Paraíso Colonia El Paraíso Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.

Fuente de Financiamiento: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención, Proyecto 6300
Cifrado Presupuestario: 2023-3200-3-09-01-22-3-61103

2. No se recomienda adjudicar los ítems de las ofertas presentadas por las siguientes empresas, debido que la oferta no es la más baja; sin embargo, la oferta cumple con todas las condiciones requeridas en el proceso:

2.1. C.O.R.E.S.A. DE C.V.

- ✓ **Para el ítem 2** centrifuga para micro hematocrito (microcentrífuga) portátil
- ✓ **Para el ítem 7** rotador serológico

2.2. EQUILAB, S.A. DE C.V.

- ✓ Para el ítem 5 microscopio profesional de luz transmitida

2.3. ANALI, S.A. DE C.V.:

- ✓ Para el ítem 5 microscopio profesional de luz transmitida
- ✓ Para el ítem 12 micro pipeta automática, volumen fijo 100 microlitros, con eyector de puntas, cono largo, con certificado de calidad y calibración.
- ✓ Para el ítem 13 micropipeta automática, volumen fijo 200 microlitros
- ✓ Para el ítem 14 micropipeta, volumen fijo, capacidad 1000 microlitros, cono largo
- ✓ Para el ítem 15 micropipeta automática, volumen fijo, capacidad 20 microlitros, con eyector de puntas, cono largo.
- ✓ Para el ítem 16 micropipeta automática, volumen variable (10 - 100) microlitros, incremento 1 microlitros, exactitud más o menos (0.35 - 0.80) por ciento, precisión menor o igual a (0.3 - 0.8) por ciento, con eyector de puntas, cono largo
- ✓ Para el ítem 17 pipeta repetidora de volumen fijo 50 microlitros, con eyector de puntas, cono largo, exactitud $\pm 0.3 \%$, precisión = 0.7%, con control para llenado y dispensado.
- ✓ Para el ítem 18 pipeta repetidora de volumen fijo 50 microlitros, con eyector de puntas, cono largo, exactitud $\pm 0.3 \%$, precisión = 0.7%, con control para llenado y dispensado.

2.4. S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

- ✓ Para el ítem 6 horno secador

3. **Rechazar** las ofertas presentadas por las siguientes empresas en los ítems que se detallan a continuación, debido a que no se ajustan sustancialmente al Documento de Comparación de Precios; de conformidad a lo establecido en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección II. Documentos de Selección: Comparación de Precios, numeral 15. Evaluación y comparación de las ofertas y numeral 16. Derecho del Comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas.

3.1. INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:

- ✓ Para el ítem 1 refrigerador para laboratorio ofertó llave para puerta y lo solicitado es clave digital para encender o apagar el refrigerador; ofertó una temperatura de trabajo de un rango de $2 \pm$ máximo 8 y lo solicitado es una temperatura de trabajo en un rango de 0 -1.; Tomacorriente polarizado grado hospitalario, no detallado en catálogo. Estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304, forrada con espuma de poliuretano, no detallado en catálogo; no ofertó el aislamiento térmico no menor a 40 mm;

- ✓ **Para el ítem 3 centrifuga de mesa** ofertó en el apartado de nivel de ruido menor de 65 dBA y lo solicitado en menor a 61 dBA; no ofertó el apartado en que se solicita que el equipo cuente con funciones de aceleración y desaceleración; ofertó un temporizador con un rango de 0 a 99m y lo solicitado es rango de 30s o menor hasta 9h, 59m o mayor y avance continuo; en las características eléctricas ofertó 220 VCA 50HZ, y lo solicitado es 120 VCA $\pm$ 10%, 60 HZ, 1 Fase; no ofertó Tomacorriente macho polarizado grado hospitalario.
- ✓ **Para el ítem 5 microscopio profesional de luz transmitida** ofertó incompleto las características técnicas y características eléctricas de las especificaciones técnicas.
- ✓ **Para el ítem 7** ofertó un mezclador de rodillos, que se utiliza para mezclar muestras de sangre, y lo solicitado es un rotador serológico.
- ✓ **Para los ítems 4, 12, 13, 14, 15, 16 y 17** no presentó la documentación solicitada.

3.2. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:

- ✓ Ofertó 90 días hábiles, en el plazo de entrega indicado en el Formulario de Cotización: Lista de precios (Formulario N° 04) siendo este plazo mayor al solicitado que es 120 días calendario.

3.3. RYASA, S.A. DE C.V.:

- ✓ **Para el ítem 1 refrigerador para laboratorio:** se le solicitó aclarar el material con que está recubierto las estructuras internas del equipo; enviar ficha técnica para verificar el Aislamiento térmico; presentar el documento de Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad ISO: 9001, y la aprobación de su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América, el oferente no presentó lo solicitado.
- ✓ **Para el ítem 2 en el apartado de accesorios incluidos** ofertó Rotador para 24 capilares de 75mm de largo y lo solicitado es Veinte (20) frascos de 100 tubos capilares sin heparina con diámetro interno de 1.15 +/- 0.05mm de 75mm de largo. Incluir plastilina para sellar capilares; Cinco (5) frascos de 100 tubos capilares con heparina con diámetro interno de 1.15 +/- 0.05mm de 75mm de largo. Incluir plastilina para sellar capilares; no presentó los certificados de Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.
- ✓ **Para el ítem 3 CENTRIFUGA DE MESA** ofertó en el apartado de nivel de ruido menor de 63dBA, y lo solicitado en menos a 61 dBA; No ofertó el certificado de Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; y la Aprobación de su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.

3.4. S.T. MEDIC S.A. DE C.V.:

- ✓ **Para el ítem 1 refrigerador para laboratorio** ofertó país de origen: Dinamarca/Polonia/Portugal. Polonia no se encuentra dentro del listado de países elegibles para el BID.
- ✓ **Para el ítem 2 centrífuga para micro hematocrito (microcentrífuga) portátil** según aclaración ofertó toma corriente polarizado y solicitado es tomacorriente macho polarizado grado hospitalario.
- ✓ **Para el ítem 3 centrífuga de mesa** ofertó en el apartado de nivel de ruido menor de 63 dBa y lo solicita es menor a 61 dBa; ofertó tomacorriente macho polarizado y lo solicitado es toma corriente macho polarizado grado hospitalario.
- ✓ **Para el ítem 5 microscopio profesional de luz transmitida** ofertó según aclaración tomacorriente con fuente de alimentación de voltaje DC9V, y lo solicitado es toma corriente macho polarizado grado hospitalario; no presentó la norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente.
- ✓ **Para el ítem 11 reloj marcador de 3 tiempos, multicanal, pantalla digital con teclas de toque, alarma por 1 minuto, con silenciador automático o manual** presentó el certificado, fecha vigente hasta el 08 de enero de 2023, referente al Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad.

3.5. C.O.R.E.S.A. DE C.V.:

- ✓ **Para el ítem 1** no ofrece la protección mediante clave digital para encender o apagar el refrigerador; y el puerto USB o equivalente para actualización de software o descarga de información.
- ✓ **Para el ítem 6 horno secador** ofertó un rango de temperatura de 50 a 250 grados centígrados y lo solicitado es rango de temperatura de 40 a 250 grados centígrados o rango mayor; no ofertó el tiempo máximo para alcanzar la temperatura máxima: 45 minutos o menor; no presentó el certificado de Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

3.6. 8INFINITO, S.A. DE C.V.: presentó el formulario No. 1 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS sin expresar en letras y números el precio total de lo ofertado, además indicando N/A (No Aplica) en los párrafos primero y cuarto del formulario: “Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios N° PRIDESII-493-CP-B-MINSAL, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: N/A” y “Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles N/A”. Por lo anterior, siendo este un formulario no subsanable, se rechaza la oferta.

3.7. ANALI, S.A. DE C.V.:

- ✓ **Para el ítem 3 centrifuga de mesa** en el apartado nivel de ruido ofertó menor de 60 +/- y en catálogo se verificó 63 +/-2 dBA y lo solicitado en menos a 61 dBA

3.8. EQUILAB, S.A. DE C.V.

- ✓ **Para el ítem 3 centrifuga de mesa** ofertó Temporizador con un rango de 1 minuto hasta 99 min con 59sg y avance continuo, y lo solicitado es temporizador con un rango de 30s o menor hasta 9h, 59m o mayor y avance continuo.

- 4. Declarar desierto** los ítems 4 y 11 debido a que la única oferta recibida no cumple con la especificación técnica, y los ítems 8 y 9, por no recibirse oferta alguna.

- V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.

- VI. Según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores y según el acuerdo 2101-Bis, de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, donde se nombra a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros como Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa (UGP).

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido al Numeral 17 "Adjudicación".

RESUELVE:

- 1. Adjudicar** el proceso de Comparación de Precios No. **PRIDESII-493-CP-B-MINSAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS DEL MINISTERIO DE SALUD"**; por un monto total de **CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40,425.00)**, con impuestos incluidos, a las empresas que se detallan a continuación, debido a que cumplen sustancialmente con lo requerido en el Documento de Comparación de precios:

1.1. RAF, S.A. DE C.V., el ítem 1, por un monto de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,870.00), con impuestos incluidos:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$
1	60401107	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO MARCA HELMER MODELO HLR-113 GX PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA"	C/U	1	7,870.00	7,870.00

1.2. EQUILAB, S.A. DE C.V, el ítem 2, por un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9,624.00), con impuestos incluidos:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$
2	60402400	CENTRÍFUGA PARA MICRO HEMATÓCRITO (MICROCENTRÍFUGA) PORTÁTIL MARCA HETTICH MODELO HAEMA TOKRIT 200 PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	3	3,208.00	9,624.00

1.3. C.O.R.E.S.A. DE C.V., los ítems 3 y 5, por un monto de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,685.00), con impuestos incluidos:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$
3	60402405	CENTRÍFUGA DE MESA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO SORVALL ST-8 PAIS DE ORIDEN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ , CHINA /ALEMANIA	C/U	1	6,485.00	6,485.00

5	60403373	MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA MARCA LEICA MICROSYSTEM MODELO DM-750 PAÍS DE ORIGEN CHINA- ALEMANIA	C/U	1	2,200.00	2,200.00
TOTAL A RECOMENDAR A ADJUDICAR						8,685.00

1.4. ANALI, S.A. DE C.V., los ítems 6 y 7, por un monto de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,770.00), con impuestos incluidos:

ÍTE M	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT	PRECIO UNITARIO (IMPUESTO S INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTO S INCLUIDOS) US\$
6	60403160	HORNO SECADOR MARCA BINDER MODELO ED-56 PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	1	3,150.00	3,150.00
7	60403210	ROTADOR SEROLÓGICO MARCA OHAUS MODELO SHLDO415DG PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	2	1,810.00	3,620.00
TOTAL A RECOMENDAR A ADJUDICAR						6,770.00

1.5. S.T. MEDIC S.A. DE C.V., el ítem 10, por un monto de TRESCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$306.00), con impuestos incluidos:

ÍTE M	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT T.	PRECIO UNITARIO (IMPUESTO S INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTO S INCLUIDOS) US\$
10	30601063	CRONÓMETRO DE 3 TIEMPOS CON ALARMA. CANALES PARA TRABAJO INDIVIDUAL O SIMULTÁNEO, PROGRAMACIÓN DE 1 SEGUNDO A 99 HORAS. VOLUMEN DE ALARMA AJUSTABLE. MARCA HANHART ORIGEN CHINA	C/U	3	102.00	306.00

1.6. FALMAR, S.A. DE C.V., los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, por un monto de SIETE MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,170.00), con impuestos incluidos:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) US\$
12	30601248	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLUMEN FIJO 100 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN. MARCA IKA MODELO IKA PETTE FIX PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	1	510.00	510.00
13	30601249	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLUMEN FIJO 200 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN MARCA IKA MODELO IKA PETTE FIX PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	510.00	1,020.00
14	30601168	MICROPIPETA, VOLUMEN FIJO, CAPACIDAD 1000 MICROLITROS, CONO LARGO. MARCA IKA MODELO IKA PETTE FIX PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	420.00	840.00
15	30601147	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLUMEN FIJO, CAPACIDAD 20 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN. MARCA IKA MODELO IKA PETTE FIX PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	550.00	1,100.00

16	30601217	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLUMEN VARIABLE (10 - 100) MICROLITROS, INCREMENTO 1 MICROLITROS, EXACTITUD MAS O MENOS (0.35 - 0.80) POR CIENTO, PRECISIÓN MENOR O IGUAL A (0.3 - 0.8) PORCIENTO, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO. MARCA IKA MODELO IKA PETTE VARIO PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	625.00	1,250.00
17	30601247	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLUMEN VARIABLE (50 - 200) MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN MARCA IKA MODELO IKA PETTE VARIO PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	625.00	1,250.00
18	30601357	PIPETA REPETIDORA DE VOLUMEN FIJO 50 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, EXACTITUD $\pm 0.3 \%$, PRECISION = 0.7%, CON CONTROL PARA LLENADO Y DISPENSADO. MARCA IKA MODELO IKA PETTE FIX PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA	C/U	2	600.00	1,200.00
TOTAL A RECOMENDAR A ADJUDICAR						7,170.00

Plazo de entrega: 120 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

Lugar de entrega: instalaciones del Almacén El Paraíso Colonia El Paraíso Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.

Fuente de Financiamiento: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención, Proyecto 6300
Cifrado Presupuestario: 2023-3200-3-09-01-22-3-61103

- RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15, y numeral 16. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas, del documento de Comparación de precios las ofertas, las siguientes ofertas en los ítems que se especifican; por presentar desviaciones significativas, según lo detallado en el romano IV numeral 3 de este documento.

3. **Declarar desierto los ítems 4 y 11** debido a que la única oferta recibida no cumple con la especificación técnica, y **los ítems 8 y 9** por no recibirse oferta alguna.
4. **Elaborar** las respectivas ordenes de compra.
5. **AUTORIZAR A LA ACP – UGP**, realizar otra convocatoria del proceso, para los ítems declarados desierto una vez la Unidad Solicitante confirme la necesidad de los bienes y verifique las Especificaciones Técnicas y el presupuesto asignado.

NOTIFÍQUESE:


DRA. BERTHA PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA UGP PRIDESII

