

Resolución de Adjudicación N° 13/2025 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, Distrito de San Salvador y capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las once horas del día veintiuno de febrero de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – GN-2349-15, se promovió el proceso de Licitación Pública Internacional N°. PRIDESII-632-LPI-B-MINSAL, denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA NACIONAL”, con fuente de financiamiento del Contrato de Préstamo BID-3608/OC-ES - PROYECTO INTEGRADO DE SALUD II, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- II. Señalándose el día dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro para la recepción de ofertas; recibiendo once ofertas como se detalla: 1. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., 2. JORMAR, S.A., 3. EQUIMSA, S.A. DE C.V., 4. S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., 5. CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V., 6. PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 7. QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., 8. INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 9. MINDI & TECH, S.A. DE C.V., 10. RAF, S.A. DE C.V., 11. SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V., lo cual consta en el acta de recepción y apertura de ofertas, que forma parte del expediente del proceso.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas ACP-UGP N° 025/2024, de fecha catorce de noviembre de dos mil veinticuatro; el delegado del Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: Ing. Juan Carlos Campos, Técnico Biomédico del Hospital Nacional Rosales; Ing. William Alfredo Hernández Pérez, Técnico Biomédico del Hospital Nacional San Rafael; Ing. Carlos Ernesto Alvarado, Consultor en Biomédica de la UGPPI; Ing. July Xiomara Carranza García, Consultora Biomédica de la UGPPI; Lic. José Cristino Turcios, Especialista Financiero; Lcda. Katya Verónica Molina de Rodríguez, Consultora Jurídica/ Encargada del Dictamen Legal y la Lcda. Jenny Guadalupe Fuentes Mancía, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas de conformidad a las disposiciones establecidas en Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y al Documento de Licitación Pública Internacional, Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 29. Determinación del cumplimiento de las ofertas; la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del proceso, recomendando al TITULAR DEL MINSAL de la siguiente manera:
 1. **ADIUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-632-LPI-B-MINSAL**, denominada “**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA NACIONAL**”, por un monto total de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE 86/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$742,015.86)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; distribuido en los oferentes que se detallan a continuación:
 - 1.1. **CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.: LOTE 2 Y 3**; por un monto total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$395,400.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

1.2. EQUIMSA, S.A. DE C.V.: LOTE 5; por un monto total de **CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$117,200.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

1.3. ST MEDIC, S.A. DE C.V.: LOTE 6; por un monto total de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 86/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$229,415.86)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

- PLAZO DE ENTREGA (para todos los artículos): 120 días calendario contados después de la distribución del contrato.
- LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL PARAISO, Final 6a Calle Oriente, No 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.
- Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, categoría de inversión: 2 Fortalecimiento de la red hospitalaria, sub categoría: 2.1 Construcción y puesta en marcha del Hospital de la Zona Norte de San Salvador, proyecto 6300.
- Cifrado presupuestario: 2025-3200-3-09-02-22-3-61103 (para todos los lotes).

2. RECHAZAR las ofertas de los licitantes abajo detallados, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas y Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numerales 1.2. Examen Preliminar y 1.6. Evaluación Técnica de la Oferta, debido a desviaciones y omisión significativas en la oferta, siguientes:

2.1 ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta en los lotes 1, 2, 3, 5 y 6 según detalle:

Se solicitó al oferente información aclaratoria, la cual no fue presentada en el tiempo indicado en nota enviada en fecha 22 de noviembre (nota ref. ACP/UGP-2024-6016-1799):

Adicionalmente, presentó desviaciones técnicas en su oferta según detalle:

- **LOTE 3. PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO.**
 - De acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica número 17. Memoria RAM de al menos 16 GB, la oferta es presentada por memoria de 8G, menor a lo solicitado.
 - No detalla en la oferta lo indicado en el numeral 25 de la especificación técnica: Una (1) unidad de energía interrumpible (UPS), con un respaldo mínimo de 60 minutos.
 - No presenta el Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM).
 - No presenta carta compromiso, donde respalde cumplimiento de las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas numerales del 32 al 56.

2.2 JORMAR, S.A.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 6, según detalle:

- **LOTE 6. EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO.**
 - De acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica número 14. Memoria para registrar los eventos de las últimas 72 horas o 150 eventos; en oferta se detalla que se registrarán los eventos en las últimas 24 horas.

- En el numeral 16, se solicita que, deberá incluir sistema de auto chequeo con opción de impresión en el impresor térmico. El oferente no lo considera en su oferta.
- En numeral 19, se solicita en MODULO ECG, que posea un cable de ECG 3 o 5 vías, el oferente detalla que el cable es de 4 hilos.
- Se solicita según numeral 30, que la lámpara de luz sea blanca tipo LED, y se oferta luz alógena.
- En TABLA DE PARO, numeral 41, se solicitan dimensiones aproximadas de: 40 x 60 cm (Ancho x Largo). En la oferta no se especifican las medidas de la tabla.
- De acuerdo a lo solicitado en numeral 45. Con ruedas de al menos 10 a 12.5 cm. de diámetro, con freno en al menos dos de ellas; en la oferta no se especifica el diámetro de las ruedas.

2.3 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 5, según detalle:
LOTE 5. VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL.

De acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica número 47 que guarde datos de memoria y tendencia de al menos 24 horas; en el equipo ofertado no aplica lo indicado, solo contiene una caja negra.

2.4 PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Presentó desviaciones en su oferta para el lote 6, según detalle:

- **LOTE 6. EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO.**
- Según lo indicado en las características del bien, en numeral 1, se requiere: Equipo portátil, completo para la atención de paro cardiorrespiratorio. Debe constar de los siguientes componentes: Desfibrilador con electrocardiógrafo, Laringoscopio, Bolsa de resucitación manual con bolsa reservorio, Tabla de paro, Carro de transporte. El oferente no describe en su oferta todos los componentes requeridos.
- En numeral 14 se solicita, memoria para registrar los eventos de las últimas 72 horas o 150 eventos; en oferta no se localizó dicha condición.
- No se encontró en la oferta, las condiciones solicitadas en las especificaciones técnicas del numeral 26.1 al 42. No se pudo validar cumplimiento.
- En numeral 45 de las especificaciones técnicas, se requiere Carro de Paro, con ruedas de al menos 10 a 12.5 cm. de diámetro, con freno en al menos dos de ellas. No se encontró evidencia en la oferta de la dimensión solicitada.
- Tampoco se pudo validar las condiciones citadas en los numerales 54, 55, 58 y 62, por no localizarse en la oferta.
- Presenta plazo de entrega del bien a 150 días calendarios, requiriéndose 120 días calendario para este lote.

2.5 QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 3, según detalle:

- **LOTE 3. PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO.**
- No se localizó en la oferta, lo solicitado en numeral 9 profundidad de bit mínimo: 8 bpc, por lo que no se pudo validar cumplimiento.
- Según numeral 17 de la especificación técnica se solicita memoria RAM de al menos 16 GB, se oferta de 8G.
- Las constancias presentadas, una no trae el contrato de respaldo, y la segunda no está vigente conforme a lo solicitado (tiene más de 5 años).

2.6 INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 5, según detalle:

▪ **LOTE 5. VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL.**

- Según numeral 9 de las especificaciones técnica solicitadas, se requiere Humidificador servo controlado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador; en la oferta no se incluye el humidificador.
- En el numeral 46 y 53 se pide nuevamente el humidificador de última generación; sin embargo, no fue ofertado.
- De acuerdo a numeral 48 se requiere que el equipo tenga capacidad de visualizar curvas en monitor central y al menos un puerto USB, ethernet, RJ45 o similar, para poder exportar información del paciente, con su software respectivo incluido en el suministro; según oferta, el equipo no tiene capacidad de visualizar curvas en monitor central.

2.7 MINDI & TECH, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 1, según detalle:

No cumple el volumen de facturación por ventas requerido de acuerdo a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, apartado 2.2. Capacidad Técnica; el criterio a cumplir es una vez el valor de la oferta por lote; según documentos presentados en la oferta el promedio de facturación no supera el valor ofertado (facturación de \$2,844.03, precio ofertado \$85,300.00).

2.8 RAF, S.A. DE C.V.: Presentó desviaciones en su oferta para el lote 3, según detalle:

• **LOTE 3- PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO.**

- Según numeral 17 de la especificación técnica se solicita memoria RAM de al menos 16 GB, se oferta de 8 GB.
- Las constancias presentadas, una no trae el contrato de respaldo, y la segunda no está vigente conforme a lo solicitado (tiene más de 5 años).

2.9 SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V.: (Lote 2)

Se solicitó al oferente aclarara si en la lista de precios presentada estaban incluidos los impuestos, y de confirmarse presentara desglose de los precios ofertados, para conocer los impuestos y demás costos incluidos en la oferta. Sin embargo, no fue aclarada la consulta, debido a que, fue presentado el mismo formulario de lista de precios.

3. DECLARAR DESIERTOS los lotes:

- LOTE 1 - MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, debido a que, las ofertas presentadas no cumplieron sustancialmente con los documentos del proceso.
- LOTE 4- REPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS DE USO MÉDICO, no fue ofertado.

4. No se recomienda la adjudicación de EQUIMSA, S.A. DE C.V., para el LOTE 6, debido a que, a pesar que cumple sustancialmente con los documentos del proceso, no resultó ser evaluada como las más bajas en dicho lote.

V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el BID, el proceso se identifica como revisión previa; remitiéndose al BID para su respectiva no objeción en fecha veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, nota número 3608/OC-ES 2025-6016-024, el informe de evaluación y recomendación de Adjudicación del proceso; obteniéndose en fecha treinta de enero de dos mil veinticinco, mediante nota O-CID/CES-123/2025, la no objeción final al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del proceso.

- VI. En fecha cinco de febrero de dos mil veinticinco, se remitieron a los once oferentes participantes del proceso, las Resoluciones de Intención de Adjudicación, conforme a lo indicado en el numeral 41.1 del documento de Solicitud de Ofertas.
- VII. Se recibió dentro del plazo suspensivo otorgado en la notificación e intención de adjudicación; nota de solicitud de reunión informativa del oferente RAF, S.A. DE C.V., en fecha diez de febrero de dos mil veinticinco, solicitando revisión de las razones del rechazo de la oferta, alegando discrepancias en lo notificado. Se concedió reunión informativa para el día trece de febrero de dos mil veinticinco, levantándose acta de la reunión, donde se le explica al oferente las causales del rechazo de su oferta; quedando el oferente conforme con las explicaciones.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Ofertas, en la Sección I – Instrucciones a rentes (IAO), cláusulas 34. Evaluación de las Ofertas, 39.1 Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas y 42. Criterios de Adjudicación.

RESUELVE:

- 1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-632-LPI-B-MINSAL**, denominada “**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA NACIONAL**”, por un monto total de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE 86/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$742,015.86)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; distribuido en los oferentes que se detallan a continuación:

1.1 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.: LOTE 2 Y 3; por un monto total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$395,400.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
2	60302015	ASPIRADOR DE SECRECIONES Y LIQUIDO PLEURAL	C/U	2	MARCA: CA MI MODELO: NEW HOSPIVAC 350 PAÍS DE ORIGEN: ITALIA	\$3,200.00	\$6,400.00
3	60303926	PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO	C/U	4	MARCA: FSN MODELO: A5504DS PAÍS DE ORIGEN: COREA DEL SUR	\$97,250.00	\$389,000.00
TOTAL A ADJUDICAR							\$395,400.00

Los precios de los bienes se desglosan así:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	MONTO TOTAL
2	60302015	ASPIRADOR DE SECRECIONES Y LIQUIDO PLEURAL	C/U	2	MARCA: CA MI MODELO: NEW HOSPIVAC 350 PAÍS DE ORIGEN: ITALIA	\$3,100.00	\$6,200.00

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	MONTO TOTAL
3	60303926	PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO	C/U	4	MARCA: FSN MODELO: A5504DS PAÍS DE ORIGEN: COREA DEL SUR	\$96,712.50	\$386,850.00
TOTAL A ADJUDICAR							\$393,050.00

Los servicios conexos se desglosan así:

Lote n.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES Y LÍQUIDO PLEURAL			
	CAPACITACION (USUARIOS)	1	\$100.00	\$100.00
	CAPACITACION (P. MANTTO)	1	\$100.00	\$100.00
3	PANTALLA TÁCTIL PARA USO EN QUIRÓFANO			
	INTALACIÓN	4	\$500.00	\$2,000.00
	CAPACITACION (USUARIOS)	2	\$50.00	\$100.00
	CAPACITACION (P. MANTTO)	1	\$50.00	\$50.00
Total				\$2,350.00

1.2 EQUIMSA, S.A. DE C.V.: LOTE 5; por un monto total de **CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$117,200.00)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS	MONTO TOTAL
5	60303820	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL	C/U	4	MARCA: HAMILTON MEDICAL MODELO: T1 PAÍS DE ORIGEN: SUIZA	\$29,300.00	\$117,200.00

El precio del bien se detalla, así:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	MONTO TOTAL
5	60303820	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL	C/U	4	MARCA: HAMILTON MEDICAL MODELO: T1 PAÍS DE ORIGEN: SUIZA	\$29,262.50	\$117,050.00

Los servicios conexos se desglosan así:

Lote n.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS
5	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO NEONATAL			
	CAPACITACION (USUARIOS)	2	\$50.00	\$100.00
	CAPACITACION (P. MANTTO)	1	\$50.00	\$50.00
Total				\$150.00

1.3. ST MEDIC, S.A. DE C.V.: LOTE 6; por un monto total de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 86/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$229,415.86)**, con impuestos y servicios conexos incluidos.

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y CONEXOS	MONTO TOTAL
6	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	C/U	26	MARCA: COMEN MODELO: S5 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$8,823.687	\$229,415.86

El precio del bien, se detalla así:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANT.	MARCA/MODELO/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	MONTO TOTAL
6	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	C/U	26	MARCA: COMEN MODELO: S5 PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$8,820.2254	\$229,325.86

Los servicios conexos se desglosan así:

Lote n.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS
6	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO			
	CAPACITACION (USUARIOS)	2	\$30.00	\$60.00
	CAPACITACION (P. MANTTO)	1	\$30.00	\$30.00
Total				\$90.00

- PLAZO DE ENTREGA (para todos los artículos): 120 días calendario contados después de la distribución del contrato.
- LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL PARAISO, Final 6a Calle Oriente, No 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.
- Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, categoría de inversión: 2 Fortalecimiento de la red hospitalaria, sub categoría: 2.1 Construcción y puesta en marcha del Hospital de La Zona Norte de San Salvador, proyecto 6300.
- Cifrado presupuestario: 2025-3200-3-09-02-22-3-61103 (para todos los lotes).

2) **RECHAZAR** las ofertas de los licitantes abajo detallados, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas y Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numerales 1.2. Examen Preliminar y 1.6. Evaluación Técnica de la Oferta, debido a desviaciones y omisión significativas en la oferta, por las razones expuestas en el romano IV, numeral 2 de este documento.

- 2.1 ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., lotes 1, 2, 3, 5, y 6
- 2.2 JORMAR, S.A., lote 6
- 2.3 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V., lote 5
- 2.4 PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., lote 6
- 2.5 QHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., lote 3
- 2.6 INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., lote 5
- 2.7 MINDI & TECH, S.A. DE C.V., lote 1
- 2.8 RAF, S.A. DE C.V., lote 3
- 2.10 SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V., lote 2

3) DECLARAR DESIERTOS los lotes:

- LOTE 1 - MESA PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, debido a que, las ofertas presentadas no cumplieron sustancialmente con los documentos del proceso.
- LOTE 4- REPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS DE USO MÉDICO, no fue ofertado.

4) Elaborar los respectivos contratos.

NOTIFÍQUESE:


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM

