

Resolución de Adjudicación No. 240/2022 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día veintiuno de diciembre dos mil veintidós

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el Proceso de No. PRIDESII-417-CP-B-MINSAL denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES DE SALUD DE LA REGIÓN ORIENTAL”, con Fondos BID - PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES.
- II. Señalándose el día cuatro de noviembre de dos mil veintidós hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido: 1) TECMEDIC, S.A. DE C.V. 2) NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL EL SALVADOR) 3) EQUILAB S.A. DE C.V. 4) FALMAR, S.A. DE C.V. 5) C.O.R.E.S.A., DE C.V. y 6) S.T. MEDIC S.A. DE C.V. lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó dos personas para realizar la evaluación de las ofertas: Lic. Carlos Esaú Viera Ascencio, Coordinador Regional de Laboratorio Clínico Región Oriental de Salud; Ing. Carlos Ernesto Alvarado Rivera, Consultor Biomédico; asimismo, se designó a Licda. Yolanda del Carmen Laínez de Rodríguez, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones como responsable del Proceso de Compra
- IV. De conformidad al numeral 18. DERECHO DEL COMPRADOR A VARIAR LAS CANTIDADES, el representante de la Unidad Solicitante, considerando la necesidad de la Región Oriental, y la disponibilidad presupuestaria recomendó aumentar las cantidades de los ítems: 2 y 3.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

V. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y numeral 17. Adjudicación del Documento de Comparación de precios, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el Informe de evaluación y recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:

a) **Adjudicar** el proceso: No: PRIDESII-417-CP-B-MINSAL denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES DE SALUD DE LA REGIÓN ORIENTAL" por un monto total de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$53,200.00), con impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

1. **EQUILAB S.A. DE C.V.**, por un monto de VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$24,165.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT. CON AUM.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL
2	60402405	CENTRÍFUGA DE MESA Marca : DLAB Modelo: DM 0636 País de origen: CHINA	C/U	9	2,685.00	24,165.00

2. **C.O.R.E.S.A., DE C.V.**, por un monto de VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$22,131.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT. CON AUM.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL US \$
3	60403380	MICROSCOPIO BINOCULAR Marca : LEICA MICROSYSTEM Modelo:DM750 País de origen: ALEMANIA/CHINA	C/U	9	2,459.00	22,131.00

3. FALMAR, S.A. DE C.V., por un monto de SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,904.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL US \$
5	30601217	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLÚMEN VARIABLE (10 - 100) MICROLÍTROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, INCREMENTO 1 MICROLÍTROS, EXACTITUD \pm (0.35 - 0.80) %, PRECISIÓN = (0.3 - 0.8) %, CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN Marca : IKA Modelo: PETTE vario 10-100 ul País de origen: ALEMANIA	C/U	8	414.00	3,312.00
6	30601231	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLÚMEN VARIABLE (100 - 1000) MICROLÍTROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN Marca : IKA Modelo: PETTE vario 100-1000 ul País de origen: ALEMANIA	C/U	8	449.00	3,592.00
TOTAL ADJUDICADO						6,904.00

Fuente de Financiamiento: préstamos externos, contrato de préstamo BID 3608/OC-ES. categoría de inversión 1. fortalecimiento de la red de atención ambulatoria, sub categoría 1.3 apoyo al funcionamiento de la red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300. Cifrado presupuestario: 2022-3200-3-09-01-22-3-61103.

Lugar de entrega de los bienes: en las instalaciones Almacén El Paraíso Colonia El Paraíso Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.

Plazo de entrega: 60 días calendario después de distribuida la Orden de Compra

b) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el numeral 16. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas Documento de Comparación de Precios, las siguientes ofertas en los ítems que se especifican; por presentar desviaciones significativas:

- **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.** oferta tiempo de entrega **para el ítem 2**, 120 días calendario, para el **ítem 3**, 330 días calendario, y para el **ítem 4**, oferta 90 días calendario y lo solicitado es 60 días calendario.
Para el ítem 5 y 6: se solicitó mediante subsanación el certificado DIN 12650 o equivalente, el cual no fue presentado.
- **TECMEDIC, S.A. DE C.V.:**
 - ✓ **Para el ítem 2:** ofertó un rotor oscilante y lo solicitado rotor de ángulo fijo.
 - ✓ No presentó el documento de Norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente
- **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR:**
 - ✓ **Para el ítem 2:** ofertó Velocidad hasta 3,400 rpm y lo solicitado Velocidad hasta 4,500 rpm; no ofertó el Sistema de control de funciones con microprocesador, no especificó el tipo de material y se solicitó Cubierta de cabezal de la centrifuga en acero inoxidable o acrílico; la cámara de acero inoxidable no lo evidenció; Manual de Partes, Manual de servicio; los documentos de la aprobación de su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América; el certificado de Norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente.
- **FALMAR, S.A. DE C.V.:**
 - ✓ **Para el ítem 2:** establece Georgia como país de origen, este país no se encuentra dentro del listado de países elegibles para el BID.

- **EQUILAB S.A. DE C.V.:**
- ✓ **Para el ítem 3:** el equipo no posee la función de apagado automático y lo solicitado es función de apagado automático después de dos horas sin uso.

c) **Declarar desierto el ítem 4**, debido a que la única oferta recibida no cumple con el plazo de entrega.

Asimismo, declarar desierto el 1, debido a que el precio ofertado supera significativamente el valor presupuestado para dicho ítem.

- VI. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VII. Estando de acuerdo con el Informe de Evaluación y Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VIII. Según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores y según el acuerdo 2101-Bis, de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, donde se nombra a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros como Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa (UGP).

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en los numerales 16.16. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas y 17. Adjudicación del documento de Comparación de precios:

RESUELVE:

- a) **Adjudicar** el proceso: No: PRIDESII-417-CP-B-MINSAL denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA UNIDADES DE

SALUD DE LA REGIÓN ORIENTAL" por un monto total de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$53,200.00), con impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

1. **EQUILAB S.A. DE C.V.**, por un monto de VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$24,165.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT. CON AUM.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL
2	60402405	CENTRÍFUGA DE MESA Marca : DLAB Modelo: DM 0636 País de origen: CHINA	C/U	9	2,685.00	24,165.00

2. **C.O.R.E.S.A., DE C.V.**, por un monto de VEINTIÓS MIL SCIENTO TREINTA Y UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$22,131.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT. CON AUM.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL US \$
3	60403380	MICROSCOPIO BINOCULAR Marca : LEICA MICROSYSTEM Modelo:DM750 País de origen: ALEMANIA/CHINA	C/U	9	2,459.00	22,131.00

3. **FALMAR, S.A. DE C.V.**, por un monto de SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,904.00), con impuestos incluidos:

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA US \$	MONTO TOTAL US \$
5	30601217	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLÚMEN VARIABLE (10 - 100) MICROLÍTROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, INCREMENTO 1 MICROLÍTROS, EXACTITUD ± (0.35 - 0.80) %, PRECISIÓN = (0.3 - 0.8) %, CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN Marca : IKA Modelo: PETTE vario 10-100 ul País de origen: ALEMANIA	C/U	8	414.00	3,312.00
6	30601231	MICROPIPETA AUTOMÁTICA, VOLÚMEN VARIABLE (100 - 1000) MICROLÍTROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN Marca : IKA Modelo: PETTE vario 100-1000 ul País de origen: ALEMANIA	C/U	8	449.00	3,592.00
TOTAL ADJUDICADO						6,904.00

Fuente de Financiamiento: préstamos externos, contrato de préstamo BID 3608/OC-ES. categoría de inversión 1. fortalecimiento de la red de atención ambulatoria, sub categoría 1.3 apoyo al funcionamiento de la red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300. Cifrado presupuestario: 2022-3200-3-09-01-22-3-61103.

- b) Lugar de entrega de los bienes: en las instalaciones Almacén El Paraíso Colonia El Paraíso Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.
- c) Plazo de entrega: 60 días calendario después de distribuida la Orden de Compra
- d) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el numeral 16. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas Documento de Comparación de Precios, las siguientes ofertas en los ítems que se especifican; por presentar desviaciones significativas, según lo detallado en el romano V. literal b) de este documento.

- e) **Declarar desierto el ítem 4**, debido a que la única oferta recibida no cumple con el plazo de entrega.
Asimismo, declarar desierto el 1, debido a que el precio ofertado supera significativamente el valor presupuestado para dicho ítem.
- f) Elaborar los respectivos contratos.
- g) **AUTORIZAR A LA ACP - UGP**, realizar otra convocatoria del proceso, para los ítems declarados desierto una vez la Unidad Solicitante confirme la necesidad de los bienes y verifique las Especificaciones Técnicas y el presupuesto asignado.

NOTIFÍQUESE:



DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
COORDINADORA UGP PRIDESII