

Resolución de Adjudicación No. 35/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día diez de marzo de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Directrices de Adquisiciones de la OPEP, se promovió el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OPEP-12-LPN-B denominada "EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL", fondos del Contrato de préstamo OPEP-14611P, UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se señaló el día 21 de diciembre de 2023 hasta las 10:00 a.m., para la recepción de ofertas, habiéndose recibido las siguientes: 1) SIEMENS HEALTHCARE, S.A.; y 2) 2. RAF, S.A. DE C.V.; lo cual consta en el Acta de Recepción de Ofertas y cuadro de recepción, que forman parte del expediente respectivo.
- III. Que según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas No. ACP-UGP-040/2022, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, el delegado del Titular del MINSAL, nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas, conformada por: 1) Lcda. Vicki Natali Romero Pineda, Coordinadora ESDOMED SIBASI Oriente RSM; 2) Ing. Francisco Ernesto Moya Muñoz; Consultor Especializado en Ingeniería Biomédica de la UGPPI; 3) Lic. José Cristino Turcios, Especialista Financiero; y 4) Lcda. Yolanda del Carmen Laínez de Rodríguez; Consultora en Adquisiciones y Contrataciones ACP/UGP.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, literal F. Adjudicación del contrato, numeral 39. Criterios de Adjudicación, de la Sección I, del documento de Solicitud de Oferta, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:
 - a) **Adjudicar** el proceso de Licitación Pública Nacional N° OPEP-12-LPN-B denominada "EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL", lote 1, por un monto total de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$655,640.00)** con impuestos y servicios conexos incluidos, a la sociedad **SIEMENS HEALTHCARE, S.A.**, de conformidad al siguiente detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS	MONTO TOTAL CON IMPUESTOS
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAÍS DE ORIGEN: USA / Corea	C/U	10	US\$65,564.00	US\$655,640.00
Total con impuestos y servicios conexos incluido						US\$655,640.00

Desglose de Precios:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DEL BIEN CON IMPUESTOS (INCLUIDOS)	MONTO TOTAL DE LOS BIENES (CON IMPUESTOS)
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAIS DE ORIGEN: USA / Corea	C/U	10	US\$64,202.00	US\$642,020.00

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO CAPACITACIÓN	PRECIO MANTENIMIENTO CON IMPUESTOS (INCLUIDOS)	MONTO TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS (CON IMPUESTOS)
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAIS DE ORIGEN: USA / Corea	US\$2,520.00	US\$11,100.00	US\$13,620.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos externos, Contrato de Préstamo OPEP-14611P, Proyecto 7500 como sigue:

Componente	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestario	Nº Lote	MONTO CON IVA INCLUIDO
COMPONENTE 1, RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EL TRATAMIENTO.	DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	2023-3200-3-13-01-22-3-61103	1	US\$655,640.00

Lugar de entrega de los bienes como se detalla a continuación:

Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso, Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.

Cantidades a entregar en cada establecimiento de Salud, según matriz de distribución del documento de Solicitud de Ofertas.

Plazo de entrega: ciento cincuenta (150) días calendario, contados después de la distribución del contrato.

b) RECHAZAR de conformidad a lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta, en la sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), numeral 29 Determinación del Cumplimiento de las Ofertas, sub numeral 29.4, que estipula, si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, será rechazada por el Comprador y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, la oferta presentada por RAF, S.A. DE C.V. por presentar las siguientes desviaciones significativas:

- Potencia: de 450 w y lo solicitado es entre (3 a 5) kW $\pm$ 1 Kw.
- 50 a 90 kvp solicitado es entre 40 a 110 kvp $\pm$ 10 kvp.
- mA: 5 mA: con valores entre (15 y 40) mA $\pm$ 5 mA .
- mA 0.20 2.5 mAs y lo solicitado es mAs: con valores entre (5 y 100) mAs $\pm$ 5 mAs.
- Almacenamiento de calor del ánodo 10 khu y lo solicitado es de $\geq$ 40 Khu.
- Wifi (802.11n) y sin bluetooth y lo solicitado es Conexión inalámbrica: WIFI (802.11ac) /Ethernet, 2.4G/5G/ bluetooth.
- Media storage y storage commitment y lo solicitado Store y Storage Commitment.
- MBPS y lo solicitado es Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps.
- Touch, ips, brightview, con antirreflejo integrado, y lo solicitado Pantalla LED-Backlit LCD de 14" antirreflejos, resolución mínima FHD 1920x1080.

- Grabador de CD/DVD, y lo solicitado en grabador/quemador grado médico DVD/CD RW.
- Garantía del emisor y detector, y se solicita para todos los componentes: emisor, laptop y detector.
- Un cargador de batería para el detector y lo solicitado es para el emisor.
- Además, el generador de rayos x ofertó de 100 A 240 VCA no especifica si hay una corrección directa y lo solicitado es 90 A 240.
- Una jornada para el personal usuario de ocho horas, lo solicitado es 1 jornada por región, la cual debe de ser coordinada a través del administrador de contrato.

V. Estando de acuerdo con el Informe de Evaluación y Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las literal F Adjudicación del contrato, numeral 39. Criterios de Adjudicación, de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta:

RESUELVE:

- a) **Adjudicar** el proceso de Licitación Pública Nacional N° OPEP-12-LPN-B denominada "EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL", lote 1, por un monto total de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$655,640.00)** con impuestos y servicios conexos incluidos, a la sociedad **SIEMENS HEALTHCARE, S.A.**, de conformidad al siguiente detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS	MONTO TOTAL CON IMPUESTOS
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAÍS DE ORIGEN: USA / Corea	C/U	10	US\$65,564.00	US\$655,640.00
Total con impuestos y servicios conexos incluido						US\$655,640.00

Desglose de Precios:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DEL BIEN CON IMPUESTOS (INCLUIDOS)	MONTO TOTAL DE LOS BIENES (CON IMPUESTOS)
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAIS DE ORIGEN: USA / Corea	C/U	10	US\$64,202.00	US\$642,020.00

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO CAPACITACIÓN	PRECIO MANTENIMIENTO CON IMPUESTOS (INCLUIDOS)	MONTO TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS (CON IMPUESTOS)
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL MARCA: CODONICS MODELO: EPX-F2800 PAIS DE ORIGEN: USA / Corea	US\$2,520.00	US\$11,100.00	US\$13,620.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos externos Contrato de Préstamo OPEP-14611P, Proyecto 7500 como sigue:

Componente	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestario	Nº Lote	MONTO CON IVA INCLUIDO
COMPONENTE 1, RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EL TRATAMIENTO.	DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	2023-3200-3-13-01-22-3-61103	1	US\$655,640.00

Lugar de entrega de los bienes como se detalla a continuación:


Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso, Final 6a. Calle Oriente No. 1105 San Salvador.

Cantidades a entregar en cada establecimiento de Salud, según matriz de distribución del documento de Solicitud de Ofertas.

Plazo de entrega: ciento cincuenta (150) días calendario, contados después de la distribución del contrato.

- c) **RECHAZAR** de conformidad a lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta, en la sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), numeral 29 Determinación del Cumplimiento de las Ofertas, sub numeral 29.4 si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, será rechazada por el Comprador y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, la oferta presentada por RAF, S.A. DE C.V. por presentar desviaciones significativas, según lo detallado en el romano V. literal b) de este documento.
- d) Elaborar el respectivo contrato.

NOTIFÍQUESE:



DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD
AD-HONOREM

